



Dermatoscópio Md Sigma 1000



DERMATOSCÓPIO Sigma 1000- Fornece imagens de epiluminação epidérmica cujos resultados são interpretados de acordo com os critérios e sinais dermatológicos, os quais necessitam ser reconhecidos e entendidos pelo profissional médico. O exame dermatológico realizado pelo dermatoscópio é um método auxiliar na verificação da existência de lesões pigmentadas na pele, sendo útil para avaliação e prevenção de pré-operatórios em clínicas e hospitais.

- É um aparelho dotado de lâmpada halógena, que fornece imagens de epiluminação epidérmica cujos resultados são interpretados de acordo com os critérios e sinais dermatológicos, os quais necessitam ser reconhecidos e entendidos pelo examinador;

- O exame dermatológico realizado pelo instrumento é um método auxiliar de verificação da existência de lesões pigmentadas na pele sendo útil para avaliação e prevenção de pré-operatórios em clínicas e hospitais.
- Toda a construção de metal para maior durabilidade;



- Sistema de bloqueio de baioneta para o engajamento e desengajamento fácil a partir da alça;
 - 2,5 V de iluminação Xenon / halogêneo do campo de exame;
 - Alta Resolução sistema de lentes acromáticas com ampliação de 10x;
 - Ocular com foco ajustável para uma escala larga de correção;
 - Escolha de duas placas de contato com a pele amigavelmente e esterilizável:
 - Com escala de 0 - 10mm para medição exata das lesões pigmentadas da pele;
 - Sem escala;
 - Proteção ocular macio.
- Garantia de 1 ano após a data de entrega do aparelho ao usuário. Cobrindo defeitos materiais construtivos e de fabricação**

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	95.433.397/0001-11	Autorização de Funcionamento da Empresa	8.00.702-1
Nome do Dispositivo Médico	DERMATOSCÓPIO MD		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Dermatoscopio		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80070219005		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	<u>25351.544061/2010-14</u>		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	• FABRICANTE: MEDICAL DEVICES (PVT) LTD. - PAQUISTÃO		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	21/03/2011		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Dermatoscópio MARK II MD.pdf	5054267/22-1 - 15/12/2022 - 08:53

Modelo Produto Médico
Sigma 1000

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar



Comercial e Industrial
São Lourenço LTDA



Escada Hospitalar 02 degraus: Estrutura Em Aço Tubular Pintada Na Cor Branca, Com 2 Degraus, Piso De Borracha Antiderrapante, Cinta Em Aço Inoxidável Em Torno Dos Degraus E Pés Com Ponteira De Borracha.



Comercial e Industrial
São Lourenço LTDA



MESA DE EXAME Estrutura: Ferro, Leito: Madeira, Acabamento Superficial Material Leito: Espuma Alta Densidade, Revestido Courvin Preto, Movimento: Assento Fixo, Encosto E Apoio Pernas Reclináveis, Regulagem Do Dorso, Suporte Colposcópio, Porta-Coxas Estofado, Revestimento Porta-Coxa: Courvin, Armário Com 3 Gaveteiros Internos E 1 Porta, medindo: 1,80 X 0,60 X 0,80m



Comercial e Industrial
São Lourenço LTDA





Comercial e Industrial
São Lourenço LTDA

MESA GINECOLÓGICA estrutura tubo aço pintado na cor branca , leito chapa aço inox, estofado em courvin, movimento: leito com três seções móveis com regulagem, adicionais: balde aço inox., portas coxas estofado e gaveta em aço inox.

**Caixa Postal**

DE: **GQUIP**
ASSUNTO: **Resposta ao expediente nº 028358/16-4**

ENVIADA EM: 14/07/2016 10:22:58



Em atenção à carta protocolizada em 04/07/2016, informamos que:

1 - Suporte de Soro – Passível de cadastro – classe de risco I, regra de classificação 01 segundo RDC 185/2011 - Nome técnico adequado: Suporte para soro.

2 - Suporte para Bomba de Infusão - classe de risco I, regra de classificação 01 segundo RDC 185/2011 – Nome técnico adequado: Suporte para soro.

3- Armário Vitrine – Não é produto para saúde, não é passível de cadastro ou registro. Consta na RELAÇÃO DE PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE, Versão 4 – de abril/2016 – Site da ANVISA.

4- Braçadeira para injeção - Passível de cadastro – classe de risco I, regra de classificação 01 segundo RDC 185/2011 - Nome técnico adequado: Braçadeira para injeção

5- Cadeira para coleta de sangue - Passível de cadastro – classe de risco I, regra de classificação 1 segundo RDC 185/2011 - Nome técnico adequado: Cadeira para doador.

6- Carro Curativo - Não é produto para saúde, não é passível de cadastro ou registro. Consta na RELAÇÃO DE PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE, Versão 4 – de abril/2016 – Site da ANVISA.

7- Divã Hospitalar - Passível de cadastro – classe de risco I, regra de classificação 01 ou 12 (se for ativa) segundo RDC 185/2011 - Nome técnico adequado: Cama Hospitalar.

8- Escada de 2 degraus - Não é produto para saúde, não é passível de cadastro ou registro. Consta na RELAÇÃO DE PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE, Versão 4 – de abril/2016 – Site da ANVISA.

9- Mesa Auxiliar Clínica - Passível de cadastro – classe de risco I, regra de classificação 01 segundo RDC 185/2011 - Nome técnico adequado: Mesa Cirúrgica.

10- Mesa Ginecológica - Passível de cadastro – classe de risco I, regra de classificação 01 segundo RDC 185/2011 - Nome técnico adequado: Mesa ginecológica.

11- Mesa de Mayo - Não é produto para saúde, não é passível de cadastro ou registro. Consta na RELAÇÃO DE PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE, Versão 4 – de abril/2016 – Site da ANVISA.

12- Poltrona Hospitalar - Não é produto para saúde, não é passível de cadastro ou registro. Consta na RELAÇÃO DE PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE, Versão 4 – de abril/2016 – Site da ANVISA.

13 – Biombo - Não é produto para saúde, não é passível de cadastro ou registro. Consta na RELAÇÃO DE PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE, Versão 4 – de abril/2016 – Site da ANVISA.

14 – Hamper - Não é produto para saúde, não é passível de cadastro ou registro.

15 – Negatoscópio - Não é produto para saúde, não é passível de cadastro ou registro. Consta na RELAÇÃO DE PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE, Versão 4 – de abril/2016 – Site da ANVISA

Atenciosamente,

Marcos Paulo Barbosa Jucá
Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária
GQUIP/GGTPS/ANVISA

Anderson de Almeida Pereira
Gerente de Tecnologia em Equipamentos
GQUIP/GGTPS/ANVISA

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61)
3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa