

LAUDO PARA APROVAÇÃO DE CATÁLOGOS

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 90.066/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 21.503/2024
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, para atender as necessidades do Hospital Municipal Raul Sertão.

Com os cordiais cumprimentos, venho, por meio deste, encaminhar os catálogos referentes ao Pregão n.º 90.066/2025, para conhecimento e análise quanto à compatibilidade das especificações solicitadas no edital, conforme documentos anexos. Após a análise, solicita-se que o laudo seja encaminhado ao setor da Comissão permanente de Pregão III a fim de dar prosseguimento à licitação.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	EMPRESA	TIPO	MARCA	SITUAÇÃO	MOTIVO
1	CANCELADO Analisador automático bioquímico, com velocidade de pipetagem de no mínimo 100 testes fotométricos por hora ou mais; Mínimo de 28 ou mais posições simultâneas com refrigeração para reagentes, com chave de liga e desliga separada, permitindo desligar o equipamento e manter a refrigeração dos reagentes ativo; Bandeja com no mínimo 40 posições para tubos primários ou cubetas; com sistema automático que lave e seque as cubetas utilizadas. (...)					
2	CANCELADO Analisador Automático para Hematologia Análise de, no mínimo, 26 parâmetros; Realizando, no mínimo, os seguintes testes: contagem total de leucócitos, Contagem total de eritrócitos, desclável Leitura espectralométrica de hemoglobina, Determinação hematócrito, Determinação de volume corpuscular médio, Determinação da Hemoglobina Corpuscular Média, Determinação da Concentração da Hemoglobina Corpuscular Média, Determinação do Índice de Anisocitoses. (...)					
3	Computador (Desktop-Básico) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3,0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM dd4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões	LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	CATÁLOGO	TPLAN	APROVADO	
4	Leitor Código Barra Tensão Alimentação: 5 VDC Corrente Alimentação: 180 MA Tipo: Pistola Laser Varredura: Fonte De Luz Com Diodo Luz Visual 650 Nm Conexão: Usb Tipo Acionamento: Gatilho Velocidade Leitura: 300 Varreduras Por Segundo (mínimo)	VALENTE DISTRIBUICAO, REPRESENTACOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	CATÁLOGO	EXBOM	APROVADO	

5	Autoclave Material: Aço inox Tipo: Vertical Modelo: Gravitacional Operação: Automática, Digital Volume Câmara: Cerca De 150 L Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes Outros Componentes: 3 Cestos	FRACASSADO				
6	Esteira ergométrica para exercícios de reabilitação física. Motor de no mínimo 2,0 HP. Inclinação manual. Velocidade mínima: 12 km/LX. Sensor de batimento cardíaco hand grip. Lona com medidas aproximadas de: 120 x 38 cm. Monitor de LCD. Mínimo de 3 programas automáticos de velocidade e inclinação. Funções do painel: tempo, distância, velocidade, calorías e batimento cardíaco. Peso suportado: 100 kg.	ANDRELLS DISTRIBUIDORA LTDA	CATÁLOGO	GALLANT	APROVADO	
7	Balança Antropométrica Adulto Tipo: Tipo balança Modelo: Mecânica Material: Ferro Fundido Componente II: Tapete de Borracha Componente III: Pés Reguláveis Adicional: Portátil Capacidade Máxima Carga: Até 200kg	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	CATÁLOGO	LÍDER	APROVADO	
8	Freezer Vertical Capacidade: 300 L Voltagem: 220 V Características Adicionais: Painel Eletrônico Externo C/ Alarme Sonoro, Pés estabilizadores Funções: Sistemas Fast Freezing E Ultra Conservação Clasi Tipo Porta: Reversível Temperatura Operação: -18 A - 24 °C	FORBE SUPORTE ILIMITADO LTDA	CATÁLOGO	CONSUL	APROVADO	
9	Armário de Aço Material: Chapa Aço 26 Acabamento Superficial: Fosfatizado Anti-Ferrugem Cor: Cinza Quantidade Portas: 2 UN Quantidade Prateleiras: 3 UN Altura: 198 CM Largura: 90 CM	MHF MOVEIS LTDA	CATÁLOGO	RS MÓVEIS	REPROVADO	O CATÁLOGO ENVIADO PELA EMPRESA E DE ARMÁRIO ROUPEIRO - NO DEBITO A EMPRESA ATENDE AO SOLICITADO
10	Banqueta Material: Aço Inoxidável Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável Diâmetro: Cerca De 40 Cm De Diâmetro Tipo De Pés: Pés Fixo Com Ponteira De Borracha	HORSE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	CATÁLOGO	Hose	APROVADO	
11	Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável Tipo: Triplo Dobrável Altura: Cerca De 1,80 M Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto Tipo De Rodio: Ponteiros Giratórios Características Adicionais: Divisórias Em Pvc	D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	CATÁLOGO	HOSPITALARE	APROVADO	
12	Cadeira para coleta de Sangue Material: Metal Acabamento Da Estrutura: Pintura Eletrostática Tipo De Assento: Assento Fixo, Acabamento Do Assento: Estofado, Revestido Em Courovin Tipo De Pés: Pés Fixos, Capacidade: Até 150 Kg. Características Adicionais: Braço Frontal Móvel	D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	CATÁLOGO	HOSPITALARE	APROVADO	



Idenilson Moura Rodrigues
Diretor Geral HMRS
Mat. 063465


13	Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável, Gavetas: 04 Gavetas, Sendo a primeira Com Divisão Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória, Rodízios: Com Rodízios Características Adicionais: 01: Suporte Soro E Cilindro De O2 Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca Acessórios 01: Extensão Elétrica, Mínimo 5 Metros E Até 7 Plugs Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre	HOSPITA MAIS LTDA	CATÁLOGO	HTC	APROVADO	
14	Mesa de Exames Material : Madeira Tratamento Superficial: Estofada em Courovin, Comprimento: 1,80 M, Características Largura: 0,80 M Adicionais: C/Espuma Densidade Mínima D28 Altura: Regulável De 0,60 M A 0,85 M, Acessórios: C/Prateleira Para Materiais	D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	CATÁLOGO	HOSPITALARE	APROVADO	

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.
Respeitosamente,

Medeiros Rodrigues
Pregoeira – Comissão de Pregão III
Mat.: 468.036

Fernanda

Nova Friburgo, 19 de Setembro de 2025.


Idenilson Moura Rodrigues
Diretor Geral HMRS
Mat. 063465

Assinatura do responsável técnico pela análise
Idenilson Moura Rodrigues - Diretor Geral do HMRS- Matrícula: 063.465