

LAUDO PARA APROVAÇÃO DE CATÁLOGOS

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 90.011/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 28.387/2024
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO, sob demanda, de Equipos de Seringas para Bomba de Infusão, para atender a necessidade do Hospital Municipal Ra Serã e Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro

Com os cordiais cumprimentos, venho, por meio deste, encaminhar os catálogos referentes ao Pregão n.º 90.011/2025, para conhecimento e análise quanto à compatibilidade das especificações solicitadas no edital, conforme documentos anexos. Após a análise, solicita-se que o laudo seja encaminhado ao setor da Comissão permanente de Pregão III a fim de dar prosseguimento à licitação.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	EMPRESA	TIPO	MARCA	SITUAÇÃO	MOTIVO
1	Equipo PARA BOMBA DE INFUSÃO, COM BURETA de 100 a 150 mL, PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS, com segmento ou não de silicone ajustável a bomba infusora. Em PVC OU SIMILAR, transparente, incolor, ISENTO DE LATEX. Linha de suprimento com tubo extensor flexível, ponta perfurante multiajustável com capa protetora e pinça corta fluxo. Bureta graduada, subdividida de 1/1 mL e numerada em no máximo 10/10 mL, com alça, ponto autosselante para injeção, entrada de ar COM FILTRO BACTERIOLÓGICO DE 0,2 MICRA (no mínimo) e tampa protetora reversível. Câmara de gotejamento com filtro de 15 micra (no mínimo) para partículas. Linha do paciente com tubo extensor flexível COM 2 METROS (NO MÍNIMO), rolana reguladora de fluxo, segmento para adaptação à bomba, ponto de injeção lateral autosselante e conector macho que propicie a retirada asséptica de ar sem desconexão da tampa protetora. Deve POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (trava/clamp) para evitar fluxo livre da solução. Material resistente que propicie fluxo e manuseio seguro, ajuste seguro aos dispositivos de infusão. Atóxico, apirrogênico, biocompatível, ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual resistente com abertura e transferência asséptica. Identificação do produto, validade e lote, de fácil visualização e registro na Anvisa/MS. Deve ser compatível com a bomba de infusão fornecida em regime de comodato.	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	CATÁLOGO	LIFEMED	APROVADO	*MESMA MARCA E MODELO JÁ UTILIZADO NAS UNIDADES HOSPITALARES

2	<p>Equipo PARA BOMBA DE INFUSÃO, FOTOSSENSIVEL, PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS, com segmento ou não de silicone ajustável a bomba infusora, EM PVC OU SIMILAR, translúcido e ISENTO DE LÁTEX. Ponta perfurante multiajustável e capa protetora. Câmara de MACROGOTAS flexível com liberação de 20 gotas/mL, com filtro para partículas de 15 micra (no mínimo), entrada de ar COM FILTRO BACTERIOLÓGICO DE 0,2 MICRA (no mínimo) e tampa protetora reversível. Tubo extensor flexível COM 2 METROS (NO MÍNIMO), com roldana reguladora de fluxo e segmento para adaptação à bomba. Conector luer lock que propicie a retirada asséptica de ar sem desconexão da tampa protetora. Deve POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (travacamp) para evitar fluxo livre da solução. Material resistente que propicie fluxo e manuseio seguro, ajuste seguro aos dispositivos de infusão. Atóxico, apirrogênico, biocompatível, ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual resistente com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote de fácil visualização e registro na Anvisa/MS. Deve ser compatível com a bomba de infusão fornecida em regime de comodato.</p>	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	CATÁLOGO	LIFEMED	APROVADO	*MESMA MARCA E MODELO JÁ UTILIZADO NAS UNIDADES HOSPITALARES
3	<p>Equipo PARA BOMBA DE INFUSÃO, PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS, EM PVC OU SIMILAR, com segmento ou não de silicone ajustável a bomba infusora. Transparente, incolor, ISENTO DE LÁTEX. Ponta perfurante multiajustável e capa protetora. Câmara de macrogotas flexível com liberação de 20 gotas/mL, com filtro para partículas de 15 micra (no mínimo), entrada de ar COM FILTRO BACTERIOLÓGICO DE 0,2 MICRA (no mínimo) e tampa protetora reversível. Tubo extensor flexível COM 2 METROS (NO MÍNIMO) com roldana reguladora de fluxo, segmento para adaptação à bomba e ponto de injeção lateral autosselante. Conector macho que propicie a retirada asséptica de ar sem desconexão da tampa protetora. Deve POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (travacamp) para evitar fluxo livre da solução. Material resistente, que propicie fluxo e manuseio seguro, ajuste seguro aos dispositivos de infusão. Atóxico, apirrogênico, biocompatível, ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual resistente com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote de fácil visualização e registro na Anvisa/MS. Deve ser compatível com a bomba de infusão fornecida em regime de comodato.</p>	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	CATÁLOGO	LIFEMED	APROVADO	*MESMA MARCA E MODELO JÁ UTILIZADO NAS UNIDADES HOSPITALARES


LOTE 2

	<p>Equipo PARA BOMBA DE INFUSÃO, PARA ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, adaptável a dieta com ponta cruz, tubo ou extremidades coloridas na cor ROXA; com diâmetro externo da extremidade terminal maior que 4 mm no ponto de conexão com a sonda, que não possibilite conexão em dispositivos de acesso endovenoso; macrogotas, câmara gotejadora flexível, Tubo extensor COM 2 METROS (NO MÍNIMO), com rolãna reguladora de fluxo. Deve POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (trava/clamp) para evitar fluxo livre da solução. Material resistente, que propicie fluxo e manuseio seguro, ajuste seguro aos dispositivos de infusão. Atóxico, apirrogênico, biocompatível, ESTÉRIL, uso único.</p> <p>Embalagem individual resistente com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote de fácil visualização e registro na Anvisa/MS. Deve ser compatível com a bomba de infusão fornecida em regime de comodato.</p>	<p>SICAFLA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</p>	<p>CATÁLOGO</p>	<p>FRESENIUS EASY BAG</p>	<p>APROVADO</p>	<p>*MESMA MARCA E MODELO JÁ UTILIZADO NAS UNIDADES HOSPITALARES</p>
4						
LOTE 3						
5	<p>Extensor EQUIPO, aplicação para perfusão, material PVC cristal, COMPRIMENTO MÍNIMO 120 cm, tipo pinça corta fluxo, tipo conector luer lock macho e luer fêmea com tampas rosqueáveis, esteril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e registro na Anvisa/MS. Devem ser compatíveis com as seringas (Itens 08 e 09) para bomba de infusão fornecida em regime de comodato.</p>	<p>SICAFLA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</p>	<p>CATÁLOGO</p>	<p>BIOSANI</p>	<p>APROVADO</p>	<p>*MESMA MARCA E MODELO JÁ UTILIZADO NAS UNIDADES HOSPITALARES</p>
6	<p>Extensor EQUIPO (neonatal), aplicação para perfusão, material PVC cristal, COMPRIMENTO MÍNIMO 120 cm, tipo pinça corta fluxo, tipo conector luer lock macho e luer fêmea com tampas rosqueáveis, esteril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e registro na Anvisa/MS. Devem ser compatíveis com as seringas (Itens 08 e 09) para bomba de infusão fornecida em regime de comodato.</p>	<p>SICAFLA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</p>	<p>CATÁLOGO</p>	<p>BIOSANI</p>	<p>APROVADO</p>	<p>*MESMA MARCA E MODELO JÁ UTILIZADO NAS UNIDADES HOSPITALARES</p>
7	<p>Extensor EQUIPO (neonatal), aplicação para perfusão, material PVC cristal, COMPRIMENTO MÍNIMO 20 cm, tipo pinça corta fluxo, tipo conector luer lock macho e luer fêmea com tampas, esteril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e registro na Anvisa/MS. Devem ser compatíveis com as seringas (Itens 08 e 09) para bomba de infusão fornecida em regime de comodato.</p>	<p>SICAFLA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</p>	<p>CATÁLOGO</p>	<p>BIOSANI</p>	<p>APROVADO</p>	<p>*MESMA MARCA E MODELO JÁ UTILIZADO NAS UNIDADES HOSPITALARES</p>
8	<p>Seringa estétil descartável 20 ml, Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e registro na Anvisa/MS. Deve ser compatível com a bomba de infusão fornecida em regime de comodato.</p>	<p>SICAFLA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</p>	<p>CATÁLOGO</p>	<p>SR PUMP</p>	<p>APROVADO</p>	<p>*MESMA MARCA E MODELO JÁ UTILIZADO NAS UNIDADES HOSPITALARES</p>
9	<p>Seringa estétil descartável 50 ml, Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e registro na Anvisa/MS. Deve ser compatível com a bomba de infusão fornecida em regime de comodato.</p>	<p>SICAFLA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</p>	<p>CATÁLOGO</p>	<p>SR PUMP</p>	<p>APROVADO</p>	<p>*MESMA MARCA E MODELO JÁ UTILIZADO NAS UNIDADES HOSPITALARES</p>

LOTE 4				
10	Dispositivo de transferência de soluções - dispositivo para irrigação interna, com uma ponta perfurante padrão ISO e com protetor, na extremidade da outra ponta, dois orifícios de irrigação, único canal para fluxo do líquido e pega ergonômica para manipulação, com conexão Luer Lock (fêmea), permite a retirada da solução através de uma seringa, embalagem individual, abertura em pétala. Esterilização ETO. Referência: Transofix.	SICAFLA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	CATALOGO	BIOSANI
			APROVADO	
				*MESMA MARCA E MODELO JA UTILIZADO NAS UNIDADES HOSPITALARES

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. Respeitosamente,

Fernanda Medeiros Rodrigues
Pregoeira – Comissão de Pregão III
Mat.: 468.036

Nova Friburgo, 19 de agosto de 2025.

Leslie C. Moura
Subsecretário de Atenção Especializada
Mar.: 201520