
ANÁLISE DE CATÁLOGO PE N° 90.103/2024

3 mensagens

Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>
Para: Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

6 de setembro de 2024 às 11:18

Bom dia,

Segue em anexo a proposta e catálogo das empresas com primeira colocação para o PE n.º 90.103/2024 - **Material para exames no serviço de Espirometria**, para ciência e análise quanto a compatibilidade das especificações solicitadas em edital.

Atenciosamente,

Comissão de Pregão III

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística



UASG 985867 - 901032024 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ DISPENSA PROPOSTA E CATALOGO.pdf
271K

Sandra Helena Schuenck <shelenaschuenck@gmail.com>

11 de setembro de 2024 às 08:49

Para: "pregao3.novafriburgo@gmail.com" <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Cc: Patricia Soares <patriciagerenteubs@gmail.com>, gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com

Bom dia ,

Segue resposta ao questionamento da empresa Eliom Comércio de materiais de construção Ltda, referente ao PE n.º 90.103/2024 - **Material para exames no serviço de Espirometria**, informo que o material cotado está de acordo com as especificações solicitadas no edital.

Att,

Sandra Helena Schuenck
Coordenação de Espirometria

----- Forwarded message -----

De: **Patrícia Soares** <patisc1101@gmail.com>

Date: sex., 6 de set. de 2024 às 13:03

Subject: Fwd: ANÁLISE DE CATÁLOGO PE N° 90.103/2024

To: Sandra Helena Schuenck <shelenaschuenck@gmail.com>

----- Forwarded message -----

De: **Secretaria de Saúde** <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Date: sex., 6 de set. de 2024 12:18

Subject: Fwd: ANÁLISE DE CATÁLOGO PE N° 90.103/2024

To: Patrícia Soares <patisc1101@gmail.com>, <patriciagerenteubs@gmail.com>

Patricia, boa tarde!

Segue email do Pregão, para ciência e análise quanto a compatibilidade das especificações solicitada.

Att.

Igor Faria
GPCC - SMS

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



SECRETARIA
DE SAÚDE

Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com

--

Atenciosamente,

Sandra H. Schuenck
Coordenação de Fisioterapia/Espirometria



UASG 985867 - 901032024 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ DISPENSA PROPOSTA E CATALOGO.pdf
271K

Patricia Soares <patriciagerenteubs@gmail.com>

12 de setembro de 2024 às 09:49

Para: "pregao3.novafriburgo@gmail.com" <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Cc: gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com, shelenaschuenck@gmail.com

Bom dia ,

Vimos informar que a empresa ELIOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, no dia 11 de setembro do corrente, fez contato com o servidor do Programa de Espirometria, encaminhando nova descrição do produto cotado. (documento em anexo).

Porém ressaltamos que a proposta encaminhada pelo Pregão 3, na terceira página "características da Membrana Hidrofóbica Filtrante MCE 47 mm poro 0,45um " **informa que o produto não possui registro ANVISA.**

No Termo de Referência item 4.2 "Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/ registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013.

Sendo assim o produto ofertado pela empresa ELIOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ,não atende ao solicitado no Termo de Referência.

Att,

Sandra Helena Schuenck
Coordenadora de Espirometria

[Texto das mensagens anteriores oculto]



PREGÃO 90.103-2024- ESPIROMETRIA.pdf
431K