
Esclarecimento PE 021

5 mensagens

vendas3@microllagos.com.br <vendas3@microllagos.com.br>
Para: pregaoeletronico.friburgo@gmail.com

22 de julho de 2021 11:18

Bom Dia

Venho solicitar esclarecimento sobre o pregão eletrônico 021/2021 processo 12.457/2020

1º Referente as filmes de raio-x, para que possamos orçar o material correto preciso saber a marca do equipamento na qual o filme será usado e se o mesmo é digital ou analógico

2º referente aos chassis, precisamos saber se o equipamento usado é digital ou analógico

Fico no aguardo da resposta.

Que tenha um ótimo dia



Allan Torres
Vendedor/Licitação
CNPJ: 05.897.431/0001-16
Fone: (21)2673-3395 ou (21)2673-3395

AV VISCONDE DE SANTA TERESA nº100
VILA URUSSAI - Duque de Caxias RJ

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>
Para: Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

23 de julho de 2021 15:49

Boa tarde,

Encaminhamos o pedido de esclarecimento de ordem técnica, da empresa Microllagos, para resposta o mais breve possível.

Atenciosamente

Eliza Souza Machado

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>
Para: Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

23 de julho de 2021 16:01

Prezados, boa tarde !

Por se tratar de questionamento de cunho técnico, diligenciamos junto a Unidade Requisitante a fim de obter os devidos esclarecimentos.

Peço por gentileza que aguardem retorno do requisitante.
Solicitamos brevidade na resposta.

Certa de sua atenção.

Grata.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com

Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>
Para: Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

29 de julho de 2021 16:11

Prezados, boa tarde !

Segundo o servidor técnico da Unidade Requisitante, Sr. Wagner Barcelos, matrícula 401.367, os equipamentos de raio X são da marca PHILLIPS e SHIMADIZU e a processadora é da marca MACROTEC MX 2. Os aparelhos em referência são do tipo analógico.

Certa de sua atenção.

Grata.

Fernanda Veiga Pacheco
Matrícula 062.640

Em sex., 23 de jul. de 2021 às 15:54, Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>
Para: vendas3@microllagos.com.br

29 de julho de 2021 16:33

Boa tarde,

Em atenção ao pedido de esclarecimento da empresa, após consulta ao setor técnico (GPCC) venho informar que os equipamentos de raio X são da marca PHILLIPS e SHIMADIZU e a processadora é da marca MACROTEC MX 2. Os aparelhos em referência são do tipo analógico.

Atenciosamente

Eliza Souza Machado

[Texto das mensagens anteriores oculto]