

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.576/2020

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL POR LOTE

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS** para futura e eventual **AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIO** para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde de Nova Friburgo pelo período de 12 (doze) meses.

LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISES DE APARELHOS OFERTADOS

POR COMODATO E REAGENTES

Pelo presente instrumento, declaro que a empresa, **CANAÃ COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA** inscrita sob CNPJ nº **09.039.151/0001-28** não está apta em atender o lote **01:MATERIAL PARA SÓDIO, POTÁSSIO E CÁLCIO- ÍON SELETIVO** devido aos seguintes requisitos:

- A empresa apresentou na proposta-reagentes da marca **Diamond**, e o aparelho de acervo patrimonial **Aparelho AVL 9180 Roche**. No edital está solicitando “**A EMPRESA QUE FORNECER OS INSUMOS PARA OS EQUIPAMENTOS DO ACERVO PATRIMONIAL PRÓPRIO DA CONTRATANTE TERÃO QUE APRESENTAR CERTIFICADO ORIGINAL OU CONFORMIDADE DO REATIVO PARA UTILIZAÇÃO NO EQUIPAMENTO DO MESMO FABRICANTE.**”


Os demais lotes de insumos que requerem aparelhos mesmo que em regime de comodato também é solicitado que seja reagentes da mesma marca do detentor do registro da Anvisa como no Edital “**TODOS OS REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES E SOLUÇÕES DEVEM SER DA MESMA MARCA DO DETENTOR DO REGISTRO NA ANVISA DO APARELHO**”. O mesmo cuidado para a qualidade dos exames realizados em nossos aparelhos como em aparelhos de empresas terceirizados é mantido, garantindo a qualidade e confiabilidade dos resultados e durabilidade dos equipamentos.

Recentemente no processo Emergencial de Insumos de Laboratórios de nº013281/2021 a empresa **Biocell** foi desclassificada por apresentar marca diferente da marca do Aparelho **AV 9180 Roche** e registro da Anvisa diferente do registro da marca do aparelho.



Para assegurar que não ocorrerá danos ao nosso aparelho bem como alteração na qualidade dos exames, solicito um parecer da marca detentora do aparelho AVL9180 Roche autorizando a utilização dos reagentes **Diamond** no aparelho. AV9180 Roche. Ressalto também que as todo dado que tiver no aparelho devido a utilização de reagentes que não são originais serão da empresa contratada e as manutenções no aparelho ficaram por conta da empresa ganhadora do contrato.

Atenciosamente,



Amanda O. G. Quima CRBIO: 057849-02D

Amanda O. G. Quima
BIOLOGA
CRBIO 057849/02
Coordenadora de Laboratório
11/01/2020

Bióloga- Responsável técnica do Lab. De Análises Clínicas HMRS
Coordenadora Geral de Laboratórios PMNF
Hospital Municipal Raul Sertão- Rua General Osório 324, Centro -Nova Friburgo -RJ- 28625-630
(22)2524-2300- Ramal Laboratório: 2343 .

Nova Friburgo, 28 de outubro de 2021.



EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.576/2020

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL POR LOTE

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS** para futura e eventual **AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIO** para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde de Nova Friburgo pelo período de 12 (doze) meses.


LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISES DE APARELHOS OFERTADOS

POR COMODATO E REAGENTES

Pelo presente instrumento, declaro que a empresa, **ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATÓRIAS LTDA** inscrita sob **CNPJ nº 02.314.108/0001-84** não está apta em atender o **lote 04: HEMATOLOGIA** devido aos seguintes requisitos:

- O aparelho ofertado na proposta **faz 90 testes/hora** no edital foi solicitado **100 testes/hora**;
- O aparelho ofertado na proposta **não faz contagem de reticulócitos por fluorescência**;
- O aparelho ofertado **não atende a linearidade, sendo menor em todos os parâmetros: WBC, RBC, HB E PLAQUETAS**;
- O aparelho ofertado **não faz leitura NRBC (eritroblasto)**;
- O aparelho ofertado **não apresenta controle de qualidade internacional sem custo para a contratante**;
- O aparelho ofertado **não apresenta a função Detecção de Coágulos**.

Atenciosamente,


Amanda O. G. Quima CRBIO: 057849-02D

Bióloga- Responsável técnica do Lab. De Análises Clínicas HMRS
Coordenadora Geral de Laboratórios PMNF

Hospital Municipal Raul Sertão- Rua General Osório 324, Centro -Nova Friburgo -RJ- 28625-630
(22)2524-2300- Ramal Laboratório: 2343 .

Nova Friburgo, 28 de outubro de 2021.

Amanda O. G. Quima
BIOLOGA
CRBIO 057849/02

Amanda O. G. Quima
Coordenadora de Laboratório
Matr: 02200



EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.576/2020

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL POR LOTE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual **AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIO** para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde de Nova Friburgo pelo período de 12 (doze) meses.

**LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISES DE APARELHOS OFERTADOS
POR COMODATO E REAGENTES**

Pelo presente instrumento, declaro que a empresa **PMH- PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES**, inscrita sob **CNPJ nº 00.70.696/0001-92** não está apta para em atender o lote 10: Material para provas de coagulação devido aos seguintes requisitos:

- Não apresentou proposta com **REGISTRO DA ANVISA DIVERGENTE DO REGISTRO APRESENTADO NO FOLDER**. O registro apresentado nas TRÊS (3) unidades: Raul Serta, Hospital Maternidade e Posto de Saúde Silvio Henrique Braune foi: **ANVISA nº81457600000** e no folder do aparelho **ANVISA nº80102511945**.

- O aparelho ofertado na proposta nas TRÊS (3) unidades não atende as especificações do edital nos seguintes requisitos: **gráfico de controle de qualidade e não armazena curva de calibração**.

- A empresa PMH não apresentou o **ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA NENHUM APARELHO SEMIAUTOMÁTICO**.

- Nos itens 140 e 141 apresentou reagentes **que não são compatíveis com o modelo do aparelho na modalidade semi- automático, apenas automatizado**. Item 140: STA ®- CEPHASCREEN®4 12x4ml M/STGO. Registro M.S.: 80102510349-cefalina Ativada; item 141: STA ®- CEPHASCREEN®4 12x4ml M/STGO. Registro M.S.: 80102510349-cefalina Ativada para Automação. A fonte pesquisada foi o site da fabricante do reagente STAGO.

Jonathan Pinheiro Chaves
MATRÍCULA: 206.870

https://www.stago.com/fileadmin/user_upload/catalogues/stago-catalogo-hemostasia_2019-br/47-TTPa.html#/page/47

•O aparelho ofertado para o Hospital Maternidade segundo o Folder apresentado e pela proposta não realiza o exame Ddimero e no Edital Consta a solicitação de testes Ddimero para a referida unidade: 1000 testes.

Atenciosamente,



Amanda O. G. Quima CRBIO: 057849-02D



Amanda O. G. Quima
Coordenadora de Laboratórios
Matr.: 82200
BIOLOGA
CRBIO 057849/02

Bióloga- Responsável técnica do Lab. De Análises Clínicas HMRS
Coordenadora Geral de Laboratórios PMNF
Hospital Municipal Raul Sertão- Rua General Osório 324, Centro -Nova Friburgo -RJ- 28625-630
(22)2524-2300- Ramal Laboratório: 2343

Nova Friburgo, 28 de outubro de 2021.



Jonathan Pinheiro Chaves
MATRICULA: 206.870



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

SECRETARIA
DE SAÚDE

PROCESSO Nº:

RUBRICA: _____ FOLHA: _____

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.576/2020

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL POR LOTE


OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual **AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIO** para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde de Nova Friburgo pelo período de 12 (doze) meses.

**LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISES DE APARELHOS OFERTADOS
POR COMODATO E REAGENTES**

Pelo presente instrumento, declaro que a empresa, **VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA** inscrita sob **CNPJ nº 11.308.834/0001-85** não está apta em atender o **lote 17: MARCADORES INFLAMATÓRIO** devido aos seguintes requisitos:

- Não foi apresentado no folder e na proposta as seguintes especificações solicitadas no Edital: **utilização do marcador európio e identificação automática dos testes através do QR code.**
- “ Equipamento para análise de testes imunológicos por imunofluorescência **utilizando o marcador európio**, com impressora interna, **identificação automática dos testes através de QR code**, resultados qualitativos ou quantitativos liberados em COI. Apresentar registros na ANVISA de todos os equipamentos e insumos. “

Atenciosamente,


Amanda O. G. Quima CRBIO: 057849-02D

Bióloga- Responsável técnica do Lab. De Análises Clínicas HMRS
Coordenadora Geral de Laboratórios PMNF

Hospital Municipal Raul Sertã- Rua General Osório 324, Centro -Nova Friburgo -RJ- 28625-630
(22)2524-2300- Ramal Laboratório: 2343 .

Nova Friburgo, 28 de outubro de 2021.


Jonathan Pinheiro Uliaves
MATRÍCULA: 206.870

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.576/2020
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL POR LOTE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual **AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIO** para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde de Nova Friburgo pelo período de 12 (doze) meses.

LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISES DE APARELHOS OFERTADOS

POR COMODATO E REAGENTES

Pelo presente instrumento, declaro que a empresa, **KOVALENTE** inscrita sob CNPJ nº **04.842.199/0001-56** não está apta em atender o lote **03: BIOQUIMICA** devido aos seguintes requisitos:

- Não foi apresentado no folder 04 aparelhos na modalidade chão. No Edital os aparelhos para as unidades: Hospital Maternidade, Posto de Saúde Silvio Henrique Braune e 01 das unidades para o Hospital Municipal Raul Sertã na modalidade de bancada. Gostaria de informar que na Unidade Hospital Maternidade não tem espaço para adquirir aparelho de tal porte. O hospital Municipal Raul sertã teria a possibilidade de apenas 01 aparelho de tal porte, porém a empresa oferta 02 aparelhos iguais, e no edital foi solicitado um de bancada e um sem exigência .

- No edital foi solicitado a seguinte exigência: **"TODOS OS REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES E SOLUÇÕES DEVEM SER DA MESMA MARCA DO DETENTOR DO REGISTRO NA ANVISA DO APARELHO"** a empresa apresentou em proposta reagentes de duas marcas de fabricantes diferentes: Marca/fabricante: KOVALENT e DIASYS DIAGNOSTIC SYSTEMS GMBH

ITENS: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53. Todos esses reagentes são de fabricante: **KOVALENT**

ITENS: 35, 38, 41 e 51. Esses reagentes são do fabricante: **DIASYS**

O REGISTRO DA ANVISA DO APARELHO OFERTADO apresenta como empresa: **BIOSYS** e como fabricante legal a empresa: **DIASYS DIAGNÓSTIC SYSTEMS GMBH**, sendo assim os reagentes devem ser todos da mesma marca do detentor do aparelho, e a empresa ofertou tanto reagentes da marca **KOVALENTE** quanto **DIASYS**.


Roberto Chaves





**NOVA
FRIBURGO**
PREFEITURA

SECRETARIA
DE SAÚDE

PROCESSO Nº:

RUBRICA: _____ FOLHA: _____

• A empresa não apresentou na proposta junto ao aparelho um sistema de tratamento de água compatível com o consumo de água como solicitado no edital.

Atenciosamente,

Amanda O. G. Quima CRBIO: 057849-02D

Bióloga- Responsável técnica do Lab. De Análises Clínicas HMRS
Coordenadora Geral de Laboratórios PMNF

Hospital Municipal Raul Sertão- Rua General Osório 324, Centro -Nova Friburgo -RJ- 28625-630
(22)2524-2300- Ramal Laboratório: 2343 .

Amanda O. G. Quima
BIOLOGA
CRBIO 057849/02

Amanda O. G. Quima
Coordenadora de Laboratórios
Matr.: 62200

Nova Friburgo, 28 de outubro de 2021.

Jonathan Pinheiro Chaves
MATEMÁTICA: 204.970