



Nova Friburgo Prefeitura &lt;pregaoeletronico.friburgo@gmail.com&gt;

**PE 90083/2024 - Aquisição de Insumos de Laboratório - Esclarecimento**

13 mensagens

**Contratos | CISCRE** <contratos@ciscrc.com.br>

24 de julho de 2024 às 13:50

Para: "pregaoeletronico.friburgo@gmail.com" &lt;pregaoeletronico.friburgo@gmail.com&gt;

Cc: Contratos | CISCRE &lt;contratos@ciscrc.com.br&gt;

Prezado (a), Sr. (a) Pregoeiro (a), boa tarde!

Solicito, por gentileza, esclarecimento acerca do Anexo I - Termo de Referência quanto ao Lote 10 – Material para prova de coagulação, conforme segue:

**“...um aparelho automático, com sistema de detecção baseado na viscosidade, insensível para plasmas com alteração de cor (Hemólise, Icterícia e Lipemia),...”**

Salvo engano, essa solicitação parece limitar a ampla concorrência, permitindo que apenas 1/3 dos principais fabricantes mundiais para linha de hemostasia participem do certame, uma vez que a maioria dos fabricantes utilizam a Metodologia ótica por sua maior sensibilidade e precisão na leitura das reações para diagnósticos em hemostasia.

Desta forma, o equipamento que pretendemos ofertar (Marca Instrumentation Laboratory – WERFEN) oferece carregamento randômico de amostras com análise HIL, Hemólise Icterícia e Lipemia, Pré analítico de segunda geração que não descarta a amostra e confere a mesma possibilidade na execução da análise solicitada.

**“...mínimo de 96 posições para amostras em tubo primário...”**

Oferecemos **80 posições** no equipamento TOP 550, porém nosso carregamento é randômico e contínuo de amostras primárias, possibilitando o dinamismo na operação com a produção de 240 exames /hora considerando as análises TP e TTPA concomitantes, que representam o maior número das solicitações para hemostasia. Diferentes, os equipamentos concorrentes executam velocidade pouco maior, porém somente para uma análise (TP), esta diferença de velocidade não compromete a liberação da rotina até mesmo por ser mais completa.

**“...mínimo de 3 probes com detecção de volume...”**

Nosso equipamento possui **02 probes** que atendem perfeitamente a demanda de precisão/verificação dos volumes de amostras e reagentes para acompanhamento e vigilância do operador.

É possível assegurar, que tanto a Administração Pública quanto os usuários terão todas as necessidades atendidas perfeitamente.

Desta forma, caso vencedores da fase de lances, nosso equipamento poderá ser aceito?

Obrigada.

**Maria Carolina dos Anjos**

Contratos e Licitações



+55 19 98388-0094

carolina@ciscrc.com.br

+55 19 3273-7199

www.ciscrc.com.br

**Nova Friburgo Prefeitura** <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Para: Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

24 de julho de 2024 às 14:35

Boa tarde

Encaminho pedido de esclarecimento da empresa Maria Carolina dos Anjos - CISCRE, na forma que dispõe o item 26.11 Edital do Pregão Eletrônico nº 90.083/2024, por se tratarem de questões inerentes ao setor técnico requisitante.

26.11 - É facultada ao pregoeiro e à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, inclusive para verificar a compatibilidade das especificações do objeto ofertado com os requisitos previstos neste edital e seus anexos, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou da documentação de habilitação.

P.A 31.131/2023

**FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO.**

**Prazo para resposta: 29/07/2024.**

Atenciosamente

**Jonathan P. Chaves**

Pregoeiro - Comissão de Pregão II

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Secretaria de Saúde** <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Para: Amanda Guimaraes <amanda.biologa@hotmail.com>

Cc: Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

24 de julho de 2024 às 14:39

Boa tarde!

Por se tratar de questões técnicas, referente ao PA 31131/23 - Insumos de Laboratório, segue questionamento enviado pela comissão de pregão, que nos lê em cópia.

Att.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

SECRETARIA  
DE SAÚDE**Secretaria Municipal de Saúde****Gestão de Processos, Contratos e Convênios****(22) 2522-0661 / 2522-0669****[gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com](mailto:gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com)**

**Amanda Oliveira Guimaraes Quima** <amanda.biologa@hotmail.com>  
Para: Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>  
Cc: Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

24 de julho de 2024 às 14:53

Recebido, irei responder o mais breve possível.

Att

Amanda O. G. Quima  
Bióloga CRBIO:057849/02  
Coordenadora Geral de Laboratórios PMNF 063295  
Hospital Municipal Raul Serã.  
[Rua General Osório nº324- Centro Nova Friburgo- RJ](#)  
Cep: 28625-630 (22025242-300 Ramal  
(22)997995880

**De:** Secretaria de Saúde <[gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com](mailto:gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com)>  
**Enviado:** quarta-feira, 24 de julho de 2024 17:39  
**Para:** Amanda Guimaraes <[amanda.biologa@hotmail.com](mailto:amanda.biologa@hotmail.com)>  
**Cc:** Nova Friburgo Prefeitura <[pregaoeletronico.friburgo@gmail.com](mailto:pregaoeletronico.friburgo@gmail.com)>  
**Assunto:** Fwd: PE 90083/2024 - Aquisição de Insumos de Laboratório - Esclarecimento

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Contratos | CISCRE** <[contratos@ciscres.com.br](mailto:contratos@ciscres.com.br)>  
Para: "pregaoeletronico.friburgo@gmail.com" <[pregaoeletronico.friburgo@gmail.com](mailto:pregaoeletronico.friburgo@gmail.com)>  
Cc: Contratos | CISCRE <[contratos@ciscres.com.br](mailto:contratos@ciscres.com.br)>, André Cabral | CISCRE <[andre@ciscres.com.br](mailto:andre@ciscres.com.br)>

26 de julho de 2024 às 12:56

Prezado (a), Sr. (a) Pregoeiro (a), boa tarde!

Em adição ao esclarecimento já solicitado abaixo, solicito esclarecimento acerca do Anexo I - Termo de Referência quanto ao Lote 10 – Material para prova de coagulação, conforme segue:

**“Deverá fornecer também em regime de comodato 01 aparelho de coagulação sendo um backup para o HMRS automatizado insensível para plasma com alteração de cor (Hemólise, Icterícia e Lipemia), realizar testes coagulométricos, Cromogênicos e Imunoturbidimétricos. Com capacidade mínima para 20 amostras simultâneas, capacidade para 220 cubetas onboard, 16 posições para reagentes”**

Podemos ofertar um equipamento destinado a ser backup com metodologia óptica, equipamento **ACL Elite**.

Pelo edital a necessidade solicitada é para 04 ensaios/testes, para nossa participação seria necessário a permissão de equipamento que tenha 12 posições.

Para as unidades coparticipantes do Hospital Municipal Raul Sertã podemos ofertar o mesmo equipamento backup da unidade central HMRS?

Obrigada.



**Maria Carolina dos Anjos**  
Contratos e Licitações

+55 19 98388-0094  
carolina@ciscres.com.br

+55 19 3273-7199  
www.ciscres.com.br



De: Contratos | CISCRES <contratos@ciscres.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 24 de julho de 2024 13:51

Para: pregaoeletronico.friburgo@gmail.com

Cc: Contratos | CISCRES <contratos@ciscres.com.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

## 2 anexos



**WM-001.02\_ACLTOP50.pdf**  
1722K



**WM-014.03\_ACL\_Elite.pdf**  
4475K

**Amanda Oliveira Guimaraes Quima** <amanda.biologa@hotmail.com>

Para: Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Cc: Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

29 de julho de 2024 às 14:26

Boa tarde

**“...um aparelho automático, com sistema de detecção baseado na viscosidade, insensível para plasmas com alteração de cor (Hemólise, Icterícia e Lipemia),...”**

Salvo engano, essa solicitação parece limitar a ampla concorrência, permitindo que apenas 1/3 dos principais fabricantes mundiais para linha de hemostasia participem do certame, uma vez que a maioria dos fabricantes utilizam a Metodologia ótica por sua maior sensibilidade e precisão na leitura das reações para diagnósticos em hemostasia.

Desta forma, o equipamento que pretendemos ofertar (Marca Instrumentation Laboratory – WERFEN) oferece carregamento randômico de amostras com análise HIL, Hemólise Icterícia e Lipemia, Pré analítico de segunda geração que não descarta a amostra e confere a mesma possibilidade na execução da análise solicitada.

R: Como mesmo citado acima 1/3 dos principais participantes possuem insensibilidade para amostras **alteração de cor (Hemólise, Icterícia e Lipemia)**, sendo assim não caracteriza limitação de concorrência, além de ser uma necessidade para os pacientes do HMRS uma vez que possui paciente de setores fechados (CTI e UC) onde as coletas são de difícil acesso resultando em amostras hemolisadas por serem pacientes críticos o exame tem que ser realizado, grande maioria apresentam patologias clínicas que altera a coloração da amostra como função hepática e renal. Temos o setor da nefrologia dentro do HMRS, sendo assim é indispensável que o fabricante atenda ao requisitado.

**“...mínimo de 96 posições para amostras em tubo primário...”**

Oferecemos 80 posições no equipamento TOP 550, porém nosso carregamento é randômico e contínuo de amostras primárias, possibilitando o dinamismo na operação com a produção de 240 exames /hora considerando as análises TP e TTPA concomitantes, que representam o maior número das solicitações para hemostasia. Diferentes, os equipamentos concorrentes executam velocidade pouco maior, porém somente para uma análise (TP), esta diferença de velocidade não compromete a liberação da rotina até mesmo por ser mais completa.

R: Já que o equipamento apresenta menos posições e não altera a velocidade de produção, será aceito 80 posições.

**“...mínimo de 3 probes com detecção de volume...”**

Nosso equipamento possui **02 probes** que atendem perfeitamente a demanda de precisão/verificação dos volumes de amostras e reagentes para acompanhamento e vigilância do operador.

A solicitação de 3 probes é justamente para evitar a contaminação do reagente que realiza os testes (TAP, PTT, D-Dímero e Fibrinogênio) com os reagentes intermediários e ou de disparo ( cloreto de cálcio, látex, etc).

Att

Amanda O. G. Quima  
Bióloga CRBIO:057849/02  
Coordenadora Geral de Laboratórios PMNF 063295  
Hospital Municipal Raul Serã.  
[Rua General Osório nº324- Centro Nova Friburgo- RJ](#)  
Cep: 28625-630 (22025242-300 Ramal  
(22)997995880

**De:** Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

**Enviado:** quarta-feira, 24 de julho de 2024 17:39

**Para:** Amanda Guimaraes <amanda.biologa@hotmail.com>

**Cc:** Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

**Assunto:** Fwd: PE 90083/2024 - Aquisição de Insumos de Laboratório - Esclarecimento

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Contratos | CISCRE** <contratos@ciscres.com.br>

30 de julho de 2024 às 17:11

Para: "pregaoeletronico.friburgo@gmail.com" <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Cc: André Cabral | CISCRE <andre@ciscres.com.br>, Contratos | CISCRE <contratos@ciscres.com.br>

Prezado (a), Sr. (a) Pregoeiro (a), boa tarde!

Há alguma resposta aos esclarecimentos feitos abaixo?

Att.,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Nova Friburgo Prefeitura** <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

31 de julho de 2024 às 11:51

Para: Contratos | CISCRE <contratos@ciscres.com.br>

Bom dia.

Prezados,

Segue resposta do setor técnico requisitante ao pedido de esclarecimento.

Atenciosamente

--

**Jonathan P. Chaves**

Pregoeiro - Comissão de Pregão II

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Nova Friburgo Prefeitura** <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

31 de julho de 2024 às 12:05

Para: Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Encaminho pedido de **NOVO** esclarecimento da empresa Maria Carolina dos Anjos - CISCRE, na forma que dispõe o item 26.11 Edital do Pregão Eletrônico nº 90.083/2024, por se tratarem de questões inerentes ao setor técnico requisitante.

26.11 - É facultada ao pregoeiro e à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, inclusive para verificar a compatibilidade das especificações do objeto ofertado com os requisitos previstos neste edital e seus anexos, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou da documentação de habilitação.

P.A 31.131/2023

**FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO.**

Atenciosamente

**Jonathan P. Chaves**

Pregoeiro - Comissão de Pregão II

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ  
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística

----- Forwarded message -----

De: **Contratos | CISCRE** <contratos@ciscres.com.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**2 anexos**



**WM-001.02\_ACLTOP50.pdf**  
1722K



**WM-014.03\_ACL\_Elite.pdf**  
4475K

---

**Contratos | CISCRE** <contratos@ciscres.com.br>  
Para: Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>  
Cc: Contratos | CISCRE <contratos@ciscres.com.br>

31 de julho de 2024 às 13:05

Prezados, boa tarde.

Não identificamos a resposta, poderia nos reenviar?

Att,

**Maria Carolina dos Anjos**

Contratos e Licitações

+55 19 98388-0094

carolina@ciscres.com.br

+55 19 3273-7199

www.ciscres.com.br

**CISCRE**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Secretaria de Saúde** <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>  
Para: Amanda Guimaraes <amanda.biologa@hotmail.com>  
Cc: Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

31 de julho de 2024 às 14:00

Boa tarde!

Por se tratar de questões técnicas, referente ao PA 31131/23 - Insumos de Laboratório, segue **NOVO** questionamento enviado pela comissão de pregão, que nos lê em cópia.

Att.

Igor Faria  
GPCC - SMS

----- Forwarded message -----

De: **Nova Friburgo Prefeitura** <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**2 anexos**

**WM-001.02\_ACLTOP50.pdf**

1722K

**WM-014.03\_ACL\_Elite.pdf**

4475K

**Amanda Oliveira Guimaraes Quima** <amanda.biologa@hotmail.com>  
Para: Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>  
Cc: Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

6 de agosto de 2024 às 18:33

Boa tarde

Respondendo ao questionamento

**“Deverá fornecer também em regime de comodato 01 aparelho de coagulação sendo um backup para o HMRS automatizado insensível para plasma com alteração de cor (Hemólise, Icterícia e Lipemia), realizar testes coagulométricos, Cromogênicos e Imunoturbidimétricos. Com capacidade mínima para 20 amostras simultâneas, capacidade para 220 cubetas onboard, 16 posições para reagentes”**

Podemos ofertar um equipamento destinado a ser backup com metodologia óptica, equipamento **ACL Elite**.

R: O aparelho deve possuir insensibilidade para amostras **alteração de cor (Hemólise, Icterícia e Lipemia), a metodologia ótica sofre as interferências. Sendo assim não será aceita.**

Pelo edital a necessidade solicitada é para 04 ensaios/testes, para nossa participação seria necessário a permissão de equipamento que tenha 12 posições.

R: Sim é necessário no mínimo 16 posições. Um aparelho com capacidade menor atrapalha a rotina.

Para as unidades coparticipantes do Hospital Municipal Raul Sertã podemos ofertar o mesmo equipamento backup da unidade central HMRS?

Para as demais unidades é um aparelho com 4 canais de leitura e no mínimo 16 canais de incubação. Caso tenha superior a essa capacidade será aceita, não inferior.

Att

Amanda O. G. Quima  
Bióloga CRBIO:057849/02  
Coordenadora Geral de Laboratórios PMNF 063295  
Hospital Municipal Raul Serã.  
[Rua General Osório nº324- Centro Nova Friburgo- RJ](#)  
Cep: 28625-630 (22025242-300 Ramal  
(22)997995880

---

**De:** Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

**Enviado:** quarta-feira, 31 de julho de 2024 17:00

**Para:** Amanda Guimaraes <amanda.biologa@hotmail.com>

**Cc:** Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

**Assunto:** Fwd: PE 90083/2024 - Aquisição de Insumos de Laboratório - Esclarecimento



[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Nova Friburgo Prefeitura** <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>  
Para: Contratos | CISCRE <contratos@ciscre.com.br>

7 de agosto de 2024 às 15:10

Bom dia.  
Prezados,

Segue resposta do setor técnico requisitante ao pedido de esclarecimento, referente ao Lote 10 – Material para prova de coagulação.

Atenciosamente

--

**Jonathan P. Chaves**  
Pregoeiro - Comissão de Pregão II  
Prefeitura de Nova Friburgo - RJ  
**Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística.**

Em qua., 24 de jul. de 2024 às 13:51, Contratos | CISCRE <contratos@ciscre.com.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]