



Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

ESCLARECIMENTO EDITAL PE 90.083/2024 - DIA 28/08/2024

4 mensagens

Lucimara Carlini <lucimara.carlini@vyttra.com>

22 de agosto de 2024 às 17:09

Para: "pregaoeletronico.friburgo@gmail.com" <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Cc: Licitação <licitacao@vyttra.com>

Prezados, boa tarde.

A empresa Vyttra Diagnósticos S.A., inscrita no CNPJ sob nº 00.904.728/0012-09, vem solicitar esclarecimentos referente ao edital de Pregão Eletrônico nº 90.083/2024, que acontecerá no dia 28/08/2024, conforme segue abaixo.

Primeiramente gostaríamos de destacar que a empresa Vyttra Diagnósticos S.A. é umas das líderes de venda no mercado nacional de diagnóstico *in vitro*, com um portfólio amplo nas linhas de bioquímica, hematologia e imunologia, no qual inclui produtos de fabricação e marca própria produzidos na fábrica da Vyttra, localizada no interior de São Paulo, a qual possui a **certificação de Boas Práticas de Fabricação (BPF)**.

Considerando que a Vyttra tem intenção de participar da presente licitação, ofertando equipamentos e reagentes da marca Vyttra, para análise de Bioquímica. Considerando também proporcionar maior competitividade e vantajosidade ao erário público, solicitamos os esclarecimentos abaixo para que possamos concorrer na referida licitação.

1. Referente ao parágrafo 5.13.3. Para o Lote 3:

5.13.3.1. Para o Hospital Municipal Raul Sertã, a empresa vencedora do lote 03 deverá fornecer em regime de comodato um analisador bioquímico com velocidade mínima de 400 testes/hora fotométricos, acesso randômico, bandeja de reagentes para no mínimo 55 reagentes refrigeradas, bandeja de amostras com possibilidade para uso de tubo primário e/ou cubetas com no mínimo 70 posições para amostras biológicas, calibradores, controles e brancos, análise de amostras em urgência, diluição de amostras patológicas, lavagem automática de cubetas de reação **que deverão ser de vidro...**

5.13.3.2. Para o laboratório CTU do HMRS, deverá fornecer em regime de comodato um analisador bioquímico de bancada para cada unidade com velocidade mínima de 240 testes/hora fotométricos, acesso randômico, bandeja de reagentes para no mínimo 50 reagentes refrigeradas, bandeja de amostras com possibilidade para uso de tubo primário e/ou cubetas com no mínimo 35 posições para amostras biológicas, calibradores, controles e brancos, análise de amostras em urgência, diluição de amostras patológicas, lavagem automática de cubetas de reação **que deverão ser de vidro...**

Pergunta: Importante esclarecer que, os equipamentos da marca Vyttra, fabricante Mindray, trabalham com cubetas acrílicas reutilizáveis e sondas de aspiração de metal próprio, com sistema de lavagem automática e soluções aquecidas, tecnologia moderna e eficaz, minimizando o descarte de resíduo sólido e efeito de reação cruzada. Seu resíduo líquido é devidamente separado em baixa concentração e alta concentração em recipientes diferentes facilitando o descarte e o impacto ambiental.

Quanto a solicitação de cubetas de reação, que deverão ser de vidro, pode-se verificar no edital que está presente somente no descritivo dos equipamentos das unidades **Hospital Municipal Raul Sertã e laboratório CTU do HMRS**. Logo entendemos que pode se tratar de um vício de edital, nesse sentido, podemos considerar que será aceito equipamento com lavagem automática de cubetas de reação de vidro ou acrílicas?

2. Referente ao **Lote 3 – Bioquímica, quantitativo de testes para o Lab. HMRS:**

Pergunta: Considerando que está sendo solicitado um equipamento para o **HMRS** e outro equipamento para o **CTU do HMRS**, entendemos que são dois Laboratórios (locais) distintos. Nosso entendimento está correto?

Pergunta: É possível informar qual será a quantidade de testes a ser realizado por esses dois laboratórios, separadamente?

No aguardo.

Atenciosamente,



Lucimara Carlini A. Sanchez

Licitação

C +55 00 00000 0000

T +55 11 4035 8500

Ramal: 33

[Av. Queiroz Filho, 1560](#) - Torre Gaivota, 4º andar - São Paulo – Brasil



vyttra.com

O conteúdo desta mensagem e de seus anexos é de uso restrito e confidencial, sendo o seu sigilo protegido por lei. Estas informações não podem ser divulgadas sem prévia autorização escrita. O recebimento de mensagens na sua caixa postal corporativa pode ocorrer em horário diverso ao desenvolvimento das atividades funcionais. O fato de ter acesso ao recurso, por si só, não representa solicitação a trabalhar.

This e-mail and any attachments are confidential and may also be privileged. The incoming messages on your corporate mailbox may occur in a different time of the development of functional activities. The access to the resource does not mean that are pending working request.

Lucimara Carlini <lucimara.carlini@vyttra.com>
Para: "pregaoeletronico.friburgo@gmail.com" <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>
Cc: Licitação <licitacao@vyttra.com>

27 de agosto de 2024 às 08:35

Prezados, bom dia.

Informo que até o momento não recebemos retorno referente aos pedidos de esclarecimentos abaixo, enviados dia 22/08/2024.

No aguardo de um breve retorno, considerando que o pregão eletrônico está agendado para amanhã 28/08/2024.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>
Para: alessandraraphaelfonseca440@gmail.com

27 de agosto de 2024 às 09:35

Boa tarde

Encaminho pedido de esclarecimento da empresa VYTTRA, na forma que dispõe o item 26.11 Edital do Pregão Eletrônico nº 90.083/2024, por se tratarem de questões inerentes ao setor técnico requisitante.

26.11 - É facultada ao pregoeiro e à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, inclusive para verificar a compatibilidade das especificações do objeto ofertado com os requisitos previstos neste edital e seus anexos, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou da documentação de habilitação.

P.A 31.131/2023

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO.

Prazo para resposta: 27/08/2024.

Atenciosamente

Jonathan P. Chaves
Pregoeiro - Comissão de Pregão II
Prefeitura de Nova Friburgo - RJ
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>
Para: Lucimara Carlini <lucimara.carlini@vyttra.com>

27 de agosto de 2024 às 16:00

Boa tarde.
Prezados,

Segue resposta do setor técnico requisitante referente ao pedido de esclarecimento.

"Com os cordiais cumprimentos, venho esclarecer que só serão aceitas cubetas de vidro, conforme processo de impugnação nº 90.083/2024.

Em resposta aos locais do Laboratório, são dois laboratórios localizados no mesmo HMRS.

A quantidade de exames realizados em média por mês são de 35 mil para emergência e 25 mil para pacientes internados. Já tendo mês de chegar a um total de 60 mil exames.

Sem mais para o momento ,subscrevo-me"

Alessandra Raphael Fonseca

Bióloga

CRBio-2: 102704/02D

Atenciosamente

--

Jonathan P. Chaves

Pregoeiro - Comissão de Pregão II

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Decisão Impugnação - CPlI - PE n. 90083-24 - KOVALENT.zip
17830K