

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

| Detalhes do Produto | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Nome da Empresa | CELER BIOTECNOLOGIA S/A |
| CNPJ | 04.846.613/0001-03 |
| Autorização | 8.05.374-1 |
| Produto | Celer Wondfo SARS-CoV-2 Ag Rapid Test |

| Modelo Produto Médico |
|-----------------------|
| 20 Testes |

| Tipo de Arquivo | Arquivos | Expediente, data e hora de inclusão |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO | INSTRUcoes-DE-USO - 1 de 1.PDF | 4256462200 - 30/12/2020 06:41:47 |

| | |
|------------------------|--|
| Nome Técnico | CORONAVÍRUS |
| Registro | 80537410083 |
| Processo | 25351575158202031 |
| Fabricante Legal | GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO., LTD. |
| Classificação de Risco | III - Classe III: produtos de alto risco ao indivíduo e ou médio risco à saúde pública |
| Vencimento do Registro | 04/01/2031 |