



ANEXO – III

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

A empresa NDS Importadora e Distribuidora de Material Médico Hospitalar Ltda Epp, estabelecida na Rua Damas Ortiz, 54, Boaçu, São Gonçalo/RJ, Telefones (21) 2712-9594/3857-5514, email comercial@ndshospitalar.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 10.278.031/0001-62, neste ato representada por João Victor Gomes Soriano, cargo de Sócio, RG 30.292.533-4, CPF. 192.471.227-08, Residente na Rua General Andrade Neves, nº 302 aptº 902, bloco B1, São Domingos, Niterói/RJ, vem por meio desta, através de seu procurador **Niraldo Defanti Soriano**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua General Andrade Neves, 302 – Bloco 1 - Aptº 902 – São Domingos – Niterói/RJ - CEP: 24.210-001 – portador da cédula de identidade nº 006.408.268-8, expedida pelo S.E.S.P./DETRAN, inscrito no CPF/MF, sob o nº 819.183.137-68, apresentar Proposta de Preços ao Edital de **Pregão Eletrônico nº 90.079/2024** em epigrafe que tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para futura e eventual aquisição de **SANEANTES E DOMISSINATÁRIOS** para atender as necessidades da rede Municipal de Saúde, pelo período de 01 (um) ano, conforme segue:

COTA EXCLUSIVA							
ITEM	Nº REGISTRO	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	U/C	QTDE.	PREÇO	
						UNITÁRIO	TOTAL
06	NOTIFICADO	SOLUÇÃO REVITALIZADORA DE INSTRUMENTAIS E ARTIGOS CIRURGICOS/PRONTO USO/ A BASE DE ÓLEOS MINERAIS E AGUA DEMINERALIZADA. INDICADO PARA DESOXIDAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS e das câmaras internas das autoclaves a vapor. Remove ferrugem, placas minerais e corrosão liberando articulações. Evita a contaminação e degradação dos instrumentos, Biodegradável. Galão 5 litros. Notificação nº: 25351.231547/2016-71	Profilática Produtos Odonto	GALÃO	62	R\$ 255,00	R\$ 15.810,00
TOTAL COTA EXCLUSIVA							R\$ 15.810,00

Valor total da Cota Exclusiva R\$ 15.810,00 (Quinze Um Mil, Oitocentos e dez Reais.)

Dados bancários:

Banco: BRADESCO	Agência: 0309	Conta: 0370267-7
-----------------	---------------	------------------

A validade desta proposta é de **90 (noventa) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.



NDS Import. & Distr. de Mat. Médico Hosp. Ltda - EPP

São Gonçalo, 26 de Julho de 2024


Niraldo Defanti Soriano

RG nº 006.408.268-8

CPF 819.183.137-68

Procurador


NDS IMP. & DIST. DE MAT. MÉD.
HOSPITALAR LTDA - EPP
CNPJ: 10.278.031/0001-62




Niterói, 01 de Julho de 2024.

Procuração bastante que faz: NDS IMPORTADORA & DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA – EPP


A OUTORGANTE: NDS Importadora & Distribuidora de Material Médico Hospitalar Ltda – EPP, com sede à Rua Dona Clara, 159 – Parte – Bairro Boacu – São Gonçalo – RJ, CEP: 24.465-090, inscrita no CNPJ nº 10.278.031/0001-62, com seu Contrato Social consolidado devidamente arquivado na JUCERJA, nº 33208180220, em 14/08/2008 e posteriores alterações, sendo a última sob a forma de consolidação contratual sob o nº 00002597629, em 20/02/2014, neste ato devidamente representada nos termos do artigo do referido Contrato Social, juntamente com o Instrumento de Ratificação de Nomeação de Sócio-Gerente: **João Victor Gomes Soriano**, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na cidade de Niterói-RJ, na Rua General Andrade Neves, 302 – Bloco 1 - Aptº 902 – São Domingos – CEP: 24.210-001, portador da cédula de identidade nº 30.292.533-4, expedida pelo DETRAN/RJ, cadastrado no CPF/MF, sob o nº 192.471.227-08, diz que por este público instrumento e nos termos de direito, nomeia e constitui o seu procurador: **Niraldo Defanti Soriano**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Niterói – RJ, na Rua General Andrade Neves, 302 – Bloco 1 - Aptº 902 – São Domingos – CEP: 24.210-001 – portador da cédula de identidade nº 006.408.268-8, expedida pelo S.E.S.P./DETRAN, inscrito no CPF/MF, sob o nº 819.183.137-68; ao qual confiro poderes para, **AGINDO ISOLADAMENTE**, representar a outorgante perante quaisquer repartições e/ou entidades públicas e/ou autárquicas federais, estaduais e/ou municipais, empresas públicas, inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público, fundações públicas, para estaduais, sociedade de economia mista, em quaisquer modalidade de licitação: concorrências, tomada de preços, convites e pregões, podendo para tanto requerer e assinar o que preciso for em nome da outorgante, formular e apresentar proposta e oferecer lances em sessão públicas, interpor e desistir de recursos, contra razões, representações e reconsiderações, cuidar de registro e cadastros, acompanhar processos, receber intimações, notificações e cientificações, bem como assinar contratos oriundos das modalidades de licitação acima mencionada, como também assinar os demais instrumentos hábeis com quaisquer entidade da Administração Pública acima especificadas, praticando enfim todos os atos necessários para o cumprimento deste mandato. – **A PRESENTE PROCURAÇÃO TERÁ A VALIDADE ATÉ 01 DE JULHO DE 2025** – ficando esclarecido que o procurador nomeado **NÃO** poderá, substabelecer este mandato no todo ou em parte, praticar atos que envolvam a outorgante em obrigações relativas ou operações estranhas ao objetivo social, tais como: fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, salvo quando autorizados previamente e por escrito, pelo sócio ou pelos sócios.




João Victor Gomes Soriano
Representante Legal


RG nº 30.292.533-4

CPF nº 192.471.227-08


Niraldo Defanti Soriano

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DETRAN - DIRETORIA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL



0639

Polegar Direito



João Victor Gomes Soriano

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 30.292.533-4 DATA DE EXPEDIÇÃO 24/04/2018

NOME **JOÃO VICTOR GOMES SORIANO**

FILIAÇÃO MIRALDO DEFANTI SORIANO

DANIELE GOMES SORIANO

NATURALIDADE

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DOC. ORDEM C. NASC LIV A141 FLS 191 TERM 86205

NITERÓI RJ

CPF 192.471.227-08

001 2 Via

0639

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA	
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO	
NOME NIRALDO DEFANTI SORIANO	
DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF 0064082688DICRJ	
CPF 819.183.137-68	
DATA NASCIMENTO 29/01/1965	
FILIAÇÃO ADERALDO BENITES SORIANO CLAUDENIRA DEFANTI SORIANO	
PERMISSÃO ACC CAT. HAB. B	
Nº REGISTRO 03495299300	
VALIDADE 22/10/2024	
1ª HABILITACAO 02/02/2005	
OBSERVAÇÕES	
ASSINATURA DO PORTADOR	
LOCAL MARICA, RJ	
DATA EMISSAO 23/10/2019	
ASSINATURA DO EMISSOR	
55426420011 RJ216251095	
RIO DE JANEIRO	

PROFILUB

EMULSÃO LUBRIFICANTE
DE INSTRUMENTAIS
CIRÚRGICOS



Lubrificação

Utilização diária, antes dos processos de autoclavagem. Previne corrosão e aumenta a vida útil dos instrumentais.

Prático e Econômico

Tempo de contato imediato. Produto biodegradável, pode ser descartado na rede de esgoto sem prejuízo ao meio ambiente. Seguro e com baixa toxicidade, reduz o risco à saúde ocupacional do profissional.

Compatível

Possui alta compatibilidade com instrumentais, aço inox e alumínio anodizados.

Modo de uso - Anticorrosão

- 1 Diluir 8 ml de Profilub para cada litro de água.
- 2 Mergulhar os instrumentais previamente limpos na solução ou banhá-los levemente com um spray.
- 3 Movimentar as articulações para melhor contato com o produto.
- 4 Retirar os instrumentos da solução e deixar que escorra por 30 segundos. **NÃO ENXAGUAR.**
- 5 Envelopar e direcionar os instrumentos para o processo de esterilização mais adequado.

Equipamentos automáticos: Colocar Profilub concentrado diretamente no compartimento destinado aos produtos de limpeza. Diluir 5 ml de Profilub para cada litro de água. Seguir as recomendações do fabricante do equipamento.

Consultas / Saneantes - Produtos Isentos de Registros / Saneantes - Produtos Isentos de Registros

Detalhes do Produto	
Produto	PROFILUB
Categoria	FINALIZADOR
Empresa	03.022.656/0001-01 - PROFILÁTICA PRODUTOS ODONTO MÉDICO HOSPITALARES S.A
Processo	25351.231547/2016-71
Data da Notificação	22/07/2016
Situação do Produto	ATIVO
Local de fabricação	CNPJ - 03.022.656/0001-01 Razão Social - PROFILÁTICA PRODUTOS ODONTO MÉDICO HOSPITALARES S.A Município - ARAUCÁRIA UF - PR País - BRASIL Tipo de Fabricante - Nacional
Forma Física	LIQUIDO
Prazo Validade	22/07/2026
Venda e Emprego	Profissional
Inflamabilidade em Condições de Ambiente	Não Inflamável
Rótulo	Rótulo - 1 de 3 Rótulo - 2 de 3 Rótulo - 3 de 3

Apresentação	Versão
PROFILUB + BOMBONA PLASTICA OPACA + CAIXA DE PAPELAO	PROFILUB
PROFILUB + FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELAO	PROFILUB
PROFILUB + TAMBOR PLASTICO OPACO + PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA	PROFILUB
<div>Voltar</div>	



FICHA TÉCNICA PROFILUB - PROFILÁTICA

Página 1 de 2

Data: 08/04/2022

Revisão: 01

1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÃO
pH do produto puro	5,00 – 6,00
Densidade (g/ml 20°C)	0,985 – 1,015
Aspecto	Líquido
Cor	Branco leitoso
Odor	Característico

2 COMPOSIÇÃO

Óleo mineral, tensoativo não iônico (Álcool graxo etoxilado 1%), espessante, emulsificante, conservante e veículo.

3 CAMPO DE APLICAÇÃO

ASSISTÊNCIA À SAÚDE.

EMULSÃO LUBRIFICANTE DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS.

4 VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Previne ferrugem, manchas e travamento de instrumentais;
- Indicado para utilização diária, antes dos processos de autoclavagem;
- Previne corrosão e aumenta a vida útil dos instrumentais;
- Tempo de contato imediato;
- Possui alta compatibilidade com instrumentais e artigos metálicos (Ex: aço inox e alumínio anodizados);
- Biodegradável.

5 MODO DE USO

LUBRIFICAÇÃO MANUAL: Diluir 8ml de PROFILUB concentrado para cada litro de água, mergulhe os instrumentos previamente limpos na solução. Movimente as articulações para melhor penetração. Remova os instrumentos do banho e deixe escorrer por 30 segundos. Após escorrido o produto dos instrumentos, envelope-os e direcione-os para o processo de esterilização mais adequado.

EQUIPAMENTOS AUTOMÁTICOS: Coloque PROFILUB concentrado diretamente no compartimento destinado aos produtos de limpeza, diluir 5ml de PROFILUB concentrado para cada litro de água. Siga as recomendações do fabricante do equipamento.



FICHA TÉCNICA PROFILUB - PROFILÁTICA

Página 2 de 2

Data: 08/04/2022

Revisão: 01

RESTRIÇÕES DE USO: Não utilize PROFILUB após o processo de esterilização e desinfecção.

6 RISCOS

PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL - PROIBIDA A VENDA DIRETO AO PÚBLICO.

7 ELEMENTOS DE ROTULAGEM

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO.

ÁGUA: PODE FALTAR. NÃO DESPERDICE.

8 PRECAUÇÕES E CUIDADOS

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o centro de intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto.

Centro de Intoxicações (CEATOX) 0800-722-6001.

9 ARMAZENAGEM

Manter as embalagens fechadas e longe do alcance de crianças. Manter o produto em embalagem original, em lugar fresco e protegido da luz solar direta.

10 PRAZO DE VALIDADE

2 anos.

11 EMBALAGEM

Embalagem primária: Bombona plástica 5L

Embalagem secundária: Caixa de papelão, contendo 2 bombonas de 5L = 10 L.

Embalagem primária: Frasco plástico 1L

Embalagem secundária: Caixa de papelão, contendo 6 frascos de 1L = 6 L.

12 INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Aut. Func./M.S. 3.02.430-3

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.231547/2016-71



**PROFILÁTICA PRODUTOS ODONTO MÉDICO
HOSPITALARES S.A
FISPQ
PROFILUB**

Página 1 de 3
Data: 08/07/2022
Revisão: 01

1 – IDENTIFICAÇÃO

Nome do produto: PROFILUB

Usos recomendados: Emulsão lubrificante de instrumentais cirúrgicos

Fabricante: Profilática Produtos Odonto Médico Hospitalares S.A

Endereço: Rua José Cheinfert, 315 – CEP: 83.707-690 – Araucária/PR

Telefone: (41) 3345-7500

E-mail: sac@profilatica.com.br

Telefone de emergência: +55 0800-722-6001

2 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Perigos mais importantes e efeitos do produto:

O contato com a pele durante períodos muito prolongados pode causar irritação transitória.

Elementos de rotulagem:

CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DE ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir.

3 – COMPOSIÇÃO

Mistura: Óleo mineral, tensoativo não iônico (Álcool graxo etoxilado 1%), espessante, emulsificante, conservante e veículo.

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo: Não aplicável. Produto classificado como Risco I, de acordo com a Resolução – RDC nº 59, de 17 de dezembro de 2010 (D.O.U. de 22.12.2010).

4 – PRIMEIROS SOCORROS

Ingestão: Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico, levando consigo o rótulo do produto.

Contato com a pele/olhos: Em caso de contato com a pele e/ou com os olhos, lave imediatamente as partes atingidas com água em abundância.

Ações a serem evitadas: Não ingerir. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos. Evitar contato prolongado com a pele. Depois de utilizar o produto, lavar e sacar as mãos.

5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção: Água, espuma.

6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais: Evitar aspiração e ingestão do produto puro. Evitar contato direto com a pele e olhos.

Precauções com o meio ambiente: Impedir que grandes quantidades do produto puro sejam liberadas no meio ambiente.

Métodos para a limpeza: Remover mecanicamente, lavando o resíduo com água e detergente.



**PROFILÁTICA PRODUTOS ODONTO MÉDICO
HOSPITALARES S.A
FISPQ
PROFILUB**

Página 2 de 3
Data: 08/07/2022
Revisão: 01

7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para manuseio seguro: Não ingerir. Evitar o contato direto com a pele e olhos.

Medidas de higiene: Observar as medidas de precaução habituais para o manuseio de produtos químicos. Depois de utilizar o produto, lavar e sacar as mãos.

Condições de armazenamento seguro: Manter as embalagens fechadas e longe do alcance de crianças. Manter o produto em embalagem original, em lugar fresco e protegido da luz solar direta.

8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Medidas de proteção pessoal: Observar as medidas de precaução habituais para o manuseio de produtos químicos.

9 – PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico	Líquido
Cor	Branco Leitoso
Odor	Característico
pH do produto puro	5,00 – 6,00
Ponto de fusão/congelamento	Não aplicável
Ponto de ebulição	100°C
Densidade relativa	0,985 – 1,015 g/ml
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade	Não aplicável
Solubilidade	Solúvel em água

10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade química: Estável em condições normais de armazenamento.

Possibilidade de reações perigosas: Em condições normais de manuseio não ocorrem reações perigosas.

Condições a serem evitadas: Contato com produtos fortemente oxidantes.

Materiais incompatíveis: Não existem indicações.

Produtos perigosos da decomposição: Nenhum conhecido.

11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda: Não disponível.

Efeitos locais: Não se esperam efeitos adversos à saúde. Produto classificado como Risco I, de acordo com a Resolução – RDC nº 59, de 17 de dezembro de 2010 (D.O.U. de 22.12.2010).

12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais: Não determinados.



**PROFILÁTICA PRODUTOS ODONTO MÉDICO
HOSPITALARES S.A
FISPQ
PROFILUB**

Página 3 de 3
Data: 08/07/2022
Revisão: 01

13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos de tratamento e disposição:

Produto: Não descartar o produto puro no esgoto. Diluir o produto com água em abundância antes de descartá-lo. Diluído pode ser descartado diretamente na rede de esgoto, sem necessidade de qualquer tratamento.

Restos de produto: Diluídos, podem ser descartados diretamente na rede de esgoto, sem necessidade de qualquer tratamento.

Embalagem usada: Após lavada abundantemente com água, a embalagem pode ser descartada em lixo comum, inclusive podendo ser reciclada.

14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Transporte por terra, aéreo, marítimo: O produto é classificado como não perigoso.

15 – INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS

A RDC nº 59, de 17 de dezembro de 2010, dispõe sobre os procedimentos e requisitos técnicos para a notificação e o registro de produtos saneantes.

16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações constantes nesta ficha correspondem ao estado atual do nosso conhecimento e experiência com o produto, até a data de sua emissão, e não são finitas. A Profilática não se responsabiliza por todo e qualquer dano ou consequência pelo uso ou manuseio do produto que não esteja de acordo com as informações desta ficha e as instruções de uso especificadas para este produto.

Como utilizar PROFILUB


Emulsão Lubrificante para Instrumentais

Lubrificação Manual

- 1 Diluir 8ml de Profilub concentrado para cada litro de água.
- 2 Mergulhe os instrumentais previamente limpos na solução, movimentando as articulações para melhor penetração.
- 3 Remova os instrumentais do banho e deixe escorrer por 30 segundos.
- 4 Após escoado o produto dos instrumentais, envelope-os e direcione-os para o processo de esterilização mais adequado.



Utilize em até 24h após a diluição.
Após uso a solução deve ser descartada.




Equipamentos Automáticos

- 1 Coloque Profilub concentrado diretamente no compartimento destinado aos produtos.
- 2 Utilizar o Profilub configurado no equipamento com a diluição de 5 ml para cada litro de água.



Utilizar somente em ciclos com materiais em aço inox.



+55 (41) 3345 7500



www.profilatica.com.br



0800 940 0075



sac@profilatica.com.br