



Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Fwd: 90003/24 - Dúvidas - Donegate

4 mensagens

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

4 de março de 2024 às 13:41

Para: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

----- Forwarded message -----

De: **Donegate Distribuidora Ltda** <donegatedistribuidora@gmail.com>

Date: seg., 4 de mar. de 2024 às 11:16

Subject: 90003/24 - Dúvidas - Donegate

To: <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Prezados, bom dia.

Conforme solicitação do fornecedor, gostaríamos de saber para qual tipo de procedimento o material abaixo será destinado? Qual a finalidade?

3 - Fio Guia Hidrofílico em Nitinol 0,035/150cm, núcleo em nitinol, maior força de tração, resistente a curvatura e totalmente hidrofílico, extremidade distal maleável e reta, com revestimento tipo hydropass. Descartável e estéril. - 156 Un

Referente ao Pregão 90003/2024 - Uasg 985867

Desde já agradecemos o retorno.

At.te,

--

**Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo** <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

4 de março de 2024 às 13:54

Para: Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Ao responsável,

Por tratar-se de questões técnicas, encaminhamos a unidade requisitante para ciência e esclarecimentos necessários para o devido prosseguimento do feito **PE 90003/2024 - (Proc.: 26.835/2023)**.

Atenção para a data do certame: 05/03/2024.

FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO.

Atenciosamente,

Comissão de Pregão III
Prefeitura de Nova Friburgo - RJ
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

4 de março de 2024 às 14:44

Para: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Prezados, boa tarde!

Segue resposta da equipe técnica.

Atenciosamente;
Higor de Barros Pinto

----- Forwarded message -----

De: **Assistência Farmacêutica** <assistenciafarmaceuticanf@gmail.com>

Date: seg., 4 de mar. de 2024 às 14:28

Subject: Re: 90003/24 - Dúvidas - Donegate

To: Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Cc: Farmácia HMRS <HMRS.FARMACIA@hotmail.com>

Boa tarde,

O Fio Guia descrito tem a finalidade de direcionar um cateter para o local anatômico desejado, durante um diagnóstico ou procedimentos . O Fio Guia Hidrofílico permite a passagem e o direcionamento de um cateter para um local desejado com menor atrito entre o fio e os tecidos corporais.

At.te

Ana Clara Iorio
Farmacêutica
CRF/RJ 16451
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Coordenação de Assistência Farmacêutica
Tel: (22) 2522-0661 Ramal: 251

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com



Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com

Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

4 de março de 2024 às 14:49

Rascunho para: donegatedistribuidora@gmail.com

Boa tarde,

Segue resposta da unidade requisitante.

[Texto das mensagens anteriores oculto]