

**Caixa Postal**

DE: **GQUIP**
ASSUNTO: **Resposta ao expediente nº 028358/16-4**

ENVIADA EM: **14/07/2016 10:22:58**



Em atenção à carta protocolizada em 04/07/2016, informamos que:

1 - Suporte de Soro – Passível de cadastro – classe de risco I, regra de classificação 01 segundo RDC 185/2011 - Nome técnico adequado: Suporte para soro.

2 - Suporte para Bomba de Infusão - classe de risco I, regra de classificação 01 segundo RDC 185/2011 – Nome técnico adequado: Suporte para soro.

3- Armário Vitrine – Não é produto para saúde, não é passível de cadastro ou registro. Consta na RELAÇÃO DE PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE, Versão 4 – de abril/2016 – Site da ANVISA.

4- Braçadeira para injeção - Passível de cadastro – classe de risco I, regra de classificação 01 segundo RDC 185/2011 - Nome técnico adequado: Braçadeira para injeção

5- Cadeira para coleta de sangue - Passível de cadastro – classe de risco I, regra de classificação 1 segundo RDC 185/2011 - Nome técnico adequado: Cadeira para doador.

6- Carro Curativo - Não é produto para saúde, não é passível de cadastro ou registro. Consta na RELAÇÃO DE PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE, Versão 4 – de abril/2016 – Site da ANVISA.

7- Divã Hospitalar - Passível de cadastro – classe de risco I, regra de classificação 01 ou 12 (se for ativa) segundo RDC 185/2011 - Nome técnico adequado: Cama Hospitalar.

8- Escada de 2 degraus - Não é produto para saúde, não é passível de cadastro ou registro. Consta na RELAÇÃO DE PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE, Versão 4 – de abril/2016 – Site da ANVISA.

9- Mesa Auxiliar Clínica - Passível de cadastro – classe de risco I, regra de classificação 01 segundo RDC 185/2011 - Nome técnico adequado: Mesa Cirúrgica.

10- Mesa Ginecológica - Passível de cadastro – classe de risco I, regra de classificação 01 segundo RDC 185/2011 - Nome técnico adequado: Mesa ginecológica.

11- Mesa de Mayo - Não é produto para saúde, não é passível de cadastro ou registro. Consta na RELAÇÃO DE PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE, Versão 4 – de abril/2016 – Site da ANVISA.

12- Poltrona Hospitalar - Não é produto para saúde, não é passível de cadastro ou registro. Consta na RELAÇÃO DE PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE, Versão 4 – de abril/2016 – Site da ANVISA.

13 – Biombo - Não é produto para saúde, não é passível de cadastro ou registro. Consta na RELAÇÃO DE PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE, Versão 4 – de abril/2016 – Site da ANVISA.

14 – Hamper - Não é produto para saúde, não é passível de cadastro ou registro.

15 – Negatoscópio - Não é produto para saúde, não é passível de cadastro ou registro. Consta na RELAÇÃO DE PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE, Versão 4 – de abril/2016 – Site da ANVISA

Atenciosamente,