

CÓPIA

Nova Friburgo, 03 de Maio de 2021.

Excelentíssima Sra.

Nicole Ribeiro Lessa Cipriano

Secretaria de Saúde de Nova Friburgo – RJ

PROCESSO Nº 22169/21
DATA
FOLHA Nº 36

Laudo Técnico de Avaliação de Bolsas de Ostomia
Associação Ostomizado Centro Norte Fluminense


Roberto de Almeida Bonfim médico responsável e Rita de Cássia Rocha Marinho Presidente da referida Associação e "Ostomizada", vimos por meio desta atestar que as bolsas de ostomia das seguintes marcas descritas ao final, não atendem às especificações mínimas indispensáveis para utilização pelos **OSTOMIZADOS**, causando vazamento e alergia cutânea na pele periestomal, obrigando a troca das bolsas várias vezes ao dia, o que é contra indicado pela própria SOBEST " Sociedade Brasileira de Estomaterapia".


Por esse motivo solicitamos que as referidas bolsas não sejam incluídas no processo licitatório que ocorrerá no ano de 2021 e anos vindouros, por conhecermos a qualidade das referidas bolsas, dispensamos a apresentação de amostras das mesmas.

Abaixo segue as marcas, que não devem ser incluídas no edital, conforme laudo técnico:

- CASEX SHELTER
- MEDIC PLAST
- CPL MEDICAL'S
- CASEX
- MARKMED
- MEDSONDA
- WALTEK
- KANGLI CARE
- MEDK
- VUELO PHARMA (ADJUVANTES), BOLSAS caso comercializem.

Atenciosamente,


Rita de Cássia Rocha Marinho
Pres. Associação e "Ostomizada"


Dr. Roberto de Almeida Bonfim
Diretor Médico – CRM 143484 - RJ