

LABORATÓRIOS - V.N.FAMALICÃO

À Firma

**WINNER IND. DE DESCARTÁVEIS, LTDA.(054215850001-37
RUA MACAÚBA, LOTE 1
ÁGUAS CLARAS
71.928-180- TAGUANTIGA - DF - BRASIL**

Entrada: 7179/2018

Data de Recepção das Amostras : 2018/06/29

Observações

N. Amostras - V/Referência

11648/2018 - SMS/SSMMS/SSMMMS - Gramagem 50

Ensaio(s) Requerido(s)

Controlo Microbiológico

Capote/Avental Cirúrgico Estéril Descartável - SMS/SSMMS/SSMMMS - Gramagem 50

Os resultados foram transcritos do relatório nº 7396/2018-1

- Os ensaios foram realizados entre a data 2018/06/29 e 2018/07/11.

V.N.FAMALICÃO, 11 de Julho de 2018

COORDENADOR
DO LABORATÓRIO



(Pedro Santos)

NOTAS:

- Os resultados deste relatório foram obtidos segundo os procedimentos descritos no manual da Qualidade do CITEVE e referem-se apenas às amostras submetidas a ensaios, acima referenciadas.
- O relatório de ensaios não pode ser parcialmente reproduzido sem autorização do CITEVE.
- Os ensaios assinalados com * não estão incluídos no âmbito da acreditação deste laboratório
- l.q - limite de quantificação l.d. - limite de detecção n.d. - não detectado
- As amostras são armazenadas durante 6 meses, após a data de entrada, com exceção dos produtos químicos que são armazenadas por um mês.

LABORATÓRIOS - V.N.FAMALICÃO

No. da Amostra

11648 /2018

V/ Referência

SMS/SSMMS/SSMMMS - Gramagem 50

Descrição da Amostra

Amostras de tecido não têxtil

Ensaio/Norma: * *Controlo microbiológico / ISO 11737-1*

Resultados

Número total de germes aeróbios viáveis	
Bactérias e Fungos (UFC/g)	2,06 x 10 ²
Bactérias: 30-35°C (UFC/g)	5,49 x 10 ¹
Fungos: 20-25°C (UFC/g)	1,51 x 10 ²

Condições de Ensaio

Solução de extracção:	Solução peptona tamponada
Volume de solução:	100 ml
Exame da amostra:	Incorporação em placa
Meio incubação bactérias:	Tryptic Soy Agar
Meio incubação fungos e leveduras:	Sabouraud Dextrose Agar
Réplicas:	5
Massa das réplicas:	10,27 +/- 0,17
(média +/- desv pad)	