



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Friburgo

Pregão Eletrônico Nº 00100/2022(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

11.858.330/0001-39 - MULTIFLEX DO BRASIL LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Colchão</u> - <u>Uso Hospitalar</u>	Unidade	215	R\$ 477,1300	R\$ 283,0000	R\$ 60.845,0000

Marca: MULTIFLEX

Fabricante: MULTIFLEX DO BRASIL

Modelo / Versão: MULTIFLEX D33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR ADULTO – Confeccionado com espuma flex de poliuretano, densidade 33, 1,80 cm de comprimento, 0,80 cm de largura e 0,14 cm de espessura. O colchão deverá ser revestido com capa protetora em curvim azul, com 04 ilhoses de plástico distribuídos em uma extremidade para permitir a ventilação; Costuras internas sem viés ou debruns nas laterais. Deverá ser emitido comprovante da densidade da espuma e o produto acabado deverá conter etiqueta de informação de acordo com as normas brasileiras para o setor.

2	<u>Colchão</u> - <u>Uso Hospitalar</u>	Unidade	71	R\$ 477,1300	R\$ 283,0000	R\$ 20.093,0000
---	--	---------	----	--------------	--------------	-----------------

Marca: MULTIFLEX

Fabricante: MULTIFLEX DO BRASIL

Modelo / Versão: MULTIFLEX D33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR ADULTO – Confeccionado com espuma flex de poliuretano, densidade 33, 1,80 cm de comprimento, 0,80 cm de largura e 0,14 cm de espessura. O colchão deverá ser revestido com capa protetora em curvim azul, com 04 ilhoses de plástico distribuídos em uma extremidade para permitir a ventilação; Costuras internas sem viés ou debruns nas laterais. Deverá ser emitido comprovante da densidade da espuma e o produto acabado deverá conter etiqueta de informação de acordo com as normas brasileiras para o setor.

Total do Fornecedor: **R\$ 80.938,0000**

Valor Global da Ata: **R\$ 80.938,0000**

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o
Relatório

Voltar