

Nova Friburgo, 21 de dezembro de 2023.

**MEMO N° 005/2023**

De: Equipe Técnica de DANT - Doenças e Agravos Não Transmissíveis

Para: Gestão de Processos, Contratos e Convênios  
Igor Faria

Assunto: Análise quanto à compatibilidade e eficiência, referente ao PA 16613/23 - Tiras de Glicemias, Lancetas e Seringas.. Empresa Biotech Comércio e Distribuição de Materiais Ondonto-Médico Hospitalares Ltda

Prezado,

No Pregão Eletrônico 224/2023, a empresa OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ONDONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA ofertou a marca GlucoLeader. A referida marca não se encontra em conformidade com o Edital, Termo de Referência e as especificações demonstradas pela Subsecretaria de Atenção Básica pelos motivos que seguem.

O aparelho solicita o número do código das tiras, ou seja, o paciente terá que mudar o código manualmente no aparelho toda vez que trocar o lote das tiras. Diante disso, considerando o público desta secretaria (idosos, pacientes com pouca escolaridade, entre outros) entendemos que o processo citado é dificultoso, e demandará muita atenção do paciente. Na hipótese de a configuração não ser realizada de forma correta, poderá acarretar erros na administração medicamentosa, o que levará o paciente a complicações ou até mesmo a internação, o que, além do evidente prejuízo à saúde do paciente, ainda, onera-se esta secretaria.

Ademais, a presente secretária já atuou com a referida marca e constatou que os resultados demonstrados nos aparelhos não correspondiam ao real valor de glicemia, motivo pelo qual ocorreram devoluções do produto. Nesse cenário, importante destacar que, atualmente, existem equipamentos que dispensam este procedimento oferecendo maior segurança no processo de aferição da glicemia, e sem maiores custos.

Vide manual da referida empresa:

### INTERPRETANDO O RESULTADO DO TESTE

O intervalo normal de glicose no sangue é de 70 a 99 mg/dL para um adulto em jejum e menor que 140 mg/dL, duas horas após as refeições. Se seu resultado de glicose no sangue parecer fora do esperado, ou inconsistente com seus resultados anteriores, verifique o seguinte:

1. O código no frasco de tiras combina com o código mostrado na tela do medidor?

3. Verifique se o número do código no visor do medidor coincide com o código impresso no frasco das tiras de teste que você está utilizando. Se os dois códigos coincidirem, você pode começar o teste. Caso contrário, favor contatar o SAC para instruções.



Ainda, em consulta a alguns processos públicos, foram identificadas reprovações do produto em questão, quando comparado com resultado laboratorial.

Conclui-se, portanto, que não se pode fazer uso de um produto que não é confiável, no tocante a sua precisão, com base no histórico apresentado.

Ricardo Claus Armond Bravo  
Coordenador DANTE  
Mat. 299098

Ana Clara Iorio  
Coordenação de Assistência Farmacêutica  
Matrícula 062.342