



Nova Friburgo Prefeitura &lt;pregaoeletronico.friburgo@gmail.com&gt;

**Esclarecimento, Pregão Eletrônico nº 129/2022**

5 mensagens

**Anna Paula L R Martins** <amartins@prolife.com.br>

3 de agosto de 2022 11:22

Para: "pregaoeletronico.friburgo@gmail.com" &lt;pregaoeletronico.friburgo@gmail.com&gt;

Cc: Bruna Padovan Marcondes &lt;bpadovan@prolife.com.br&gt;, Fernanda Rezende &lt;frezende@prolife.com.br&gt;

Prezados, bom dia!

Pedido de esclarecimento,

**Ref.: Pregão Eletrônico nº 129/2022 – Item 17: “Eletrocardiógrafo Portátil”**

Para o eletrocardiógrafo, é solicitado: “Compatível com Papel termossensível TAM. 58x30m”. Desta forma, questionamos, serão aceitas tecnologias que possuem impressora térmica acoplada com compatibilidade para papel termossensível de 100mm x 20m e que permitem a conexão com impressora laser externa para impressão em formato A4?

Aguardo retorno.

Atenciosamente,

**Anna Paula Lemos Rojas Martins**

Trainee - Especialista de Produtos, Licitações

ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

[Rua Mirassol, 310 - Vila Clementino](#)[04044-010 - São Paulo - SP - Brasil](#)

Tel.: +55 11 5081-7190/ +55 11 5539-0746

[www.prolife.com.br](http://www.prolife.com.br)

Esta correspondência eletrônica contém informações geradas pela ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

Seu conteúdo é confidencial e se destina exclusivamente à(s) pessoa(s) endereçada(s). A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas.

Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida.

This electronic message contains information originated by ProLife Equipamentos Médicos Ltda (Brasil).

Its content is confidential and is intended for the use of the addressee(s) only. The unauthorized use, copy or disclosure of this message is expressly prohibited.

If you have received this message in error, please contact the sender immediately, by answering the e-mail and deleting promptly.

---

**Nova Friburgo Prefeitura** <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>  
Para: Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

3 de agosto de 2022 12:08

Bom dia,

Encaminho o pedido de esclarecimento da empresa PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA na forma que dispõe o subitem 26.2 do Edital do Pregão Eletrônico nº 129/2022.

28.2 - O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimento no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, podendo requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, além de pronunciamentos de ordem técnica junto ao setor requisitante do objeto licitado.

Informo que o prazo para resposta é até o dia 05/08/2022

Atenciosamente,

--

**Jonathan P. Chaves**

Pregoeiro - Comissão de Pregão II

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Captacao Recursos** <captacaoderecursos.nf@gmail.com>  
Para: pregaoeletronico.friburgo@gmail.com

5 de agosto de 2022 12:08

Boa tarde!

Segue abaixo resposta do setor requisitante para o questionamento do fornecedor.

Att,

Érica Ribeiro

----- Forwarded message -----

De: **Patricia Soares** <patisc1101@gmail.com>

Date: sex., 5 de ago. de 2022 às 11:49

Subject: Re: Esclarecimento, Pregão Eletrônico nº 129/2022

To: Captacao Recursos <captacaoderecursos.nf@gmail.com>

Bom dia,

Recebemos o questionamento da empresa ProLife Equipamentos Médicos Ltda., porém solicitamos que seja cotado o equipamento conforme descrição no processo.

Att,

Subsecretaria de Atenção Básica

Em sex., 5 de ago. de 2022 às 11:09, Captacao Recursos <captacaoderecursos.nf@gmail.com> escreveu:

| Bom dia!

Segue abaixo o pedido de esclarecimento do fornecedor. Por favor, precisamos que seja respondido ainda hoje devido ao prazo para execução do pregão.

O questionamento se refere ao item "eletrocardiógrafo" das emendas 11399.442000/1170-01 e 11399.442000/1180-04.

Att,

Érica Ribeiro

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



**Secretaria Municipal de Saúde**

**Gestão de Processos, Contratos e Convênios**

**(22) 2522-0661 / 2522-0669**

[gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com](mailto:gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com)

---

**Anna Paula L R Martins** <amartins@prolife.com.br>

8 de agosto de 2022 08:45

Para: "pregaoeletronico.friburgo@gmail.com" <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Prezados, bom dia!

Há algum posicionamento sobre o pedido abaixo, por favor?

Obrigada.

Atenciosamente,



**Anna Paula Lemos Rojas Martins**

Trainee - Especialista de Produtos, Licitações

ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

[Rua Mirassol, 310 - Vila Clementino](#)

[04044-010 - São Paulo - SP - Brasil](#)

Tel.: +55 11 5081-7190/ +55 11 5539-0746

[www.prolife.com.br](http://www.prolife.com.br)

Esta correspondência eletrônica contém informações geradas pela ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

Seu conteúdo é confidencial e se destina exclusivamente à(s) pessoa(s) endereçada(s). A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas.

Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida.

This electronic message contains information originated by ProLife Equipamentos Médicos Ltda (Brasil).

Its content is confidential and is intended for the use of the addressee(s) only. The unauthorized use, copy or disclosure of this message is expressly prohibited.

If you have received this message in error, please contact the sender immediately, by answering the e-mail and deleting promptly.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Nova Friburgo Prefeitura** <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>  
Para: Anna Paula L R Martins <amartins@prolife.com.br>

9 de agosto de 2022 10:45

Boa tarde,

Em atenção ao pedido de esclarecimento, após consulta ao setor técnico requisitante, informamos que serão aceitos apenas equipamentos com o descritivo do Termo de Referência, "Compatível com Papel termossensível TAM. 58x30m", não sendo aceitas outras especificações, tendo em vista a compatibilidade do papel termosensível padronizado pelo órgão.

Atenciosamente.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]