
ESCLARECIMENTO, PE 208/2022

4 mensagens

Bruna Padovan Marcondes <bpadovan@prolife.com.br>

8 de dezembro de 2022 13:35

Para: "licitacaopmnf@gmail.com" <licitacaopmnf@gmail.com>

Cc: Anna Paula L R Martins <amartins@prolife.com.br>, Fernanda Rezende <frezende@prolife.com.br>

Prezados, boa tarde!

Pedido de esclarecimento,

Ref.: PE 208/2022 – ITEM 18: “APARELHO DE ANESTESIA”

O descritivo técnico do item menciona: “Possibilidade de sistema de exaustão de gases”. Desta forma, questionamos, o sistema de exaustão de gases deve estar habilitado para uso imediato ou é possibilidade futura de aquisição?

Aguardo retorno,

Atenciosamente,



Bruna Padovan Marcondes dos Santos

Trainee - Especialista de Produtos, Licitações

ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

[Av. Pref. Olavo Gomes de Oliveira, 6800](#) – Desm. Murilo Gattini

37561-130 – Pouso Alegre - MG - Brasil

Tel.:0800 606 4698

www.prolife.com.br

Esta correspondência eletrônica contém informações geradas pela ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

Seu conteúdo é confidencial e se destina exclusivamente à(s) pessoa(s) endereçada(s). A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas.

Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida.

This electronic message contains information originated by ProLife Equipamentos Médicos Ltda (Brasil).

Its content is confidential and is intended for the use of the addressee(s) only. The unauthorized use, copy or disclosure of this message is expressly prohibited.

If you have received this message in error, please contact the sender immediately, by answering the e-mail and deleting promptly.

Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>
Para: gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com

8 de dezembro de 2022 13:54

Boa tarde!

Segue pedido de esclarecimento.

Atenciosamente,

Comissão de Pregão I.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>
Para: gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com, Captacao Recursos <captacaoderecursos.nf@gmail.com>

13 de dezembro de 2022 17:09

Boa tarde!

Segue pedido de esclarecimento.

Atenciosamente,

Comissão de Pregão I.

PRAZO PARA RESPOSTA 13/12/2022.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Captacao Recursos <captacaoderecursos.nf@gmail.com>
Para: Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>, Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

14 de dezembro de 2022 09:03

Bom dia!

Segue resposta para o pedido de esclarecimento do fornecedor.

Att,

Érica Ribeiro
Captação de Recursos e
Planejamento em Saúde

----- Forwarded message -----

De: **Leslie Moura** <lesliecmoura@gmail.com>

Date: ter., 13 de dez. de 2022 às 17:52

Subject: Re: ESCLARECIMENTO, PE 208/2022

To: Captacao Recursos <captacaoderecursos.nf@gmail.com>

Boa tarde,

Em contato com o Serviço de Anestesiologia da unidade requisitante, o equipamento deverá contar com o Sistema de Exaustão de Gases habilitado.

Sem mais para o momento...

Leslie C Moura

Em ter., 13 de dez. de 2022 às 17:15, Captacao Recursos <captacaoderecursos.nf@gmail.com> escreveu:

Boa tarde,

Segue novo pedido de esclarecimento.

Devido à proximidade do certame , solicitamos que encaminhe o mais breve possível a resposta.

Desde já agradeço.

Waleska

[Texto das mensagens anteriores oculto]