



Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS- EDITAL PE 214/2022- PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO RJ- DIA 14/12/22

7 mensagens

Siebra, Catia (GE Healthcare) <Catia.Siebra@ge.com>

6 de dezembro de 2022 16:55

Para: "pregaoeletronico.friburgo@gmail.com" <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>, "Garcia, Gabriele (GE Healthcare)" <Gabriele.Garcia@ge.com>, "Fujita, Eduardo (GE Healthcare)" <Eduardo.Fujita@ge.com>

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO

A empresa **GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA** pessoa jurídica de Direito Privado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na [Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800](#), Cidade Jardim Corporate Center, Continental Tower, 12º andar, São Paulo, SP - CEP 05502-001, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.029.372/0001-40, interessada em participar da **PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 214/2022** vem através desta solicitar esclarecimentos:

DAS RAZOES DO ESCLARECIMENTO/SUGESTÃO**I- DO DESCRITIVO****ITEM 02- ARCO CIRURGICO****EDITAL SOLICITA**

Arco Cirúrgico Para Procedimentos de Cirurgia Geral, Cirurgias Cardíacas e Vasculares e Exames De Angiografia.

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

Devido à aceitação de equipamentos com anodo fixo, solicita-se o detalhamento de uso de alguns procedimentos, visto que o anodo fixo não possui a capacidade do anodo giratório para suportar alguns procedimentos avançados. O equipamento ofertado pela GEHC OEC One consegue realizar procedimentos de cirurgia vascular, angiografia periférica, cirurgia geral, urologia, neurologia de coluna, trauma, ortopedia, entre outros. Será aceito equipamento com tais gamas de procedimento, em conformação com o edital?

EDITAL SOLICITA

ajuste de kv, ma, mas, tempo.

valor selecionado para ma, valor selecionado para kv, valor selecionado mas (corrente x tempo); tempo de fluoroscopia;

SUGESTÃO DE ADEQUAÇÃO

ajuste de kv, ma, mas **e/ou** tempo **ou modo automático**.

valor selecionado para ma, valor selecionado para kv, valor selecionado mas (corrente x tempo) **e/ou** tempo de fluoroscopia;

JUSTIFICATIVA

Todos os novos equipamentos possuem aquisição com mAs automático, o que reduz o risco de repetições e aquisições, reduzindo o tempo em sala. Ademais, mA é uma medida para ajuste de dose e aquisição de imagem equivalente à mAs, na qual o tempo (s) exibido em tela é controlado independentemente, de acordo com a necessidade do operador e cirurgião, trazendo uma maior eficiência no controle manual.

EDITAL SOLICITA

01 (um) suporte com capacidade para os dois monitores com rodízios para locomoção dos equipamentos.

SUGESTÃO DE ADEQUAÇÃO

01 (um) suporte com capacidade para os dois monitores com rodízios para locomoção dos equipamentos **ou equipamento em módulo único, com estação de trabalho acoplada ao arco.**

JUSTIFICATIVA

Equipamentos com estação de trabalho e arco compactos trazem uma maior liberdade de movimentação do conjunto de equipamentos e versatilidade no posicionamento para o médico cirurgião, trazendo maior rapidez e precisão no uso do braço em C. Além disso, facilita-se o transporte do arco para outras localidades do hospital com uma peça única e leve com a mesma função de um equipamento com peças separadas.

EDITAL SOLICITA

01(um) gravador de cd/dvd com capacidade para armazenar imagens e estáticas e dinâmicas em formato dicom, no mínimo, podendo ter função adicional de gravação via usb;

SUGESTÃO DE ADEQUAÇÃO

01(um) gravador de cd/dvd com capacidade para armazenar imagens e estáticas e dinâmicas em formato **e/ou** gravação via usb;

JUSTIFICATIVA

Os sistemas de gravação por mídia (CD/DVD) já estão em obsolescência, tornando seu uso ultrapassado. Sistemas de gravação USB, além de terem maior taxa de gravação, têm maior segurança, e, junto com o sistema DICOM, possibilitam uma maior armazenagem dos dados.

Solicitamos portanto a alteração do descritivo para que possamos participar desta licitação e o órgão se beneficiar da ampla concorrência, obtendo assim a proposta mais vantajosa.

Atenciosamente,

Catia Siebra

Government Specialist / Imaging

GE Healthcare

E-mail: catia.siebra@ge.com
www.gehealthcare.com



GE HealthCare

Siebra, Catia (GE Healthcare) <Catia.Siebra@ge.com>

12 de dezembro de 2022 18:07

Para: "pregaoeletronico.friburgo@gmail.com" <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>, "Garcia, Gabriele (GE Healthcare)" <Gabriele.Garcia@ge.com>, "Fujita, Eduardo (GE Healthcare)" <Eduardo.Fujita@ge.com>

Sr. pregoeiro

Até o momento não foi postado as respostas do comprasnet.

Estamos aguardando parecer para decisão da nossa participação no processo.

Atenciosamente,

Catia Siebra

Government Specialist / Imaging

GE Healthcare

E-mail: catia.siebra@ge.com
www.gehealthcare.com



GE HealthCare

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

13 de dezembro de 2022 11:20

Para: Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Bom dia,

Encaminho pedido de esclarecimento da Empresa **GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA**, na forma que dispõe o subitem o Edital do Pregão Eletrônico nº 214/2022, por se tratar de questão inerente ao setor técnico requisitante.

Prazo para resposta: 14/12/2022.

Atenciosamente

Jonathan P. Chaves

Pregoeiro - Comissão de Pregão II

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>
Para: Captacao Recursos <captacaoderecursos.nf@gmail.com>

13 de dezembro de 2022 14:16

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>
Para: Captacao Recursos <captacaoderecursos.nf@gmail.com>

13 de dezembro de 2022 14:17

----- Forwarded message -----

De: **Siebra, Catia (GE Healthcare)** <Catia.Siebra@ge.com>

Date: ter., 6 de dez. de 2022 às 16:55

Subject: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS- EDITAL PE 214/2022- PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO RJ- DIA 14/12/22

To: pregaoeletronico.friburgo@gmail.com <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>, Garcia, Gabriele (GE Healthcare) <Gabriele.Garcia@ge.com>, Fujita, Eduardo (GE Healthcare) <Eduardo.Fujita@ge.com>

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Captacao Recursos <captacaoderecursos.nf@gmail.com>
Para: Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

13 de dezembro de 2022 16:14

Boa tarde!

Segue a resposta para os questionamentos da empresa **GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA**

Att,

Érica Ribeiro
Captação de Recursos e
Planejamento em Saúde

----- Forwarded message -----

De: **Leslie Moura** <lesliemoura@gmail.com>

Date: ter., 13 de dez. de 2022 às 16:09

Subject: Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS- EDITAL PE 214/2022- PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO RJ- DIA 14/12/22

To: Captacao Recursos <captacaoderecursos.nf@gmail.com>

Boa tarde,

No momento a instituição requisitante não dispõe de Serviço de Engenharia Clínica para a avaliação de requisições de tal especificidade, tendo isto em vista e baseando-me no fato do descritivo ter sido elaborado pela equipe técnica da unidade para atender suas demandas recomendo pelo prosseguimento do certame com as características definidas em TR.

Leslie C MOura
207520

Em ter., 13 de dez. de 2022 às 14:21, Captacao Recursos <captacaoderecursos.nf@gmail.com> escreveu:
Boa tarde Leslie!

Segue pedidos de esclarecimento do fornecedor para o pregão de aquisição do Arco Cirúrgico para análise e manifestação.

Precisamos da resposta ainda hoje ou a licitação será suspensa.

Att,

Érica Ribeiro
Captação de Recursos e
Planejamento em Saúde

----- Forwarded message -----

De: **Nova Friburgo Prefeitura** <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>
Para: "Siebra, Catia (GE Healthcare)" <Catia.Siebra@ge.com>

13 de dezembro de 2022 16:24

Boa tarde,

Segue resposta do setor técnico responsável quanto ao pedido de esclarecimento realizado.

"No momento a instituição requisitante não dispõe de Serviço de Engenharia Clínica para a avaliação de requisições de tal especificidade, tendo isto em vista e baseando-me no fato do descritivo ter sido elaborado pela equipe técnica da unidade para atender suas demandas recomendo pelo prosseguimento do certame com as características definidas em TR."

Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Jonathan P. Chaves

Pregoeiro - Comissão de Pregão II
Prefeitura de Nova Friburgo - RJ
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística.