



Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO 216/2022

3 mensagens

Excimer Tecnologia <excimertecnologia@gmail.com>
Para: pregaoeletronico.friburgo@gmail.com

8 de maio de 2023 às 13:43

Prezados, boa tarde!

Esclarecer:

"19.3 A empresa deverá estar autorizada junto ao Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), sendo certo que a autorização deverá ser comprovada mediante a apresentação do Termo de Responsabilidade emitido por Órgãos da Rede Nacional de Metrologia Legal IPEM (Instituto de Pesos e Medidas) em nome da licitante, a empresa vencedora do certame deverá manter todos os equipamentos da contratante em que sejam necessários o presente certificado dentro das suas validades aos órgãos fiscalizadores. "

Se trata de Autorização de manutenção em balanças e esfigmomanômetro?

Atenciosamente,



Rafaela Alexandre
Supervisora administrativa

Excimer Tecnologia
Comércio e Assistência de Equipamentos Médicos e Hospitalares
Contato: (85) 3393-1503 | (85) 9.9784-2010 | (61) 3536-2262
Email: excimertecnologia@gmail.com



Sender notified by
Mailtrack

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>
Para: Excimer Tecnologia <excimertecnologia@gmail.com>

8 de maio de 2023 às 14:52

Boa tarde,

Em atenção ao pedido de esclarecimento informo que, sim, se trata de Autorização de manutenção em balanças e esfigmomanômetro?

Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

—
Jonathan P. Chaves
Pregoeiro - Comissão de Pregão II
Prefeitura de Nova Friburgo - RJ
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística.

Excimer Tecnologia <excimertecnologia@gmail.com>
Para: Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

9 de maio de 2023 às 07:00

Prezados, bom dia!

Muito grata pela atenção e retorno a minha dúvida.

Atenciosamente,



Rafaela Alexandre

Supervisora administrativa

Excimer Tecnologia

Comércio e Assistência de Equipamentos Médicos e Hospitalares

Contato: (85) 3393-1503 | (85) 9.9784-2010 | (61) 3536-2262

Email: excimertecnologia@gmail.com



Sender notified by
Mailtrack

[Texto das mensagens anteriores oculto]