

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

PROC. 15980/2021

1. DO OBJETO

1.1. O presente TERMO DE REFERÊNCIA visa a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CLÍNICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA e PREVENTIVA com UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, TECNICAMENTE QUALIFICADA PELOS ÓRGÃOS REGULADORES E FISCALIZADORES, REPOSIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS E DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (OS VALORES DE PEÇAS SERÃO RESSARCIDOS DE ACORDO COM SUA UTILIZAÇÃO E DENTRO DO LIMITE APROVADO), CONFORME SEGUE:**

1.1.1. Equipamentos Médicos Hospitalares de Média, Alta e Baixa Complexidade e Suporte Estratégico, alocados em Setores do Hospital Municipal Raul Sertã, Hospital Maternidade Doutor Mario Dutra de Castro, Subsecretaria de Vigilância em Saúde, Subsecretaria de Atenção Básica/Policlínica Sylvio Henrique Braune e Estratégia de Saúde da Família, conforme relatórios e quantitativos constantes no presente instrumento.

1.2. **Requisitantes:** Hospital Municipal Raul Sertã; Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro; Subsecretaria de Vigilância em Saúde; Subsecretaria de Atenção Básica; Estratégia de Saúde em Família;

1.3. **Fundamentação Legal:** Pregão Eletrônico nos termos da Lei nº 10.520/2002 c/c Lei 8.666/93 c/c Decreto Federal nº 10.024/2019 c/c Decreto Municipal nº 599/2020;

1.4. **Período:** 12 (doze) meses a contar da assinatura do instrumento contratual;

1.5. **Tipo:** Menor preço global, nos termos da Lei nº. 8666/93.

1.6. **Código CATSER:** 16055;

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. A presente contratação visa garantir o suporte e a melhoria constante na manutenção e recuperação dos equipamentos pertencentes ao acervo patrimonial da Secretaria Municipal de Saúde, alocados em setores estratégicos do Hospital Municipal Raul Sertã, Hospital Maternidade Doutor Mário Dutra de Castro, Subsecretaria de Vigilância em Saúde, Subsecretaria de Atenção Básica/Policlínica Sylvio Henrique Braune e Unidades de Estratégia de Saúde da Família.

2.2. O serviço em referência visa garantir a funcionalidade ininterrupta dos equipamentos de baixa, média e alta complexidades alocadas nas Unidades de Saúde, uma vez que o processo de



manutenção é imprescindível para o correto funcionamento destes equipamentos dentro dos padrões de segurança estabelecidos por diversos organismos nacionais a fim de garantir a qualidade, eficácia, efetividade e segurança.

As contratações dos serviços resultarão como principais benefícios:

- a) Celeridade no reparo do parque de Equipamentos Médico-Hospitalares, com aplicação de peças/acessórios e serviços especializados quando necessário, reduzindo o tempo de espera para realização de atendimento, consultas, exames e procedimentos ocasionados pela maior disponibilidade destes equipamentos.
- b) Melhor qualidade e presteza no atendimento, provendo desta forma a satisfação e segurança do usuário, agregando economia nos processos de trabalhos.

3. DOS EQUIPAMENTOS PASSÍVEIS DE MANUTENÇÃO - INVENTÁRIO

3.1. Segue acostado ao presente instrumento listagem com a relação dos equipamentos lotados nas Unidades de Saúde que serão submetidos aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme demanda indicada pelos fiscais do contrato.

3.2. Cabe ressaltar que os relatórios anexados ao presente contemplam rol dos equipamentos que se encontram atualmente lotados nas Unidades de Saúde necessitando de manutenção. Trata-se de rol **exemplificativo**, visto que a listagem em referência poderá sofrer alterações, de acordo com a aquisição de novos equipamentos bem como nos casos de baixa dos mesmos.

3.3. Cuida-se o presente de contratação de serviços de engenharia clínica (mão de obra) com reposição de peças, quando demandada, **o que poderá ser realizado em qualquer equipamento pertencente as Unidades Requisitantes, desde que indicados e autorizados pelos fiscais da contratação.**

SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA SAÚDE - 2021	
SUJEITOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA-CORRETIVA-CALIBRAÇÃO-OUTROS	
PATRIMÔNIO	EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES
3915130	BALANÇA PORTÁTIL ELETRONICA - SÉRIE 314001
3915131	BALANÇA PORTÁTIL ELETRONICA - SÉRIE 314002
3915132	BALANÇA PORTÁTIL ELETRONICA - SÉRIE 314003
3915133	BALANÇA PORTÁTIL ELETRONICA - SÉRIE 314006
3915134	BALANÇA PORTÁTIL ELETRONICA - SÉRIE 314004
3915135	BALANÇA PORTÁTIL ELETRONICA - SÉRIE 314005
3916267	MICROSCÓPIO - N/S. 700581 - AA 3822.00.90 CV
3918783	FOTOCOLORÍMETRO MICROP. DIGITAL P/CLORO - MODELO DIA-CL - MARCA: DELLAB
3918792	PHMETRO DIGITAL MICROP. DE BANCADA - MODELO DIA-PH - MARCA: DELLAB



3920330	BALANÇA ELETRÔNICA - MARCA LIDER - CAP. 200 KG - SÉRIE 59.864
3920331	BALANÇA ELETRÔNICA - MARCA LIDER - CAP. 200 KG - SÉRIE 59.865
3920332	BALANÇA ELETRÔNICA - MARCA LIDER - CAP. 200 KG - SÉRIE 59.866
3920333	BALANÇA ELETRÔNICA - MARCA LIDER - CAP. 200 KG - SÉRIE 59.867
3920656	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS BT 1100 - 280 TOP - RMS = SÉRIE 2018.1186
3920657	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS BT 1100 - 280 TOP - RMS = SÉRIE 2018.1187
3920658	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS BT 1100 - 280 TOP - RMS = SÉRIE 2018.1188
3922438	AUTOCLAVE DE BANCADA 12 LITROS COM CUBA INOX - MARCA: STERMAX
3922439	AUTOCLAVE DE BANCADA 12 LITROS COM CUBA INOX - MARCA: STERMAX
3922440	AUTOCLAVE DE BANCADA 12 LITROS COM CUBA INOX - MARCA: STERMAX
3922441	AUTOCLAVE DE BANCADA 12 LITROS COM CUBA INOX - MARCA: STERMAX
3922442	AUTOCLAVE DE BANCADA 12 LITROS COM CUBA INOX - MARCA: STERMAX
3922473	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 220 V - MARCA: ECEL SELAMAX
3922474	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 220 V - MARCA: ECEL SELAMAX
3922475	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 220 V - MARCA: ECEL SELAMAX
3922476	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 220 V - MARCA: ECEL SELAMAX
3922765	MICROSCOPIO BIOLÓGICO BINOCULAR COM AMPLIAÇÃO DE 40X ATÉ 1000 X - COMOBJETIVAPLANA-ILUMINAÇÃO LED - BATERIA RECARREGAVEL - MODELO: TIM-18-PL - MARCA: OPTON - FABRICANTE: ANATOMIC
3922766	MICROSCOPIO BIOLÓGICO BINOCULAR COM AMPLIAÇÃO DE 40X ATÉ 1000 X - COMOBJETIVAPLANA-ILUMINAÇÃO LED - BATERIA RECARREGAVEL - MODELO: TIM-18-PL - MARCA: OPTON - FABRICANTE: ANATOMIC
3922767	MICROSCOPIO BIOLÓGICO BINOCULAR COM AMPLIAÇÃO DE 40X ATÉ 1000 X - COMOBJETIVAPLANA-ILUMINAÇÃO LED - BATERIA RECARREGAVEL - MODELO: TIM-18-PL - MARCA: OPTON - FABRICANTE: ANATOMIC
3922768	MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO BINOCULAR - AUMENTO 10X - 20X - 40X E 80X - ILUMINAÇÃOOTRANSMITIDAEREFLETIDA LED - MODFELO: TIM-30 - MARCA: OPTON - FABRICANTE: ANATOMIC
3922769	MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO BINOCULAR - AUMENTO 10X - 20X - 40X E 80X - ILUMINAÇÃOOTRANSMITIDAEREFLETIDA LED - MODFELO: TIM-30 - MARCA: OPTON - FABRICANTE: ANATOMIC
3922770	MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO BINOCULAR - AUMENTO 10X - 20X - 40X E 80X - ILUMINAÇÃOOTRANSMITIDAEREFLETIDA LED - MODFELO: TIM-30 - MARCA: OPTON - FABRICANTE: ANATOMIC
3922771	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA - VERTICAL - MODELO CSV 280 - MARCA: ELBER
3922772	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA - VERTICAL - MODELO CSV 280 - MARCA: ELBER
3922773	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA - VERTICAL - MODELO CSV 280 - MARCA: ELBER

INVENTÁRIO - EQUIPAMENTOS SUBSEC. ATENÇÃO BÁSICA - ANO 2021	
SUJEITOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA - CORRETIVA- CALIBRAÇÃO - OUTROS	
PATRIMÔNIO	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E OUTROS ESTRATÉGICOS
3902052	COMPRESSOR - MARCA BABY-ATRANT S 136
3902083	BALANÇA ADULTO - MARCA WELMY
3902127	COMPRESSOR - MARCA SCHULZ



3902149	BALANÇA ADULTO
3902170	BALANÇA ADULTO
3902528	BALANÇA ADULTO - MARCA WELMY
3902529	BALANÇA PEDIÁTRICA - MARCA FILIZOLA
3902548	AGITADOR DE PLACAS KLINE - MARCA: DEPRON
3902559	MICROSCÓPIO X52 - 107BN
3902561	APARELHO DE BICO - BISEM
3902587	BALANÇA ADULTO - MARCA: FILIZOLA
3902692	BALANÇA ADULTO - MARCA: FILIZOLA
3902728	BALANÇA ADULTO - MARCA: WELMY
3902808	COMPRESSOR - MARCA SCHULZ
3902815	BALANÇA ADULTO - MARCA: FILIZOLA
3902818	BALANÇA PEDIÁTRICA - MARCA: BALMAX
3902831	BALANÇA PEDIÁTRICA
3902903	BALANÇA ADULTO - MARCA: FILIZOLA
3902935	BALANÇA ADULTO - MARCA: FILIZOLA
3903107	COMPRESSOR
3903177	BALANÇA ADULTO - MARCA: FILIZOLA
3903235	BALANÇA ADULTO - MARCA: FILIZOLA
3903248	BALANÇA PEDIÁTRICA - FILIZOLA
3903253	BALANÇA ADULTO - MARCA: FILIZOLA
3903377	APARELHO DE ULTRA-SOM - TENS MED IV - FISIoT.
3903385	APARELHO DE FISIOTERAPIA
3903388	INFRAVERMELHO - MARCA: CARCI
3903424	BALANÇA ADULTO - MARCA: FILIZOLA
3906549	BALANÇA ADULTO - MARCA: FILIZOLA
3906607	COMPRESSOR
3906613	COMPRESSOR
3906672	BALANÇA ADULTO - MARCA: FILIZOLA
3908039	AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA BANCADA - DIGITAL - MICRO PROCESSADA - CAP. 34 LITROS
3908260	GERADOR DE EMERGÊNCIA GG 55/50 KVA - COM ACOMPANHAMENTOS: QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO - BATERIA DE 105 AH - CONJUNTO DE MANUAIS TÉCNICOS - TANQUE COMBUSTÍVEL DE 125 LITROS - CONJUNTO DE
3908391	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA
3908392	BALANÇA PEDIÁTRICA
3908407	LEITORA AUTOMÁTICA DE MICROPLACAS - MARCA: FERMO PLATE
3908408	LAVADORA - SEMI AUTOMÁTICA DE ELISA MICROWELE WASTER MODELO BSII
3908452	ARQUIVO - HISTOLIFE 80000 LÂMINAS - MARCA: ERVIEGAS
3909022	AUTOCLAVE - CAPACIDADE DE 12 LITROS
3909083	BALANÇA ADULTO



3909084	BALANÇA ADULTO
3909085	BALANÇA ADULTO
3909087	BALANÇA PEDIÁTRICA
3909088	BALANÇAPEDIÁTRICA
3909089	BALANÇAPEDIÁTRICA
3909348	COMPRESSORDEAR-220V -PARACONSULTÓRIOODONTOLÓGICO
3909349	BOMBADESUCÇÃO-PARARETIRADADE CORPOSESTRANHOS
3910183	CENTRIFUGA-SOROLOGIA-CAPACIDADE16TUBOS
3910501	SONAR-COMENTRADAPARALUZEPUILHA-COMFONE
3910502	APARELHO NEURODYN-II CANAISCORRENTTESTENSEFENS-MARCA:IBRAMED
3910518	APARELHOPARABIOQUÍMICA-SEMIAUTOMATICO-MONOCAL
3910597	MICROSCÓPIOBINOCULAR-SÉRIEL2000A
3911135	APARELHOPARAHEMATOLOGIA-8PARÂMETROS
3913013	INFRAVERMELHO
3913015	ULTRASOMDE1MHZ=MARCA:IBRAMED=SONOPULSECOMPACT -FISIO.
3913937	BALANÇA
3913938	BALANÇA
3915084	ECOBÍOMETRO-APARELHOOFTALMOLÓGICO
3915838	BISTURIELETRÔNICOMICROPROCESSADOBP150-MARCA:EMAI
3916008	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA-FANEM-347
3916232	APARELHO DE INFRAVERMELHO-FISIOTERAPIA
3916233	APARELHO DE INFRAVERMELHO-FISIOTERAPIA
3916234	APARELHO DE ULTRASSOM-FISIOTERAPIA
3916235	NEURODYIII-02 CANAIS-FISIOTERAPIA
3916236	NEURODYII-04 CANAIS-TOTALMENTE DIGITAL-FISIOTERAPIA
3916237	SONOPULSEIII-1E3MHZ-FISIOTERAPIA
3918189	ELETROCARDIOGRAFOEX-01-MARCA:EMAI
3918190	ELETROCARDIOGRAFOEX-01-MARCA:EMAI
3918191	ELETROCARDIOGRAFOEX-01-MARCA:EMAI
3919192	ELETROCARDIOGRAFOEX-01-MARCA:EMAI
3919193	ELETROCARDIOGRAFOEX-01-MARCA:EMAI
3918197	AUTOCLAVE BS-21LITROS-220V
3918198	AUTOCLAVE BS-21LITROS-220V
3918200	AUTOCLAVE BS-21LITROS-220V
3918201	CADEIRA DENTISTA-COM CONTROLE DIGITAL-EQUIPO-UNIDÁGUA E REFLETOR
3918202	CADEIRA DENTISTA-COM CONTROLE DIGITAL-EQUIPO-UNIDÁGUA E REFLETOR
3918203	CADEIRA DENTISTA-COM CONTROLE DIGITAL-EQUIPO-UNIDÁGUA E REFLETOR
3918204	CADEIRA DENTISTA-COM CONTROLE DIGITAL-EQUIPO-UNIDÁGUA E REFLETOR



3918205	COMPRESSORODONTOLOGICO30LITROS-MARCA:MITO-FIAC
3918206	COMPRESSORODONTOLOGICO30LITROS-MARCA:MITO-FIAC
3918207	COMPRESSORODONTOLOGICO30LITROS-MARCA:MITO-FIAC
3918208	COMPRESSORODONTOLOGICO30LITROS-MARCA:MITO-FIAC
3918221	APARELHO OFTALMOLOGICOKIT+LENTE VOLK78DP-OPTO(INCL.COMP.POSITIVO)
3918222	AUTOREFRATORFKK5000
3918490	BISTURIELETRÔNICO-B1600MP
3918491	BISTURIELETRÔNICO-B1600MP
3918492	BISTURIELETRÔNICO-B1600MP
3918493	BISTURIELETRÔNICO-B1600MP
3918494	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA-EQUIPAMENTO INDREL RVV-440D(SS)-220V
3918495	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA-EQUIPAMENTO INDREL RVV-440D(SS)-220V
3918496	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA-EQUIPAMENTO INDREL RVV-440D(SS)-220V
3919637	AUTOCLAVE DIGITALE-MODELO 1.2
3919638	AUTOCLAVE DIGITALE-MODELO 1.2
3919639	AUTOCLAVE DIGITALE-MODELO 1.2
3919640	AUTOCLAVE DIGITALE-MODELO 1.2
3919641	AUTOCLAVE DIGITALE-MODELO 1.2
3919726	DETECTOR FETAL DE MESA FD300D-MARCA:MD-SÉRIE MFD3D141002223
3919727	DETECTOR FETAL DE MESA FD300D-MARCA:MD-SÉRIE MFD3D141002224
3919728	DETECTOR FETAL DE MESA FD300D-MARCA:MD-SÉRIE MFD3D141002225
3919729	DETECTOR FETAL DE MESA FD300D-MARCA:MD-SÉRIE MFD3D141002226
3919730	DETECTOR FETAL DE MESA FD300D-MARCA:MD-SÉRIE MFD3D141002227
3919993	MICROSCÓPIO CLÍNICO BINOCULAR-SÉRIE 4111824-PO
3919994	CENTRÍFUGA IN BRAS-SÉRIE 110220117039008
3920014	SELADOR PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO-COORD.SAÚDE BUCAL
3920015	SELADOR PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO-COORD.SAÚDE BUCAL
3920016	SELADOR PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO-COORD.SAÚDE BUCAL
3920017	SELADOR PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO-COORD.SAÚDE BUCAL
3920018	SELADOR PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO-COORD.SAÚDE BUCAL
3920019	SELADOR PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO-COORD.SAÚDE BUCAL
3920020	SELADOR PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO-COORD.SAÚDE BUCAL
3920021	SELADOR PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO-COORD.SAÚDE BUCAL
3920222	SELADOR PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO-COORD.SAÚDE BUCAL
3920023	SELADOR PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO-COORD.SAÚDE BUCAL
3920024	AUTOCLAVE 12 LITROS-COORD.SAÚDE BUCAL
3920028	KIT CADÊMICOO DONTOLÓGICO COMPLETO-COORD.SAÚDE BUCAL
3920029	KIT CADÊMICOO DONTOLÓGICO COMPLETO-COORD.SAÚDE BUCAL



3920030	KITACADÊMICOODONTOLÓGICOCOMPLETO-COORD.SAÚDEBUCAL
3920031	KITACADÊMICOODONTOLÓGICOCOMPLETO-COORD.SAÚDEBUCAL
3920032	KITACADÊMICOODONTOLÓGICOCOMPLETO-COORD.SAÚDEBUCAL
3920085	KITACADÊMICO-COMCANETADEALTAROTAÇÃO-COORD.SAÚDEBUCAL
3920086	KITACADÊMICO-COMCANETADEALTAROTAÇÃO-COORD.SAÚDEBUCAL
3920087	KITACADÊMICO-COMCANETADEALTAROTAÇÃO-COORD.SAÚDEBUCAL
3920088	KITACADÊMICO-COMCANETADEALTAROTAÇÃO-COORD.SAÚDEBUCAL
3920089	KITACADÊMICO-COMCANETADEALTAROTAÇÃO-COORD.SAÚDEBUCAL
3920090	EQUIPOODONTOLÓGICOCOMPLETO-COORD.SAÚDEBUCAL
3920091	EQUIPOODONTOLÓGICOCOMPLETO-COORD.SAÚDEBUCAL
3920094	COMPRESSORODONTOLÓGICO-ISENTODEÓLEO-COORD.SAÚDEBUCAL
3920095	COMPRESSORODONTOLÓGICO-ISENTODEÓLEO-COORD.SAÚDEBUCAL
3920096	COMPRESSORODONTOLÓGICO-ISENTODEÓLEO-COORD.SAÚDEBUCAL
3920102	AUTOCLAVE12LITROS-MARCA:ALT-COORD.SAÚDEBUCAL
3920103	AUTOCLAVE12LITROS-MARCA:ALT-COORD.SAÚDEBUCAL
3920119	TURBIDIMETRODIGITALPORTÁTIL-MEDIÇÃOÁGUA
3920120	MEDIDORDEPHPORTÁTIL-ÁGUA
3920197	APARELHODELASERTERAPEUTICO-SETORDEFISIOTERAPIA
3920198	APARELHODELASERTERAPEUTICO-SETORDEFISIOTERAPIA
3920199	APARELHODELASERTERAPEUTICO-SETORDEFISIOTERAPIA
3920200	APARELHODELASERTERAPEUTICO-SETORDEFISIOTERAPIA
3920201	ULTRASSOM1MHZ=SETORDEFISIOTERAPIA
3920202	ULTRASSOM1MHZ=SETORDEFISIOTERAPIA
3920203	ULTRASSOM1MHZ=SETORDEFISIOTERAPIA
3920204	ULTRASSOM1MHZ=SETORDEFISIOTERAPIA
3920205	ULTRASSOM1MHZ=SETORDEFISIOTERAPIA
3920206	ULTRASSOM1MHZ=SETORDEFISIOTERAPIA
3920207	ULTRASSOM1MHZ=SETORDEFISIOTERAPIA
3920219	APARELHODEINFRVERMELHOSIMPLES-1LÂMPADA-SETORDEFISIOTERAPIA
3920220	APARELHODEINFRVERMELHOSIMPLES-1LÂMPADA-SETORDEFISIOTERAPIA
3920318	AUTOCLAVEHORIZONTALMAÇOINOX-CAP.12LITROS-MARCA:DIGITALE-EMENDA
3920319	AUTOCLAVEHORIZONTALMAÇOINOX-CAP.12LITROS-MARCA:DIGITALE-EMENDA
3920473	APARELHODETENS-4CANAIS-MARCA:IBRAMED-SETORFISIOTERAPIA
3920474	APARELHODETENS-4CANAIS-MARCA:IBRAMED-SETORFISIOTERAPIA
3920475	APARELHODETENS-4CANAIS-MARCA:IBRAMED-SETORFISIOTERAPIA
3920476	APARELHODETENS-4CANAIS-MARCA:IBRAMED-SETORFISIOTERAPIA
3920477	APARELHODETENS-4CANAIS-MARCA:IBRAMED-SETORFISIOTERAPIA
3920478	APARELHODETENS-4CANAIS-MARCA:IBRAMED-SETORFISIOTERAPIA



3920479	APARELHODETENS-4CANAI-MARCA:IBRAMED-SETORFISIOTERAPIA
3920620	DESFIBRILADORSEMI-AUT. EXTERNO DE ABNEHEARTD1-SÉRIEFQ8A021233
3920621	OXÍMETRO DE PULSO-MODELO PM-60-SÉRIE CR88195510-N.FISCAL572
3920622	ELETROCARDIOGRAMA DE ABNEHEARTR3-SÉRIE FK88015302
3920623	ELETROCARDIOGRAMA DE ABNEHEARTR3-SÉRIE FK88015306
3920631	ELETROCARDIOGRAMA DE ECG-6-MARCA: ECAFIX
3920632	ELETROCARDIOGRAMA DE ECG-6-MARCA: ECAFIX
3920633	ELETROCARDIOGRAMA DE ECG-6-MARCA: ECAFIX
3920634	ELETROCARDIOGRAMA DE ECG-6-MARCA: ECAFIX
3920635	ELETROCARDIOGRAMA DE ECG-6-MARCA: ECAFIX
3921118	INFRAVERMELHO PEDESTAL-MARCA: CARCI
3921119	INFRAVERMELHO PEDESTAL-MARCA: CARCI
3921120	INFRAVERMELHO PEDESTAL-MARCA: CARCI
3921121	INFRAVERMELHO PEDESTAL-MARCA: CARCI
3921122	INFRAVERMELHO PEDESTAL-MARCA: CARCI
3921123	INFRAVERMELHO PEDESTAL-MARCA: CARCI
3921124	ELETROCARDIOGRAMA DE ECG-6-MARCA: ECAFIX-SÉRIE 219905
3921125	ELETROCARDIOGRAMA DE ECG-6-MARCA: ECAFIX-SÉRIE 219906
3921126	ELETROCARDIOGRAMA DE ECG-6-MARCA: ECAFIX-SÉRIE 219907
3921127	ELETROCARDIOGRAMA DE ECG-6-MARCA: ECAFIX-SÉRIE 219909
3921128	ELETROCARDIOGRAMA DE ECG-6-MARCA: ECAFIX-SÉRIE 219910
3921131	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS-CAPACIDADE 120 LITROS
3921132	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS-CAPACIDADE 120 LITROS
3921245	CÂMARA DE VACINA VERTICAL -120 LITROS-FAB. INDRELL -REF. RVV11D
3921246	CÂMARA DE VACINA VERTICAL -120 LITROS-FAB. INDRELL -REF. RVV11D
3921247	CÂMARA DE VACINA VERTICAL -120 LITROS-FAB. INDRELL -REF. RVV11D
3921248	CÂMARA DE VACINA VERTICAL -280 LITROS-FAB. INDRELL -REF. RVV22D
3921249	CÂMARA DE VACINA VERTICAL -504 LITROS-FAB. INDRELL -REF. RC504D
3921250	CÂMARA DE VACINA VERTICAL -504 LITROS-FAB. INDRELL -REF. RC504D
3921326	SELADORA AUTOMÁTICA-MOD. SRN-01
3921334	SELADORA AUTOMÁTICA-MOD. SRN-01
3921381	COMPRESSORCSM-40-MARCA: SANDERSON DONTOLÓGICO
3921382	COMPRESSORCSM-40-MARCA: SANDERSON DONTOLÓGICO
3921383	COMPRESSORCSM-40-MARCA: SANDERSON DONTOLÓGICO
3921384	APARELHO DE RÁXIO DONTOLÓGICO
3921385	APARELHO DE RÁXIO DONTOLÓGICO
3921386	ULTRASSOM DONTOLÓGICO
3921387	ULTRASSOM DONTOLÓGICO



3921390	DETECTORFETALPORTÁTIL DIGITAL-KLP618-MARCA:KOLPLAST-NS. 015
3921391	DETECTORFETALPORTÁTIL DIGITAL-KLP618-MARCA:KOLPLAST-NS. 016
3921392	VÍDEOCOLPOSCÓPIOKLP300-MARCA:KOLPLAST-NS.004- INCLUINDOMONITORDELED18,5"WIDECRREEN -MARCA:PHILIPS
3921971	AUTOCLAVEHORIZONTAL25LITROS-MOD.2.5-MARCA:DIGITALE-ND-H252521460SF
3921972	AUTOCLAVEHORIZONTAL25LITROS-MOD.2.5-MARCA:DIGITALE-ND-H252521460SF
3921973	BANHOMARIADIGITAL72TUBOSDEATÉ13MM-MARCA:BENFER-NS.BF15966
3921974	BANHOMARIADIGITAL72TUBOSDEATÉ13MM-MARCA:BENFER-NS.BF15966
3921981	BALANÇAELETRONICA-MARCA:LIDER-MOD:P-200C-CAP.200KG-SÉRIE70041
3921982	BALANÇAELETRONICA-MARCA:LIDER-MOD:P-200C-CAP.200KG-SÉRIE700
3921989	CADEIRAODONTOLÓGICACOMPLETACOMEQUIPOACOPLADOPNEUMATICO- CABECEIRABIARTICULADA- UNIDADEAUXILIARE REFLETOR
3921991	BOMBADEVÁCUOATÉ2HP/CVPOTENCIA-VÁCUO0,5HP/450MMHG-220-ODONTOLÓGICO
3921993	ASPIRADORDESECREÇÃOELETRICOMÓVEL
3921994	ASPIRADORDESECREÇÃOELETRICOMÓVEL
3921998	AGITADORDELINE
3921999	AGITADORDELINE
3922000	OTOSCÓPIO
3922001	OTOSCÓPIO
3922002	CENTRIFUGALABORATORIALDE BANCADA-TECNOLOGIADIGITAL-B E N F E R / C L
3922006	LENSÔMETROLEITURAEXTERNACOMMIRAEMCRUZ -VISION BC
3922007	REFRATORDEGREENS-COMPOSTACOMTODASASPRINCIPAISLENTES
3922008	MEDIDORDE MONOXIDOSDECARBONO-TIPOSENSOR-MARCA:AKSO/AK780
3922122	APARELHODE ULTRASSOMDIAGNOSTICOGINECO/OBSTETRICIA-DC30- MARCA:MINDRAY- INCLUINDO TRANSDUTORESSONDA+VIDEOPRINTERPRETOEBRANCO+NOBREAKCOMPATIVELCOMEQ UIPAMENTO
3922431	EQUIPOODONTOLÓGICO-CADEIRAODONTOLOGICACOMPLETA(EQUIPO-SUGADOR- REFRETOR)MARCA: DENTAMED-EMENDA1180-06
3922761	ESPIRÔMETROMIRMINISPIRS/SPO2-MARCA:MIR-LOTE:A23-C13372
3922764	CÂMARA PARACONSERVAÇÃODEIMUNOBIOLOGICOS-MODELOCSV-120LITROS-MARCA:ELBER- EMENDA 1160-02
3922774	CÂMARA PARACONSERVAÇÃODEIMUNOBIOLOGICOS-MODELOCSV-120LITROS-MARCA:ELBER- EMENDA 1160-02

INVENTÁRIO-EQUIPAMENTOS-ESTRATÉGIASAÚDE FAMILIA-ANO2021

SUJEITOSMANUTENÇÃOPREVENTIVA-CORRETIVA- CALIBRAÇÃO



PATRIMÔNIO	EQUIPAMENTOSMÉDICOSHOSPITALARESEOUTROSESTRATÉGICOS
3901084	BALANÇAANTROPOMÉTRICA
3901105	BALANÇAANTROPOMÉTRICA
3901235	BALANÇAADULTRO-MARCA:WELMY
3901391	BALANÇAADULTO
3901485	BALANÇA
3901561	BALANÇAADULTO
3901728	BALANÇAADULTO
3901862	BALANÇAADULTO
3901957	BALANÇAADULTO
3911074	BALANÇAADULTOMECÂNICA-MARCA:WELMY-CAP.150KILOS
3911075	BALANÇAINFANTIL
3911093	AUTOCLAVEVERTICAL -12LITROS
3911752	BALANÇAINFANTIL
3915373	BALANÇAANTROPOMÉTRICAPORTATIL-MARCA:WELMY
3915374	BALANÇAANTROPOMÉTRICAPORTATIL-MARCA:WELMY
3915376	BALANÇAANTROPOMÉTRICAPORTATIL-MARCA:WELMY
3915380	BALANÇAANTROPOMÉTRICAPORTATIL-MARCA:WELMY
3915381	BALANÇAANTROPOMÉTRICAPORTATIL-MARCA:WELMY
3915382	BALANÇAANTROPOMÉTRICAPORTATIL-MARCA:WELMY
3915383	BALANÇAANTROPOMÉTRICAPORTATIL-MARCA:WELMY
3915384	BALANÇAANTROPOMÉTRICAPORTATIL-MARCA:WELMY
3915385	BALANÇAANTROPOMÉTRICAPORTATIL-MARCA:WELMY
3915386	BALANÇAANTROPOMÉTRICAPORTATIL-MARCA:WELMY
3915387	BALANÇAANTROPOMÉTRICAPORTATIL-MARCA:WELMY
3915388	BALANÇAANTROPOMÉTRICAPORTATIL-MARCA:WELMY
3915437	AUTOCLAVEEMINOX-MARCA:BS-CAPACIDADEDE42LITROS
3915442	AUTOCLAVEEMINOX-MARCA:BS-CAPACIDADEDE42LITROS
3915768	BALANÇAPEDIATRICA
3918223	AUTOCLAVE-MODELOHORIZONTALALUMINIO-CAP.42LITROS-BS
3918226	DETECTORFETALPORTÁTIL-MARTEC
3918229	AUTOCLAVE21LITROS-BS
3918232	CADEIRADENTISTACOMCONTROLEDIGITAL-C/EQUIPO-UNID.ÁGUA-REFLETOR
3918233	CADEIRADENTISTACOMCONTROLEDIGITAL-C/EQUIPO-UNID.ÁGUA-REFLETOR
3918234	CADEIRADENTISTACOMCONTROLEDIGITAL-C/EQUIPO-UNID.ÁGUA-REFLETOR
3918235	CADEIRADENTISTACOMCONTROLEDIGITAL-C/EQUIPO-UNID.ÁGUA-REFLETOR
3918236	COMPRESSORODONTOLOGICOMITOFIAC-30LITROS
3918237	COMPRESSORODONTOLOGICOMITOFIAC-30LITROS



3918238	COMPRESSORODONTOLOGICOMITOFIAC-30LITROS
3918822	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA-ESTRUTURA CHAPA DE AÇO-CAP:300KILOS-ANO2014
3918823	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA-ESTRUTURA CHAPA DE AÇO-CAP:300KILOS-ANO2014
3918824	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA-ESTRUTURA CHAPA DE AÇO-CAP:300KILOS-ANO2014
3918825	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA-ESTRUTURA CHAPA DE AÇO-CAP:300KILOS-ANO2014
3918826	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA-ESTRUTURA CHAPA DE AÇO-CAP:300KILOS-ANO2014
3918827	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA-ESTRUTURA CHAPA DE AÇO-CAP:300KILOS-ANO2014
3918828	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA-ESTRUTURA CHAPA DE AÇO-CAP:300KILOS-ANO2014
3918829	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA-ESTRUTURA CHAPA DE AÇO-CAP:300KILOS-ANO2014
3918830	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA-ESTRUTURA CHAPA DE AÇO-CAP:300KILOS-ANO2014
3918831	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA-ESTRUTURA CHAPA DE AÇO-CAP:300KILOS-ANO2014
3918832	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA-ESTRUTURA CHAPA DE AÇO-CAP:300KILOS-ANO2014
3918833	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA-ESTRUTURA CHAPA DE AÇO-CAP:300KILOS-ANO2014
3918834	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA-ESTRUTURA CHAPA DE AÇO-CAP:300KILOS-ANO2014
3918835	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA-ESTRUTURA CHAPA DE AÇO-CAP:300KILOS-ANO2014
3918836	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA-ESTRUTURA CHAPA DE AÇO-CAP:300KILOS-ANO2014
3918837	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA-ESTRUTURA CHAPA DE AÇO-CAP:300KILOS-ANO2014
3918838	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA-ESTRUTURA CHAPA DE AÇO-CAP:300KILOS-ANO2014
3918839	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA-ESTRUTURA CHAPA DE AÇO-CAP:300KILOS-ANO2014
3918840	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA-ESTRUTURA CHAPA DE AÇO-CAP:300KILOS-ANO2014
3918841	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA-ESTRUTURA CHAPA DE AÇO-CAP:300KILOS-ANO2014
3918842	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA-ESTRUTURA CHAPA DE AÇO-CAP:300KILOS-ANO2014
3918843	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA-ESTRUTURA CHAPA DE AÇO-CAP:300KILOS-ANO2014
3918844	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA-ESTRUTURA CHAPA DE AÇO-CAP:300KILOS-ANO2014
3918845	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA-ESTRUTURA CHAPA DE AÇO-CAP:300KILOS-ANO2014
3918846	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA-ESTRUTURA CHAPA DE AÇO-CAP:300KILOS-ANO2014
3918847	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA-ESTRUTURA CHAPA DE AÇO-CAP:300KILOS-ANO2014
3918848	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA-ESTRUTURA CHAPA DE AÇO-CAP:300KILOS-ANO2014
3918849	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA-ESTRUTURA CHAPA DE AÇO-CAP:300KILOS-ANO2014
3918850	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA-ESTRUTURA CHAPA DE AÇO-CAP:300KILOS-ANO2014
3918551	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA-ESTRUTURA CHAPA DE AÇO-CAP:300KILOS-ANO2014
3918852	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA-ESTRUTURA CHAPA DE AÇO-CAP:300KILOS-ANO2014
3918853	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA-ESTRUTURA CHAPA DE AÇO-CAP:300KILOS-ANO2014
3918854	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA-ESTRUTURA CHAPA DE AÇO-CAP:300KILOS-ANO2014
3918855	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA-ESTRUTURA CHAPA DE AÇO-CAP:300KILOS-ANO2014
3918856	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA-ESTRUTURA CHAPA DE AÇO-CAP:300KILOS-ANO2014
3918857	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA-ESTRUTURA CHAPA DE AÇO-CAP:300KILOS-ANO2014
3918858	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA-ESTRUTURA CHAPA DE AÇO-CAP:300KILOS-ANO2014



3918859	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA-ESTRUTURA CHAPA DE AÇO-CAP:300KILOS-ANO2014
3918860	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA-ESTRUTURA CHAPA DE AÇO-CAP:300KILOS-ANO2014
3918861	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA-ESTRUTURA CHAPA DE AÇO-CAP:300KILOS-ANO2014
3919527	AUTOCLAVE EM ALUMÍNIO-MODELO HORIZONTAL-CAPACIDADE 45LITROS-ANO2014
3919613	AUTOCLAVEDIGITALE-MODELO1.2-ANO2015
3919614	AUTOCLAVEDIGITALE-MODELO1.2-ANO2015
3919615	AUTOCLAVEDIGITALE-MODELO1.2-ANO2015
3919616	AUTOCLAVEDIGITALE-MODELO1.2-ANO2015
3919617	AUTOCLAVEDIGITALE-MODELO1.2-ANO2015
3919618	AUTOCLAVEDIGITALE-MODELO1.2-ANO2015
3919619	AUTOCLAVEDIGITALE-MODELO1.2-ANO2015
3919620	AUTOCLAVEDIGITALE-MODELO1.2-ANO2015
3919621	AUTOCLAVEDIGITALE-MODELO1.2-ANO2015
3919622	AUTOCLAVEDIGITALE-MODELO1.2-ANO2015
3919623	AUTOCLAVEDIGITALE-MODELO1.2-ANO2015
3919624	AUTOCLAVEDIGITALE-MODELO1.2-ANO2015
3919625	AUTOCLAVEDIGITALE-MODELO1.2-ANO2015
3919626	AUTOCLAVEDIGITALE-MODELO1.2-ANO2015
3919627	AUTOCLAVEDIGITALE-MODELO1.2-ANO2015
3919628	AUTOCLAVEDIGITALE-MODELO1.2-ANO2015
3919629	AUTOCLAVEDIGITALE-MODELO1.2-ANO2015
3919630	AUTOCLAVEDIGITALE-MODELO1.2-ANO2015
3919631	AUTOCLAVEDIGITALE-MODELO1.2-ANO2015
3919632	AUTOCLAVEDIGITALE-MODELO1.2-ANO2015
3919633	AUTOCLAVEDIGITALE-MODELO1.2-ANO2015
3919634	AUTOCLAVEDIGITALE-MODELO1.2-ANO2015
3919635	AUTOCLAVEDIGITALE-MODELO1.2-ANO2015
3919636	AUTOCLAVEDIGITALE-MODELO1.2-ANO2015
3919651	BALANÇAINF.MECÂNICAREF.109CHCONCHAINOX-MARCA:WELMY-SÉRIE47501
3919652	BALANÇAINF.MECÂNICAREF.109CHCONCHAINOX-MARCA:WELMY-SÉRIE47502
3919653	BALANÇAINF.MECÂNICAREF.109CHCONCHAINOX-MARCA:WELMY-SÉRIE47503
3919654	BALANÇAINF.MECÂNICAREF.109CHCONCHAINOX-MARCA:WELMY-SÉRIE47504
3919655	BALANÇAINF.MECÂNICAREF.109CHCONCHAINOX-MARCA:WELMY-SÉRIE47505
3919656	BALANÇAINF.MECÂNICAREF.109CHCONCHAINOX-MARCA:WELMY-SÉRIE47506
3919657	BALANÇAINF.MECÂNICAREF.109CHCONCHAINOX-MARCA:WELMY-SÉRIE47507
3919658	BALANÇAINF.MECÂNICAREF.109CHCONCHAINOX-MARCA:WELMY-SÉRIE47508
3919659	BALANÇAINF.MECÂNICAREF.109CHCONCHAINOX-MARCA:WELMY-SÉRIE47509
3919660	BALANÇAINF.MECÂNICAREF.109CHCONCHAINOX-MARCA:WELMY-SÉRIE47510



3919661	BALANÇAINF.MECÂNICAREF.109CHCONCHAINOX-MARCA:WELMY-SÉRIE47511
3919662	BALANÇAINF.MECÂNICAREF.109CHCONCHAINOX-MARCA:WELMY-SÉRIE47512
3919663	BALANÇAINF.MECÂNICAREF.109CHCONCHAINOX-MARCA:WELMY-SÉRIE47513
3919664	BALANÇAINF.MECÂNICAREF.109CHCONCHAINOX-MARCA:WELMY-SÉRIE47514
3919665	BALANÇAINF.MECÂNICAREF.109CHCONCHAINOX-MARCA:WELMY-SÉRIE47515
3919666	BALANÇAINF.MECÂNICAREF.109CHCONCHAINOX-MARCA:WELMY-SÉRIE47516
3919667	BALANÇAINF.MECÂNICAREF.109CHCONCHAINOX-MARCA:WELMY-SÉRIE47517
3919668	BALANÇAINF.MECÂNICAREF.109CHCONCHAINOX-MARCA:WELMY-SÉRIE47518
3919669	BALANÇAINF.MECÂNICAREF.109CHCONCHAINOX-MARCA:WELMY-SÉRIE47519
3919670	BALANÇAINF.MECÂNICAREF.109CHCONCHAINOX-MARCA:WELMY-SÉRIE47520
3919671	BALANÇAINF.MECÂNICAREF.109CHCONCHAINOX-MARCA:WELMY-SÉRIE47521
3919672	BALANÇAINF.MECÂNICAREF.109CHCONCHAINOX-MARCA:WELMY-SÉRIE47522
3919673	BALANÇAINF.MECÂNICAREF.109CHCONCHAINOX-MARCA:WELMY-SÉRIE47523
3919674	BALANÇAINF.MECÂNICAREF.109CHCONCHAINOX-MARCA:WELMY-SÉRIE47524
3919675	BALANÇAINF.MECÂNICAREF.109CHCONCHAINOX-MARCA:WELMY-SÉRIE47525
3919676	BALANÇAINF.MECÂNICAREF.109CHCONCHAINOX-MARCA:WELMY-SÉRIE47526
3919677	BALANÇAINF.MECÂNICAREF.109CHCONCHAINOX-MARCA:WELMY-SÉRIE47527
3919678	BALANÇAINF.MECÂNICAREF.109CHCONCHAINOX-MARCA:WELMY-SÉRIE47528
3919679	BALANÇAINF.MECÂNICAREF.109CHCONCHAINOX-MARCA:WELMY-SÉRIE47529
3919680	BALANÇAINF.MECÂNICAREF.109CHCONCHAINOX-MARCA:WELMY-SÉRIE47530
3919681	BALANÇAINF.MECÂNICAREF.109CHCONCHAINOX-MARCA:WELMY-SÉRIE47531
3919682	BALANÇAINF.MECÂNICAREF.109CHCONCHAINOX-MARCA:WELMY-SÉRIE47532
3919683	BALANÇAINF.MECÂNICAREF.109CHCONCHAINOX-MARCA:WELMY-SÉRIE47533
3919684	BALANÇAINF.MECÂNICAREF.109CHCONCHAINOX-MARCA:WELMY-SÉRIE47534
3919685	BALANÇAINF.MECÂNICAREF.109CHCONCHAINOX-MARCA:WELMY-SÉRIE47535
3919686	BALANÇAINF.MECÂNICAREF.109CHCONCHAINOX-MARCA:WELMY-SÉRIE47536
3919687	BALANÇAINF.MECÂNICAREF.109CHCONCHAINOX-MARCA:WELMY-SÉRIE47537
3919688	BALANÇAINF.MECÂNICAREF.109CHCONCHAINOX-MARCA:WELMY-SÉRIE47538
3919689	BALANÇAINF.MECÂNICAREF.109CHCONCHAINOX-MARCA:WELMY-SÉRIE47539
3919690	BALANÇAINF.MECÂNICAREF.109CHCONCHAINOX-MARCA:WELMY-SÉRIE47540
3919951	DETECTORFETAL=SONARBATIMENTOSCARDÍACOS-SÉRIE135080
3919952	DETECTORFETAL=SONARBATIMENTOSCARDÍACOS-SÉRIE132489
3919953	DETECTORFETAL=SONARBATIMENTOSCARDÍACOS-SÉRIE135096
3919954	DETECTORFETAL=SONARBATIMENTOSCARDÍACOS-SÉRIE132506
3919955	DETECTORFETAL=SONARBATIMENTOSCARDÍACOS-SÉRIE133617
3919956	DETECTORFETAL=SONARBATIMENTOSCARDÍACOS-SÉRIE133616
3919957	DETECTORFETAL=SONARBATIMENTOSCARDÍACOS-SÉRIE136765
3919958	DETECTORFETAL=SONARBATIMENTOSCARDÍACOS-SÉRIE132511



3919959	DETECTORFETAL=SONARBATIMENTOSCARDÍACOS-SÉRIE135089
3919960	DETECTORFETAL=SONARBATIMENTOSCARDÍACOS-SÉRIE135079
3919961	DETECTORFETAL=SONARBATIMENTOSCARDÍACOS-SÉRIE133614
3919962	DETECTORFETAL=SONARBATIMENTOSCARDÍACOS-SÉRIE136784
3919963	DETECTORFETAL=SONARBATIMENTOSCARDÍACOS-SÉRIE135090
3919964	DETECTORFETAL=SONARBATIMENTOSCARDÍACOS-SÉRIE135074
3919965	DETECTORFETAL=SONARBATIMENTOSCARDÍACOS-SÉRIE135077
3919966	DETECTORFETAL=SONARBATIMENTOSCARDÍACOS-SÉRIE133586
3919967	DETECTORFETAL=SONARBATIMENTOSCARDÍACOS-SÉRIE133594
3919968	DETECTORFETAL=SONARBATIMENTOSCARDÍACOS-SÉRIE135081
3919969	DETECTORFETAL=SONARBATIMENTOSCARDÍACOS-SÉRIE135076
3919970	DETECTORFETAL=SONARBATIMENTOSCARDÍACOS-SÉRIE135073
3919971	DETECTORFETAL=SONARBATIMENTOSCARDÍACOS-SÉRIE135066
3919972	DETECTORFETAL=SONARBATIMENTOSCARDÍACOS-SÉRIE135063
3919973	DETECTORFETAL=SONARBATIMENTOSCARDÍACOS-SÉRIE135070
3919974	DETECTORFETAL=SONARBATIMENTOSCARDÍACOS-SÉRIE133597
3919975	DETECTORFETAL=SONARBATIMENTOSCARDÍACOS-SÉRIE132450
3919976	DETECTORFETAL=SONARBATIMENTOSCARDÍACOS-SÉRIE132471
3920025	COMPRESSORODONTOLÓGICO-SÉRIE01200658-MARCA:SHUSTER
3920026	COMPRESSORODONTOLÓGICO-SÉRIE01200655-MARCA:SHUSTER
3920027	COMPRESSORODONTOLÓGICO-SÉRIE01200652-MARCA:SHUSTER
3920033	EQUIPO(CONSULTÓRIO)ODONTOLOGICOCOMPLETO
3920034	EQUIPO(CONSULTÓRIO)ODONTOLOGICOCOMPLETO
3920649	CÂMARADECONSERVAÇÃODEVACINABT1100/140TOPRMS-SÉRIE2018.1179
3920650	CÂMARADECONSERVAÇÃODEVACINABT1100/140TOPRMS-SÉRIE2018.1180
3920651	CÂMARADECONSERVAÇÃODEVACINABT1100/140TOPRMS-SÉRIE2018.1181
3920652	CÂMARADECONSERVAÇÃODEVACINABT1100/140TOPRMS-SÉRIE2018.1182
3920653	CÂMARADECONSERVAÇÃODEVACINABT1100/140TOPRMS-SÉRIE2018.1183
3920654	CÂMARADECONSERVAÇÃODEVACINABT1100/140TOPRMS-SÉRIE2018.1184
3920655	CÂMARADECONSERVAÇÃODEVACINABT1100/140TOPRMS-SÉRIE2018.1185
3922585	SELADORAAPLICAÇÃOPAPELGRAUCIRÚRGICO-TIPO MANUAL/PEDAL- CONT.TEMPERATURADIGITAL-ENTRE0A300C- MARCA:SELAMAXX - EMENDA1170-04
3922690	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS CSV120- 120LITROS-MARCA:ELBER-EMENDA1160-16
3922763	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS CSV120- 120LITROS-MARCA:ELBER-EMENDA1160-02

INVENTÁRIO-EQUIPAMENTOS-HMMDC-ANO2021



SUJEITOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA – CORRETIVA – CALIBRAÇÃO - OUTROS	
PATRIMÔNIO	EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR E SE OUTROS ESTRATÉGICOS
3907038	Fococom4Lâmpadas
3907039	Fococom4Lâmpadas
3907071	BalançaDigitalEletrônica–Baby–Cap.Máxima15kg
3907149	BalançaPediátrica–Marca:Arja
3907263	FotômetrodeChamaparadosagemdeSódio–Potássio
3907302	BalançaAdulto–Marca:Welmy
3907326	BalançaAntropométrica–Cap.Máxima150kg–c/medidordealtura
3907356	BalançaPlataformac/capacidade200kg
3907364	PassadeiraCalandra–Marca:Sitec
3907365	Extrator–Mod.160–Capacidadede30kilos–Marca:Estrela
3907366	LavadoradeRoupa–Capacidadede50Kilos–Marca:Sitec
3907367	LavadoradeRoupa–Capacidadede30kilos–Marca:Sitec
3907371	SecadoradeRoupa–Capacidadede15kilos–Marca:Inequil
3907372	SecadoradeRoupa–Capacidadede20kilos–Marca:Sitec
3907377	Passadeira –Calandra–nº 096–SérieCA–Marca:I n e q u i l
3907419	BalançaPediátrica–Confiança
3907420	BalançaAdultoc/regulagemp/estatura–Filizola
3907454	FocoCirúrgico–com4lâmpadas
3907517	BalançaPediátrica–Marca:Welmy
3907520	BalançaPediátrica
3907548	AparelhodeRaioX–Portátil
3907551	CarrodeEmergência–deParadaCardiorrespiratóriaCompleto–DesfibriladorDBS3
3907552	Cardioversor –Life400Plus
3907573	BerçoEspecial–MOD. BAS175–Fanen
3907579	BerçodeCalorRad.c/cont.Aut.detempo–Marca:Fanen
3907771	BalançaPlataformacompesos
3907814	AutoclaveVertical–415/2–220V–SV.1118
3907826	BerçoAquecido
3907827	BerçoAquecido
3907848	Analizador dePHGases–Sanguíneos
3907850	CamaCirúrgica–MV 6090–Fanen
3907851	CamaCirúrgica–MV 6090–Fanen
3907852	CamaCirúrgica–MV 6090–Fanen
3907853	BerçoAquecido



3907854	BerçoAquecido
3907855	BerçoAquecido
3907856	BerçoAquecido
3907857	OxímetrodePulsocom6tiposdealarme–bateriasr e c a r r e g á v e l autom.–operandoc/redeelétrica
3907858	OxímetrodePulsocom6tiposdealarme–bateriasr e c a r r e g á v e l autom.–operandoc/redeelétrica
3907867	EstufadeCultura–502/2-A–110/220
3907933	Espectrofotômetro
3907934	MesaCirúrgica parapartoHC 1002– Marca:IHC
3908262	CENTRAL DEARCOMPRIMIDO– MOD-EL-20
3908263	BOMBADE VÁCUO–DuplexBVID-25/400Litros
3908268	AUTOCLAVEHOSPITALARHORIZONTAL201LITROS
3908296	Motor –Trifásico4CV–1750 RPM–Eberle
3909506	GRUPOGERADOR HEIMER-180 KVA
3909720	RESPIRADOR-VentiladorPulmonarInter3–NeoNatal–Série0223
3911858	ColunaDeionizadora
3913123	AspiradorCirúrgico-ANO2009
3914986	Transdutor (Sonda)–Convexo2.5MHZparausoemaparelhodeUltrasonografia
3915114	BisturiEletrônicoBP-400Plus
3915184	BanhoMaria–BanhoUltratermostaticoGrande–220V–S.1005.0243–NovaTecnica
3917072	AparelhodeUltrasonografia–MonitorLCD15 –TransdutorMultifrequencial convexoPC/Linear/Endocavit á rio–Sonar ePrinter
3917073	NobreakMarcaAPC–ModeloSurt2000XLI-QS1123230462-P/AparelhoUltrassom
3918438	OxímetrodePulso–ProVision4000–C/Curva –Marca:Protec
3918439	OxímetrodePulso–ProVision4000–C/Curva –Marca:Protec
3918440	MesaGinecológica–ModeloMesapara ExamesdeUltrassom
3918441	Laringoscópio=Inf. 01LAMCVe01LAMRT
3918442	Laringoscópio=Inf. 01LAMCVe01LAMRT
3918443	Laringoscópio=Inf.03LAM-RETA
3918444	Laringoscópio=Inf.03LAM-RETA
3918445	Laringoscópio=Inf.03LAM-RETA
3918446	Laringoscópio=Inf.03LAM-RETA
3918447	Laringoscópio=Inf.03LAM-RETA
3918448	Laringoscópio=Inf.03LAM-RETA
3919932	MonitorCardíaco–MonitorFetal–CardiotocografoGold–Marca:Kolplast–NS.1160815007
3919977	DetectorFetal–SonarBatimentosCardíacos–Série136759
3919978	DetectorFetal–SonarBatimentosCardíacos–Série136757
3919979	DetectorFetal–SonarBatimentosCardíacos–Série135065



3919980	DetectorFetal–SonarBatimentosCardíacos–Série136766
3919981	DetectorFetal–SonarBatimentosCardíacos–Série135078
3919982	DetectorFetal–SonarBatimentosCardíacos–Série133582
3919983	DetectorFetal–SonarBatimentosCardíacos–Série136767
3919984	DetectorFetal–SonarBatimentosCardíacos–Série136758
3919985	DetectorFetal–SonarBatimentosCardíacos–Série136768
3919986	DetectorFetal–SonarBatimentosCardíacos–Série136775
3919987	DetectorFetal–SonarBatimentosCardíacos–Série136756
3919988	DetectorFetal–SonarBatimentosCardíacos–Série135067
3919995	MicroscópioClinicoBinocular–Série1692929
3919996	Centrifugalnbras–Série110920117040011
3920035	Cardiotocógrafo–MonitorFetal–Gold–Marca:Kolplast–NS.1161128006006/NS21612204479
3920036	Cardiotocógrafo–MonitorFetal–Gold–Marca:Kolplast–NS.1171006000001/NS2170119019
3920168	Transdutor (Sonda)L742paraAparelhodeUltrassonografiaFT412-Doação
3920169	AparelhodeUltrassonografia–UltrassomFIGLABSFT412–IncluindoVídeoTransdutor–MS10068210072/SÉRIE500000823930
3921185	ULTRASSOMFT412-INCLUINDONOBREAKMN.IIIISENOIDALNG1400VA27571-MANAGER+IMPRESSORAVIDEOPRINTERSONY UP-X898MD+ GUIABIOPSIAREUTTRANSDUTOREC9-5=OBS:EQUIPAMENTO CHEGUEM 24-07-2018 =NFISCAL10953=DENTALMOGIANA=SOMENTE LIQUIDADO EM 12-03-2019 APÓS DOCUMENTONº 020-2019 DASRA.PATRICIA FERREIRA NOLASCO.
3921654	BERÇOAQUECIDOMATRIC RLEITOHIDRÁULICO-MOD.MATRIC-MARCA:OLIDEFCZ-SÉRIE 19E0127
3921655	BERÇOAQUECIDOMATRIC RLEITOHIDRÁULICO-MOD.MATRIC-MARCA:OLIDEFCZ-SÉRIE 19E0128
3921656	BERÇOAQUECIDOMATRIC RLEITOHIDRÁULICO-MOD.MATRIC-MARCA:OLIDEFCZ-SÉRIE 19E0129
3921657	BERÇOAQUECIDOMATRICRLEITOHIDRÁULICO-MOD.MATRIC -MARCA:OLIDEFCZ-SÉRIEF0144-19
3921658	BERÇOAQUECIDOMATRICRLEITOHIDRÁULICO-MOD.MATRIC -MARCA:OLIDEFCZ-SÉRIEF0145-19
3921659	BERÇOAQUECIDOMATRICRLEITOHIDRÁULICO-MOD.MATRIC -MARCA:OLIDEFCZ-SÉRIEF0146-19
3921660	BERÇOAQUECIDOMATRICRLEITOHIDRÁULICO-MOD.MATRIC -MARCA:OLIDEFCZ-SÉRIEF0150-19
3921661	BERÇOAQUECIDOMATRICRLEITOHIDRÁULICO-MOD.MATRIC -MARCA:OLIDEFCZ-SÉRIEF0151-19
3921785	RESPIRADOR=APARELHOTERAPIARESPIRATÓRIAP/VENTILAÇÃO PULMONAR BASEADOTECDIGITAL-LEISTUNG-ADULTO/PEDIATRICO/NEONATAL =LOTEE-19076.
3921786	RESPIRADOR=APARELHOTERAPIARESPIRATÓRIAP/VENTILAÇÃO PULMONAR BASEADOTECDIGITAL-LEISTUNG-ADULTO/PEDIATRICO/NEONATAL =LOTEE-19077.
3921787	INCUBADORAPARARECÉMNASCIDO-MODELO1186/C- 220V-S/SERVO02=ANEM=GAP075011
3921788	INCUBADORAPARARECÉMNASCIDO-MODELO1186/C- 220V-S/SERVO02=ANEM=GAP075013
3921789	INCUBADORAPARARECÉMNASCIDO-MODELO1186/C- 220V-S/SERVO02=ANEM=GAP075037
3921790	INCUBADORATRANSPORTE-MODELOIT-158/TS-BIVOLT-S/BABYPUFF-FANEM=SAP075907



3921791	INCUBADORTRANSPORTE-MODELOIT-158/TS-BIVOLT-S/BABYPUFF-FANEM=SAP075908
3921890	CAMAHOSPITALARPARAPARTOPPPMOTORIZADA-MARCA:GRUPOBOND-SÉRIEQ0439980031
3921891	CAMAHOSPITALARPARAPARTOPPPMOTORIZADA-MARCA:GRUPOBOND-SÉRIEQ0439980035
3921892	CAMAHOSPITALARPARAPARTOPPPMOTORIZADA-MARCA:GRUPOBOND-SÉRIEQ0439980037
3921893	CAMAHOSPITALARPARAPARTOPPPMOTORIZADA-MARCA:GRUPOBOND-SÉRIEQ0439980041
3921894	CAMAHOSPITALARPARAPARTOPPPMOTORIZADA-MARCA:GRUPOBOND-SÉRIEQ0439980044
3922351	MICROSCÓPIOCLINICOBINOCULAR-MARCA:EOROMEX-COM 4OBJETIVAS=5X-10X-4Xe100X
3922352	CENTRIFUGADE28TUBOSDE15/100MMMICROPROCESSADA-INBRTAS-SÉRIE110920120525008
3922681	RESPIRADOR (VENTILADOR) DETRANSPORTE EEMERGÊNCIA - OXYMAG - NOTA FISCALCGA 028901 - SÉRIE10882-DOAÇÃO - COVID
	RESPIRADOR-SYNOVENTE3-ADULTO-MINDRAY-EC-67002869
	RESPIRADORINTERNEO-IN-2012-09-01892-PEDIATRICO
3907564	RESPIRADORPULMONARINTER-SYNC 3-SÉRIE0231
	RESPIRADORAMBULÂNCIAUTIENTREGUENOANODE 2021
	INCUBADORADETRANSPORTEIT158TS
3906998	MESACIRÚRGICA
3907821	BISTURIELÉTRICOB1800
3907462	DEFIBRILADOR
	APARELHODEANESTESIA-TAKAOKA-349
	FOCOCIRÚRGICOCOM4LAMPADAS-345
	APARELHODEANESTESIAVITAL -835
	APARELHODEANESTESIAVITAL -834
	BALANÇADIGITALDECARGA-487
3913151	BALANÇADEADULTO-DIGITAL
3900914	BALANÇADEBEBÊ-CAUDURO
3904236	CENTRÍFUGA
	BANHOMARIA-450
	DEONIZADOR-453
	AGITADORETUBOS-449
3907812	BERÇOAQUECIDO
3907854	BERÇOAQUECIDO
	INCUBADORAINFANTIL1186-589
3907499	FOCO
3907951	BERÇODE FERRO- FANEM
3907949	BERÇODE FERRO- FANEM



3907958	BERÇODE FERRO- FANEM
3907517	BALANÇAPARABEBES- WELMY
	UCI-FANEM-590
	INCUBADORAFANEM-377
	INCUBADORAC186TS
	INCUBADORAFANEM-VISION2286-587
	INCUBADORAFANEM-VISION2286-586
	INCUBADORAFANEM-C 186TS
3907569	INCUBADORAFANEM-C 186TS
	BANHOMARIA-BVE3100
	FOCODE4LAMPADAS-346
3906152	COMPRESSORDEARCOMPRESSOR
3907267	BANHOMARIA-56º
3907275	BANHOMARIA-37º
3907042	CENTRIFUGABABY-206
3907278	CONTADORDECÉLULAS-SANKO
3907287	MICROSCÓPIOQUIMIS
3907044	AGITADORKLINE
	BANHOMARIA-815
	ESTUFABACTERIOLOGICA-816
3907045	AGITADORMAGNÉTICO
3907822	MICROSCÓPIOQUIMIS
3904115	CONTADORDE CÉLULASLEUCOTRON -ELÉTRICO
3904090	CENTRÍFUGAMICROHEMATÓCRITO
3907282	AGITADORORBITALMOD.255-DEFEITO
3910518	BIO-200
	CENTRIFUGA-810
	MICROSCÓPIOBIOVAL
	CENTRÍFUGARDE- 28TUBOS
	ANALISADORDEGASESSANGÜÍNEOS-ABL800

INVENTÁRIO-EQUIPAMENTOS-HMRS- ANO2021	
EQUIPAMENTOSSUJEITOSMANUTENÇÃOPREVENTIVA-CORRETIVA-CALIBRAÇÃO-OUTROS	
PATRIMÔNIO	EQUIPAMENTOSMÉDICOSHOSPITALARESEOUTROSESTRATÉGICOS
CAMAS-STAMMETALURGICA-ORTOPEDIA-NEUROLOGIA-ISOLAMENTO	
76	CAMAELETRICAMODELO545+ARMÁRIOROUPOA01GAVETA+MESAALIMENTAÇÃO-STAM/VERDE



77	CAMAELETRICAMODELO545+ARMÁRIOROUPA01GAVETA+MESAALIMENTAÇÃO–STAM/VERDE
78	CAMAELETRICAMODELO545+ARMÁRIOROUPA01GAVETA+MESAALIMENTAÇÃO–STAM/VERDE
79	CAMAELETRICAMODELO545+ARMÁRIOROUPA01GAVETA+MESAALIMENTAÇÃO–STAM/VERDE
80	CAMAELETRICAMODELO545+ARMÁRIOROUPA01GAVETA+MESAALIMENTAÇÃO–STAM/VERDE
81	CAMAELETRICAMODELO545+ARMÁRIOROUPA01GAVETA+MESAALIMENTAÇÃO–STAM/VERDE
82	CAMAELETRICAMODELO545+ARMÁRIOROUPA01GAVETA+MESAALIMENTAÇÃO–STAM/VERDE
83	CAMAELETRICAMODELO545+ARMÁRIOROUPA01GAVETA+MESAALIMENTAÇÃO–STAM/VERDE
84	CAMAELETRICAMODELO545+ARMÁRIOROUPA01GAVETA+MESAALIMENTAÇÃO–STAM/VERDE
85	CAMAELETRICAMODELO545+ARMÁRIOROUPA01GAVETA+MESAALIMENTAÇÃO–STAM/VERDE
86	CAMAELETRICAMODELO545+ARMÁRIOROUPA01GAVETA+MESAALIMENTAÇÃO–STAM/VERDE
87	CAMAELETRICAMODELO545+ARMÁRIOROUPA01GAVETA+MESAALIMENTAÇÃO–STAM/VERDE
88	CAMAELETRICAMODELO545+ARMÁRIOROUPA01GAVETA+MESAALIMENTAÇÃO–STAM/VERDE
89	CAMAELETRICAMODELO545+ARMÁRIOROUPA01GAVETA+MESAALIMENTAÇÃO–STAM/VERDE
90	CAMAELETRICAMODELO545+ARMÁRIOROUPA01GAVETA+MESAALIMENTAÇÃO–STAM/VERDE
91	CAMAELETRICAMODELO545+ARMÁRIOROUPA01GAVETA+MESAALIMENTAÇÃO–STAM/VERDE
92	CAMAELETRICAMODELO545+ARMÁRIOROUPA01GAVETA+MESAALIMENTAÇÃO–STAM/VERDE
93	CAMAELETRICAMODELO545+ARMÁRIOROUPA01GAVETA+MESAALIMENTAÇÃO–STAM/VERDE
94	CAMAELETRICAMODELO545+ARMÁRIOROUPA01GAVETA+MESAALIMENTAÇÃO–STAM/VERDE
95	CAMAELETRICAMODELO545+ARMÁRIOROUPA01GAVETA+MESAALIMENTAÇÃO–STAM/VERDE
96	CAMAELETRICAMODELO545+ARMÁRIOROUPA01GAVETA+MESAALIMENTAÇÃO–STAM/VERDE
97	CAMAELETRICAMODELO545+ARMÁRIOROUPA01GAVETA+MESAALIMENTAÇÃO–STAM/VERDE
98	CAMAELETRICAMODELO545+ARMÁRIOROUPA01GAVETA+MESAALIMENTAÇÃO–STAM/VERDE
99	CAMAELETRICAMODELO545+ARMÁRIOROUPA01GAVETA+MESAALIMENTAÇÃO–STAM/VERDE
100	CAMAELETRICAMODELO545+ARMÁRIOROUPA01GAVETA+MESAALIMENTAÇÃO–STAM/VERDE
101	CAMAELETRICAMODELO545+ARMÁRIOROUPA01GAVETA+MESAALIMENTAÇÃO–STAM/VERDE
102	CAMAELETRICAMODELO545+ARMÁRIOROUPA01GAVETA+MESAALIMENTAÇÃO–STAM/VERDE
103	CAMAELETRICAMODELO545+ARMÁRIOROUPA01GAVETA+MESAALIMENTAÇÃO–STAM/VERDE
104	CAMAELETRICAMODELO545+ARMÁRIOROUPA01GAVETA+MESAALIMENTAÇÃO–STAM/VERDE
105	CAMAELETRICAMODELO545+ARMÁRIOROUPA01GAVETA+MESAALIMENTAÇÃO–STAM/VERDE
106	CAMAELETRICAMODELO545+ARMÁRIOROUPA01GAVETA+MESAALIMENTAÇÃO–STAM/VERDE



107	CAMAELETRICAMODELO545+ARMÁRIOROUPA01GAVETA+MESAALIMENTAÇÃO-STAM/VERDE
108	CAMAELETRICAMODELO545+ARMÁRIOROUPA01GAVETA+MESAALIMENTAÇÃO-STAM/VERDE
109	CAMAELETRICAMODELO545+ARMÁRIOROUPA01GAVETA+MESAALIMENTAÇÃO-STAM/VERDE
110	CAMAELETRICAMODELO545+ARMÁRIOROUPA01GAVETA+MESAALIMENTAÇÃO-STAM/VERDE
111	CAMAELETRICAMODELO545+ARMÁRIOROUPA01GAVETA+MESAALIMENTAÇÃO-STAM/VERDE
112	CAMAELETRICAMODELO545+ARMÁRIOROUPA01GAVETA+MESAALIMENTAÇÃO-STAM/VERDE
116	CAMAELETRICAMODELO 545-IDEAL-QUARTO1-Nº 116+ARMÁRIO+MESA-STAM/VERDE
115	CAMAELETRICAMODELO545-IDEAL- QUARTO3-Nº 115+ARMÁRIO+MESA-STAM/VERDE
114	CAMAELETRICAMODELO545-IDEAL- QUATRO4-Nº 114+ARMÁRIO+MESA-STAM/VERDE
113	CAMAELETRICAMODELO545-IDEAL- QUARTO5-Nº 113+ARMÁRIO+MESA-STAM/VERDE
	CAMAELETRICA MODELO 545 -STAM/VERDE-ATENÇÃO:OARMARIO+MESA FORAMISOLAMENTO
	CAMAELETRICA MODELO 545 -STAM/VERDE-ATENÇÃO:OARMARIO+MESA FORAMISOLAMENTO
PATRIMÔNIO	SUJEITOSMANUTENÇÃOOPREVENTIVA-CORRETIVA-CALIBRAÇÃO-OUTROS
3905909	AUTOCLAVE-HORIZONTALMOD. HAE27- SERCON-300
3906282	APARELHODERAIOX-X200MATRANSP.ANODOFIX
3910005	APARELHOHOMOGEGINIZADORDE SANGUE-Nº20
3911218	SELADORADEBOLSADESANGUE AUTOMÁTICADEBANCADA
3911219	SELADORADEBOLSADESANGUE AUTOMÁTICADEBANCADA
3912138	SALA MAMOGRAFIA = APARELHO DE MAMOGRAFIA GRAPH MAMMO - SÉRIE AF 0000058- SERIE 0093-002-213 - M 602008103515 INCLUINDO PROCESSADORA (061) - MARCA: SIGEX - PARA MAMOGRAFIA -MODELOOPTIMAX2010-SÉRIE116020-08103515-BIOMBO GRAFH-MAMMO-060.
3912173	SETORDEENDOSCOPIA=APARELHOPARAENDOSCOPIADIGESTIVAECOLONOSCOPIA=FONTE DELUZ OLYMPUS-CLK4150-SÉRIE7854638=PROCESSO608/2008
3912174	SETORDEENDOSCOPIA=APARELHOPARAENDOSCOPIADIGESTIVAECOLONOSCOPIAOLYMPUS =COMPOSTODE:FIBROCOLONOSCOPIO=SÉRIE2723436 - FONTEDELUZ=SÉRIE7854255E FIBROGASTROSCOPIO=SÉRIE2803024EGARRAFINHAD'ÁGUA=PROCESSO608/2008
3913861	FONTEDELUZTIPOXENON-P/ENDOS.REF.20131501-320
P.EQ.3913861	PEÇAGUIAC/01CANAL-P/PASSAGEMINSTRUMENTOSP/CAMISAENDOSCOPICAKARL
P.EQ.3913861	CAMISAENDOSCÓPIAPARACITOSCOPIA-C/OBTURADOR-COM02TORNEIRAS
P.EQ.3913861	CAMISAENDOSCÓPIAPARACITOSCOPIA-C/OBTURADOR-COM02TORNEIRAS
P.EQ.3913861	ELEMENTODETRABALHO-KARL STORZC/MOLADEAÇÃOOMEIODEDOPOLEGAR
P.EQ.3913861	CAMISAENDOSCÓPIA-KARLSTORZPARAURETROTOMIA
P.EQ.3913861	CABODEILUMINAÇÃO-COMFIBRAÓTICAKARLSTORZ



P.EQ.3913861	OBTURAR–KARLSTORZPARAUSOCOMCAMISADETAMANHO26FR
3913868	ENDOSCOPIOAUTOCNAVAVEL–RIGHOPKINS/OBSKARLSTORZ–C/SIST.OTICOAVANC.27005BA
3913897-ACES	KITCIRURGICOPARAFACECTONIA=32PEÇAS–MARCA:ODOUS/STELP/OFTALMOLOGIA
3913899-ACES	IDENTIF.RADIOLOGICO–ELETRONICO220=TECLADO: MARCA:VMI=Nº060
3914041	GERADOR– GRUPOMOTOR GERADOR POTENCIADE460/434 KVA–TRIFÁSICO 380/220=2009
3915059	CENTRALDEPRODUÇÃOETRATAMENTODEARCOMPRIMIDO-2010
3915154	QUADROT R A N S F E R E N C I A AUTOMATICADEENERGIA-QTA–PARAUTILIZAÇÃONOGERADOR
3915700	BOMBAD’ÁGUA(CENTRIFUGA)–3HP–TRIFÁSICA–SÉRIE20006–MOD.TH16AL-THEBE
3915703	BOMBAD’ÁGUA-3/4HP-MONOF–SÉRIE20001–MOD.TH16AL-THEBE
3915704	BOMBAD’ÁGUA-3/4HP-MONOF–SÉRIE20002–MOD.TH16AL-THEBE
3916272	CENTRIFUGARC-3BPACOMPANHA01ROTORSBUCKETMODELOHBB6S/N41116374E06 ADAPTADORESP/N1094ST-0907573SORVALL41112012
3916294	HOMOGEINIZADORDEPLAQUETASW-ESPR–NºSÉRIE NSA5902514
3916295	BISTURIELETRÔNICO-B1600MP-DELTRONIX=S . CB1109038-Nº512
3916328	VENTILOMETRODEWRIGHTANALOGICOMARK8=Nº150
3916329	VENTILOMETRODEWRIGHTANALOGICOMARK8=Nº151
3916371	MESACIRÚRGICAALTACIR-VISIONT 3-528
3916372	MESACIRÚRGICAKSSP/ALTACIRÚRGIA MECÂNICA–VISION–LEITO-520
3916573	REPMASCULINO=APARELHOD E ELETROCARDIOGRAFO–BIONET -BM3
3916575	APARELHODEELETROCARDIOGRAFO-BIONET
3916576	APARELHODEELETROCARDIOGRAFO-BIONET
3916577	CUFOMETRO/CUFFLATOR-MEDIDORDEPRESSÃOINTERNA=Nº149
3916628	CAPNÓGRAFO(APARELHODECAPNOGRAFIA)–BIONET–LOTED8K1100085-305
3916629	CAPNÓGRAFO(APARELHODECAPNOGRAFIA)–BIONET-307
3916630	CAPNÓGRAFO(APARELHODECAPNOGRAFIA)–BIONET-D 8 L 0200005
3916633	APARELHODEECGC / C A N A I S DEPRESSÃOINVASIVAS–BIONET–D1L0600071
3916972	APARELHODEANESTESIA–COMPLETO–JGMORIYA–modeloVital
3916973	APARELHODEANESTESIA–COMPLETO–JGMORIYA–modeloVital
3916974	APARELHODEANESTESIA–COMPLETO–JGMORIYA–modeloVital
3916975	CARROPARAANESTESIA–JGMORIYA–modeloVital
3916976	CARROPARAANESTESIA–JGMORIYA–modeloVital
3917048	FOCOCIRÚRGICOMÓVEL-MICROEM
3917049	FOCOCIRÚRGICOMÓVEL-MICROEM
3917203-O.C	GERADORDE105KVA–TRIFÁSICO–WEG–CONTÊINERSL0105KVA-MWMMWEG220V–60HZ– SÉRIE0105003711 – INSTALADO NAUPA COMPREVISÃO DEREMANEJAMENTO PARAHEMOCENTROHMBEM 08/2015
3917964	EXAUSTORMOD.ECK650-MOTOR4CV–COIFA2700X1500=INSTALAÇÃOFISICA



3918172	SALASISCOLO=COLPOSCÓPIOCOMCÂMERA-MONITORLCD-BRAÇOARTICULADO- PEDESTALCOMRODIZIO-DIST.TRABALHO300MM-AUMENTODE8A28VEZES-LAMPADAHALOG- CEMAP-SÉRIE 27.074-COMM O N I T O R SAMSUNG17"-Nº507
3918173	SALASISCOLO=B I S T U R I -MARCA:VAVETRONIC -5000PLUS-DIGITAL60HZ=Nº508
3918174	SALASISCOLO=A S P I R A D O R C I R U R G I C O -MARCA:WAVECAC-220V= Nº509
3918354	LAVADORATERMODESINFECTADORADEBARREIRA-TDS-SERCON-SÉRIE:111890
3918355	LAVADORAULTRASSÔNICA VRULTRASONIC
3918356	APARELHODERAIOXMÓVELDE100 MAMARCAINTECAL MODELOCR-7/100MA
3918357	APARELHODERAIOXMÓVELDE100 MAMARCAINTECAL MODELOCR-7/100MA
3918359	CÂMARAESCURA02=PROCESSADORAMACROTECMX2-Nº04116892
3918370	MICROSCÓPIOCIRÚRGICOCODFVMODMCM33101XYCOMACESSÓRIOS-NF.334-MN
3918410	MICROSCÓPIO=4OBJ=5X-10X-40XE 100X-PLANOCROMATICA-BIVOLT
3918411	MICROSCÓPIO=4OBJ=5X-10X-40XE 100X-PLANOCROMATICA-BIVOLT
3918412	MICROSCÓPIOCIRÚRGICOPARA O F T A L M O L O G I A - C O D . M C - M 2 2 2 2 - M F : 9 0 1 1 1 0 0 0 - S É R I E 1 1 3 9 - MODELO:2222MF-CÓDIGO12827200-9-Nº113911699=REG.ANVISANº80631670002
3918413	FOTOMETRODECHAMAPARASÓDIO-POTASSIO-COMCOMPRESSOR- LEITURADIGITALEMMEQ/Lou MMOL-SISTEMADEAUTOCALIBRAÇÃOEZEROBENFER-LT:BF3635VD:31-12-2020
3918574	BISTURIELETRÔNICO
3918575	DEFIBRILADOR-CARROC/DEFIBRILADOREMONITORCARDÍACOEMAIMX10031Q1318=HUNTER
3918576	MESACIRURGICAP/NEUROCIRUGIA=HUNTER
3918698	CARRODE ANESTESIA-FUJIMAXIMUS KTK - C/SIVESAT EVAP -REG. MS10229820077= NFISCAL 501= 14-03-2013-EMPRESTIMOAHOHMMDCM29-03-2019.
3918699	CARRODEANESTESIA-FUJIMAXIMUSC/SIVESATEVAP
3918700	BISTURIELETRICO- WEM- SS501S-06347
3918701	BISTURIELETRICO- WEM- SS501S-06360
3918702	BISTURIELETRICO- WEM- SS501S-06353
3918703	BISTURIELETRICO- WEM- SS501S-06354
3918704	MESACIRÚRGICAORTOPÉDICAMASTERTEC15 MECANICA PORT=SÉRIE0812228201- S I S M A T E C = ACESSÓRIOSa d q u i r i d o s a t r a v é s d o P r o c e s s o 6 7 6 / 2 0 1 3 - 3 9 0 1 9 6 0 3 = T R A Ç ã O C O L O F E M U R - 39019604= T R A Ç ã O E M D E C Ú B I T O L A T E R A L - 3 9 0 1 9 6 0 5 = T R A Ç ã O T Í B I A .
3918708	CONJUNTOFILTROHEPA
3918709	1=APARELHOD E V I D E O C O L O N O S C Ó P I O / V I D E O S I G M O I D O S C O P I O = O L Y M P U S - S É R I E N O C A B O 2418918-CABOKA1803F52
3918710	2=MONITORLCDGRAUMEDICOMODELO IS20092-RADIANCE19"
3918711	3=PROCESSADORADEIMAGEM-VIDEOINTEGRADACOMFONTEDELUZDEHALOGENO-MOD.CV-150 -OLYMPUS=S É R I E 7247120



3918712	4=TROLLEY=ARMÁRIO PARA ACOMODAÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO COLONOSCÓPIO-C/RODÍZIO
3918713	5=ESTABILIZADOR E VISI-MIC.FULL RANGE 8T-ACESSÓRIO PARA VÍDEO GASTROSCOPIO
3918762	TRANSDUTOR CONVEXO (SONDA)- PARTE INTEGRANTE DO APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA GE- LOGIC P5
3918763	IMPRESSORA-PARTE INTEGRANTE DO APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA GE-LOGIC P5-
3918764	VENTILADOR DE TRANSPORTE E EMERGÊNCIA- OXYMAG - APARELHO DE VENT. PULMONAR PARA REANIMAÇÃO BASEADO TEC.DIGITAL-SÉRIE:002084=15-10-2013= ETIQ.VERMELHA 569
3918765	VENTILADOR DE TRANSPORTE E EMERGÊNCIA- OXYMAG - APARELHO DE VENT. PULMONAR PARA REANIMAÇÃO BASEADO TEC.DIGITAL-SÉRIE:002085=15-10-2013= ETIQ.VERMELHA 570
3918769	IMPRESSORA TÉRMICA
3918780	NOBREAK-EXCLUSIVO PARA SER UTILIZADO NO APARELHO DE ULTRASSOM LOGIC P5
3918791	CENTRAL DE VÁCUO PARA 350 PONTOS DE SUÇÃO-INCLUINDO RESERVATÓRIO 500 LITROS- 2014
3919589	ESTUFA 502/2-C/CULTURA-MAL04155
3919593	BANHO MARIAMOD.1100-MAL041461
3919599	CONTADOR DE CÉLULA SELETRONICA-MARCA:KACIL
3919600	CONTADOR DE CÉLULA SELETRONICA-MARCA:KACIL
3919601	CONTADOR DE CÉLULA SELETRONICA-MARCA:KACIL
3919602	APARELHO DE VÍDEO COLONOSCÓPIO-VÍDEO GASTROSCOPIO-INCLUINDO PINÇA DE BIÓPSIA REUSÁVEL OLYMPUS-VÁLVULA PARA ENDOSCOPIO-BOCAL PARA USO COM ENDOSCOPIO- APARELHO ACONDICIONADO EM MALETA PRETA- 2015
3919747	PROCESSADOR DE IMAGEM AUTOMÁTICA PARA RAIOS-X- MODELO LX2-MARCA:LOTUSX-SÉRIE 2146/284-DOAÇÃO SESE M04-02-2015
3919748	CAMA HOSPITALARELETRONICA-DOAÇÕES-SÉRIE P0280274- ETIQUETA VERMELHA 629
3919749	CAMA HOSPITALARELETRONICA-DOAÇÕES-SÉRIE P0280270- ETIQUETA VERMELHA 625
3919750	CAMA HOSPITALARELETRONICA-DOAÇÕES-SÉRIE P0280668- ETIQUETA VERMELHA 609
3919751	CAMA HOSPITALARELETRONICA-DOAÇÕES-SÉRIE P0280407- ETIQUETA VERMELHA 624
3919752	CAMA HOSPITALARELETRONICA-DOAÇÕES-SÉRIE P0280706- ETIQUETA VERMELHA 619
3919753	CAMA HOSPITALARELETRONICA-DOAÇÕES-SÉRIE P0280364- ETIQUETA VERMELHA 627
3919754	CAMA HOSPITALARELETRONICA-DOAÇÕES-SÉRIE P0280681- ETIQUETA VERMELHA 620
3919755	CAMA HOSPITALARELETRONICA-DOAÇÕES-SÉRIE P0280705- ETIQUETA VERMELHA 621
3919756	CAMA HOSPITALARELETRONICA-DOAÇÕES-SÉRIE P0280366- ETIQUETA VERMELHA 626
3919757	CAMA HOSPITALARELETRONICA-DOAÇÕES-SÉRIE P0280289- ETIQUETA VERMELHA 628
3919758	CAMA HOSPITALARELETRONICA-DOAÇÕES-SÉRIE P0280760- ETIQUETA VERMELHA 615
3919759	CAMA HOSPITALARELETRONICA-DOAÇÕES-SÉRIE P0280733- ETIQUETA VERMELHA 602
3919760	CAMA HOSPITALARELETRONICA-DOAÇÕES-SÉRIE P0280753- ETIQUETA VERMELHA 603
3919761	CAMA HOSPITALARELETRONICA-DOAÇÕES-SÉRIE P0280263- ETIQUETA VERMELHA 604



3919762	CAMAHOSPITALARELETRONICA-DOAÇÃO SES-SÉRIEPO280680- ETIQUETAVERMELHA606
3919763	CAMAHOSPITALARELETRONICA-DOAÇÃO SES-SÉRIEPO280683- ETIQUETAVERMELHA617
3919764	CAMAHOSPITALARELETRONICA-DOAÇÃO SES-SÉRIEPO280756- ETIQUETAVERMELHA601
3919765	CAMAHOSPITALARELETRONICA-DOAÇÃO SES-SÉRIEPO280267- ETIQUETAVERMELHA600
3919766	CAMAHOSPITALARELETRONICA-DOAÇÃO SES-SÉRIEPO280278- ETIQUETAVERMELHA605
3919767	CAMAHOSPITALARELETRONICA-DOAÇÃO SES-SÉRIEPO280743- ETIQUETAVERMELHA616
3919768	CAMAHOSPITALARELETRONICA-DOAÇÃO SES-SÉRIEPO280502- ETIQUETAVERMELHA611
3919769	CAMAHOSPITALARELETRONICA-DOAÇÃO SES-SÉRIEPO280629- ETIQUETAVERMELHA612
3919770	CAMAHOSPITALARELETRONICA-DOAÇÃO SES-SÉRIEPO280276- ETIQUETAVERMELHA618
3919771	CAMAHOSPITALARELETRONICA-DOAÇÃO SES-SÉRIEPO280302- ETIQUETAVERMELHA622
3919772	CAMAHOSPITALARELETRONICA-DOAÇÃO SES-SÉRIEPO280305- ETIQUETAVERMELHA610
3919773	CAMAHOSPITALARELETRONICA-DOAÇÃO SES-SÉRIEPO280632- ETIQUETAVERMELHA614
3919774	CAMAHOSPITALARELETRONICA-DOAÇÃO SES-SÉRIEPO280539- ETIQUETAVERMELHA613
3919775	CAMAHOSPITALARELETRONICA-DOAÇÃO SES-SÉRIEPO280425- ETIQUETAVERMELHA607
3919776	CAMAHOSPITALARELETRONICA-DOAÇÃO SES-SÉRIEPO280546- ETIQUETAVERMELHA608
3919777	CAMAHOSPITALARELETRONICA-DOAÇÃO SES-SÉRIEPO280708- ETIQUETAVERMELHA623
3919778	APARELHO DERAIOXCONVENCIONALMÓVEL- SHIMADZU-MODELOMUX100-NºREGISTROANVISA 10369010045-SÉRIE3YCFC3919015-DOAÇÃOSSES-2015
3919779	APARELHO DERAIOXCONVENCIONALFIXO - F A B . S H I M A D Z U - M O D E L O R A D S P E E D M F N S 3M5262A16001-ANVISA10369010036-SALA02-DOAÇÃOSSES-2015
3919780	BALANÇAELETRONICAPLATAFORMAEMBERÇO15KG-DOAÇÃOSSES
3919781-858	BALANÇAELETRONICAPLATAFORMAEMBERÇO15KG-DOAÇÃOSSES-SÉRIE297704
3919785	MONITORMULTIPARAMETRICO-MINDRAY-SÉRIE42121757-ETIQUETAVERMELHA6 3 8
3919786	MONITORMULTIPARAMETRICO-MINDRAY-SÉRIE42121765-ETIQUETAVERMELHA6 3 7
3919787	MONITORMULTIPARAMETRICO-MINDRAY-SÉRIE4 3 1 2 1 8 5 9 - ETIQUETAVERMELHA6 3 5
3919788	MONITORMULTIPARAMETRICO-MINDRAY-SÉRIE4 2 1 2 1 7 8 9 - ETIQUETAVERMELHA6 3 0
3919789	MONITORMULTIPARAMETRICO-MINDRAY-SÉRIE4 3 1 2 1 8 5 2 - ETIQUETAVERMELHA6 3 4
3919790	MONITORMULTIPARAMETRICO-MINDRAY-SÉRIE4 3 1 2 2 0 1 4 - ETIQUETAVERMELHA6 4 1
3919792	MONITORMULTIPARAMETRICO-MINDRAY-SÉRIE4 3 1 2 2 0 5 1 - ETIQUETAVERMELHA6 3 2
3919793	MONITORMULTIPARAMETRICO-MINDRAY-SÉRIE4 3 1 2 2 2 2 9 - ETIQUETAVERMELHA6 3 3
3919795	MONITORMULTIPARAMETRICO-MINDRAY-SÉRIE4 3 1 2 2 2 8 3 - ETIQUETAVERMELHA6 3 9
3919797	MONITORMULTIPARAMETRICO-MINDRAY-SÉRIE4 3 1 2 2 2 9 4 - ETIQUETAVERMELHA6 3 6
3919799	MONITORMULTIPARAMETRICO-MINDRAY-SÉRIE4 3 1 2 2 2 7 6 - ETIQUETAVERMELHA6 4 9
3919800	MONITORMULTIPARAMETRICO-MINDRAY-SÉRIE4 3 1 2 2 2 3 3 - ETIQUETAVERMELHA6 4 5
3919801	MONITORMULTIPARAMETRICO-MINDRAY-SÉRIE4 3 1 2 2 2 9 5 - ETIQUETAVERMELHA6 3 1
3919803	MONITORMULTIPARAMETRICO-MINDRAY-SÉRIE4 3 1 2 2 0 3 8 - ETIQUETAVERMELHA6 4 0
3919804	MONITOR MULTIPARAMETRICO - MINDRAY - SÉRIE 43122206- ETIQUETA VERMELHA 648



3919933	ARMÁRIO/RACK EM AÇO COM 2 PORTAS – SÉRIE 117565 – PARA GUARDA EQUIPAMENTO VIDEOCIRURGIA – SETOR UROLOGIA - 2016
3919997	MICROSCÓPIO CLÍNICO BINOCULAR – SÉRIE 1692924 - 807
3919998	MICROSCÓPIO CLÍNICO BINOCULAR – SÉRIE 1692927 - 808
3919999	CENTRÍFUGA INBRAS – SÉRIE 110220117039001 - 809
3920038	HOMOGENIZADOR P/COLETA DE SANGUE – BIOMIXER – L. 3310580
3920039	PLASMA EXTRATOR EM AÇO CARBONO – L. GAN058599
3920040	PLASMA EXTRATOR EM AÇO CARBONO – L. GAN058598
3920041	PLASMA EXTRATOR EM AÇO CARBONO – L. GAN058596
3920042	PLASMA EXTRATOR EM AÇO CARBONO – L. GAN058600
3920043	PLASMA EXTRATOR EM AÇO CARBONO – L. GAN056946
3920044	ALICATE DE ORDENHA P/BOLSA DE SANGUE – HS 002 – L. 170079
3920045	ALICATE DE ORDENHA P/BOLSA DE SANGUE – HS 002 – L. 170080
3920046	SELADORA DE TUBOS PVC PORTÁTIL P.B SANGUE – BIOSEALER – L. 8886
3920047	SELADORA PORTÁTIL DE BANCADA COM ALICATE – SE 340 – REG. MS. 80125859002
3920048	SELADORA ELÉTRICA PORTÁTIL – SE 640 – REG. MS 80125859002 – L.643767
3920049	SELADORA PORTÁTIL DE BANCADA COM ALICATE – SE 340 – REG. MS. 80125859002 – L.343503
3920050	SELADORA PORTÁTIL DE BANCADA COM ALICATE – SE 340 – REG. MS. 80125859002 – L.343504
3920051	SELADORA ELÉTRICA PORTÁTIL – SE 640 – REG. MS 80125859002 – L.643926
3920052	SELADORA ELÉTRICA PORTÁTIL – SE 640 – REG. MS 80125859002 – L.643912
3920053	SELADORA ELÉTRICA PORTÁTIL – SE 640 – REG. MS 80125859002 – L.643936
3920054	SELADORA ELÉTRICA PORTÁTIL – SE 640 – REG. MS 80125859002 – L.643909
3920060	CAPELA DE FLUXO LAMINAR – FUV 12 AT INOX 430
3920061	CENTRÍFUGA SOROLÓGICA 127 – 28 TUBOS – IMBRAS
3920062	CENTRÍFUGA SOROLÓGICA 127 – 28 TUBOS – IMBRAS
3920063	BANHO MARIA REGULÁVEL COM TERMOMETRO DIGITAL ELÉTRICO - KACIL
3920082	BANHO MARIA – 40 TUBOS – C/TERMOMETRO – MARCA: KACIL
3920083	CENTRÍFUGA - INBRAS 06196– MICROPROCESSADA - INBRAS - SÉRIE 110920917072016
3920084	BANHO MARIA – 105 TUBOS – MARCA: KACIL
3920092	CENTRÍFUGA REFRIGERADA MULTIPROCESSADA PARA BOLSAS DE SANGUE – MS 80125850004
3920093	AGITADOR DE PLAQUETAS COM BANDEJAS SOBREPOSTAS – MS. 80125850002
3920138	CENTRÍFUGA SOROLÓGICA DIGITAL



3920139	CENTRIFUGA SOROLÓGICA DIGITAL
3920140	ESTUFA PARA SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO
3920141	BALANÇA PARA LABORATÓRIO DE PRECISÃO
3920182	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO – EQUIPAMENTO INDREL CLC 504 – SÉRIE 48644
3920183	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO – EQUIPAMENTO INDREL CLC 504 – SÉRIE 48645/52182
3920184	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO – EQUIPAMENTO INDREL RC 430 – SÉRIE 48641
3920185	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO – EQUIPAMENTO INDREL RC 430 – SÉRIE 48642
3920186	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO – EQUIPAMENTO INDREL RC 430 – SÉRIE 48643
3920188	SECADORA DE ROUPA – SECADOR ROTATIVO CAP. 50 KG – SUZUKI – SÉRIE 052018016 - LIGADA MARÇO-2021
3920189	SECADORA DE ROUPA – SECADOR ROTATIVO CAP. 50 KG – SUZUKI – SÉRIE 052018017 - LIGADA MARÇO-2021
3920311	SISTEMA DE VÍDEO LAPAROSCOPIA – SISTEMA VÍDEO LAPAROSCOPIA/ENDOSCOPIA RÍGIDA – INCLUINDO ARMÁRIO – DEU ENTRADA NO HOSPITAL EM 31-07-2018 - CRISTIANO SEC.SAÚDE
3920329	APARELHO DE ANESTESIA – INCLUINDO MONITOR MULTIPARAMETRO SAT 500 – SÉRIE 1659 – MARCA KTK – DEU ENTRADA NO HOSPITAL EM 08-11-2018
3920637	MONITORMULTIPARAMETRICO –UMEC-10–ECG–SPO2PNITEMP– SÉRIENK88030709
3920638	MONITORMULTIPARAMETRICO –UMEC-10–ECG–SPO2PNITEMP– SÉRIENK86028303
3920639	MONITORMULTIPARAMETRICO –UMEC-10–ECG–SPO2PNITEMP– SÉRIENK88030715
3920640	MONITORMULTIPARAMETRICO –UMEC-10–ECG–SPO2PNITEMP– SÉRIENK83022389
3920641	MONITORMULTIPARAMETRICO –UMEC-10–ECG–SPO2PNITEMP– SÉRIENK83022386
3920642	MONITORMULTIPARAMETRICO –UMEC-10–ECG–SPO2PNITEMP– SÉRIENK83022388
3920643	DESFIBRILADOR=CARDIOVERSORBENEHEARTD3BÁSICO–SÉRIEEZ88009455
3920644	DESFIBRILADOR=CARDIOVERSORBENEHEARTD3BÁSICO–SÉRIEEZ88009457
3920645	BISTURIELETRONICOMOD. POWERCUT–300W–SÉRIE18100983-MEDCIR
3920646	BISTURIELETRONICOMOD. POWERCUT–300W–SÉRIE18100984-MEDCIR
3920647	APARELHODEANESTESIACOMMONITORMULTIP.MOD.SAT500–SÉRIE1735–MARCAKTK
3920648	RESPIRADOR=VENTILADORPULMONAR–IX5–SÉRIEIX5–2018-12-06733-VERMELHA880
3921156	OXIMETRODEPULSOHANDYSATTC–SÉRIE17260234
3921157	OXIMETRODEPULSOHANDYSATTC–SÉRIE17260235
3921158	OXIMETRODEPULSOHANDYSATTC–SÉRIE17260236
3921159	OXIMETRODEPULSOHANDYSATTC–SÉRIE17260237
3921172	ASPIRADORDESECREÇÃOELÉTRICOMÓVEL–C/VÁLVULASEGURANÇA-FRASCO-SUP.RODIZIO
3921173	ASPIRADORDESECREÇÃOELÉTRICOMÓVEL–C/VÁLVULASEGURANÇA-FRASCO-SUP.RODIZIO
3921174	ASPIRADORS E C R E Ç Ã O E L É T R I C O M Ó V E L I N A L A M E D – C / V Á L V U L A S E G . F R A S C O - S U P . R O D I Z I O - S É R I E 104353271=MODELOIML6005-C2=ETIQUETAVERMELHANº964-NILMA



3921175	ASPIRADORS E C R E Ç Ã O ELÉTRICOMÓVELINALAMED-C/VÁLVULASEG.FRASCO-SUP.RODIZIO-SÉRIE 104353273=MODELOIML6005-C2=ETIQUETAVERMELHANº965-INST.DIA08-03-2021.
3921176	DESFIBRILADORCONVENCIONALTIPOBIFÁSICO-SUPORTETESTEPARAPÁS-C/BATERIA-19050105
3921177	DESFIBRILADORCONVENCIONALTIPOBIFÁSICO-SUPORTETESTEPARAPÁS-C/BATERIA
3921259	ASPIRADORCIRÚRGICOISENTOKSS- SÉRIE51804
3921260	ASPIRADORCIRÚRGICOISENTOKSS- SÉRIE51808
3921261	ASPIRADORCIRÚRGICOISENTOKSS- SÉRIE51809
3921262	FOCOAUXILIARSKYLED120COMEMERGÊNCIA-SÉRIE55155
3921263	FOCOAUXILIARSKYLED120COMEMERGÊNCIA-SÉRIE55156
3921264	FOCOAUXILIARSKYLED120COMEMERGÊNCIA-SÉRIE55157
3921265	FOCOAUXILIARSKYLED120COMEMERGÊNCIA-SÉRIE55158
3921266	FOCOAUXILIARSKYLED120COMEMERGÊNCIA-SÉRIE55159
3921267	FOCOAUXILIARSKYLED120COMEMERGÊNCIA-SÉRIE55160
3921268	DESFIBRILADOREXTERNOAUTOMÁTICO=DEA-MOD.ISIS-MARCA:INSTRAMED-SÉRIE042019157765
3921269	DESFIBRILADOREXTERNOAUTOMÁTICO=DEA-MOD.ISIS-MARCA:INSTRAMED-SÉRIE042019157766
3921270	CARDIOVERSOR-MOD.LIFESCHOCKPROECGSP02NLLIMP-MARCA:LIFEMED-SÉRIE19050105
3921271	DERMÁTOMOE L É T R I C O HUMECAD-80-P/CIR.PLASTICA-REF.4.D80STS-805726
3921272	DERMÁTOMOE L É T R I C O HUMECAD-80-P/CIR.PLASTICA-REF.4.D80STS-805755
3921273	BALANÇAELETRÔNICA-MARCA:LIDER-MOD.B-520-CAP.300KG-SÉRIE65253-ETIQUETAVERMELHA 997
3921274	BALANÇAELETRÔNICA-MARCA:LIDER-MOD.B-520-CAP.300KG-SÉRIE65254-ETIQUETAVERMELHA 998
3921335	CRANIÓTOMO-CONJUNTO-SISTEMADEDISSECÇÃOÓSSEAFORMADOPORTREPANO-CRANIÓTOMO- DRILLPNEUMÁTICODEALTAROTAÇÃOAUTOCLAVÁVEL-SÉRIEPH-051/9D-312.
3921336	CRANIÓTOMO-CONJUNTO-SISTEMADEDISSECÇÃOÓSSEAFORMADOPORTREPANO-CRANIÓTOMO- DRILLPNEUMÁTICODEALTAROTAÇÃOAUTOCLAVÁVEL-SÉRIEPH-052/9D-313.
3921562	FOCOCIRÚRGICODETETOINP-3X3MASTER-MARCA:INPROMED-SÉRIE 010419FT3X3MTSE001
3921579	LARINGOSCÓPIOADULTO EMINOX-MARCA:PROTEC-C/LÂMINARETANº0-1-2-3E4
3921580	LARINGOSCÓPIOADULTO EMINOX-MARCA:PROTEC-C/LÂMINARETANº0-1-2-3E4
3921581	LARINGOSCÓPIOADULTO EMINOX-MARCA:PROTEC-C/LÂMINARETANº0-1-2-3E4
3921582	LARINGOSCÓPIOADULTO EMINOX-MARCA:PROTEC-C/LÂMINARETANº0-1-2-3E4
3921583	LARINGOSCÓPIOADULTO EMINOX-MARCA:PROTEC-C/LÂMINARETANº0-1-2-3E4
3921584	LARINGOSCÓPIOADULTO EMINOX-MARCA:PROTEC-C/LÂMINARETANº0-1-2-3E4
3921585	LARINGOSCÓPIOADULTO EMINOX-MARCA:PROTEC-C/LÂMINARETANº0-1-2-3E4
3921586	LARINGOSCÓPIOADULTO EMINOX-MARCA:PROTEC-C/LÂMINARETANº0-1-2-3E4
3921587	LARINGOSCÓPIOADULTO EMINOX-MARCA:PROTEC-C/LÂMINARETANº0-1-2-3E4
3921588	LARINGOSCÓPIOADULTO EMINOX-MARCA:PROTEC-C/LÂMINARETANº0-1-2-3E4



3921589	LARINGOSCÓPIOADULTO EMINOX-MARCA:PROTEC-C/LÂMINARETANº0-1-2-3E4
3921590	LARINGOSCÓPIOADULTO EMINOX-MARCA:PROTEC-C/LÂMINARETANº0-1-2-3E4
3921591	SELADORAMODELOSM350PLUS-056/057DEPEDAL-MARCA:SELAPACK
3921592	SELADORAMODELOSM350PLUS-056/057DEPEDAL-MARCA:SELAPACK
3921593	SELADORAMODELOSM350PLUS-056/057DEPEDAL-MARCA:SELAPACK
3921594	SELADORAMODELOSM350PLUS-056/057DEPEDAL-MARCA:SELAPACK
3921649	DEFIBRILADOR/CARDIOVERSORMOD.BENEHEARTD3-BÁSICO-MINDRAY-SÉRIEEX88009
3921650	RESPIRADOR(VENTILADORPULMONAR)MECÂNICO PNEUMÁTICO-MOD.SYNOVENTE3-MINDRAY-SÉRIE EC670028-C/ACESSÓRIOS- UTINEONATAL
3921651	CADEIRAPARACOLETADASANGUE MOTORIZADA-MARCA:HOSPIMETAL-3MOTORES
3921652	CADEIRAPARACOLETADASANGUE MOTORIZADA-MARCA:HOSPIMETAL-3MOTORES
3921653	CADEIRAPARACOLETADASANGUE MOTORIZADA-MARCA:HOSPIMETAL-3MOTORES
3921754	ARCO CIRÚRGICO=ARCO=MOD.OPESCOPEACTENO-MARCA:SHIMADZU-COMPOSTODE:503-78800-03-COM GERADOR DERAIOX-SÉRIE EQUIPAMENTO:MPD6D828A002-DATA INSTALAÇÃO E TESTE OPERACIONAL 11-03-2019- COM PARECER PROCURADORIA-CONTROLE
3921760	SISTEMA DE VÍDEO LAPAROSCOPIA/ENDOSCOPIARÍGIDA COMPLETO+ARMÁRIO PARA EQUIPAMENTO DE VIDEOCIRURGIA CONFIANCE AVL06-20199-7.
3921761	SISTEMA DE VÍDEO LAPAROSCOPIA/ENDOSCOPIARÍGIDA COMPLETO+ARMÁRIO PARA EQUIPAMENTO DE VIDEOCIRURGIA CONFIANCE AVL06-20199-8.
3921763	MESACIRÚRGICA ELÉTRICA VISION T4 LEITO DESLIZANTE EMPOLÍMERO REFORÇADO- ACESSÓRIOS: SUP. DE OMBRO-SUP.LATERAL-PORTACOXAS-SÉRIE 58848.
3921764	MESACIRÚRGICA ELÉTRICA VISION T4 LEITO DESLIZANTE EMPOLÍMERO REFORÇADO- ACESSÓRIOS: SUP. DE OMBRO-SUP.LATERAL-PORTACOXAS-SÉRIE 58849.
3921765	MESACIRÚRGICA ELÉTRICA VISION T4 LEITO DESLIZANTE EMPOLÍMERO REFORÇADO- ACESSÓRIOS: SUP. DE OMBRO-SUP.LATERAL-PORTACOXAS-SÉRIE 58850.
3921766	MESACIRÚRGICA ELÉTRICA VISION T4 LEITO DESLIZANTE EMPOLÍMERO REFORÇADO- ACESSÓRIOS: SUP. DE OMBRO-SUP.LATERAL-PORTACOXAS-SÉRIE 58851.
3921767	MESACIRÚRGICA ELÉTRICA VISION T4 LEITO DESLIZANTE EMPOLÍMERO REFORÇADO- ACESSÓRIOS: SUP. DE OMBRO-SUP.LATERAL-PORTACOXAS-SÉRIE 58852.
3921768	MESACIRÚRGICA ELÉTRICA VISION T4 LEITO DESLIZANTE EMPOLÍMERO REFORÇADO- ACESSÓRIOS: SUP. DE OMBRO-SUP.LATERAL-PORTACOXAS-SÉRIE 58853.
3921769	APARELHO DERAIOX-MÓVEL-FABRICANTE: VMITECNOLOGIAS-MODELO: AQUILA 320S-NACIONAL-SÉRIE 00 3848 01001.
3921770	APARELHO DERAIOX-MÓVEL-FABRICANTE: VMITECNOLOGIAS-MODELO: AQUILA 320S-NACIONAL-SÉRIE 00 3519 01001-TRANSFERIDO PARA HMDC EM 14-02-2020.
3921771	APARELHO DERAIOX-MÓVEL-FABRICANTE: VMITECNOLOGIAS-MODELO: AQUILA 320S-NACIONAL-SÉRIE 00 3583 01001.
3921772	APARELHO DERAIOX-MÓVEL-FABRICANTE: VMITECNOLOGIAS-MODELO: AQUILA 320S-NACIONAL-SÉRIE 00 3578 01001.
3921773	PERFURADOR ÓSSEO-MARCA: MACOM-SÉRIE 1073/S.666



3921774	PERFURADORÓSSEO-MARCA:MACOM-SÉRIE1074/S.667
3921775	PERFURADORÓSSEO-MARCA:MACOM-SÉRIE1075/S.668
3921776	PERFURADORÓSSEO-MARCA:MACOM-SÉRIE1076/S.669
3921777	PERFURADORÓSSEO-MARCA:MACOM-SÉRIE1077/S.670
3921778	PERFURADORÓSSEO-MARCA:MACOM-SÉRIE1078/S.671
3921779	PERFURADORÓSSEO-MARCA:MACOM-SÉRIE1079/S.672
3921780	PERFURADORÓSSEO-MARCA:MACOM-SÉRIE1080/S.673
3921781	PERFURADORÓSSEO-MARCA:MACOM-SÉRIE1081/S.674
3921782	PERFURADORÓSSEO-MARCA:MACOM-SÉRIE1082/S.675
3921783	RESPIRADOR-VENTILADORPULMONAR-MARCA:LEISTUNG-MOD.PR4-GTOUCH-ADULTO - PEDIÁTRICOENEONATAL-TELAGRÁFICALCDDE10.4"-LOTE:H19102-NºFCI3E143F8B- ETIQUETAVERMELHA 961
3921784	RESPIRADOR-VENTILADORPULMONAR-MARCA:LEISTUNG - MOD.PR4-GTOUCH-ADULTO - PEDIÁTRICOENEONATAL-TELAGRÁFICALCDDE10.4"-LOTE:II9026-NºFCI3E143F8B- ETIQUETAVERMELHA 962
3921792	CAMAHOSPITALARFAWLER4MOTORESHM.2002B-MARCA:HOSPIMETAL- CAB/PESEIRAEGRADES INJETADAS-AZUL-C/COLCHÃO-SÉRIE70031.000.001.001
3921793	CAMAHOSPITALARFAWLER4MOTORESHM.2002B-MARCA:HOSPIMETAL- CAB/PESEIRAEGRADES INJETADAS-AZUL-C/COLCHÃO-SÉRIE70031.000.001.002
3921794	CAMAHOSPITALARFAWLER4MOTORESHM.2002B-MARCA:HOSPIMETAL- CAB/PESEIRAEGRADES INJETADAS-AZUL-C/COLCHÃO-SÉRIE70031.000.001.003
3921795	CAMAHOSPITALARFAWLER4MOTORESHM.2002B-MARCA:HOSPIMETAL- CAB/PESEIRAEGRADES INJETADAS-AZUL-C/COLCHÃO-SÉRIE70031.000.001.004
3921796	CAMAHOSPITALARFAWLER4MOTORESHM.2002B-MARCA:HOSPIMETAL- CAB/PESEIRAEGRADES INJETADAS-AZUL-C/COLCHÃO-SÉRIE70031.000.001.005
3921797	CAMAHOSPITALARFAWLER4MOTORESHM.2002B-MARCA:HOSPIMETAL- CAB/PESEIRAEGRADES INJETADAS-AZUL-C/COLCHÃO-SÉRIE70031.000.001.006
3921798	CAMAHOSPITALARFAWLER4MOTORESHM.2002B-MARCA:HOSPIMETAL- CAB/PESEIRAEGRADES INJETADAS-AZUL-C/COLCHÃO-SÉRIE70031.000.001.007
3921799	CAMAHOSPITALARFAWLER4MOTORESHM.2002B-MARCA:HOSPIMETAL- CAB/PESEIRAEGRADES INJETADAS-AZUL-C/COLCHÃO-SÉRIE70031.000.001.008
3921800	CAMAHOSPITALARFAWLER4MOTORESHM.2002B-MARCA:HOSPIMETAL- CAB/PESEIRAEGRADES INJETADAS-AZUL-C/COLCHÃO-SÉRIE70031.000.001.009
3921801	CAMAHOSPITALARFAWLER4MOTORESHM.2002B-MARCA:HOSPIMETAL- CAB/PESEIRAEGRADES INJETADAS-AZUL-C/COLCHÃO-SÉRIE70031.000.001.010
3921802	CAMAHOSPITALARFAWLER4MOTORESHM.2002B-MARCA:HOSPIMETAL- CAB/PESEIRAEGRADES



	INJETADAS-AZUL-C/COLCHÃO-SÉRIE70031.000.001.011
3921803	CAMAHOSPITALARFAWLER4MOTORESHM.2002B-MARCA:HOSPIMETAL-CAB/PESEIRAEGRADES INJETADAS-AZUL-C/COLCHÃO-SÉRIE70031.000.001.012
3921804	CAMAHOSPITALARFAWLER4MOTORESHM.2002B-MARCA:HOSPIMETAL-CAB/PESEIRAEGRADES INJETADAS-AZUL-C/COLCHÃO-SÉRIE70031.000.001.013
3921805	CAMAHOSPITALARFAWLER4MOTORESHM.2002B-MARCA:HOSPIMETAL-CAB/PESEIRAEGRADES INJETADAS-AZUL-C/COLCHÃO-SÉRIE70031.000.001.014
3921806	CAMAHOSPITALARFAWLER4MOTORESHM.2002B-MARCA:HOSPIMETAL-CAB/PESEIRAEGRADES INJETADAS-AZUL-C/COLCHÃO-SÉRIE70031.000.001.015
3921807	CAMAHOSPITALARFAWLER4MOTORESHM.2002B-MARCA:HOSPIMETAL-CAB/PESEIRAEGRADES INJETADAS-AZUL-C/COLCHÃO-SÉRIE70031.000.001.016
3921808	CAMAHOSPITALARFAWLER4MOTORESHM.2002B-MARCA:HOSPIMETAL-CAB/PESEIRAEGRADES INJETADAS-AZUL-C/COLCHÃO-SÉRIE70031.000.001.017
3921809	CAMAHOSPITALARFAWLER4MOTORESHM.2002B-MARCA:HOSPIMETAL-CAB/PESEIRAEGRADES INJETADAS-AZUL-C/COLCHÃO-SÉRIE70031.000.001.018
3921810	CAMAHOSPITALARFAWLER4MOTORESHM.2002B-MARCA:HOSPIMETAL-CAB/PESEIRAEGRADES INJETADAS-AZUL-C/COLCHÃO-SÉRIE70031.000.001.019
3921811	CAMAHOSPITALARFAWLER4MOTORESHM.2002B-MARCA:HOSPIMETAL-CAB/PESEIRAEGRADES INJETADAS-AZUL-C/COLCHÃO-SÉRIE70031.000.001.020
3921812	CAMAHOSPITALARFAWLER4MOTORESHM.2002B-MARCA:HOSPIMETAL-CAB/PESEIRAEGRADES INJETADAS-AZUL-C/COLCHÃO-SÉRIE70031.000.001.021
3921813	CAMAHOSPITALARFAWLER4MOTORESHM.2002B-MARCA:HOSPIMETAL-CAB/PESEIRAEGRADES INJETADAS-AZUL-C/COLCHÃO-SÉRIE70031.000.001.022
3921814	CAMAHOSPITALARFAWLER4MOTORESHM.2002B-MARCA:HOSPIMETAL-CAB/PESEIRAEGRADES INJETADAS-AZUL-C/COLCHÃO-SÉRIE70031.000.001.023
3921815	CAMAHOSPITALARFAWLER4MOTORESHM.2002B-MARCA:HOSPIMETAL-CAB/PESEIRAEGRADES INJETADAS-AZUL-C/COLCHÃO-SÉRIE70031.000.001.024
3921816	CAMAHOSPITALARFAWLER4MOTORESHM.2002B-MARCA:HOSPIMETAL-CAB/PESEIRAEGRADES INJETADAS-AZUL-C/COLCHÃO-SÉRIE70031.000.001.025
3921817	CAMAHOSPITALARFAWLER4MOTORESHM.2002B-MARCA:HOSPIMETAL-CAB/PESEIRAEGRADES INJETADAS-AZUL-C/COLCHÃO-SÉRIE70031.000.001.026
3921818	CAMAHOSPITALARFAWLER4MOTORESHM.2002B-MARCA:HOSPIMETAL-CAB/PESEIRAEGRADES INJETADAS-AZUL-C/COLCHÃO-SÉRIE70031.000.001.027
3921819	CAMAHOSPITALARFAWLER4MOTORESHM.2002B-MARCA:HOSPIMETAL-CAB/PESEIRAEGRADES INJETADAS-AZUL-C/COLCHÃO-SÉRIE70031.000.001.028



3921820	CAMAHOSPITALARFAWLER4MOTORESHM.2002B-MARCA:HOSPIMETAL-CAB/PESEIRAEGRADES INJETADAS-AZUL-C/COLCHÃO-SÉRIE70031.000.001.029
3921821	CAMAHOSPITALARFAWLER4MOTORESHM.2002B-MARCA:HOSPIMETAL-CAB/PESEIRAEGRADES INJETADAS-AZUL-C/COLCHÃO-SÉRIE70031.000.001.030
3921895	MONITORCARDÍACO-IMEC-10-BÁSICOCOM:ECG-SPO2 -PNI-TEMP-SÉRIE:EX98073439 -925
3921896	MONITORCARDÍACO-IMEC-10-BÁSICOCOM:ECG-SPO2 -PNI-TEMP-SÉRIE:EX98073440 -926
3921897	MONITORCARDÍACO-IMEC-10-BÁSICOCOM:ECG-SPO2 -PNI-TEMP-SÉRIE:EX98073441 -927
3921898	MONITORCARDÍACO-IMEC-10-BÁSICOCOM:ECG-SPO2 -PNI-TEMP-SÉRIE:EX98073442 -928
3921899	MONITORCARDÍACO-IMEC-10-BÁSICOCOM:ECG-SPO2 -PNI-TEMP-SÉRIE:EX98073443 -929
3921900	MONITORCARDÍACO-IMEC-10-BÁSICOCOM: ECG-SPO2 -PNI-TEMP-SÉRIE:EX98073444-
3921901	MONITORCARDÍACO-IMEC-10-BÁSICOCOM: ECG-SPO2 -PNI-TEMP-SÉRIE:EX98073445-
3921902	MONITORCARDÍACO-IMEC-10-BÁSICOCOM: ECG-SPO2 -PNI-TEMP-SÉRIE:EX98073446-
3921903	MONITORMULTIPARAMETRICO-IMEC-10-COMPLETO-SÉRIE:EX98073435 -VERMELHA921
3921904	MONITORMULTIPARAMETRICO-IMEC-10-COMPLETO-SÉRIE:EX98073436 -VERMELHA922
3921905	MONITORMULTIPARAMETRICO-IMEC-10-COMPLETO-SÉRIE:EX98073437 -VERMELHA923
3921906	MONITORMULTIPARAMETRICO-IMEC-10-COMPLETO-SÉRIE:EX98073438 -VERMELHA924
3921907	DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR-BENEHEARTD3-MINDRAY-SÉRIEEZ98024627
3921908	DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR-BENEHEARTD3-MINDRAY-SÉRIEEZ98024629-VERMELHA939
3921909	DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR-BENEHEARTD3-MINDRAY-SÉRIEEZ98024631
3921913	SERRADEGESSO-SERRAELÉTRICAPARACORTEDEGESSO-220V-MARCA:OSCILANJ02-50/60HZ
3921914	SERRADEGESSO-SERRAELÉTRICAPARACORTEDEGESSO-220V-MARCA:OSCILANJ02-50/60HZ
3921915	SERRADEGESSO-SERRAELÉTRICAPARACORTEDEGESSO-220V-MARCA:OSCILANJ02-50/60HZ
3921916	SERRADEGESSO-SERRAELÉTRICAPARACORTEDEGESSO-220V-MARCA:OSCILANJ02-50/60HZ
3921917	SERRADEGESSO-SERRAELÉTRICAPARACORTEDEGESSO-220V-MARCA:OSCILANJ02-50/60HZ
3921918	SERRADEGESSO-SERRAELÉTRICAPARACORTEDEGESSO-220V-MARCA:OSCILANJ02-50/60HZ
3921919	SERRADEGESSO-SERRAELÉTRICAPARACORTEDEGESSO-220V-MARCA:OSCILANJ02-50/60HZ
3921920	SERRADEGESSO-SERRAELÉTRICAPARACORTEDEGESSO-220V-MARCA:OSCILANJ02-50/60HZ
3921938	MONITORMULTIPARÂMETRO-VITA-500E-FABRICANTE:ALFAMED-ADULTO/PED/NEO-SÉRIE:V5E 0000718
3921939	MONITORMULTIPARÂMETRO-VITA-500E-FABRICANTE:ALFAMED-ADULTO/PED/NEO-SÉRIE:V5E 0000719
3921940	MONITORMULTIPARÂMETRO-VITA-500E-FABRICANTE:ALFAMED-ADULTO/PED/NEO-SÉRIE:V5E 0000720
3921941	MONITORMULTIPARÂMETRO-VITA-500E-FABRICANTE:ALFAMED-ADULTO/PED/NEO-SÉRIE:V5E 0000721-VERMELHA930



3921942	MONITORMULTIPARÂMETRO-VITA-500E-FABRICANTE:ALFAMED-ADULTO/PED/NEO-SÉRIE:V5E0000722-VERMELHA 931
3921943	MONITORMULTIPARÂMETRO-VITA-500E-FABRICANTE:ALFAMED-ADULTO/PED/NEO-SÉRIE:V5E0000723-VERMELHA932
3921944	MONITORMULTIPARÂMETRO-VITA-500E-FABRICANTE:ALFAMED-ADULTO/PED/NEO-SÉRIE:V5E0000724-VERMELHA933
3921945	MONITORMULTIPARÂMETRO-VITA-500E-FABRICANTE:ALFAMED-ADULTO/PED/NEO-SÉRIE:V5E0000725-VERMELHA934
3921946	MONITORMULTIPARÂMETRO-VITA-500E-FABRICANTE:ALFAMED-ADULTO/PED/NEO-SÉRIE:V5E0000726-VERMELHA935
3921947	MONITORMULTIPARÂMETRO-VITA-500E-FABRICANTE:ALFAMED-ADULTO/PED/NEO-SÉRIE:V5E0000727-VERMELHA936
3921948	MONITORMULTIPARÂMETRO-VITA-500E-FABRICANTE:ALFAMED-ADULTO/PED/NEO-SÉRIE:V5E0000728-VERMELHA937
3921949	MONITORMULTIPARÂMETRO-VITA-500E-FABRICANTE:ALFAMED-ADULTO/PED/NEO-SÉRIE:V5E0000729-VERMELHA938
3921960	ULTRASSOMFT412-INCLUINDO:TRANSDUTORCONVEXO-TRANSDUTORLINEAR-TRANSDUTORENDOCAVITÁ RIO + GUIA DE BIÓPSIA+IMPRESSORA A LASER KYOCERA P5021 CDN+ NOBREAK SMSMANAGERIII1500VA(ALMOXARIFADO)=NOTAFISCAL12273DE11-11-2019=ULTRASSOMDIAGNÓSTICOGINECO/OBSTETRICA=FABRICANTE:ALLIAGE-MARCA:SAEVO-ANVISA:10069210072-SÉRIE50001335762-VERMELHA952-ConformeAutorizaçãodaDireçãofoilevadoparaoCentro Cirúrgiconodia12-04-2021comacompanhamentodaEnf.Selma.
3921961	ULTRASSOMFT412-INCLUINDO:TRANSDUTORCONVEXO-TRANSDUTORENDOCAVITÁ RIO+TRANSDUTOR LINEAR + TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO + IMPRESSORA A LASER KYOCERA P5021 CDNSÉRIE7102352 (ATENÇÃO: TAMPADA FRENTE QUEBRADA EM 30-04-2021- AGUARDANDO RELATÓRIO DO SETOR)+ NOBREAK SMS MANAGER III 1500 VA = NOTA FISCAL 12273 DE 11-11-2019 = ULTRASSOMDIAGNÓSTICO CARDIO/EXAMES AVANÇADOS (ECÓGRAFO)= FABRICANTE: ALLIAGE - MARCA: SAEVO -ANVISA:10069210072- 50001401722-VERMELHA 953.
3921962	FOCOCIRURGICOTETOLEDTRIPLEX4LE-M1LEC-PREPMONITOR-FABRICANTE:SISMATEC-ANVISA:10250260017-NºSÉRIE09191004401.
3921963	FOCOCIRURGICOTETOLEDTRIPLEX4LE-M1LEC-PREPMONITOR-FABRICANTE:SISMATEC-ANVISA:10250260017-NºSÉRIE09191004402.
3921964	FOCOCIRURGICOTETOLEDTRIPLEX4LE-M1LEC-PREPMONITOR-FABRICANTE:SISMATEC-ANVISA:10250260017-NºSÉRIE09191004403.
3921965	FOCOCIRURGICOTETOLEDTRIPLEX4LE-M1LEC-PREPMONITOR-FABRICANTE:SISMATEC-ANVISA:10250260017-NºSÉRIE09191004404.
3922085-AT.BASICA	VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO - MODELO: CARMEL - MARCA: KTK - ANVISA:102980091-Nº SÉRIE:2147 -ENTREGUEEM10-02-2020 -LANÇADONAATENÇÃOBÁSICA
3922086-AT.BASICA	VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO - MODELO: CARMEL - MARCA: KTK - ANVISA:102980091-Nº SÉRIE:2150 -ENTREGUEEM10-02-2020 -LANÇADONAATENÇÃOBÁSICA
3922123	FOCOCIRURGICODETETOCOMCÂMERADEVÍDEO-MODELOHYLED760/730-MARCA:MINDRAY-ANVISA80102511033-SÉRIE169A004156.



3922124	FOCOCIRURGICODETETOCOMCÂMERADEVÍDEO-MODELOHYLED760/730-MARCA:MINDRAY-ANVISA80102511033-SÉRIE169A004157.
3922125	APARELHODEANESTESIAMINDRAY-MODELO:WATOEX-35-ANVISA:80102510773-SÉRIE:KG-99004663.
3922126	APARELHODEANESTESIAMINDRAY-MODELO:WATOEX-35-ANVISA:80102510773-SÉRIE:KG-99004664.
3922127	APARELHODEANESTESIAMINDRAY-MODELO:WATOEX-35-ANVISA:80102510773-SÉRIE:KG-99004665
3922128	APARELHODEANESTESIAMINDRAY-MODELO:WATOEX-35-ANVISA:80102510773-SÉRIE:KG-99004666.
3922129	APARELHODEANESTESIAMINDRAY-MODELO:WATOEX-35-ANVISA:80102510773-SÉRIE:KG-99004667.
3922130	APARELHODEANESTESIAMINDRAY-MODELO:WATOEX-35-ANVISA:80102510773-SÉRIE:KG-99004668.
3922131	APARELHODEANESTESIAMINDRAY-MODELO:WATOEX-35-ANVISA:80102510773-SÉRIE:KG-99004669.
3922132	APARELHODEANESTESIAMINDRAY-MODELO:WATOEX-35-ANVISA:80102510773-SÉRIE:KG-99004670.
3922133	DESFRIBILADOR(CARDIOVERSOR)VIVOIMPR+MDEA+360J+TRANS-MARCA:CMOSDRAKE-LOTE:319090468- VERMELHA955.
3922134	DESFRIBILADOR(CARDIOVERSOR)VIVOIMPR+MDEA+360J+TRANS-MARCA:CMOSDRAKE-LOTE:319090469- VERMELHA958.
3922135	DESFRIBILADOR(CARDIOVERSOR)VIVOIMPR+MDEA+360J+TRANS-MARCA:CMOSDRAKE-LOTE:319090470- VERMELHA960.
3922136	DESFRIBILADOR(CARDIOVERSOR)VIVOIMPR+MDEA+360J+TRANS-MARCA:CMOSDRAKE-LOTE:319090471- VERMELHA957.
3922137	DESFRIBILADOR(CARDIOVERSOR)VIVOIMPR+MDEA+360J+TRANS-MARCA:CMOSDRAKE-LOTE:319090472- VERMELHA954.
3922138	DESFRIBILADOR(CARDIOVERSOR)VIVOIMPR+MDEA+360J+TRANS-MARCA:CMOSDRAKE-LOTE:319090473- VERMELHA956
3922139	DESFRIBILADOR(CARDIOVERSOR)VIVOIMPR+MDEA+360J+TRANS-MARCA:CMOSDRAKE-LOTE:319090474- VERMELHA959.
3922140	MONITORMULTIPARAMETROPARAUTI-MODELO:WL80-15"BÁSICO-ANVISA80884260002-MARCA:WORLTLIFE-NºSÉRIE:WL802874
3922141	MONITORMULTIPARAMETROPARAUTI-MODELO:WL80-15"BÁSICO-ANVISA80884260002-MARCA:WORLTLIFE-NºSÉRIE:WL802875
3922142	MONITORMULTIPARAMETROPARAUTI-MODELO:WL80-15"BÁSICO-ANVISA80884260002-MARCA:WORLTLIFE-NºSÉRIE:WL802876



3922143	MONITORMULTIPARAMETROPARAUTI-MODELO:WL80-15"B ÁSICO- ANVISA80884260002- MARCA:WORL DLIFE -NºSÉRIE:WL802877
3922144	MONITORMULTIPARAMETROPARAUTI-MODELO:WL80-15"B ÁSICO- ANVISA80884260002- MARCA:WORL DLIFE -NºSÉRIE:WL802878
3922145	MONITORMULTIPARAMETROPARAUTI-MODELO:WL80-15"B ÁSICO- ANVISA80884260002- MARCA:WORL DLIFE -NºSÉRIE:WL802879
3922146	MONITORMULTIPARAMETROPARAUTI-MODELO:WL80-15"B ÁSICO- ANVISA80884260002- MARCA:WORL DLIFE -NºSÉRIE:WL802880
3922147	MONITORMULTIPARAMETROPARAUTI-MODELO:WL80-15"B ÁSICO- ANVISA80884260002- MARCA:WORL DLIFE -NºSÉRIE:WL802881
3922148	MONITORMULTIPARAMETROPARAUTI-MODELO:WL80-15"B ÁSICO- ANVISA80884260002- MARCA:WORL DLIFE -NºSÉRIE:WL802882
3922149	MONITORMULTIPARAMETROPARAUTI-MODELO:WL80-15"B ÁSICO- ANVISA80884260002- MARCA:WORL DLIFE -NºSÉRIE:WL802883
3922150	MONITORMULTIPARAMETROPARAUTI-MODELO:WL80-15"B ÁSICO- ANVISA80884260002- MARCA:WORL DLIFE -NºSÉRIE:WL802884
3922151	MONITORMULTIPARAMETROPARAUTI-MODELO:WL80-15"B ÁSICO- ANVISA80884260002- MARCA:WORL DLIFE -NºSÉRIE:WL802885
3922152	MONITORMULTIPARAMETROPARAUTI-MODELO:WL80-15"B ÁSICO- ANVISA80884260002- MARCA:WORL DLIFE -NºSÉRIE:WL802886
3922153	MONITORMULTIPARAMETROPARAUTI-MODELO:WL80-15"B ÁSICO- ANVISA80884260002- MARCA:WORL DLIFE -NºSÉRIE:WL802887
3922154	MONITORMULTIPARAMETROPARAUTI-MODELO:WL80-15"B ÁSICO- ANVISA80884260002- MARCA:WORL DLIFE -NºSÉRIE:WL802888
3922155	MONITORMULTIPARAMETROPARAUTI-MODELO:WL80-15"B ÁSICO- ANVISA80884260002- MARCA:WORL DLIFE -NºSÉRIE:WL802889
3922156	MONITORMULTIPARAMETROPARAUTI-MODELO:WL80-15"B ÁSICO- ANVISA80884260002- MARCA:WORL DLIFE -NºSÉRIE:WL802890
3922157	MONITORMULTIPARAMETROPARAUTI-MODELO:WL80-15"B ÁSICO- ANVISA80884260002- MARCA:WORL DLIFE -NºSÉRIE:WL802892
3922158	MONITORMULTIPARAMETROPARAUTI-MODELO:WL80-15"B ÁSICO- ANVISA80884260002- MARCA:WORL DLIFE -NºSÉRIE:WL802893
3922159	MONITORMULTIPARAMETROPARAUTI-MODELO:WL80-15"B ÁSICO- ANVISA80884260002- MARCA:WORL DLIFE -NºSÉRIE:WL802894



3922160	MONITORMULTIPARAMETROPARAUTI-MODELO:WL80-15"BÁSICO- ANVISA80884260002- MARCA:WORLDFLIFE-NºSÉRIE:WL802897
3922161	MONITORMULTIPARAMETROPARAUTI-MODELO:WL80-15"BÁSICO- ANVISA80884260002-MARCA:WORLDFLIFE-NºSÉRIE:WL802891
3922162	BISTURIELÉTRICO-MODELO:POWERCUTLED300W-MARCA:MEDCIR-ANVISA:10232100042-SÉRIE: 19071074.
3921163	BISTURIELÉTRICO-MODELO:POWERCUTLED300W-MARCA:MEDCIR-ANVISA:10232100042-SÉRIE: 19071075.
3921164	BISTURIELÉTRICO-MODELO:POWERCUTLED300W-MARCA:MEDCIR-ANVISA:10232100042-SÉRIE: 19071076.
3921165	BISTURIELÉTRICO-MODELO:POWERCUTLED300W-MARCA:MEDCIR-ANVISA:10232100042-SÉRIE: 19071077.
39022349	ULTRASSOM - MARCA SAEVO - MODELO FT 412 - SÉRIE 500001335763 + 3 TRANSDUTORES (CONVEXO - LINEAR E ENDOCAVIT Á RIO) + GUIA DE BI Ó PSIA + IMPRESSORA V Í DEO PRINTERSONY UPX 898 +NOBREAK SMS MANAGER III 1500 VA - REGISTRO NA ANVISA 10069210072 - FABRICANTE: ALLIAGE S/A =NOTA FISCAL 12457 = DATADA DO DIA 23-12-2019 -EMPRESTADO PELO DIRETOR GERAL GEILSON- ETIQUETAVERMELHA =963 (SEMNOBREAK)
39022350	SISTEMADEVIDEOENDOSCOPIA-FABRICANTE:SONOSCAPEMEDICALCORP.-CHINA-MARCA:SONOSCAPE- MODELO:HD500BR+PROCESSADORDEIMAGEMMODELOHD500+ FONTE DE ILUMINA Ç Ã OXENON+MONITORDE24POLEGADASMODOLODSH-24W- REGISTROANVISA81464750013+ 1VIDE OGASTROSCOPIOMARCASONOSCAPE - MODELOEG-500-REGISTROANVISA 81464750012+1VIDE OCOLONOSCOPIOMARCASONOSCAPE-MODELOEC-500- REGISTROANVISA 81464750011 = incluindo acessórios: CARRINHO HDT-330 + NOBREAK NHS PRIME 2000 2.0 KVA ON LINESENODAL DE DUPLA CONVERSÃO + 02 LAMAPDAS XENON ORIGINAIS SOBRESSALETES PARA A FONTEDE LUZ + 1 TECLADO ALFANUMERICO + CABOS DE CONEXÃO DO SISTEMA - MALETAS COM TRANCAS ECHAVES PARA TRANSPORTE: 1 PARA O GASTROSCÓPIO E 1 PARA O COLONOSCÓPIO + 8 PIN Ç AS +CONJUNTOCOMPLETO DELIMPEZA=NOTAFISCAL12457=DATADADODIA23-12-2019.
39022353	AUTOCLAVEVERTICALDIGITAL-COMCAPACIDADEENTRE100A300LAMINAS- MARCA:PHOENIX- ANVISA:80004710002-SÉRIE02239-NOTAFISCAL103116-31-03-2020
39022354	MICROSCOPIOISCOPEBINOCULARPARACAMPOCLARO-MARCA:EUROMEXSE-SÉRIE1861834-NOTA FISCAL102556-10-03-2020
39022426	AUTOCLAVEHOSPITALARHORIZONTAL360LITROS- 02PORTASCOMSISTEMADECOMANDO MICROPROCESSADO-MARCA:ONIX- ANVISA81559170001-NOTAFISCAL4798=ENTREGUEEM27-04- 2020.
39022427	AUTOCLAVEHOSPITALARHORIZONTAL360LITROS- 02PORTASCOMSISTEMADECOMANDO MICROPROCESSADO-MARCA:ONIX-ANVISA81559170001-NOTAFISCAL4798=ENTREGUEEM27-04- 2020.
39022428	AUTOCLAVEHOSPITALARHORIZONTAL360LITROS- 02PORTASCOMSISTEMADECOMANDO MICROPROCESSADO-MARCA:ONIX-ANVISA81559170001-NOTAFISCAL4826=ENTREGUEEM14-05- 2020.
39022456	LAVADORAEXTRATORAHOSPITALAR-CAPACIDADE120KILOS-MODELO.MLEXS120- 380VOLTS-MARCA:SUZUKI-SÉRIE 032020007-NOTAFISCAL594=11-03-2020-LIGADAEMMARÇO2021



39022457	LAVADORAEXTRATORAHOSPITALAR-CAPACIDADE120KILOS-MODELO.MLEXS120-380VOLTS-MARCA:SUZUKI-SÉRIE 032020008-NOTAFISCAL594=11-03-2020-LIGADAEMMARÇO2021
39022458	CALANDRAMONOROLMOD.2545E-ELETRICA- 380VOLTS-MARCA:SUZUKI- SÉRIE032020009-NOTA FISCAL594=11-03-2020- LIGADAEMMARÇO-2021
39022459	MONITORMULTIPARAMETROPARAUTI-MODELO:WL80-15"BÁSICO-ANVISA80884260002-MARCA:WORL DLIFE -NºSÉRIE:WL802932
39022460	MONITORMULTIPARAMETROPARAUTI-MODELO:WL80-15"BÁSICO-ANVISA80884260002-MARCA:WORL DLIFE -NºSÉRIE:WL802933
39022461	MONITORMULTIPARAMETROPARAUTI-MODELO:WL80-15"BÁSICO-ANVISA80884260002-MARCA:WORL DLIFE -NºSÉRIE:WL802934
39022462	MONITORMULTIPARAMETROPARAUTI-MODELO:WL80-15"BÁSICO-ANVISA80884260002-MARCA:WORL DLIFE -NºSÉRIE:WL802935
39022463	MONITORMULTIPARAMETROPARAUTI-MODELO:WL80-15"BÁSICO-ANVISA80884260002-MARCA:WORL DLIFE -NºSÉRIE:WL802936
39022464	MONITORMULTIPARAMETROPARAUTI-MODELO:WL80-15"BÁSICO-ANVISA80884260002-MARCA:WORL DLIFE - NºSÉRIE:WL802937
39022465	MONITORMULTIPARAMETROPARAUTI-MODELO:WL80-15"BÁSICO-ANVISA80884260002-MARCA:WORL DLIFE -NºSÉRIE:WL802938
39022466	MONITORMULTIPARAMETROPARAUTI-MODELO:WL80-15"BÁSICO-ANVISA80884260002-MARCA:WORL DLIFE -NºSÉRIE:WL802939
39022467	BISTURIELÉTRICO-MODELO:POWERCUTLED300W-MARCA:MEDCIR-ANVISA:10232100042-SÉRIE:1912180
39022468	BISTURIELÉTRICO-MODELO:POWERCUTLED300W-MARCA:MEDCIR-ANVISA:10232100042-SÉRIE:1912181
39022482	SECADORADETRAQUEIAS-MARCA:BRASMEDICALPROTEC-MODELO:BR400LC-COMCAPACIDADEMINIMAPARA40TRAQUEIAS(20adultose20infantis)-NOTAFISCAL4827-DATADADODIA14-05-2020
39022483	ELETROCARDIOGRAFO12CANAIS-CARDIOCARE2000-MARCA:BIONET-SÉRIEE1T0800290-INCLUINDOMESAP/ELETROCARDIOGRAFO33,5X43X40-MARCA:HEALTH-NF.4853=16-06-2020- VERMELHA940
39022484	ELETROCARDIOGRAFO12CANAIS-CARDIOCARE2000-MARCA:BIONET-SÉRIEE1T0800291-INCLUINDOMESAP/ELETROCARDIOGRAFO33,5X43X40-MARCA:HEALTH-NF.4853=16-06-2020
39022485	ELETROCARDIOGRAFO12CANAIS-CARDIOCARE2000-MARCA:BIONET-SÉRIEE1T0800292-INCLUINDOMESAP/ELETROCARDIOGRAFO33,5X43X40-MARCA:HEALTH-NF.4853=16-06-2020- VERMELHA941
39022486	ELETROCARDIOGRAFO12CANAIS-CARDIOCARE2000-MARCA:BIONET-SÉRIEE1T0800295-INCLUINDOMESAP/ELETROCARDIOGRAFO33,5X43X40-MARCA:HEALTH-NF.4853=16-06-2020



39022498	VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES - NEONATAIS - PEDIATRICOS ADUOMARCANIERVED-ALCR-R\$56400POR CONTA COVID-19 = FOI ENVIADO PARA JUSTIÇA-V E N T I L A D O R IX5 -NOTAFISCAL52659 - 12-06-2020-SÉRIE2020-06-09954
39022499	VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES - NEONATAIS - PEDIATRICOS ADUOMARCANIERVED-ALCR-R\$56400POR CONTA COVID-19 = FOI ENVIADO PARA JUSTIÇA-V E N T I L A D O R IX5 -NOTAFISCAL52659 - 12-06-2020-SÉRIE2020-06-09955
39022500	VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES - NEONATAIS - PEDIATRICOS ADUOMARCANIERVED-ALCR-R\$56400POR CONTA COVID-19 = FOI ENVIADO PARA JUSTIÇA-V E N T I L A D O R IX5 -NOTAFISCAL52659 - 12-06-2020-SÉRIE2020-06-09956
39022501	VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES - NEONATAIS - PEDIATRICOS ADUOMARCANIERVED-ALCR-R\$56400POR CONTA COVID-19 = FOI ENVIADO PARA JUSTIÇA-V E N T I L A D O R IX5 -NOTAFISCAL52659 - 12-06-2020-SÉRIE2020-06-09957
39022502	VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES - NEONATAIS - PEDIATRICOS ADUOMARCANIERVED-ALCR-R\$56400POR CONTA COVID-19 = FOI ENVIADO PARA JUSTIÇA-V E N T I L A D O R IX5 -NOTAFISCAL52659 - 12-06-2020-SÉRIE2020-06-09958
39022503	VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES - NEONATAIS - PEDIATRICOS ADUOMARCANIERVED-ALCR-R\$56400POR CONTA COVID-19 = FOI ENVIADO PARA JUSTIÇA-V E N T I L A D O R IX5 -NOTAFISCAL52659 - 12-06-2020-SÉRIE2020-06-09959
39022504	VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES - NEONATAIS - PEDIATRICOS ADUOMARCANIERVED-ALCR-R\$56400POR CONTA COVID-19 = FOI ENVIADO PARA JUSTIÇA-V E N T I L A D O R IX5 -NOTAFISCAL52659 - 12-06-2020-SÉRIE2020-06-09960
39022505	VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES - NEONATAIS - PEDIATRICOS ADUOMARCANIERVED-ALCR-R\$56400POR CONTA COVID-19 = FOI ENVIADO PARA JUSTIÇA-V E N T I L A D O R IX5 -NOTAFISCAL52659 - 12-06-2020-SÉRIE2020-06-09961
39022506	VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES - NEONATAIS - PEDIATRICOS ADUOMARCANIERVED-ALCR-R\$56400POR CONTA COVID-19 = FOI ENVIADO PARA JUSTIÇA-V E N T I L A D O R IX5 -NOTAFISCAL52659 - 12-06-2020-SÉRIE2020-06-09962
39022507	VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES - NEONATAIS - PEDIATRICOS ADUOMARCANIERVED-ALCR-R\$56400POR CONTA COVID-19 = FOI ENVIADO PARA JUSTIÇA-V E N T I L A D O R IX5 -NOTAFISCAL52659 - 12-06-2020-SÉRIE2020-06-09963
39022508	VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES - NEONATAIS - PEDIATRICOS ADUOMARCANIERVED-ALCR-R\$56400POR CONTA COVID-19 = FOI ENVIADO PARA JUSTIÇA-V E N T I L A D O R IX5 -NOTAFISCAL52659 - 12-06-2020-SÉRIE2020-06-09964
39022509	VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES - NEONATAIS - PEDIATRICOS ADUOMARCANIERVED-ALCR-R\$56400POR CONTA COVID-19 = FOI ENVIADO PARA JUSTIÇA-V E N T I L A D O R IX5 -NOTAFISCAL52659 - 12-06-2020-SÉRIE2020-06-09965
39022510	VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES - NEONATAIS - PEDIATRICOS ADUOMARCANIERVED-ALCR-R\$56400POR CONTA COVID-19 = FOI ENVIADO PARA JUSTIÇA-V E N T I L A D O R IX5 -NOTAFISCAL52659 - 12-06-2020-SÉRIE2020-06-09966
39022511	VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES - NEONATAIS - PEDIATRICOS ADUOMARCANIERVED-ALCR-R\$56400POR CONTA COVID-19 = FOI ENVIADO PARA JUSTIÇA-V E N T I L A D O R IX5 -NOTAFISCAL52659 - 12-06-2020-SÉRIE2020-06-09967
39022512	VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES - NEONATAIS - PEDIATRICOS ADUOMARCANIERVED-ALCR-R\$56400POR CONTA COVID-19 = FOI ENVIADO PARA JUSTIÇA-V E N T I L A D O R IX5 -NOTAFISCAL52659 - 12-06-2020-SÉRIE2020-06-09968



39022513	VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES - NEONATAIS - PEDIATRICOE ADUOMFANIERM-D-ACR-R\$56400POR CONTA COVID-19 = FOI ENVIADO PARAJUSTIÇA-V E N T I L A D O R IX5 -NOTAFISCAL52659 - 12-06-2020-SÉRIE2020-06-09969
39022514	VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES - NEONATAIS - PEDIATRICOE ADUOMFANIERM-D-ACR-R\$56400POR CONTA COVID-19 = FOI ENVIADO PARAJUSTIÇA-V E N T I L A D O R IX5 -NOTAFISCAL52659 - 12-06-2020-SÉRIE2020-06-09970
39022515	VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES - NEONATAIS - PEDIATRICOE ADUOMFANIERM-D-ACR-R\$56400POR CONTA COVID-19 = FOI ENVIADO PARAJUSTIÇA-V E N T I L A D O R IX5 -NOTAFISCAL52659 - 12-06-2020-SÉRIE2020-06-09971
39022516	VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES - NEONATAIS - PEDIATRICOE ADUOMFANIERM-D-ACR-R\$56400POR CONTA COVID-19 = FOI ENVIADO PARAJUSTIÇA-V E N T I L A D O R IX5 -NOTAFISCAL52659 - 12-06-2020-SÉRIE2020-06-09972
39022517	VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES - NEONATAIS - PEDIATRICOE ADUOMFANIERM-D-ACR-R\$56400POR CONTA COVID-19 = FOI ENVIADO PARAJUSTIÇA-V E N T I L A D O R IX5 -NOTAFISCAL52659 - 12-06-2020-SÉRIE2020-06-09973
39022518	VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES - NEONATAIS - PEDIATRICOE ADUOMFANIERM-D-ACR-R\$56400POR CONTA COVID-19 = FOI ENVIADO PARAJUSTIÇA-V E N T I L A D O R IX5 -NOTAFISCAL52659 - 12-06-2020-SÉRIE2020-06-09974
39022519	VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES - NEONATAIS - PEDIATRICOE ADUOMFANIERM-D-ACR-R\$56400POR CONTA COVID-19 = FOI ENVIADO PARAJUSTIÇA-V E N T I L A D O R IX5 -NOTAFISCAL52659 - 12-06-2020-SÉRIE2020-06-09975
39022520	VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES - NEONATAIS - PEDIATRICOE ADUOMFANIERM-D-ACR-R\$56400POR CONTA COVID-19 = FOI ENVIADO PARAJUSTIÇA-V E N T I L A D O R IX5 -NOTAFISCAL52659 - 12-06-2020-SÉRIE2020-06-09976
39022521	VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES - NEONATAIS - PEDIATRICOE ADUOMFANIERM-D-ACR-R\$56400POR CONTA COVID-19 = FOI ENVIADO PARAJUSTIÇA-V E N T I L A D O R IX5 -NOTAFISCAL52659 - 12-06-2020-SÉRIE2020-06-09977
39022522	VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES - NEONATAIS - PEDIATRICOE ADUOMFANIERM-D-ACR-R\$56400POR CONTA COVID-19 = FOI ENVIADO PARAJUSTIÇA-V E N T I L A D O R IX5 -NOTAFISCAL52659 - 12-06-2020-SÉRIE2020-06-09986
39022523	VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES - NEONATAIS - PEDIATRICOE ADUOMFANIERM-D-ACR-R\$56400POR CONTA COVID-19 = FOI ENVIADO PARAJUSTIÇA-V E N T I L A D O R IX5 -NOTAFISCAL52659 - 12-06-2020-SÉRIE2020-06-09987
39022524	VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES - NEONATAIS - PEDIATRICOE ADUOMFANIERM-D-ACR-R\$56400POR CONTA COVID-19 = FOI ENVIADO PARAJUSTIÇA-V E N T I L A D O R IX5 -NOTAFISCAL52659 - 12-06-2020-SÉRIE2020-06-09990
39022525	VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES - NEONATAIS - PEDIATRICOE ADUOMFANIERM-D-ACR-R\$56400POR CONTA COVID-19 = FOI ENVIADO PARAJUSTIÇA-V E N T I L A D O R IX5 -NOTAFISCAL52659 - 12-06-2020-SÉRIE2020-06-09991
39022526	VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES - NEONATAIS - PEDIATRICOE ADUOMFANIERM-D-ACR-R\$56400POR CONTA COVID-19 = FOI ENVIADO PARAJUSTIÇA-V E N T I L A D O R IX5 -NOTAFISCAL52659 - 12-06-2020-SÉRIE2020-06-09992
39022577	MONITORDEPRESSÃOINTRACRANIANA(PIC)-SMARTPIC- MONITORDEPRESSÃOETEMPERATURAINTRACRANIANA -SMARTPIC-LOTE:LP2314320-194- ANVISA10166360066-MARCAHPBIOPROTESES LTDA-N.FISCAL768=22-06-2020- equipamentoutilizadonodiagnósticodoaumentodepressão



	intracraniana-EMENDA1140-21
39022584	CAPELA DE FLUXO LAMINAR HORIZONTAL - CLASSIFICAÇÃO 0100 - VELOCIDADE DE 670 M3/H - ILUMINAÇÃO INTERNA: LAMPADA FLUORESCENTE 30W E COM LAMPADA GERMICIDA 15W - FILTER FL - NS.02657/20.
39022636	SISTEMA COMPLETO DE VÍDEO LAPAROSCÓPIA - INCLUINDO: MONITOR LCD 24" + MICROCÂMERA DIGITAL + GRAVADOR DE DVD + FONTE DE LUZ XENON + CABO DE FIBRA ÓTICA FLEXÍVEL + ÓTICA LAPAROSCÓPIA + ENDOSCOPIO RÍGIDO + INSUFLADOR DE CO2 + ARMÁRIO - RIODELA - Ç OFECHADO + NO BREAK 2 KVA - MARCA: CONFIANCE - FABRICANTE: CONFIANCE MEDICAL - N. FISCAL 11815-18-06-2020 - SÉRIE INICIAL MONITOR=20206-3-EMENDA1100-02.
39022660	SISTEMA DE ANESTESIA COMPLETO MICROPROCESSADO PARA CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES NEO-NATAIS-PEDIÁTRICOS-ADULTOS E OBESOS MÓRBIDOS, COM POSTO PORRACK, VAPORIZADORES, SISTEMAS DE VENTILAÇÃO, MONITORAÇÃO E ACESSÓRIOS - MARCA: KTK - ANVISA 10229820110- N. FISCAL 1982 =14-10-2020- EMENDA 11100-02
SES-CGA-39022669	RESPIRADOR DE TRANSPORTE - FABRICANTE KTK - ENTREGUE NA CENTRAL DE AMBULÂNCIA EM 26-06-2020 PARA SER UTILIZADO NA AMBULÂNCIA CEDIDA PELO SES-PLACAR JL 0H33 EXCLUSIVA COVID- VERMELHA909
SES-CGA-39022670	RESPIRADOR E TRANSPORTE - FABRICANTE KTK - ENCONTRA-SE INSTALADO NO SETOR DE ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA- VERMELHA910
MIN.SAÚDE-39022671	VENTILADOR DE TRANSPORTE E EMERGENCIA OXIMAG - APARELHO DE VENTILAÇÃO PULMONAR PARA REANIMAÇÃO BASE AD BLENDER COM SUPORTE TREND - LUIZ LIMA- ETIQUETA VERMELHA916
MIN.SAÚDE-39022672	VENTILADOR DE TRANSPORTE E EMERGENCIA OXIMAG - APARELHO DE VENTILAÇÃO PULMONAR PARA REANIMAÇÃO BASE AD BLENDER COM SUPORTE TREND - LUIZ LIMA- ETIQUETA VERMELHA917
MIN.SAÚDE-39022673	VENTILADOR DE TRANSPORTE E EMERGENCIA OXIMAG - APARELHO DE VENTILAÇÃO PULMONAR PARA REANIMAÇÃO BASE AD BLENDER COM SUPORTE TREND - LUIZ LIMA- ETIQUETA VERMELHA918
MIN.SAÚDE-39022674	VENTILADOR DE TRANSPORTE E EMERGENCIA OXIMAG - APARELHO DE VENTILAÇÃO PULMONAR PARA REANIMAÇÃO BASE AD BLENDER COM SUPORTE TREND - LUIZ LIMA- ETIQUETA VERMELHA919
MIN.SAÚDE-39022675	VENTILADOR DE TRANSPORTE E EMERGENCIA OXIMAG - APARELHO DE VENTILAÇÃO PULMONAR PARA REANIMAÇÃO BASE AD BLENDER COM SUPORTE TREND - LUIZ LIMA- ETIQUETA VERMELHA920
MIN.SAÚDE-39022676	VENTILADOR=(RESPIRADOR DE UTI-LEITO) SERVOCARMEL NOVO-NOTA FISCAL 37445-EMPRESA KTK IND.IMP-HMRSDIA 06-07-2020-LUIZ LIMA- ETIQUETA VERMELHA911
MIN.SAÚDE-39022677	VENTILADOR=(RESPIRADOR DE UTI-LEITO) SERVOCARMEL NOVO-NOTA FISCAL 37445-EMPRESA KTK IND.IMP-HMRSDIA 06-07-2020-LUIZ LIMA- ETIQUETA VERMELHA912
MIN.SAÚDE-39022678	VENTILADOR=(RESPIRADOR DE UTI-LEITO) SERVOCARMEL NOVO-NOTA FISCAL 37445-EMPRESA KTK IND.IMP-HMRSDIA 06-07-2020-LUIZ LIMA- ETIQUETA VERMELHA913
MIN.SAÚDE-39022679	VENTILADOR=(RESPIRADOR DE UTI-LEITO) SERVOCARMEL NOVO-NOTA FISCAL 37445-EMPRESA KTK IND.IMP-HMRSDIA 06-07-2020-LUIZ LIMA- ETIQUETA VERMELHA914
MIN.SAÚDE-39022680	VENTILADOR=(RESPIRADOR DE UTI-LEITO) SERVOCARMEL NOVO-NOTA FISCAL 37445-EMPRESA KTK IND.IMP-HMRSDIA 06-07-2020-LUIZ LIMA- ETIQUETA VERMELHA915



39022691	MESACIRURGICAMOTORIZADA-SÉRIE013.8851-1220-MARCA/FABRICANTE:BARREIRA - M O D E L O : BF683TD-ANVISA:80009860008-NCM9402.90.10- CAPACIDADEPARASUPOORTARATÉ220KG-NOTA FISCAL26099-ENTREGUEEM18-12-2020-COMCARTADECLARAÇÃO
39022692	MESACIRURGICAMOTORIZADA-SÉRIE013.8861-1220-MARCA/FABRICANTE:BARREIRA - M O D E L O : BF683TD-ANVISA:80009860008-NCM9402.90.10- CAPACIDADEPARASUPOORTARATÉ220KG-NOTA FISCAL26099-ENTREGUEEM18-12-2020-COMCARTADECLARAÇÃO
39022693	MESACIRURGICAMOTORIZADA-SÉRIE013.8871-1220-MARCA/FABRICANTE:BARREIRA - M O D E L O : BF683TD-ANVISA:80009860008-NCM9402.90.10-CAPACIDADEPARASUPOORTARATÉ220KG- NOTAFISCAL26099-ENTREGUEEM 18-12-2020- COMCARTA DECLARAÇÃO
39022694	MESACIRURGICAMOTORIZADA-SÉRIE013.8881-1220-MARCA/FABRICANTE:BARREIRA - M O D E L O : BF683TD-ANVISA:80009860008-NCM9402.90.10-CAPACIDADEPARASUPOORTARATÉ220KG-NOTA FISCAL26099-ENTREGUEEM18-12-2020-COMCARTADECLARAÇÃO
3922728-967	VENTILADORIX5 - VENTILADORPULMONAR ELETRONICOMICROPROCESSADOPARAPACIENTES - NEONATAIS- PEDIATRICOEADULTO - MARCA:INTERMED -2020-07.SÉRIE=13066
3922729-995	VENTILADORIX5 - VENTILADORPULMONAR ELETRONICOMICROPROCESSADOPARAPACIENTES - NEONATAIS- PEDIATRICOEADULTO - MARCA:INTERMED - 13067
3922730-974	VENTILADORIX5 - VENTILADORPULMONAR ELETRONICOMICROPROCESSADOPARAPACIENTES - NEONATAIS- PEDIATRICOEADULTO - MARCA:INTERMED - 13068
3922731-980	VENTILADORIX5 - VENTILADORPULMONAR ELETRONICOMICROPROCESSADOPARAPACIENTES - NEONATAIS- PEDIATRICOEADULTO - MARCA:INTERMED - 13069
3922732-993	VENTILADORIX5 - VENTILADORPULMONAR ELETRONICOMICROPROCESSADOPARAPACIENTES - NEONATAIS- PEDIATRICOEADULTO - MARCA:INTERMED - 13070
3922733-968	VENTILADORIX5 - VENTILADORPULMONAR ELETRONICOMICROPROCESSADOPARAPACIENTES - NEONATAIS- PEDIATRICOEADULTO - MARCA:INTERMED - 13071
3922734-977	VENTILADORIX5 - VENTILADORPULMONAR ELETRONICOMICROPROCESSADOPARAPACIENTES - NEONATAIS- PEDIATRICOEADULTO - MARCA:INTERMED - 13072
3922735-987	VENTILADORIX5 - VENTILADORPULMONAR ELETRONICOMICROPROCESSADOPARAPACIENTES - NEONATAIS- PEDIATRICOEADULTO - MARCA:INTERMED - 13073
3922736-996	VENTILADORIX5 - VENTILADORPULMONAR ELETRONICOMICROPROCESSADOPARAPACIENTES - NEONATAIS- PEDIATRICOEADULTO - MARCA:INTERMED - 13074
3922737-991	VENTILADORIX5 - VENTILADORPULMONAR ELETRONICOMICROPROCESSADOPARAPACIENTES - NEONATAIS- PEDIATRICOEADULTO - MARCA:INTERMED - 13075
3922738-994	VENTILADORIX5 - VENTILADORPULMONAR ELETRONICOMICROPROCESSADOPARAPACIENTES - NEONATAIS- PEDIATRICOEADULTO - MARCA:INTERMED - 13076
3922739-969	VENTILADORIX5 - VENTILADORPULMONAR ELETRONICOMICROPROCESSADOPARAPACIENTES - NEONATAIS- PEDIATRICOEADULTO - MARCA:INTERMED - 13077



3922740-981	VENTILADORIX5 - VENTILADORPULMONAR ELETRONICOMICROPROCESSADOPARAPACIENTES - NEONATAIS- PEDIATRICOEADULTO - MARCA:INTERMED - 13078
3922741-976	VENTILADORIX5 - VENTILADORPULMONAR ELETRONICOMICROPROCESSADOPARAPACIENTES - NEONATAIS- PEDIATRICOEADULTO - MARCA:INTERMED - 13079
3922742-986	VENTILADORIX5 - VENTILADORPULMONAR ELETRONICOMICROPROCESSADOPARAPACIENTES - NEONATAIS- PEDIATRICOEADULTO - MARCA:INTERMED - 13080
3922743-970	VENTILADORIX5 - VENTILADORPULMONAR ELETRONICOMICROPROCESSADOPARAPACIENTES - NEONATAIS- PEDIATRICOEADULTO - MARCA:INTERMED - 13081
3922744-988	VENTILADORIX5 - VENTILADORPULMONAR ELETRONICOMICROPROCESSADOPARAPACIENTES - NEONATAIS- PEDIATRICOEADULTO - MARCA:INTERMED - 13082
3922745-983	VENTILADORIX5 - VENTILADORPULMONAR ELETRONICOMICROPROCESSADOPARAPACIENTES - NEONATAIS- PEDIATRICOEADULTO-MARCA:INTERMED -13083
3922746-985	VENTILADORIX5 - VENTILADORPULMONAR ELETRONICOMICROPROCESSADOPARAPACIENTES - NEONATAIS- PEDIATRICOEADULTO - MARCA:INTERMED-13084
3922747-989	VENTILADORIX5 - VENTILADORPULMONAR ELETRONICOMICROPROCESSADOPARAPACIENTES - NEONATAIS- PEDIATRICOEADULTO - MARCA:INTERMED - 13085
3922748-972	VENTILADORIX5 - VENTILADORPULMONAR ELETRONICOMICROPROCESSADOPARAPACIENTES - NEONATAIS- PEDIATRICOEADULTO - MARCA:INTERMED - 13086
3922749-982	VENTILADORIX5 - VENTILADORPULMONAR ELETRONICOMICROPROCESSADOPARAPACIENTES - NEONATAIS- PEDIATRICOEADULTO - MARCA:INTERMED - 13087
3922750-973	VENTILADORIX5 - VENTILADORPULMONAR ELETRONICOMICROPROCESSADOPARAPACIENTES - NEONATAIS- PEDIATRICOEADULTO - MARCA:INTERMED - 13088
3922751-978	VENTILADORIX5 - VENTILADORPULMONAR ELETRONICOMICROPROCESSADOPARAPACIENTES - NEONATAIS- PEDIATRICOEADULTO - MARCA:INTERMED - 13089
3922752-990	VENTILADORIX5 - VENTILADORPULMONAR ELETRONICOMICROPROCESSADOPARAPACIENTES - NEONATAIS- PEDIATRICOEADULTO - MARCA:INTERMED - 13090
3922753-984	VENTILADORIX5-VENTILADORPULMONARELETRONICOMICROPROCESSADOPARAPACIENTES- NEONATAIS-PEDIATRICOEADULTO- MARCA:INTERMED- 13091
3922754-979	VENTILADORIX5 - VENTILADORPULMONAR ELETRONICOMICROPROCESSADOPARAPACIENTES - NEONATAIS- PEDIATRICOEADULTO - MARCA:INTERMED - 13092
3922755-975	VENTILADORIX5 - VENTILADORPULMONAR ELETRONICOMICROPROCESSADOPARAPACIENTES - NEONATAIS- PEDIATRICOEADULTO - MARCA:INTERMED - 13093
3922756-971	VENTILADORIX5 - VENTILADORPULMONAR ELETRONICOMICROPROCESSADOPARAPACIENTES - NEONATAIS- PEDIATRICOEADULTO - MARCA:INTERMED - 13094



3922757-992	VENTILADORIX5 - VENTILADORPULMONAR ELETRONICOMICROPROCESSADOPARAPACIENTES - NEONATAIS- PEDIATRICOEADULTO - MARCA:INTERMED - 13095
3922762	BALANÇADIGITALPARABEBES-STANDARD-CAP.10/25KG-BALMAK-SÉRIE037580-1170-10
	20UNIDADES DEBOMBADEINFUSÃO -LIFEMEDLFSMART- SÉRIEPLS-FINAL338-450-107-155-115-362- 235-482-012-025-004-005-402-452-170-465-051-352-264-250.
	10UNIDADESDEBOMBADEINFUSÃO-LIFEMEDLFSMART-SÉRIEPLS19110042-20040134- 20040201- 19110511-19090200-19110335-19110553-19120122-20010065-20210184.
	01DESFIBRILADORDEFIGARD-TYPEDG4000-SÉRIE108991102224-NFISCAL 261127
	NEBULIZADORG-TECH-SÉRIE00051
	NEBULIZADORG-TECH-SÉRIE00081
	DESFIBRILADORDEFIGARD4000-ANVISA80011680059- SCHILLERMEDICAL-FRANÇA-SÉRIE 108991102220=NOVO-COMACESSÓRIOS
	DESFIBRILADORDEFIGARD4000-ANVISA80011680059- SCHILLERMEDICAL-FRANÇA-SÉRIE 108991102381=JÁUSADO-SEMQUALQUERACESSÓRIOSECABOS
	CONTRAPARTIDAECUMPRIMENTODOTERMODECOMPROMISSOCELEBRADOEM29-01-2020-PROCESSO ADMINSITRATIVO N º 127/2019 = NOTA FISCAL261 = EMITIDA EM 22-12-2020 - EMPRESAARVACTECNICACOMERCIALEMANUTENÇÃOEIRELI-SÃO PAULO- TEL(11)976130439=CENTRALDE VÁCUOCLINICO-MOD.CGVC4085 GD-100DBO
	CONTRAPARTIDAECUMPRIMENTODOTERMODECOMPROMISSOCELEBRADOEM29-01-2020-PROCESSO ADMINSITRATIVO N º 127/2019 = NOTA FISCAL261 = EMITIDA EM 22-12-2020 - EMPRESAARVACTECNICACOMERCIALEMANUTENÇÃOEIRELI -SÃO PAULO- TEL(11)976130439=CENTRALDEAR COMPRIMIDOMEDICINALCGAM104-T100DC
	OXIMETRODX2022-DIXTAL=SÉRIE101807533=Nº256-MS
	OXIMETRODX2022-DIXTAL=SÉRIE101807537=Nº380-MS
	OXIMETRODX2022-DIXTAL=SÉRIE101807539=Nº383-MS
	OXIMETRODX2022-DIXTAL=SÉRIE101807541=Nº388-MS
	OXIMETRODX2022-DIXTAL=SÉRIE101807545=Nº255-MS
	OXIMETRODX2022-DIXTAL=SÉRIE101807552=Nº239-MS
	OXIMETRODX2022-DIXTAL=SÉRIE101807553=Nº240-MS
	OXIMETRODX2022-DIXTAL=SÉRIE101807554=Nº074-MS
	OXIMETRODX2022-DIXTAL=SÉRIE101807556=Nº501-MS
	OXIMETRODX2022-DIXTAL=SÉRIE101807557=Nº379-MS
	OXIMETRODX2022-DIXTAL=SÉRIE071302267=Nº219-SES
	OXIMETRODX2022-DIXTAL=SÉRIE071302269=Nº220-SES



	OXIMETROPULSOJ.MORIYA-MODELO1001SÉRIE706146330 -848
	OXIMETROPULSOJ.MORIYA-MODELO1001SÉRIE706146328 -849
	OXIMETROPULSOJ.MORIYA-MODELO1001SÉRIE705168105 -850
	OXIMETROPULSOJ.MORIYA-M O D E L O 1001SÉRIE706146421-8 5 1
	CENTRIFUGAREFRIGERADAPARABOLSADESANGUENº254- PROCESSOAQUISIÇÃOº08/653/2009=MODELOROTOSALIENTE630RS-MARCA:HETTICH- CHEGOUNO HMRSEM24-02-2012-TERMO CESSÃOº007-2012-IEHE 10023
558	VENTILADORPULMONARLUFT1-SÉRIEJ11024-UTI PEDIATRICA-LILLYSAFRA-nº558
559	VENTILADORPULMONARLUFT1-SÉRIEJ11025-UTI PEDIATRICA-LILLYSAFRA-nº559
561	VENTILADORPULMONARLUFT1-SÉRIEJ11027-UTI PEDIATRICA-LILLYSAFRA-nº561
563	MONITOR-SÉRIEDIL060081-UTIPEDIATRICA-LILLYSAFRA-nº563
564	MONITOR-SÉRIEDIL060094-UTIPEDIATRICA-LILLYSAFRA-nº564
565	MONITOR-SÉRIEDIL060048-UTIPEDIATRICA-LILLYSAFRA-nº565
566	MONITOR-SÉRIEDIL060104-UTIPEDIATRICA-LILLYSAFRA-nº566
567	MONITOR-SÉRIEDIL060074-UTIPEDIATRICA-LILLYSAFRA-nº567
568	MONITOR-SÉRIEDIL060099-UTIPEDIATRICA-LILLYSAFRA-nº568
	MONITORDIXTAL DX2021-SÉRIE121505008-571
	MONITORDIXTAL DX2021-SÉRIE121505001-572
	MONITORDIXTAL DX2021-SÉRIE121505105-573
	APARELHODERAIOX-PHILIPSCOMPACTOPLUS800 MA-Nº ANVISA10238040019- SÉRIEP4177609001 -PAAJQX040001-nº593.
	APARELHOD E R A I O X - P H I L I P S C O M P A C T O P L U S 8 0 0 M A - N º A N V I S A 1 0 2 3 8 0 4 0 0 1 9 - S É R I E P4177206001-PAASGP010001-nº594.
	APARELHODERAIOX-ARCOC-MARCA:GE- NOVO-EVERVIEW7500-IDENTIFICAÇÃO0001733-- SECRETÁRIADEESTADODE SAÚDE-CHEGOUNO HMRSEM26-03-2010-Nº308
	CENTROCIRÚRGICO-SO=ARCOCGE- <u>NOVACOR</u> =MOD.828490G055-SÉRIENP08276-527
	APARELHODEULTRASSOMCOMDOPPLERLOGIP95- SÉRIE104581SU4=INST.ESTABILIZADOR/VOLTAGEM110-PROCESSO821/09-9948-COMPLETO- INCLUINDO3SONDAS=(TRANSDUTOR)SONDA CONVEXA-GE4C-SÉRIE112161WX5- SONDATRANSVAGINALGEE8C-SÉRIE 105416WX2E SÉRIE000881TS3 -Nº286-atenção:Foirealizadacompradeoutrosacessórios.
	VENTILADORPULMONARMODELOSERVOMAQUET-S= COMPOSTODE: UNIDADE B ÁSICA- CARRODE TRANSPORTE-BRAÇOARTICULADO-MANGUEIRADEAR-MANGUEIRADEO2ETRAQUEIA- SÉRIE16385- NFISCAL943225=MS=CTU/MASCULINO
	VENTILADORPULMONARMODELOSERVOMAQUET-S= COMPOSTODE: UNIDADE B ÁSICA-CARRODE TRANSPORTE-BRAÇOARTICULADO-MANGUEIRADEAR-MANGUEIRADEO2ETRAQUEIA-SÉRIE16486- NFISCAL943225=MS=Nº139 -CTII
	VENTILADORPULMONARMODELOSERVOMAQUET-S= COMPOSTODE: UNIDADE B ÁSICA-CARRODE TRANSPORTE-BRAÇOARTICULADO-MANGUEIRADEAR-MANGUEIRADEO2ETRAQUEIA-SÉRIE16486- NFISCAL943225 =MS=Nº 139-CTII
	VENTILADORPULMONARMODELOSERVOMAQUET-S= COMPOSTODE: UNIDADE B ÁSICA-CARRODE



	TRANSPORTE-BRAÇO ARTICULADO-MANGUEIRADEAR-MANGUEIRADEO2ETRAQUEIA-SÉRIE16930-MONITOR SÉRIE215704- NFISCAL943225=MS=Nº 140
	VENTILADOR PULMONAR MODELO SERVOMAQUET-S= COMPOSTO DE: UNIDADE BÁSICA-CARRO DE TRANSPORTE-BRAÇO ARTICULADO-MANGUEIRADEAR-MANGUEIRADEO2ETRAQUEIA-SÉRIE7310 NFISCAL943225=MS=Nº257 -CTI I
	VENTILADOR PULMONAR MODELO SERVOMAQUET-S= COMPOSTO DE: UNIDADE BÁSICA-CARRO DE TRANSPORTE-BRAÇO ARTICULADO-MANGUEIRADEAR-MANGUEIRADEO2ETRAQUEIA-SÉRIE15151-MONITOR SÉRIE213904-NFISCAL943225=MS=Nº 552-CTII
	VENTILADOR PULMONAR MODELO SERVOMAQUET-S= COMPOSTO DE: UNIDADE BÁSICA-CARRO DE TRANSPORTE-BRAÇO ARTICULADO-MANGUEIRADEAR-MANGUEIRADEO2ETRAQUEIA-SÉRIE15348-MONITOR SÉRIE215213- - NFISCAL 943225=MS=Nº553 -CTI I
	VENTILADOR PULMONAR MODELO SERVOMAQUET-S= COMPOSTO DE: UNIDADE BÁSICA-CARRO DE TRANSPORTE-BRAÇO ARTICULADO-MANGUEIRADEAR-MANGUEIRADEO2ETRAQUEIA-SÉRIE15346-NFISCAL943225 =MS=Nº 554-CTII
	VENTILADOR PULMONAR LUFT1-COMPLETO-LEISTUNG -SÉRIE H10002
	MONITOR MULTIPARAMETRICO-MARCA: DRAGER-SÉRIE 6002121681=524
	MONITOR MULTIPARAMETRICO-MARCA: DRAGER-SÉRIE 6002342469=332
	MONITOR MULTIPARAMETRICO-MARCA: DRAGER-SÉRIE 6002121468=3 3 7
	MONITOR MULTIPARAMETRICO-MARCA: DRAGER-SÉRIE 6002309577=303
	MONITOR CARDÍACO-MARCA: EMAI-MODELO: MX10-SÉRIE 031Q1318-324
	MONITOR PARA UTI-PROCESSO E-08/9880/07-SÉRIE 071302267-219
	MONITOR PARA UTI-PROCESSO E-08/9880/07-SÉRIE 071302269-220

4. FORMA DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

4.1. O CONTRATO a ser celebrado tem por objetivo a Prestação de Serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva dos Equipamentos Médico-Hospitalares e de Suporte Estratégicos existentes no Hospital Municipal Raul Sertã, Hospital Maternidade Doutor Mário Dutra de Castro, Subsecretaria de Vigilância em Saúde e Subsecretaria de Atenção Básica/Policlínica de Sylvio Henrique Braune e Estratégia de Saúde da Família.

4.2. Os Serviços a serem contratados contemplam Assessoria especializada, Gerenciamento de Equipamentos Médico-Hospitalares e Intervenções para Manutenções Preventivas e Corretivas de Equipamentos Médico-Hospitalares com ou sem fornecimento de peças, s de baixa e média complexidade .

4.3. Apresentar cronograma de atividades para os 12 meses de trabalho após início das atividades, aprovado pela Direção da Unidade. Apresentar à Gerência de Engenharia Clínica, plano de trabalho, programas, cronogramas e rotinas de manutenção preventiva, corretiva e calibrações, apropriadas às respectivas operações, que deverão ser pactuados mutuamente.

4.4. A Manutenção é compreendida como o conjunto de atividades Técnico Administrativas de natureza Preventiva e Corretiva, com vistas à preservação da vida útil, sem perda das



características, integridade física, rendimento e ponto ótimo de operação do equipamento, instalações, sistemas e suas partes.

4.4.1. Considera-se Manutenção Preventiva, entre outros, os serviços de:

- a) revisão geral;
- b) fixação e troca de parafusos, roscas, bielas, anéis, borrachas de vedação, fusíveis e garrafas externas de reservatório de água dos equipamentos;
- c) limpeza;
- d) testes, recarga, calibração (com a devida emissão do certificado, se for o caso) e lubrificação com a finalidade de evitar a ocorrência de defeitos e acidentes, bem como para garantir o perfeito e regular funcionamento dos equipamentos,

A contratada deverá apresentar, em um prazo de 60 dias (sessenta dias), contados a partir da assinatura do contrato, um cronograma anual para as manutenções preventivas, todas as ordens de serviços preventivas deverão ser acompanhadas dos respectivos check-lists, detalhando todos os pontos a serem verificados.

4.4.2. Compreende-se como Manutenção Corretiva, entre outros, os serviços de:

- a) reparos para eliminar defeitos Técnicos e/ou decorrentes do desgaste natural pelo uso diário;
- b) correção de vazamentos de ar e água;
- c) incluída a substituição de peças gastas, quebradas ou inajustáveis porventura necessárias, visando restabelecer o perfeito e regular funcionamento dos equipamentos;

4.4.2.1. Os serviços de Manutenção Corretiva deverão ser realizados mediante requisição por escrito (**Ordens de Serviço para envio de equipamento para manutenção**) do Responsável Administrativo de cada Unidade de Saúde onde o equipamento esteja alocado, Responsável pelo respectivo Setor onde o equipamento esteja alocado e Fiscal do contrato, sempre com o conhecimento do responsável pelo Patrimônio em caso da necessidade de remanejamento externo do equipamento para manutenção fora da unidade.

4.4.2.2. As manutenções corretivas serão realizadas por equipes técnicas qualificadas e serão realizadas quantas forem necessárias. Independente de haver contratos com fabricantes e o representante, a critério da contratante, todo o atendimento inicial será realizado pelos técnicos da contratada e, caso seja necessário, a mesma se responsabilizará pelo acionamento de tais prestadores de serviço. Tais serviços deverão ser acompanhados por profissionais da contratada, até a solução definitiva do problema.

4.4.3. Toda manutenção deverá ser realizada em conformidade com os órgãos reguladores e fiscalizadores (ANVISA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, INMETRO, IPEM) ou ainda conforme orientação do MINISTÉRIO DA SAÚDE e CCIH (Controle de Infecção Hospitalar do Município), **com a emissão do respectivo CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO OU QUALQUER OUTRO LAUDO/DOCUMENTO necessário para apresentação aos respectivos órgãos fiscalizadores.**

4.5. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES:

4.5.1. Este serviço se destina a **Manutenção Corretiva e Preventiva dos Equipamentos Médico-Hospitalares de forma estratégica ao bom funcionamento das Unidades**, a fim de reduzir o impacto da indisponibilidade dos mesmos e ainda possuir estrutura de apoio estratégico para buscar sempre o menor impacto na prestação do serviço de manutenção dos equipamentos além de possuir peças de reposição.

4.5.2. A empresa contratada deverá utilizar o relatório elaborado pelo Departamento de Patrimônio para o levantamento dos equipamentos, identificando informações necessárias ao gerenciamento e manutenção dos equipamentos podendo, em conjunto com o Setor, apresentar proposta de melhor adequação e compreensão aos órgãos 2izadores e reguladores.

4.5.3. De posse do levantamento, a empresa deverá apresentar um Plano de Manutenção Corretiva Imediata de todos os equipamentos que se encontram danificados e/ou paralisados, após a devida manutenção deverá ser apresentado plano de manutenção preventiva continuada dos equipamentos.

4.5.4. A Contratada deverá efetuar as ações de intervenção nos equipamentos constantes do presente Termo de Referência, com o objetivo de restabelecer as condições de uso preconizadas pelo fabricante.

4.5.5. As ações às quais se referem o item anterior (intervensões) são Manutenções Preventivas e Manutenções Corretivas, descritas a seguir:

4.5.5.1. As Manutenções corretivas de serviços reparadores com fornecimento de peças ou somente de mão de obra para restabelecimento do funcionamento **DEVERÃO** sempre ser realizadas através da emissão de Ordem de Serviço (OS), no interesse da Administração Pública, mediante assinatura do Responsável pelo Setor onde o equipamento esteja lotado ou ainda do Fiscal do Contrato ou da Direção Administrativa de cada Unidade;

4.5.5.2. Os Serviços de Manutenção Corretiva dos Equipamentos Médicos Hospitalares e Estratégicos relacionados no presente Termo de Referência, quando solicitados deverão ser iniciados em prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas após a emissão da Ordem de Serviço devidamente assinada com todas as informações pertinentes ao equipamento, Tais como: Unidade de Origem; Setor onde o Equipamento encontra-se alocado; Identificação do equipamento com o nome utilizado para cadastramento no Sistema Patrimonial; Nº do Patrimônio; Série do Equipamento; Marca; Modelo; Assinatura Legível e matrícula do funcionário solicitante do reparo acrescida de qualquer outra informação necessária a clara compreensão que possa facilitar o acompanhamento e fiscalização. **A substituição de peças, quando necessárias, será por conta da contratada, utilizando para isso o valor reservado para aplicação de peças/acessórios, conforme pactuado nesse Termo de Referência, e somente poderá ocorrer após autorização do Fiscal do contrato, que analisará a viabilidade econômica de autorizar o conserto, tendo como parâmetro o valor do equipamento e o preço da peça, que não poderá ser superior a 30% do valor de aquisição do mesmo equipamento similar no mercado. Além disto, o Fiscal deverá verificar se o valor apresentado para as peças de reposição corresponde de fato ao valor de mercado, podendo fazer pesquisa através das mídias disponíveis.**

4.5.5.3. O tempo de reparo utilizado para restabelecimento da funcionalidade do equipamento não poderá exceder a 5 (cinco) dias úteis, qualquer prazo maior deverá ser justificado pela Contratada por escrito, mediante a necessidade do serviço/acessório.

4.5.5.4. A Manutenção Preventiva, de ocorrência Programática, deverá ser executada conforme Cronograma de Plano de execução, ao qual será de competência da Empresa Contratada a sua elaboração e repassada sempre com antecedência a fim de atender as reais necessidades dos setores e unidades contempladas neste Termo de Referência.

4.5.5.5. A periodicidade das Manutenções Preventivas deverá obedecer às recomendações técnicas do fabricante dos equipamentos.

4.6. A CONTRATADA, ao emitir a Ordem de Serviço (OS) que **deverá obrigatoriamente ser numerada**, deverá identificar o Nome da Unidade onde o equipamento está lotado, Identificação Geral do Equipamento utilizando o nome cadastrado nos Anexos deste Termo de Referência, Data e horário de sua abertura e a ciência pelo Responsável do Setor. O profissional que se utiliza do equipamento e que constatou o defeito inicial deverá de forma resumida apontar o sinal inicial da paralisação do equipamento, o horário que o serviço estará previsto para ser finalizado, na forma estabelecida no contrato.

4.7. A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas referentes à vale-transporte, vale-alimentação, encargos sociais, uniformes completos, ferramental básico e todos os insumos necessários para desempenho adequado dos seus profissionais.

4.8. Executar avaliação permanente das condições de instalação dos equipamentos médico-hospitalares no que se refere a aterramento, refrigeração, proteção radiológica e iluminação, informando por parecer caso haja situação que esteja afetando a funcionalidade dos mesmos.

5. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

5.1. A Prestação dos Serviços se dará no Hospital Municipal Raul Sertã, Hospital Maternidade Doutor Mário Dutra de Castro, Subsecretaria de Vigilância em Saúde, Subsecretaria de Atenção Básica/Policlínica Sylvio Henrique Braune e Estratégia de Saúde da Família ou outro indicado pelo fiscal do contrato por solicitação escrita da direção administrativa das respectivas unidades.

5.2. Será disponibilizado espaço físico de aproximadamente 15 (quinze) metros quadrados no Hospital Municipal Raul Sertã, situado na Rua General Osório, nº 324, Nova Friburgo/RJ – Telefone (22) 2523-9000 – Ramal 238, onde a empresa deverá manter equipe técnica a que se refere o item 6.1.32, de segunda-feira à sexta-feira, nos horários de 8:00hrs às 17:00hrs, para atendimento e recebimento dos equipamentos e também para a montagem de pequena bancada para conserto dos aparelhos.

6. DOS DEVERES DA CONTRATADA e FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

6.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, são obrigações da CONTRATADA:

6.1.1. Atender de imediato às solicitações da Secretaria Municipal de Saúde quanto às substituições da mão de obra, quando a mesma for identificada como inadequada à prestação dos serviços.

6.1.2. Manter o serviço contratado em número, qualidade e condições especificadas.

6.1.3. Manter preposto aceito pela Administração da Secretaria Municipal de Saúde, para representá-la na execução do Contrato.

6.1.4. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato.

6.1.5. Apresentar Profissional Técnico, que tenha disponibilidade de deslocamento para as Unidades citadas no presente Termo de Referência, devidamente capacitado para exercer as atividades de Gerenciamento e Assistência Técnica dos equipamentos Médico-Hospitalares.

6.1.6. Dispor de um Engenheiro para Supervisão do Projeto. O engenheiro deverá ter a competência mínima designada pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), Esta exigência se adequa a necessidade da Secretaria de Saúde pela importância e conhecimento especializado que este tipo de profissional possui.

6.1.7. Coordenar e supervisionar ações para solução dos problemas de maior complexidade, não passíveis de reparo pela CONTRATADA, identificando caminhos para uma solução ágil e econômica.

6.1.8. Cadastrar em ação conjunta com o Departamento de Patrimônio todos os Equipamentos Médico-Hospitalares disponíveis nas Unidades de Saúde, identificando em detalhes os dados dos equipamentos, sua localização física, estado operacional e seu histórico de aquisição. O cadastro do parque de equipamentos deverá ser apresentado à Diretoria das Unidades ou setor designado, dentro de um prazo de até 30 (trinta) dias corridos após o início do contrato.

6.1.9. Arcar com toda despesa e responsabilidade pela remoção e transporte de todo e qualquer equipamento que precise ser retirado da Unidade de Saúde para conserto, com a prévia autorização e comunicação aos fiscais do contrato e ao responsável pelo setor de patrimônio.

6.1.10. Reduzir o tempo de parada dos equipamentos médicos, realizando uma primeira intervenção em todos os chamados técnicos emitidos pelos setores, no prazo máximo de 24 horas (vinte e quatro horas) a partir da comunicação da Secretaria Municipal de Saúde.

6.1.11. A CONTRATADA deverá atender às solicitações de comparecimento para correção dos defeitos ou falhas em qualquer unidade dos equipamentos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da solicitação, mantendo, inclusive, profissional em regime de

sobreaviso disponível aos fins de semana e feriados para o atendimento de demandas que possam causar interrupções no funcionamento dos sistemas ou possa causar qualquer problema ao normal funcionamento das unidades de saúde.

6.1.12. A CONTRATADA deverá restabelecer o funcionamento pleno do equipamento cuja manutenção fora solicitada através de Ordem de Serviço no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar do atendimento à solicitação formulada.

6.1.13. O prazo referido no subitem 6.1.12 poderá ser ampliado caso a CONTRATADA demonstre satisfatoriamente, através de relatórios técnicos e documentações pertinentes, a necessidade de dilação de prazo para o restabelecimento do funcionamento do equipamento avaliado, e desde que aprovado pelos fiscais do contrato.

6.1.14. Quando, por evidente necessidade, o equipamento avaliado ficar paralisado em seu funcionamento por mais de 15 (quinze) dias contados da emissão da Ordem de Serviço, deve a empresa junto a Contratante/Fiscal do contrato avaliar a disponibilização de outro equipamento

de mesma natureza para substituição temporária até o restabelecimento do funcionamento do equipamento da respectiva unidade.

6.1.15. Apresentar durante a vigência do contrato, mensalmente, Mapas de Manutenção com todos os equipamentos médicos que sofreram Manutenção corretiva e onde foi necessária a aplicação de peças, assinados e carimbados pelo fiscal do contrato e/ou direção administrativa da unidade.

6.1.16. Executar a manutenção preventiva e corretiva dos Equipamentos Médico-Hospitalares ou qualquer outro constante dos anexos ao presente Termo de Referência, conforme solicitação da Direção Administrativa que venha a causar paralisação das ações de saúde, **Todos os equipamentos que passarem por qualquer tipo de Manutenção deverá ser identificado através de etiqueta adesiva de boa qualidade pela empresa CONTRATADA de forma a ser possível visualizar os dados pelos órgãos fiscalizadores quando os mesmos passarem por manutenção Corretiva e/ou Preventiva.**

6.1.17. Realizar treinamentos, quando necessário, por ocasião da aquisição de novos equipamentos nas Unidades de Saúde citadas no presente Termo de Referência para usuários/operadores em relação aos procedimentos funcionais dos equipamentos, visando estabelecer rotinas para aumentar a vida útil dos mesmos.

6.1.18. Estabelecer métodos e critérios para:

- a) Recebimento de equipamentos adquiridos;
- b) Acompanhamento do ciclo de vida dos equipamentos;
- c) Suporte técnico durante o período de garantia, em conjunto com os fornecedores;
- d) Ministras e/ ou coordenar treinamento operacional, durante e fora o período de garantia;
- e) Elaboração de rotinas com os fornecedores para realizar procedimentos de manutenção preventiva e etc.

6.1.19. Cumprir o objeto deste termo de Referência no prazo estabelecido na proposta de preços.

6.1.20. Cumprir o objeto do presente Termo de Referência de acordo com as especificações nele contidas, no Edital da licitação, bem como na legislação em vigor.

6.1.21. Fornecer às suas expensas peças, materiais, componentes e serviços específicos, necessários ao bom funcionamento de equipamentos sob gestão nos seguintes termos:

6.1.21.1. Durante os 12 (doze) meses da vigência contratual o valor máximo mensal para fornecimento de peças para manutenção corretiva dos equipamentos será de até R\$ 340.723,95 (trezentos e quarenta mil, sessenta e vinte e três reais e noventa e cinco centavos).

*** Cálculo utilizado para chegar ao denominador comum para o custeio de eventual substituição de peças:**

- Valor total dos equipamentos pertencentes ao acervo patrimonial: R\$ 19.469.941,42 (vide Planilhas emitidas pela Coordenação de Patrimônio acostadas às fls. 54/110);

- Valor total com a dedução de 30% referente a depreciação do acervo, ou seja, redução de R\$ 5.840.982,17, o que perfaz a monta atual de R\$ 13.628.958,86 (vide documento/planilhas emitidas pelo Subsecretário de Atenção Hospitalar às fls. 325);

- O valor para eventual custeio para a substituição de peças será de 30% do valor atual, a considerar as deduções acima mencionadas, **o que perfaz a monta de R\$ 4.088.687,64 pelo período de 12 (doze) meses, correspondendo o valor mensal de até R\$ 340.723,95 (aproximados).**

6.1.22. Em todos os casos a necessidade da utilização de peças e componentes, será previamente comunicada com a descrição da necessidade para a prévia autorização do Fiscal do contrato, Gestor ou Direção Administrativa da Unidade de Saúde.

6.1.23. O valor contido neste subitem irá compor o valor final do objeto, entretanto, o seu pagamento estará condicionado à comprovação, por parte da CONTRATADA, através de documento fiscal próprio.

6.1.24. As peças, materiais, componentes ou serviços de que tratam este subitem deverão ser adquiridos pela CONTRATADA por valor praticado no mercado.

6.1.25. Quaisquer manutenções necessárias cuja aquisição de peças e componentes ultrapassar os valores previstos no subitem 6.1.21.1 deverão ser justificados pela CONTRATADA com as demonstrações técnicas necessárias, demonstrando os valores e sua composição para prévia autorização dos fiscais do contrato e do Secretário Municipal de Saúde.

6.1.26. O valor da Manutenção Individualizada, incluindo o quantitativo de peças utilizadas, **não poderá ser superior a 30% (Trinta por cento) do valor atualizado do equipamento, incluído no relatório**, ou ainda de um equipamento novo dentro da pesquisa de mercado.

6.1.27. Nos primeiros 60 (sessenta) dias de vigência do contrato a CONTRATADA deverá colocar em pleno funcionamento os equipamentos estratégicos indicados pela fiscalização do contrato que se encontrem paralisados nas unidades de saúde citadas neste Termo e Referência.

6.1.28. Nos equipamentos que eventualmente se encontrem em período de garantia os serviços de manutenção corretiva somente poderão ser executados após a constatação de que o problema não decorre de defeito coberto pela garantia e mediante avaliação e autorização expressa da CONTRATANTE.

6.1.28.1. Ficando constatado que o problema do equipamento sob garantia decorre de defeito de fabricação, a CONTRATADA comunicará o fato ao CONTRATANTE no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, mediante emissão de Laudo Técnico, assinado pelo técnico responsável pela condução dos serviços, a fim de que sejam tomadas as providências necessárias.

6.1.28.2. Caso a CONTRATADA execute sem autorização os serviços a que se refere o item **6.1.28** e disto resulte a perda da garantia oferecida, ela assumirá durante o período remanescente da garantia todos os ônus a que atualmente está sujeito o fabricante do equipamento.

6.1.28.3. Durante o prazo de garantia dos equipamentos será atribuída à CONTRATADA a responsabilidade por eventuais procedimentos ou omissões que contribuam para a extinção da garantia determinada pelo fabricante.

6.1.29. A CONTRATADA, depois de realizada a Manutenção Corretiva, deverá encaminhar à Secretaria de Saúde RELATÓRIO TÉCNICO mensal de todos os equipamentos atendidos, no qual deverá constar a descrição dos serviços e do defeito apresentado, as peças substituídas, quando for o caso, bem como o tipo de bem, número de patrimônio, data do reparo e prazo de garantia, tanto dos serviços quanto das peças.

6.1.30. A CONTRATADA, depois de realizada a Manutenção Preventiva, deverá encaminhar a Secretaria de Saúde RELATÓRIO TÉCNICO mensal relativo a todas as manutenções, no qual deverá constar a descrição dos serviços realizados.

6.1.31. Caso a CONTRATANTE, mediante declaração TECNICA DE EQUIPAMENTO INSERVÍVEL OU OBSOLETO, venha a substituir quaisquer dos equipamentos constantes dos anexos por outro de natureza equivalente ao anterior, a CONTRATADA se obriga a executar os serviços de manutenção corretiva e preventiva obedecendo todos os critérios constantes do presente Termo de Referência sem aumento no valor da contratação.

6.1.32. A contratada disponibilizará no ato da Assinatura do contrato uma equipe mínima composta por:



01 Profissional - Engenheiro **(que será acionado quando necessário, até o limite de 70 horas mensais);**

01 Profissional - Supervisor Técnico;

03 Profissionais Técnicos de Manutenção - para atuar nas unidades;

01 Profissional - Operacional/Administrativo;

6.1.33. Cabe lembrar que o Engenheiro, o Supervisor Técnico e os Técnicos de Manutenção, obrigatoriamente deverão ser registrados no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, e com experiência em atividades congêneres ou similares. Todos os profissionais acima relacionados em caso de férias ou licença médica deverão ser substituídos por profissionais com as mesmas qualificações técnicas.

6.1.34. Além dos acima especificados, ainda são deveres da CONTRATADA:

a) Fornecer à Secretaria Municipal de Saúde os nomes dos empregados autorizados a contatar com o Município;

b) Fornecer a CONTRATANTE o número de telefone celular do preposto, com perfeito conhecimento do objeto do contrato, para o pronto deslocamento e atendimento em situações de emergência ou de algum sintoma anormal em equipamentos;

c) Comunicar, imediatamente, por intermédio do gestor do contrato, toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução do Contrato;

d) Acatar as determinações do gestor do contrato que poderá sustar, total ou parcialmente, a realização de serviços mal executados ou sempre que considerar a medida necessária.

e) Assumir inteira responsabilidade pela conservação e limpeza dos locais de execução dos serviços. O desenvolvimento de trabalhos que envolvam transporte e montagem de equipamentos deverá ser rigorosamente planejado, protegendo-se especialmente os materiais de acabamento existentes na edificação (pisos e paredes).

f) Fornecer aos seus empregados uniforme, calçado, crachá de identificação e equipamentos de proteção individual, obedecendo ao disposto nas normas de segurança do Ministério do Trabalho;

g) Estar em dia com suas obrigações trabalhistas perante seus funcionários;

h) Responsabilizar-se, na forma da lei, por quaisquer danos causados diretamente aos bens do Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da existência de fiscalização da Secretaria Municipal de Saúde;

i) Restituir, ao término do prazo de vigência contratual, todo e qualquer equipamento pertencente ao Município que esteja sob sua guarda, em perfeito e regular funcionamento;

- j) Fornecer ferramentas, equipamentos, utensílios e produtos a serem utilizados na execução dos serviços, sem ônus adicional para o Município;
- k) Utilizar nos equipamentos peças genuínas ou recomendadas pelo fabricante, de configuração idêntica ou superior, por ocasião da execução de manutenção corretiva;
- l) Retirar e devolver o equipamento, componente ou peça que necessite de manutenção fora das dependências do Município, no local determinado pela Secretaria Municipal de Saúde, arcando com as despesas de retirada e devolução;
- m) Prestar garantia dos serviços de manutenção corretiva e das peças utilizadas nos equipamentos pelo prazo mínimo de 03 (três) meses contados da data da conclusão dos reparos realizados no local ou da devolução à Secretaria Municipal de Saúde dos equipamentos retirados para conserto em oficina, independentemente da natureza do defeito apresentado;
- n) Fornecer Laudo Técnico com recomendação de encaminhamento de equipamento para baixa sempre que o mesmo for considerado de recuperação antieconômica, obsoleto por recomendação do fabricante ou órgãos reguladores e fiscalizadores;**
- o) Quando da realização de qualquer manutenção corretiva a empresa deverá também fazer a manutenção preventiva dos outros componentes do mesmo equipamento a fim de otimizar o trabalho e evitar nova parada do equipamento.
- p) Atualizar periodicamente o cadastro de todos os equipamentos médico-hospitalares (EMH) disponíveis nas Unidades, identificando em detalhes os dados do equipamento, sua localização física, estado operacional e seu histórico de aquisição.
- q) Apresentar cronograma de atividades para os 12 meses de trabalho após início das atividades, aprovado pela Superintendência de Serviços e Direção da Unidade. h. Apresentar à Gerência de Engenharia Clínica, plano de trabalho, programas, cronogramas e rotinas de manutenção preventiva, corretiva e calibrações, apropriadas às respectivas operações, que deverão ser pactuados mutuamente.
- r) Disponibilizar, durante a vigência do contrato, o cadastro do inventário atualizado (marca, modelo, no de série, patrimônio, localização, estado operacional, índice de obsolescência e data de compra), bem como lista de prestadores de serviço de manutenção preventiva e corretiva (razão social, telefone, equipamentos atendidos), lista de contratos de manutenção preventiva (data início e término, empresa, no do contrato, equipamentos cobertos identificando o no de série e patrimônio), lista dos equipamentos inoperantes e as últimas ações adotadas para sua solução, e histórico de manutenção com os indicadores definidos no item 4.3, para os EMH de maior custo e/ou impacto na assistência. Todos os dados deverão ser fornecidos em relatório impresso, em meio óptico (CD-R) em arquivos compatíveis com as extensões .txt, .doc ou .xls.
- s) Disponibilizar, enquanto durar o contrato, um sistema informatizado para gerenciamento do parque de equipamentos médico-hospitalares que contemple, no mínimo, as seguintes informações: cadastro de equipamentos, cadastro de fornecedores e prestadores de serviço,



controle das garantias de venda e de serviço, cadastro e histórico das ordens de serviço, cadastro dos contratos de manutenção, elaboração do cronograma de manutenção, preventiva dos equipamentos, emissão de relatórios gerenciais. O Sistema de Informação (SI) deverá ter interface com o usuário a fim de permitir, de modo simples, elaborar consultas à base de dados e usá-las em relatórios gerenciais, agregando dados para a elaboração de gráficos e tabelas.

t) Avaliar a consistência técnica e os custos das propostas oferecidas pelos prestadores de serviço para reparo de EMH que necessitem de manutenção/peças por rede especializada, apresentando, pelo menos, dois orçamentos para avaliação também da Superintendência de Serviços da SES setor de Engenharia Clínica.

7. DOS DEVERES DA CONTRATANTE

7.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da lei nº 8666/93 e demais normas pertinentes, são obrigações da CONTRATANTE:

7.1.1. Fiscalizar a execução dos serviços, através de profissional designado para este fim, em conformidade com o contrato.

7.1.2. Proibir que a CONTRATADA execute tarefas em desacordo com as preestabelecidas.

7.1.3. Disponibilizar à CONTRATADA cópia de todos os contratos existentes, assim como tudo que se refere aos equipamentos médico-hospitalares (contratos, comodatos, entre outros).

7.1.4. Permitir à CONTRATADA subcontratar, subempreitar, ceder parcialmente eventuais serviços objeto deste Edital, desde que a CONTRATADA tenha anuência e autorização prévia do CONTRATANTE, na forma da Lei Federal nº 8.666/93.

7.1.4.1. Nenhuma das permissões contidas no item 7.1.4 surtirá quaisquer responsabilidades civis, trabalhistas ou administrativas para a CONTRATANTE.

7.1.5. Atestar as faturas/notas fiscais da CONTRATADA oriundas da realização dos serviços licitados;

7.1.6. Efetuar os pagamentos devidos nos prazos estabelecidos a contratada;

7.1.7. Prestar as informações e os devidos esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

7.1.8. Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no edital.

8. HABILITAÇÃO TÉCNICA

8.1 - Certidão expedida pelo CREA, em plena validade, com o registro ou inscrição da empresa individual ou pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), do domicílio ou sede da licitante, que comprove que a empresa possui profissional responsável técnico, devidamente habilitado a prestar os serviços nas áreas de engenharia mecânica, elétrica e eletrônica.

8.2 A LICITANTE deverá apresentar para fins de habilitação, comprovação de aptidão para atendimento do objeto da licitação, através de um ou mais atestados de Capacidade Técnica, compatível com os serviços em características, quantidades e prazos previstos neste Termo de Referência em que comprove haver prestado ou que esteja prestando satisfatoriamente, serviços de ENGENHARIA CLÍNICA, incluindo: Assessoria, Gerenciamento, Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos hospitalares.

8.2.1 Para serem considerados aptos a comprovação de Capacidade Técnico-Operacional, o(s) atestado(s) deverá(ão) fazer menção a um quantitativo mínimo de 50% (cinquenta por cento) compatível com a complexidade técnica - operacional, técnico – profissional do objeto dos equipamentos citados no presente Termo de Referência, num período não inferior a 2 (dois) anos;

8.2.2 Para comprovação da experiência mínima de 2 (dois) anos será aceito o somatório dos atestados;

8.2.3 Para a comprovação do quantitativo mínimo de 50% (cinquenta por cento) compatível com a complexidade técnica e operacional do objeto, os atestados deverão prever a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico hospitalares, com a parcela de maior relevância composta de: Aparelho de Raio X Arco C – Aparelho de Raio X Fixo e Móvel – Aparelho de Anestesia – Focos Cirúrgicos – Aparelhos Endoscópios – Aparelho de Videocirurgia – Aparelho de Ultrassom – Respiradores Pulmonares – Monitores - Camas Cirúrgicas.

8.2.4 Os atestados deverão conter de forma clara o prazo contratual, com data do início e do fim da prestação dos serviços, local da prestação do serviço, objeto do contrato, efetivo contratado e o fornecimento do material.

8.3 Para Qualificação Técnico-Profissional:

8.3.1 - A LICITANTE deverá possuir, na data do certame, 1(um) responsável técnico, com formação superior em Engenharia Elétrica e/ou Mecânica, com especialização em Engenharia Biomédica/Clínica e detentor de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e/ou Acervo Técnico, compatíveis com os serviços prestados neste Termo de Referência, que é a prestação dos serviços de Engenharia Clínica, incluindo: Assessoria de Gestor, Gerenciamento, Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médico-hospitalares.

8.3.2 O Responsável Técnico deverá pertencer ao quadro técnico da empresa, sendo tal natureza comprovada através da apresentação de um dos itens: Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Contrato Social (quando trata-se de dirigente ou sócio da empresa) ou Contrato de Prestação de Serviços devidamente registrado em cartório de títulos e documentos.

8.3.3 O Responsável Técnico deverá comprovar seu registro junto ao CREA;

8.3.4 Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão dos serviços, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber: Aparelho de Raio X Arco C – Aparelho de Raio X Fixo e Móvel – Aparelho de Anestesia – Focos Cirúrgicos – Aparelhos Endoscópios – Aparelho de Videocirurgia – Aparelho de Ultrassom – Respiradores Pulmonares – Monitores – Camas Cirúrgicas.

8.4 A empresa deverá estar autorizada junto ao Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), sendo certo que a autorização deverá ser comprovada mediante a apresentação do Termo de Responsabilidade emitido por Órgãos da Rede Nacional de Metrologia Legal – IPEM (Instituto de Pesos e Medidas) em nome da licitante, a empresa vencedora do certame deverá manter todos os equipamentos da contratante em que sejam necessários o presente certificado dentro das suas validades aos órgãos fiscalizadores.

9. VISITA TÉCNICA

9.1. Se o licitante optar por realizar a visita técnica a mesma deverá ser realizada em data fornecida pela CONTRATANTE em até 3 (Três) dias úteis antes da data da realização da sessão pública do Pregão e impreterivelmente acompanhado pelo responsável pelo Patrimônio e pelo Responsável pela Coordenação de Manutenção e Equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, em horário previamente agendado, através do telefone (22) 2523-2400, ramal 266, ou através do e-mail: mourarodrigues67@yahoo.com.br. A tolerância de atraso será de 15 (quinze) minutos. O Município fornecerá o atestado de visita e informações técnicas; o atestado deverá acompanhar a documentação da habilitação nos termos do Inciso III, Artigo 30 da lei 8666/93.

9.1.1. Através da presente visita técnica os licitantes avaliarão as condições atuais das máquinas e ao final assinarão o atestado de visita técnica, que será emitido pelo servidor designado pela administração.

9.1.2. Caso a licitante opte por não realizar a visita técnica, o mesmo poderá substituí-la por uma Declaração formal, devidamente assinada pelo responsável técnico da empresa, sob as penalidades da lei, informando **“QUE TEM PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES INERENTES À NATUREZA DOS TRABALHOS, QUE ASSUME TOTAL RESPONSABILIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DA VISITA E QUE NÃO UTILIZARÁ DESTA PRERROGATIVA PARA QUAISQUER QUESTIONAMENTOS FUTUROS QUE ENSEJEM AVENÇAS TÉCNICAS OU FINANCEIRAS QUE VENHAM A ONERAR A ADMINISTRAÇÃO”.**

10. DA DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

10.1. Equipamentos de Baixa Complexidade = São equipamentos cuja complexidade dos circuitos eletrônicos e, ou mecânicos não apresentam grandes dificuldades para manutenção. Os recursos

humanos não precisam ser especializados em equipamentos médicos e o treinamento que demandam é bastante simples. Equipamentos deste tipo podem ser: Autoclave de Bancada – Banho Maria - Estufa - Balança Mecânica - Bebedouro - Camas Hospitalares Elétricas- etc. Os equipamentos encontram-se alocados em sua maioria nas Unidades Básicas de Saúde e nas Unidades de Estratégia de Saúde da Família.

10.2. Equipamentos de Média Complexidade = São equipamentos que exigem um pessoal com formação Básica e treinamento mais adequado para execução do reparo. Enquadram-se nesta categoria equipamentos do tipo: Incubadora, Berço Aquecido, Aparelho de Foterapia, Centrífuga, Respirador (tipos mais simples), Monitor cardíaco (Simples), Eletrocardiógrafo, Eletroencefalógrafo, Equipamentos Diversos Banco de Sangue, Câmara de Conservação de Vacinas, Microscópio, etc. Os equipamentos encontram-se alocados em sua maioria no Hospital Municipal Raul Sertã e Hospital Maternidade Dr. Mario Dutra de Castro.

10.3. Equipamentos de Alta Complexidade = São equipamentos que demandam Técnicos qualificados e com treinamento bastante especializado. Em muitos casos, os Técnicos possuem nível superior e seu treinamento, em alguns casos, é desenvolvido no exterior. Enquadram-se nesta categoria: Ressonância Nuclear Magnética, Tomógrafos, Analisadores Químicos (alguns tipos), Gerador, Central de Ar Comprimido, Central de Vácuo, Centrifuga Refrigerada, Lavadora Ultrassônica, Lavadora Termo Desinfetadora, Autoclave Cirúrgico, Aparelho de Endoscopia Digestiva, Bisturi Elétrico, Perfurador Ósseo, Drill, Craniotomo Cirúrgico, Monitor Multiparamétrico, Processadora de Filmes de Raio X, Ultrassom e seus componentes (Diagnóstico por imagem), Respirador Pulmonar Microprocessado, Aparelhos de Raio X Fixo e Móvel, Mamógrafos, Incubadoras, Berços Aquecidos, Focos Cirúrgicos, etc. Os equipamentos encontram-se alocados em sua maioria no Hospital Municipal Raul Sertã e Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro.

11 . FORMA DE JULGAMENTO

11.1. A empresa vencedora será aquela que apresentar o menor preço fixo mensal de mão de obra, acompanhada da planilha de custos, nos termos da Instrução Normativa nº 05/17 – Modelo - Anexo VII – d.

11.1.1 Importante: O valor das peças será reembolsado a empresa contratada conforme sua utilização e apresentação de comprovantes fiscais de sua aquisição.

11.1.2. O prazo de garantia para as peças será o do fabricante; enquanto que o dos serviços será de 90 (noventa) dias a partir do atestamento da entrega dos mesmos.

11.1.3. O valor mensal da contratação corresponderá ao valor fixo de mão de obra equivalente ao ressarcimento dos serviços prestados pela contratada na manutenção dos aparelhos descritos no presente Termo de Referência, de acordo com as Fichas de Manutenção apresentada no mês, acrescido do valor relativo a peças, componentes e acessórios fornecidos, se houver substituição na manutenção corretiva.



11.1.4. Os serviços de manutenção corretiva, bem como, a substituição de peças, componentes e acessórios, somente serão executados após autorização do contratante, mediante a apresentação de orçamento prévio, onde seja discriminado o valor das peças, componentes e acessórios fornecidos. A fiscalização do contrato poderá realizar pesquisa com o objetivo de confrontar o orçamento apresentado pela empresa contratada, com os preços e condições praticados no mercado local, antes de autorizar a sua execução.

12. DA FISCALIZAÇÃO

12.1. Para o acompanhamento e fiscalização da execução do presente contrato, ficam designados (as) os (as) agentes públicos (as) abaixo informados (as):

NOME	MATRÍCULA	GESTOR / FISCAL
SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO BÁSICA		
PATRICIA SOARES CARVALHO	299.080	SUPERIOR IMEDIATO
ROBERTA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	117.089	FISCAL TITULAR
KARLA HERDY ALMEIDA	299.089	FISCAL SUBSTITUTO
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
KARLA HERDY ALMEIDA	299.089	SUPERIOR IMEDIATO
MARIZA DIAS SIQUEIRA	299.362	FISCAL TITULAR
PATRICIA SOARES CARVALHO	299.080	FISCAL SUBSTITUTO
HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ		
ANTONIO CARLOS SANT ANA	207.630	SUPERIOR IMEDIATO
JADDER COSTA QUEIROZ	111.043	FISCAL TITULAR
IDENILSON MOURA RODRIGUES	063.021	FISCAL SUBSTITUTO
HOSPITAL MATERNIDADE DR. MÁRIO DUTRA DE CASTRO		
ADRIANE DE JESUS SCHENQUEL	299.287	SUPERIOR IMEDIATO
NÉLIO DOS SANTOS JÚNIOR	062.095	FISCAL TITULAR
JOÃO BATISTA BEZERRA	299.173	FISCAL SUBSTITUTO
SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
ALÍCIA SIQUEIRA EMERICH	063.219	SUPERIOR IMEDIATO
BRUNA DOS REIS RIBEIRO	063.220	FISCAL TITULAR
MARCELO MILER MARTINS DA COSTA	207.004	FISCAL SUBSTITUTO
GESTORES		



GILMARA GUIMARÃES DE SOUZA	062.870	GESTORA TITULAR
DIANA ROQUE ECARD	063.230	GESTORA SUBSTITUTA

12.2. O fiscal do contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

12.3. O fiscal designado pela Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

12.4. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

12.5. A fiscalização de que trata esta cláusula não excluem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

13. PERÍODO DE CONTRATO

13.1. Os serviços serão executados pelo período de 12 (doze) meses, renováveis na forma do art. 57 da Lei 8.666/93.

13.2. O contrato a ser firmado deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas e observados os termos do edital e a legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. As Despesas decorrentes dos serviços contratados correrão por conta do elemento de despesa, programas de trabalhos e fonte de recurso abaixo especificados:

14.1.1. Elemento de despesa = **33.90.39.37 e 33.90.30.18;**

14.1.2. Quanto aos Programas de Trabalho, serão utilizados de acordo com as especificações a seguir:

Hospital Municipal Raul Sertã = 30001.10.302.0085.2.202;

Hospital Maternidade Dr. Mario Dutra de Castro = 30001.10.302.0085.2.203;

Subsecretaria de Atenção Básica = 30001.10.301.0083.2.193;

Subsecretaria de Vigilância em saúde = 30001.10.305.0086.2.208;

Estratégia de Saúde da Família = 30001.10.301.0083.2.194;

14.2. As notas fiscais deverão ser emitidas em nome do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ 11.399.442/0001-79 - AVENIDA ALBERTO BRAUNE nº 224 - SALA 221 - CENTRO- NOVA FRIBURGO/RJ - CEP 28613-000.**

15. DA LIQUIDAÇÃO

15.1. A liquidação será realizada pela Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão, a partir do cumprimento das obrigações elencadas neste Termo de Referência, em obediência ao Decreto nº 258 de 27 de setembro de 2018 c/c com o Decreto nº 313 de 10 de outubro de 2019.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento será efetuado conforme estabelece o Decreto 258 de 27 de setembro de 2018 c/c com o Decreto nº 313 de 10 de outubro de 2019, desde que as certidões listadas abaixo estejam válidas e regulares:

- Negativa de Débitos Trabalhistas;
- Fazenda Federal – abrange as contribuições sociais;
- FGTS;
- PGE- Referente a Dívida Ativa;
- Municipal – referente ao ISS e D
- Estadual CND – referente ao ICMS.

16.2. A Nota Fiscal de Serviço deverá conter a identificação do Banco, número da Agência e da Conta-Corrente, para que a Contratante possa efetuar o pagamento do valor devido.

16.3. Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(is), motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento estipulado acima passará a ser contado a partir da data de sua reapresentação.

16.4. A Nota Fiscal de serviço, que corresponderá somente ao valor fixo mensal de mão de obra, deverá conter a identificação do Banco, número da Agência e da Conta corrente, para que a contratante possa efetuar o pagamento do valor devido.

16.5. Para o ressarcimento das peças, deverá ser apresentada fatura acompanhada das respectivas notas fiscais de compra.

16.6. Na ocorrência de rejeição da(s) Notas(s) Fiscal(is), motivada por erro ou incorreções o prazo para pagamento estipulado acima passará a ser contado a partir da data de sua reapresentação.

17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS



17.1. O descumprimento por parte da CONTRATADA das obrigações assumidas no Presente Termo de Referência, ou o descumprimento dos preceitos legais pertinentes, ensejará a aplicação das sanções previstas na lei 8.666/93.

17.2. Comete infração administrativa:

17.2.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

17.2.2. Apresentar documentação falsa;

17.2.3. Deixar de entregar os documentos exigidos na contratação;

17.2.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

17.2.5. Não mantiver a proposta;

17.2.6. Cometer fraude fiscal;

17.2.7. Comportar-se de modo inidôneo;

17.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como Me/EPP, ou conluio, entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

17.4. O contratado que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções:

17.4.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da nota fiscal correspondente;

17.4.2. Impedimento de licitar e de contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos;

17.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

17.6. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei n.º 8.666/93, e subsidiariamente na lei n.º 9.784/99.

17.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como, o dano causado à administração, observado o princípio da proporcionalidade.

18. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO QUE DEVEM SER OBEDECIDAS PELA CONTRATADA



18.1. Relação das normas e documentos que serão utilizados, em sua última revisão, durante a vigência do contrato:

- RDC 59/2000 - BPF – ANVISA;
- Art 273 Código Penal;
- NBR11189 TB380 - Eletrocardiógrafos monocanais e multicanais;
- NBR13730 - Aparelho de anestesia - Seção de fluxo contínuo - Requisitos de desempenho e segurança;
- NBR13751 - Vigilância em anestesia e cuidados intensivos - Alarmes de sinalização;
- NBR13850 - Eletrodos descartáveis para uso médico - Determinação das características elétricas;
- NBR13763 - Respiradores pulmonares para uso medicinal;
- NBRIEC60601-2-12- Equipamento eletromédico - Parte 2-12: Prescrições particulares para segurança de ventilador pulmonar - Ventiladores para cuidados críticos;
- NBRIEC60601-2-2- Equipamento eletromédico - Parte 2-2: Prescrições particulares de segurança de equipamento cirúrgico de alta frequência;
- NBRIEC60601-2-20- Equipamento eletromédico - Parte 2: Prescrições particulares para segurança de incubadoras de transporte;
- NBRIEC60601-2-34 - Equipamento eletro médico - Parte 2: Prescrições particulares para a segurança de equipamento para monitorização da pressão sangüínea direta (invasiva);
- NBRIEC60601-2-25 - Equipamento eletromédico - Parte 2-25: Prescrições particulares para segurança de eletrocardiógrafos;
- NBRIEC60601-2-26- Equipamento eletromédico - Parte 2: Prescrições particulares para segurança de eletroencefalógrafos;
- NBRIEC60601-2-27- Equipamento eletromédico - Parte 2: Prescrições particulares para a segurança de equipamento para monitorização de eletrocardiograma;
- NBRIEC60601-2-30- Equipamento eletromédico - Parte 2 - Prescrições particulares para a segurança de equipamento para monitorização automática e cíclica da pressão sangüínea indireta (não invasiva);
- NBRIS09919- Oxímetro de pulso para uso médico – Prescrições;
- NBRIEC60601-2-4- Equipamento eletromédico - Parte 2-4: Prescrições particulares para segurança de desfibriladores cardíacos;
- NBRIEC60601-2-49- Equipamento eletromédico - Parte 2-49: Prescrições particulares para segurança de equipamento para monitorização multiparamétrica de paciente;
- NBRIEC60601-2-50- 1- Equipamento eletromédico - Parte 2-50: Prescrições particulares para segurança de equipamento de fototerapia;
- NBRIEC60601-2-19- Equipamento eletromédico - Parte 2: Prescrições particulares para segurança de incubadoras para recém-nascidos (RN);

- NBRIEC60601-3-1- Equipamento eletromédico - Parte 3-1: Prescrições de desempenho essencial para equipamento de monitorização da pressão parcial transcutânea de oxigênio e de dióxido de carbono;

19. DA CONTA VINCULADA

19.1. Da Conta Vinculada Para A Quitação De Obrigações Trabalhistas - Com base na Instrução Normativa 05/2017 e, em conformidade com o TAC - 001/2018, fundamentado no Decreto nº 238 de 13 de setembro de 2018. Para a garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas, a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo depositará, mensalmente, em conta vinculada específica, os valores provisionados para o pagamento das férias, 13º salário e rescisão contratual dos trabalhadores da Contratada envolvidos na execução do contrato os quais somente serão liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas seguintes condições:

- a) parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários, quando devidos;
- b) parcialmente, pelo valor correspondente as férias e ao 1/3 de férias, quando dos gozos de férias dos empregados vinculados ao contrato;
- c) parcialmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários proporcionais, férias proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando da demissão de empregado vinculado ao contrato;
- d) ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas rescisórias;
- e) o saldo restante, com a execução completa do Contrato, após a comprovação, por parte da contratada, da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.
- f) As provisões para o pagamento dos encargos trabalhistas de que tratam este item, poderão ser destacados do valor mensal do Contrato e depositados na mencionada conta vinculada, aberta em nome da Contratada, em instituição bancária oficial, bloqueada para movimentação.

Aviso Prévio ao término do contrato 23,33% da remuneração mensal = $(7/30) \times 100$;

* Considerando as alíquotas de contribuição 1%, 2% ou 3% referente ao grau de risco de acidente do trabalho, prevista no art.22, inciso da Lei n.º 8,212/91.

19.2. No ato da regularização da conta corrente vinculada, a empresa a ser contratada deve assinar termo específico da instituição financeira oficial que permita à Secretaria

Municipal de Saúde a ter acesso aos saldos e extratos, e vincule a movimentação dos valores depositados à autorização da Secretaria Municipal de Saúde, conforme modelo de Contrato de Conta de Depósito em Garantia – Bloqueado Para Movimentação, do Banco do Brasil.

19.3. Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas mencionados no subitem depositados em conta vinculada deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à Contratada.

19.4. O montante de que trata o aviso prévio trabalhado, 23,33% da remuneração mensal, deverá ser integralmente depositado durante a primeira vigência do contrato.

19.5. A administração realizará negociação contratual para a redução e/ou eliminação dos custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos no primeiro ano da contratação.

19.6. A Contratada poderá solicitar a autorização da Contratante para utilizar os valores da conta vinculada para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados ocorridas durante a vigência do contrato.

19.7. Para a liberação dos recursos da conta vinculada, para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados ocorridas durante a vigência do contrato, a Contratada deverá apresentar à Contratante os documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento.

19.8. A Contratante expedirá, após a confirmação da ocorrência da indenização trabalhista e a conferência dos cálculos, a autorização para a movimentação, encaminhado a referida autorização à instituição financeira oficial no prazo máximo de cinco dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios da Contratada.

19.9. A autorização de que trata o subitem anterior deverá especificar que a movimentação será exclusiva para a transferência bancária para a conta corrente dos trabalhadores favorecidos.

19.10. A Contratada deverá apresentar à Contratante, no prazo máximo de cinco dias, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas.

19.11. Em caso de existência saldo remanescente da conta vinculada será liberado à Contratada, no momento do encerramento do contrato, após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado será devolvido a Empresa.

20. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA



20.1. A proposta apresentada deverá ser acompanhada de Planilha de Composição de Custos e formação de preços, constante da IN -5/2017, modelo – anexo VII – d. e sua alteração pela IN 07 de 2018.

Nova Friburgo/RJ, 03 de abril de 2023.

Termo de Referência elaborado por:

Gilmara Guimarães de Souza
Gestão de Processos e Contratos - SMS
Matrícula 062.870

Ratifico o teor do presente Termo de Referência nos termos da lei Federal 8.666/93:

Nicole Ribeiro Lessa Cipriano
Secretária Municipal de Saúde
Matrícula 106.137