



Nova Friburgo, 05 de dezembro de 2022.

Memo nº 003/2022.

De: Coordenação de Doenças Crônicas Não Transmissíveis
Ricardo Claus Armond Bravo

Para: Comissão de Pregão II

Ref.: Pregão Eletrônico n.º 222/2022 -

Prezados,

No Pregão Eletrônico 220/2022 item 01, a empresa HMD Brasil Comercial ofertou a marca GlucoLeader. A referida marca foi recusada pela Coordenação de Doenças e Agravos não Transmissíveis pelos motivos que seguem.

O aparelho solicita o número do código das tiras, ou seja, o paciente terá que mudar o código manualmente no aparelho toda vez que trocar o lote das tiras. Diante disso, considerando o público desta secretaria (idosos, pacientes com pouca escolaridade, entre outros) entendemos que o processo citado é dificultoso, e demandará muita atenção do paciente. Na hipótese de a configuração não ser realizada de forma correta, poderá acarretar erros na administração medicamentosa, o que levará o paciente a complicações ou até mesmo a internação, o que, além do evidente prejuízo à saúde do paciente, ainda, onera-se esta secretaria.

Ademais, a presente secretaria já atuou com a referida marca e constatou que os resultados demonstrados nos aparelhos não correspondiam ao real valor de glicemia, motivo pelo qual ocorreram devoluções do produto. Nesse cenário, importante destacar que, atualmente, existem equipamentos que dispensam este procedimento oferecendo maior segurança no processo de aferição da glicemia, e sem maiores custos.



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

S E C R E T A R I A
D E S A Ú D E

Vide manual:

INTERPRETANDO O RESULTADO DO TESTE

O intervalo normal de glicose no sangue é de 70 a 99 mg/dL para um adulto em jejum e menor que 140 mg/dL, duas horas após as refeições.

Se seu resultado de glicose no sangue parecer fora do esperado, ou inconsistente com seus resultados anteriores, verifique o seguinte:

1. O código no frasco de tiras combina com o código mostrado na tela do medidor?

3. Verifique se o número do código no visor do medidor coincide com o código impresso no frasco das tiras de teste que você está utilizando. Se os dois códigos coincidirem, você pode começar o teste. Caso contrário, favor contatar o SAC para instruções.



Ainda, em consulta a alguns processos públicos, foram identificadas reprovações do produto em questão, quando comparado com resultado laboratorial.

Reitera-se que o processo em questão atenderá também ao Hospital Municipal Raul Sertã & Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro além da atenção básica. Assim, não se pode fazer uso de um produto que não é confiável, no tocante a sua precisão, com base no histórico apresentado.


Ricardo Claus Armond Bravo
Coordenador de Assistência Farmacêutica
Mat. 299.098


Dra. Ana Clara Lorio
Farmacêutica
Coordenação Assistência Farmacêutica
Mat. 062.342