



Pedido de esclarecimento - Abertura: 05/10/2023 - PE 146/2023 - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ

3 mensagens

licitacoes@konimagem.com.br <licitacoes@konimagem.com.br>

3 de outubro de 2023 às 14:36

Para: pregao3.novafriburgo@gmail.com, pregaoeletronico.friburgo@gmail.com

Cc: licitacoes@konimagem.com.br

Caros, bom dia.

Ref. ao processo epígrafe, vimos por meio deste solicitar pedido de esclarecimento a respeito dos itens: 01 (**Digitalizador para Radiografia Computadorizada (CR)**) e 16 (**Aparelhos de Ar Condicionado**):

Temos interesse de participar do pleito, porém no item 01 é solicitado para composição do conjunto: Digitalizador para Radiografia Computadorizada (CR) os seguintes acessórios:

“O equipamento deverá vir acompanhado de todos itens que sejam necessários ao seu pleno funcionamento, como nobreak, aparelho de ar condicionado, etc.”

1	<p>Digitalizador para Radiografia Computadorizada (CR) o sistema para digitalização de imagens multicassetes para exames de raio x e mamografia deve atender as seguintes especificações mínimas: resolução de imagens: possuir resolução mínima de 10 pixels/mm para todos os tamanhos de cassetes para radiologia geral. 20 pixels/mm para os cassetes de tamanhos 18x24cm e 24x30cm para uso em pediatria e mamografia. escala de imagens (resolução) de cinza: mínimo de 12 bits por pixel; escala para reconhecimento automático: possuir capacidade para reconhecimento do tamanho e do tipo do cassete utilizado; identificação de cassetes: identificar eletronicamente os cassetes, ou seja, transferir os dados de cada paciente e do respectivo exame para o cassete; permitindo a mistura de cassetes antes da leitura, sem que haja perda da identificação dos dados do paciente e do respectivo exame; desligamento automático: permitir o desligamento automático integrado ao sistema, quando da ocorrência de eventual falha de energia elétrica; terminal dedicado: possuir terminal dedicado para trabalho e pós processamento de exames digitalizados, deve ainda realizar cadastramento, manipulação e permitir a impressão de imagens, para tanto, deve vir acompanhado de monitor de tela de Lcd, de tamanho, maior ou igual, a 19" (dezenove polegadas); software: gerar imagens através de um programa (software) de processamento básico. A instituição deve receber também outro programa adicional ou extensão do programa original, pós-processamento de Imagens, permitindo ao operador, de forma automática ou manual, incrementar o contraste e a latitude. Deve ainda prevenir artefatos de imagens, estação de visualização: possuir estação de visualização para trabalho de imagem, processamento e identificação de paciente, para os exames. O terminal de identificação para entrada de informações dos pacientes e exames deve ter a capacidade de receber todas as informações necessárias, digitalmente por possível rede de computadores, a partir de sistema RIS e sem a necessidade de digitação manual dos dados de cada paciente, para a realização dos exames. A estação deve ainda possuir módulo de pré-visualização das imagens recém adquiridas no sistema, em monitores de lcd de, pelo menos 19 (dezenove polegadas); dicom: vir acompanhado e efetuar conexão com sistema dicom print scu para impressão e storage scu para arquivamento em sistema pacs. Deve possuir ainda sistema de gerenciamento de lista de trabalho para conexão com o sistema de informação hospitalar. Este módulo também deverá buscar as listas de trabalho através de compartilhamento de arquivos texto ascii com delimitadores de campo e pacientes, conforme presente no sistema de agendamento da recepção da radiologia; armazenamento de dados: permitir armazenamento de arquivos (gravação) em cd-rom ou memória flash (pendrives),- sistema de impressão: deverá ser utilizada uma impressora a seco para imagens de mamografia para uso em mesa, acompanhada de recursos especiais e exclusivos para a impressão de exames de mamografia. Além disso deverá atender ainda as seguintes especificações para todas as imagens nela geradas: profundidade de contraste mínimo de 12 bits (4096 tons); dicom: nativo, para conexão com modalidades, sem a necessidade de acessórios externos (print server) para conversão do sinal ao padrão dicom; tamanho de filmes: trabalhar com no mínimo 2(dois) tamanhos diferentes de filme, simultaneamente carregados no equipamento (on line), com qualquer uma das duas bandejas com capacidade de armazenar qualquer um dos formatos acima citados, a partir de ajustes simples que poderão ser efetuados pelo usuário, dentre os tamanhos mínimos possíveis a escolher: 18x24cm (7x9,5polegadas) - 24x30cm (9,5x12 polegadas) auto-calibração: possuir recurso e de ajuste de densidade óptica e contra de imagens, para cada lote de filme adquirido e utilizado, de forma que possamos obter a excelência de qualidade de impressão de cada película de filme; ponto focal do feixe de laser: possuir ponto focal do feixe de laser de impressão ou da cabeça térmica, com tamanho menor ou igual a 50 microns; O equipamento deverá vir acompanhado de todos itens que sejam necessários ao seu pleno funcionamento, como nobreak, aparelho de ar condicionado, etc. A empresa</p>	UNID.	01
16	Aparelhos de Ar Condicionado - modelo split high wall, de 12.000 btus, ar frio. voltagem 220 v trifásico.	UNID.	7

Sobre o acessório ar condicionado, se faz necessário o fornecimento? Visto que no item 16 é solicitado justamente o acessório requerido.

E levando em consideração ao preço estimado do item 01: R\$ 202.860,00 – além dos acessórios nobreak e aparelho de ar condicionado dá a condição “etc.” dando a entender uma margem grande de fornecimento de demais acessórios, podendo englobar/abranjer serviços ou demais que pode ir além do preço estimado.

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00146/2023-000

1 - Itens da Licitação

1 - Sistema Digitalização Imagem Radiológica			
Descrição Detalhada: Sistema Digitalização Imagem Radiológica Componentes: C/ Monitor E Acessórios , Componentes Adicionais: Software Integrado , Tipo: Portátil , Compatibilidade: Compatível Com Placas Até 35 X 43 Cm , Acessórios: C/ Impressora E Porta Usb			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	2		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Máximo Aceitável
Valor Total (R\$):	202.860,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Local de Entrega (Quantidade):	Nova Friburgo/RJ (2)		

Poderia validar junto a equipe técnica do hospital se o descritivo do item 01 está de acordo? Não seria o caso alteração de descritivo ou detalhamento mais específico do mesmo?

Favor acusar recebimento.

Ficamos no aguardo de retorno.

Qualquer coisa estamos a disposição.

Atenciosamente,

Daniel Livrari

Licitação

KONIMAGEM COMERCIAL LTDA

Rua Maria Casali Bueno, 57 - Mandaqui – São Paulo – SP

Cep: 02408-050

Tel: 11 2950-1971

Cel: 11 97230-8917

CNPJ: 58.598.368/0001-83 - Inscrição Estadual: 112.050.338.113


licitacoes@konimagem.com.br

daniel.livrari@konimagem.com.br



CONHEÇA MAIS SOBRE NOSSOS PRODUTOS



 **CN_2023.07.24_1462023_985867_1_1.zip**
1539K

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>
Para: pregao3.novafriburgo@gmail.com

3 de outubro de 2023 às 14:58

[Texto das mensagens anteriores oculto]

7 anexos

 **image001.png**
10K


 **KONIMAGEM** **image002.png**
9K

 **image003.jpg**
10K

 **image004.png**
223K

 **image005.png**
48K

 **image001.png**
10K

 **CN_2023.07.24_1462023_985867_1_1.zip**
1539K

Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>
Para: Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>, Captacao Recursos <captacaoderecursos.nf@gmail.com>

3 de outubro de 2023 às 15:15

[Texto das mensagens anteriores oculto]

7 anexos

 **image001.png**
10K

 **KONIMAGEM** **image002.png**
9K



image003.jpg
10K



image004.png
223K

RELATÓRIO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09146/2023-006

5 - Item da Licitação

5.1 - Descrição do Item			
Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1 unidade de 12.000 linhas, em Preto	1	12.000,00	12.000,00

image005.png
48K

12	Quantidade de 12.000 linhas, em Preto	12.000,00	12.000,00
----	---------------------------------------	-----------	-----------

image001.png
10K

CN_2023.07.24_1462023_985867_1_1.zip
1539K