



## HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ

Rua General Osório, 324 – CEP 28.625 - 630

Nova Friburgo / RJ

CNPJ: 28606630004706



Mem. nº 007 /Setor/Laboratório de Análises Clínicas Dr. Gilberto Oliveira e Silva

Nova Friburgo, 30 de Janeiro de 2023.

A/C: **Jonathan P. Chaves**

Pregoeiro - Comissão de Pregão II

Venho por meio deste informar sobre a Análise Técnica Pregão 225/2022-P.A 18.621/2022- Insumos de Laboratório.

Em resposta à análise do Lote 10, foi solicitado para o laboratório do Hospital Municipal Raul Sertã, dois(2) aparelhos um de grande porte e um de pequeno porte para backup, devido ao fato de sermos uma unidade de emergência e também pelo fato de não podemos ficar sem realizar esses exames. A empresa em questão não apresentou proposta para o segundo aparelho de backup e não atende as exigências mínimas solicitadas no edital, que seguem abaixo em comparativo:

### **Solicitado no Edital para o HMRS:**

- ✓ 01 aparelho com capacidade de 140 testes/hora;
- ✓ Mínimo de 96 posições;
- ✓ Mínimo de 45 posições para reagentes;
- ✓ Capacidade mínima de 1000 cubetas

Além disso, foi solicitado sistema de detecção baseado na viscosidade, insensível para plasmas com alteração de cor ( hemólise, icterícia e lipemia). Com no mínimo 03 probes com detecção de volume, diluições e rediluições automáticas.

A empresa apresentou proposta inferior à solicitada, equivalente a menos da metade da velocidade:

- ✓ Aparelho com capacidade de 60 testes/hora;
- ✓ 20 posições para reagentes;
- ✓ 72 cubetas.

A empresa DM Diagnóstica, ainda, não apresentou no **folder** quantidade de probes.

Ademais, não foram apresentadas no **folder**, as demonstrações do módulo que impede o aparelho de realizar análise em amostras lipêmicas, hemolisadas ou ictericas, saindo resultado não confiável, gerando repetições levando a custos desnecessários para a instituição.

Sem mais subscrevo-me

Alessandra Raphael Fonseca  
Bióloga

CRBio-2:102704/02D