

Data de Publicação: 19/02/2021 09:37

Identificação Conta	
Cliente: GANDAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	CNPJ/CPF: 28.273.249/0001-90
Endereço: AV. ARNALDO RAMOS LEOMIL, N°53 - LOTEAMENTO INDUSTRIAL LEOMIL - Apucarana - Paraná - CEP: 86.800-792 - Brazil	
Telefone: (43) 3423-1552 / (43) 3422-3380	

N° Amostra: 2355-1/2021.0 - JALECO DESCARTÁVEL MAPLE SOLUTION	
Tipo de Amostra: Não tecido para artigos de uso odontomédico-hospitalar	
Data Recebimento: 04/02/2021 16:15	
Informações Adicionais: VESTIMENTA HOSPITALAR ; COMPOSIÇÃO DAS LINHAS NA GOLA E PUNHO : 58% ELASTOMERO E 42% POLIESTER 1ª CAMADA: 100% POLIPROPILENO ; 2ª CAMADA: POLIETILENO	Lote: 10285
Data de Fabricação : 25/01/2021	Data de Validade: 25/01/2026

Resultados Analíticos

MICROBIOLOGIA						
Análise	Resultado	Especificação	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Determinação da eficiência de filtração bacteriana	99,7 %	Maior ou igual a 95 %	-	(95.6;104)	NBR 14873:2002 (modificada)	16/02/2021

Especificações
ABNT NBR 15052:2004 e RDC ANVISA N° 356/ RDC ANVISA N° 379 - Artigos de não tecido de uso odonto-médico-hospitalar

Interpretações
Amostra em conformidade (BFE \geq 95%) com a ABNT NBR 15052:2004 e requisitos da RDC ANVISA n° 356, de 23.03.2020, alterada pela RDC ANVISA n° 379, de 30.04.2020 - Requisitos para a fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos identificados como prioritários para uso em serviços de saúde, em virtude da emergência de saúde.

Notas
<p>O resultado desta análise tem significação restrita e se aplica apenas ao item (s) analisado (s). Este relatório deve ser reproduzido por inteiro. Reprodução de partes deste relatório requer autorização da Medlab. As informações referentes à caracterização da amostra analisada foram fornecidas pelo cliente juntamente com o envio da amostra. Este documento foi assinado digitalmente e possui validade jurídica, equivalente a uma assinatura de próprio punho, a validade da assinatura pode ser verificada clicando-se sobre a mesma.</p> <p>- A(s) amostra(s) recebida(s) estava(m) acondicionada(s) adequadamente, sem sinais de violação, deterioração, fechada(s) e integra(s) sem comprometer a qualidade dos ensaios realizados.</p> <p>- Para regra de decisão da conclusão o laboratório não utiliza a incerteza de medição na avaliação da conformidade.</p> <p>Legendas</p> <p>NA: Não se aplica.</p> <p>LQ: Limite de Quantificação.</p> <p>VMP: Valor Máximo Permitido.</p> <p>As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasília</p>


Bárbara de Luca
Supervisora Microbiologia
CRBIO/SP 109931/01-D

Barbara de Luca
Responsável pela publicação da amostra

Chave de Validação: 78c833fd652745309b33876f5f7579fa

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylmsweb.com.