



Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Esclarecimento PE 245/2022

9 mensagens

ORTONUTRE HOSPITALAR <licitacao.ortonutre@hotmail.com>

13 de janeiro de 2023 às 11:59

Para: "pregaoeletronico.friburgo@gmail.com" <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Bom dia prezados,

Venho solicitar esclarecimento referente ao pregão eletrônico nº245/2022.

PINO DE SCHANZ COMPATÍVEL COM FIXADOR LINEAR CLICKFIX GRANDE 400X200
48 uni

PINO DE SCHANZ COMPATÍVEL COM FIXADOR LINEAR CLICKFIX GRANDE 350X200
48 uni

PINO DE SCHANZ COMPATÍVEL COM FIXADOR LINEAR CLICKFIX GRANDE 300X200
36 uni

Gostaria de saber o diâmetro dos pinos, não ficou claro.

Agradeço desde já e me coloco a disposição.

Whatsapp: (44) 99721-3484**Welington Tesser de Oliveira****ORTONUTRE - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ sob nº 11.541.499/0001-60****ORTONUTRE HOSPITALAR** <licitacao.ortonutre@hotmail.com>

13 de janeiro de 2023 às 13:33

Para: "pregaoeletronico.friburgo@gmail.com" <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Estou conectado mas o pregão está fechado para responder.

Agradeço desde já e me coloco a disposição.

Whatsapp: (44) 99721-3484**Welington Tesser de Oliveira****ORTONUTRE - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ sob nº 11.541.499/0001-60****De:** ORTONUTRE HOSPITALAR**Enviado:** sexta-feira, 13 de janeiro de 2023 11:59**Para:** pregaoeletronico.friburgo@gmail.com <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>**Assunto:** Esclarecimento PE 245/2022

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

18 de janeiro de 2023 às 10:47

Para: Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>, DIREÇÃO HMRS
<hmrs.direcao@hotmail.com>

Bom dia,

Encaminho pedido de esclarecimento da Empresa **ORTONUTRE - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, na forma que dispõe o subitem 29.2 do Edital do Pregão Eletrônico nº 245/2022, por se tratar de questão inerente ao setor técnico requisitante.

29.3 -O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimento no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, podendo requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, além de pronunciamentos de ordem técnica junto ao setor requisitante do objeto licitado.

Prazo para resposta: 20/01/2023.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos

 **Anexo II - Planilha Orçamentária - PE 245 - 22.pdf**
132K

 **EDITAL - PE 245 - 22.docx.pdf**
476K

 **ANEXO I - PE 245 - 22.docx.pdf**
302K

DIREÇÃO HMRS <hmrs.direcao@hotmail.com>

19 de janeiro de 2023 às 14:08

Para: Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Boa tarde!

Esclareço que quando da época da compra dos fixadores, se imaginou que os mesmos viessem em forma de kits (fixadores + pinos), entretanto o fornecimento contemplou apenas os fixadores, havendo assim a necessidade de compra de pinos compatíveis com as marcas, modelos e tamanhos de fixadores já ofertados pela empresa ganhadora à época.

Sendo assim, considerando que nas etiquetas das caixas não existem informações referentes ao tamanho dos pinos a serem utilizados, recomendamos que a empresa interessada em vender pinos compatíveis, entre em contato com a empresa que fabrica os fixadores para ter uma informação mais precisa.

Segue em anexo, foto das etiquetas existentes nas caixas.

Att.

Antonio Sant Ana

De: Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Enviado: quarta-feira, 18 de janeiro de 2023 10:47

Para: Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>; DIREÇÃO HMRS
<hmrs.direcao@hotmail.com>

Assunto: Fwd: Esclarecimento PE 245/2022

[Texto das mensagens anteriores oculto]

5 anexos



WhatsApp Image 2023-01-19 at 13.30.25.jpeg
93K



WhatsApp Image 2023-01-19 at 13.30.13.jpeg
103K



WhatsApp Image 2023-01-19 at 13.29.51.jpeg
118K



WhatsApp Image 2023-01-19 at 13.29.28.jpeg
101K



WhatsApp Image 2023-01-19 at 13.28.56.jpeg
91K

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>
Para: DIREÇÃO HMRS <hmrs.direcao@hotmail.com>, Secretaria de Saúde
<gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

24 de janeiro de 2023 às 10:48

Bom dia,

Conforme dispõe o subitem 29.2 do edital compete ao pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimento no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, podendo requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, além de pronunciamentos de ordem técnica junto ao setor requisitante do objeto licitado.

Assim cabe ao órgão que está promovendo a licitação dirimir todas as dúvidas dos licitantes, não sendo responsabilidade do fornecedor buscar, junto a terceiros, informações que deveriam constar do Termo de Referência.

Pelo exposto solicito que o pedido de esclarecimento seja respondido impreterivelmente até amanhã, dia 25/01/2023, às 14:00h. Caso não haja um consenso sobre a dúvida suscitada o pregão deverá ser suspenso.

Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Jonathan P. Chaves

Pregoeiro - Comissão de Pregão II

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística.

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>
Para: ORTONUTRE HOSPITALAR <licitacao.ortonutre@hotmail.com>

24 de janeiro de 2023 às 16:50

Boa tarde,

Em atenção ao pedido de esclarecimento realizado, após consulta ao setor técnico requisitante o mesmo informou que:

Neste fixador utilizam-se pinos de tamanho 5.0x200mm.

Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

ORTONUTRE HOSPITALAR <licitacao.ortonutre@hotmail.com>
Para: Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

24 de janeiro de 2023 às 16:56

Boa tarde,

Então no caso os diâmetros seriam, 4.0, 3.5, 3.0?

Agradeço desde já e me coloco a disposição.

Whatsapp: (44) 99721-3484

Wellington Tesser de Oliveira

ORTONUTRE - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ sob nº 11.541.499/0001-60



De: Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Enviado: terça-feira, 24 de janeiro de 2023 16:50

Para: ORTONUTRE HOSPITALAR <licitacao.ortonutre@hotmail.com>

Assunto: Re: Esclarecimento PE 245/2022

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>
Para: ORTONUTRE HOSPITALAR <licitacao.ortonutre@hotmail.com>

24 de janeiro de 2023 às 16:56

Sr. licitante para todos os fixadores, 400x200, 350x200 e 300x200 utilizam-se pinos de tamanho 5.0x200mm.

Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

ORTONUTRE HOSPITALAR <licitacao.ortonutre@hotmail.com>
Para: Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

24 de janeiro de 2023 às 17:02

Certo, então é um total de 132 unidades de pinos 5.0x200mm.

Agradeço desde já e me coloco a disposição.

Whatsapp: (44) 99721-3484

Welington Tesser de Oliveira

ORTONUTRE - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ sob nº 11.541.499/0001-60



De: Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Enviado: terça-feira, 24 de janeiro de 2023 16:56

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]