

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.900/2023

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de EQUIPAMENTOS MÉDICOS, MÓVEIS HOSPITALARES E ELETROELETRÔNICOS, sob demanda, para atender as necessidades do Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro pelo período de 12 (doze) meses.

LAUDO DE ACEITABILIDADE DE AMOSTRA

Pelo presente instrumento, declaramos que a empresa, **Comercial de Equipamentos Médico Hospitalares Serra das Araras LTDA** inscrita sob CNPJ nº08.117.794/0001-80 apresentou **CATÁLOGO** para os itens, 10 e 12 conforme previsto no edital, nas marcas abaixo discriminadas:

Item	Especificação	Marca	OBSERVAÇÃO
10	Mesa auxiliar Características físicas: com rodízios-dimensões: 40x40x80 (cm)/aço inoxidável	São Lourenço	APROVADO
12	Carro maca simples- Características físicas: em aço inoxidável com suporte de soro/colchonete e grades laterais	Medlight	APROVADO

Os produtos apresentados foram avaliados pelo representante técnico designado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme legislação sanitária, regulamentos técnicos de qualidade e normas técnicas vigentes no país.

Diante do exposto, o representante técnico opina pela **APROVAÇÃO** dos itens 10 e 12 apresentado pela empresa, por atender as especificações do edital.

Pelo presente instrumento, declaramos que a empresa, **LONDRINHOSP IMPOPRTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** inscrita sob CNPJ nº042.650.279/0001-07 apresentou **CATÁLOGO** para o item 01, conforme previsto no edital, nas marcas abaixo discriminadas:

Item	Especificação	Marca	OBSERVAÇÃO
01	Régua de gases (assistência respiratória de parede)- Características físicas: Gases até 3 pontos, abertura frontal e válvula de impacto de duplo estágio, tomada elétrica até 5 pontos/ tomada lógica até 3 pontos com chamada de enfermagem, material confeccionado em alumínio	Arvac/3p	APROVADO



Os produtos apresentados foram avaliados pelo representante técnico designado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme legislação sanitária, regulamentos técnicos de qualidade e normas técnicas vigentes no país.

Diante do exposto, o representante técnico opina pela **APROVAÇÃO** do item 01 apresentado pela empresa, por atender as especificações do edital.

Nova Friburgo, 10 de Janeiro de 2024.

Cláudia Knupp Rodrigues
COPIA 026825-ENF

Cláudia Knupp Rodrigues Matr.: 207.524