



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro

Processo n.º 16.162/23
Rúbrica _____ Fls. 74
Data 26 / 06 / 23

Nova Friburgo-RJ, 26 de junho de 2023.

Memorando nº 165/2023

A Secretaria Municipal de Saúde – Coordenação de Capitação de Recursos

Aos Cuidados Sr.ª Erica Ribeiro de Freitas

Resposta ao processo administrativo nº 16.162/2023

Com cordiais cumprimentos, venho através deste dar ciência ao processo administrativo em epígrafe.

Trata-se de recurso de impugnação do Edital interposto pela empresa **INTENSIMED** no que diz respeito ao item 09 “Foco Cirúrgico do Solo Móvel”.

Conforme se extrai das fls. 06 a recorrente alega o edital prevê luminosidade aproximada de 130.000 lux, quando o ideal seria solicitar o equipamento com o mínimo de 105.000 lux, bem como a variação de temperatura de 3.000k a 6.000k, além da inclusão do Grau de Proteção de pelo menos IP-42 ou IP-54 (fls.10).

Sendo assim, requer o deferimento e acolhimento na sua integralidade do presente impugnação interposta pela empresa INTENSIMED.

Desde já, renovo os votos de elevada e distinta consideração, estando a disposição para quaisquer esclarecimentos que fizerem necessários.

Adriane de Jesus Schenquel
Diretora do HMMDC
Matrícula 299287

Claudia Knupp Rodrigues
Coordenadora Centro Cirúrgico
Matrícula 207524

Claudia Knupp Rodrigues
COORDENADORA CENTRO CIRURGICO
MATR. 207524-ENF