

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ	10.268.780/0001-09
Autorização	8.04.955-1
Produto	MEDIX BRASIL FIO DE SUTURA DE NYLON (POLIAMIDA) NÃO ABSORVÍVEL

Modelo Produto Médico
â€¢ FIO DE SUTURA:
- Tamanhos: 4
CilÃ-ndrica com ponta triangular cortante
CilÃ-ndrica cortante
Ponta cortante
ponta cortante reversa
ponta espatular
ponta romba
Reta
sem agulha.
- Comprimento da agulha: de 6 mm a 90 mm, com agulha simples ou dupla.
0
1
1/2 CÃ-rculo
1/2 CÃ-rculo duplo
1/4 cÃ-rculo
2
1/4 cÃ-rculo duplo
2-0
3
3-0
3/8 CÃ-rculo duplo
4-0
5-0
5/8 cÃ-rculo, circular.
- Tipo de agulha: ponta cilÃ-ndrica
6-0
7-0
- Cor do fio: azul ou preto ou transparente
â€¢ AGULHA:
- Curvatura da agulha: 3/8 CÃ-rculo

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	FIO DE SUTURA DE NYLON.pdf	4503171224 - 03/08/2022 16:48:29

Nome Técnico	Fio de Sutura
Registro	80495519040
Processo	25351033797202296
Fabricante Legal	YANCHENG HUIDA MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]