



Tradução Livre da Carta original enviada pelo Fabricante que segue em conjunto com esse documento.

Certificado de Garantia e Qualidade do aço

Os instrumentos cirúrgicos e odontológicos fabricados pela Maryam Trading, possuem garantia de 10 anos contra defeito de fabricação, excluindo a condição de má utilização por parte do profissional, quebra devido a quedas, afiação e problemas decorrentes da esterilização inadequada.

Todos os produtos seguem como referencia as normas DIN 17.442 e NBR – ABNT referentes a instrumentais cirúrgicos e dentais. Nossos instrumentos são fabricados nos aços AISI 420.

Relatório Teste analítico

resultados analíticos obtidos no espectrômetro de emissão direta BAIRD DV 6E

Tipo de aço	Cromo	Carbono	Fosforo	Silicio	Manganes	Enxofre	Niquel
AISI 420	12.651	0,189	0,021	0,275	0,597	0,015	0,102

Relação de produtos fabricados com o aço AISI 420:

Abaixa língua, alicates, abridores, afastador, alavancas, bisturi, boticão, cisalha, compasso, cureta, dilatador, especimetro, espelho, faca, fórceps, gancho, martelo, instrumentos para micro cirurgia e oftalmologia, pinça, porta agulha, tesouras, válvulas, bacia, bandeja, espátula, estojo, produtos fabricado em videa conforme registro Anvisa, entre outros diversos itens fabricados de acordo com o registro de nosso importador no Brasil – W Ahmed comercio importação e exportação de cutelaria ME.

São Paulo, 11 de junho de 2021

Margarete Ap de Lima Corrêa

Responsável Técnico – Crbio N° 113402-01D

Razão social: W Ahmed Comercio Importação, Exportação de artigos de cutelaria
CNPJ: 17.405.589/0001-00 I.E :142.019.856.116