



Fwd: NOVA FRIBURGO - PE 73/2023 - INSUMOS DE HEMOTERAPIA - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - 24ABR2023

6 mensagens

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

25 de abril de 2023 às 09:55

Para: pregao3.novafriburgo@gmail.com

----- Forwarded message -----

De: **Rosemary / Licitação** <licitacoes1@martellrj.com.br>

Date: ter., 25 de abr. de 2023 às 09:14

Subject: NOVA FRIBURGO - PE 73/2023 - INSUMOS DE HEMOTERAPIA - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - 24ABR2023

To: <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Cc: Isadora / Licitações <licitacoes@martellrj.com.br>, <licitacoes2@martellrj.com.br>

Prezado Pregoeiro, boa tarde!!

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para tempestivamente solicitar os devidos esclarecimentos a saber:

1 – Verificamos que para o Lote Único (item) 41, solicita-se equipamento em comodato com a seguinte descrição: *“Equipamento para conexão estéril de bancada entre tubos de PVC grau médico, através de solda de alta resistência por radiofrequência, em sistema fechado que garanta a esterilidade e a validade dos hemocomponentes pelo mesmo período do sistema original”.*

Ocorre que nosso equipamento realiza a conexão estéril por meio de aquecimento por infravermelho na sua unidade de selagem dos tubos. Essa unidade de aquecimento trabalha com temperatura nominal de 840°C. Outros equipamentos do mercado realizam a selagem por meio da radiofrequência (como as seladoras) ou ainda aquecimento das lâminas de cobre presentes em cartuchos ou ainda individualizadas. Considerando que atualmente a empresa é fornecedora da instituição, atendendo plenamente aos contratos estabelecidos até o momento, pois a finalidade do nosso equipamento é exatamente a mesma, peço que por gentileza, verifiquem com a parte técnica a possibilidade de ajuste no descritivo para que ampliem a concorrência, se utilizando deste benefício para acolher uma proposta muito mais vantajosa para a Administração. Informo-vos ainda que no edital passado verificamos a mesma exigência o obtivemos sucesso com nossa solicitação tendo sido o termo alterado para “através de solda de alta resistência por radiofrequência ou **por meio de aquecimento por infravermelho na sua unidade de selagem**”

-
Desta forma, certa de vossa compreensão e pronto atendimento, reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração.

No mais, estamos ao dispor.

Atenciosamente,



Rosemary Fiorentini

Setor Comercial – Ramal 205

licitacoes1@martellrj.com.br

Martell Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Visite nosso site:

<http://www.martellrj.com.br>

SAC: martell@martellrj.com.br

Avenida Embaixador Abelardo Bueno,
199 - LOJ 101 LOT 1 PAL 46742 -
Jacarepaguá - Rio de Janeiro - RJ -
Brasil - CEP: 22.775-022



@martellrj



facebook.com/martellrj/



+55(21)3822-6232 • 3822-3068 • 3899-0767

3087-6585 • 3400-7379 • 2592-9148

Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

25 de abril de 2023 às
09:59

Para: Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Bom dia,

Por tratar-se de questões técnicas, encaminhamos a unidade requisitante para ciência e esclarecimentos necessários (**proc.: 31.047/2022**).

FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO.

Atenciosamente,

Comissão de Pregão III
Prefeitura de Nova Friburgo - RJ
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

26 de abril de 2023 às
11:08

Para: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Prezados, bom dia!

Segue resposta da equipe técnica, onde afirma sobre a possibilidade da alteração do descritivo.

Atenciosamente;
Higor de Barros Pinto
Mat: 062.871

----- Forwarded message -----

De: **hmrs hemocentro** <hmrs.hemocentro@gmail.com>

Date: qua., 26 de abr. de 2023 às 08:41

Subject: Re: NOVA FRIBURGO - PE 73/2023 - INSUMOS DE HEMOTERAPIA - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - 24ABR2023

To: Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Prezados, bom dia!

Informo que o equipamento disponibilizado pela referida empresa, atende a finalidade a que se propõe, sendo assim, solicito alteração do descritivo para "através de solda de alta resistência por radiofrequência ou por meio de

aquecimento por infravermelho na sua unidade de selagem".

Att,
Evaldo

Em ter., 25 de abr. de 2023 às 11:23, Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com> escreveu:

Prezados, bom dia!

Segue questionamento referente ao proc.31.047/2022 - Insumos para o Hemocentro, para ciência e esclarecimentos.

Atenciosamente;
Higor de Barros Pinto
Mat: 062.871

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com

--



Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com

Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

26 de abril de 2023 às
11:22

Para: Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Bom dia,

Em atenção ao informado, ocorrendo a intenção real da alteração do descritivo do item, deverá ser solicitado o retorno do referido processo para retificação de todos os anexos pertinentes, bem como consulta quanto ao impacto na cotação do valor já realizada.

Aguardo retorno, atenção para a data do certame 09/05/2023.

Atenciosamente.

Comissão de Pregão III

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

26 de abril de 2023 às
16:52

Para: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Prezados, boa tarde!

Segue resposta da equipe técnica referente ao questionamento.

Diante da afirmação da necessidade de alteração do descritivo, solicitamos o retorno dos autos para providências de estilo.

Atenciosamente;
Higor de Barros Pinto
Mat: 062.871

----- Forwarded message -----

De: **hmrs hemocentro** <hmrs.hemocentro@gmail.com>

Date: qua., 26 de abr. de 2023 às 16:23

Subject: Re: NOVA FRIBURGO - PE 73/2023 - INSUMOS DE HEMOTERAPIA - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - 24ABR2023

To: Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Prezados, boa tarde!

Em resposta ao solicitado, manifesto a intenção na alteração do descritivo do item, visto que no processo anterior já fora solicitado a mesma alteração, mas que por um equívoco não foi observada no processo atual.

Trata-se tão somente de uma alteração de descritivo, que não irá ocasionar impacto na cotação já realizada, dispensando assim, nova pesquisa de mercado.

Tal alteração proporcionará também, maior concorrência e consequentemente poderá vir a gerar economicidade para o município.

Dessa forma, solicito alterar o descritivo inicial, onde passará a constar:

A empresa deverá fornecer em regime de **COMODATO** um aparelho para conexão estéril com a seguinte descrição: Equipamento para conexão estéril de bancada entre tubos de PVC grau médico, através de solda de alta resistência por radiofrequência ou **por meio de aquecimento por infravermelho na sua unidade de selagem**, em sistema fechado que garanta a esterilidade e a validade dos hemocomponentes pelo mesmo período do sistema original. A conexão pode ser executada entre tubos: seco/seco, seco/úmido e úmido/úmido. Dispensa o uso de laminas de cobre evitando qualquer contaminação no sistema. Compatível com tensão elétrica de 220V.

Att,
Evaldo

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

3 de maio de 2023 às
16:57

Para: licitacoes1@martellrj.com.br

Boa tarde,

Ao responsável

Em atenção ao solicitado, informamos que após análise técnica da unidade requisitante a mesma solicitou o referido processo para as devidas alterações. Após o seu retorno, serão respeitados todos os prazos e procedimentos para o devido prosseguimento.

Atenciosamente.

Comissão de Pregão III

[Texto das mensagens anteriores oculto]