



CÓPIA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03.931/2023

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição, de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ESTERILIZAÇÃO, para atender a necessidade do Hospital Municipal Raul Sertã, Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro, Subsecretaria de Atenção Básica e Estratégia de Saúde da Família, pelo período de 12 (doze) meses.

Nova Friburgo, 26 de abril de 2023.

Memorando nº: 016/2023 – CP II

Ao Hospital Municipal Raul Sertã

A/C Leslie

Assunto: Análise das amostras do Pregão Eletrônico nº 066/2023.

Com os cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente, para encaminhar as amostras, referente ao Pregão nº 066/2023, para devida análise e emissão de laudo de aceitabilidade, conforme modelo em anexo, após, as respectivas amostras, deverão retornar ao setor da Comissão Pregão II juntamente com o laudo, no prazo máximo de 03 dias úteis, para serem devolvidas a empresa licitante e para prosseguimento da licitação.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	EMPRESA.
01	Folha teste para Autoclave – Bowie & Dick. Caixa c/ 100 unidades	Techsteri	Caixa	CNPJ nº 29.843.853.0001-77 - R2 S Abrahão Comércio e Serviços EIRELI

Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Respeitosamente,

Mayco V. Sartório
Pregoeiro Substituto da Comissão de Pregão II
Mat. 105.916

Recebido por: Paula 207520

Assinatura - carimbo - matrícula

Em: 27/04/23

Nova Friburgo, 03 de maio de 2023.

MEMO DIREÇÃO/HMRS Nº 178/2023

PC 66/23

**À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
COMISSÃO DE PREGÃO**

Assunto: encaminhando laudo de avaliação de Teste Bowie Dick

Prezado(a),

Com os cordiais cumprimentos, vimos através deste encaminhar memorando da Coordenação do Centro Cirúrgico do HMRS, referente a avaliação de amostras de **teste Bowie Dick**.

Atenciosamente.

Antonio Carlos Sant' Ana
DIRETOR GERAL HMRS
MATRÍCULA 207630



Direção - HMRS


Nova Friburgo, 02/05/2023.

DA: COORDENAÇÃO CME – HMRS
ENFª FABÍOLA APARECIDA DA SILVA ZANON
PARA: DIREÇÃO DO HMRS
ANTÔNIO CARLOS SANT'ANA

ASSUNTO: TESTE DO BOWIE DICK

VENHO POR MEIO DESTES, RESPONDER, CONFORME NOS FOI SOLICITADO, SOBRE O TESTE REALIZADO NA FOLHA DE BOWIE DICK MARCA **STEAM AIR REMOVAL TSI, FABRICANTE TECHSTERI LTDA; MARCA TECHSTERI.** A FOLHA DE BOWIE DICK STEAM AIR REMOVAL TSI, FOI TESTADA APRESENTANDO RESULTADO SATISFATÓRIO, SENDO APROVADA.

Atenciosamente,




Fabíola A. da Silva Zanon
COREN-RJ 384.582-ENF

Enfª FABÍOLA APARECIDA DA SILVA ZANON

Coordenação CME

Coren RJ\ 384582



02/05/23