

**ANEXO I**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1- DO OBJETO**

1.1. Aquisição de móveis e equipamentos, para a implantação do Centro de Recuperação e Reabilitação com atendimento aos pacientes pós COVID, conforme condições, especificações, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas nos autos, bem como nas demais cláusulas deste instrumento.

1.2. **Requisitantes:** Subsecretaria de Atenção Básica.

1.3. **Fundamentação Legal:** A presente aquisição se dará preferencialmente por meio de Pregão Eletrônico com base na Lei 10.520/2002, Decreto Municipal nº 599/2020, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto Federal nº 10.024/2019.

1.4. **Tipo:** Menor preço unitário para os itens 01 à 59 e menor preço global por lote para os itens 60 e 61, nos termos da Lei nº. 8.666/93

**2- DO QUANTITATIVO**

2.1. A tabela a seguir descreve detalhadamente o objeto deste Termo de Referência:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	U/C	Qtd.
01	COMPUTADORES MODELOS DESKTOP <b>PROCESSADOR</b> , Tipo: CORE I5, Velocidade Processamento: 2.90GHZ, Modelo: I5-10400, Barramento: 8GT/S, Memória Cache: 12MB, Aplicação: Microcomputador. <b>PLACA MÃE</b> : compatível com o processador, Padrão: ATX ou Micro ATX, Saída Gráfica: VGA (D-Sub) e HDMI, Memória: 2 DIMMs, DDR4 2666/2400/2133MHz, Suporta até 32 GB de memória, Áudio com 8 canais. Rede: 1 porta RJ-45 Gigabit. Slot: 1 PCI Express 3.0/2.0 x16; 2 PCI Express 3.0/2.0 x1. Interface de Armazenamento: 1 conector M.2, 4 conectores SATA 6Gb/s. Portas USB: 2 portas USB 3.2, 4 portas USB 2.0/1.1; 1 conector PS/2. <b>MEMÓRIA</b> : 1 pente de memória, Capacidade e: 8GB, Tecnologia DDR4, Velocidade de Frequência: 2666MHz. Dissipador de calor. <b>MONITOR</b> LED Full HD (1920x1080 60Hz ou superior) 21,5 polegadas ou superior Widescreen <b>DRIVER ÓPTICO</b> : Interface SATA, Velocidade de Leitura Máxima: DVD 16x, CD 48x, Velocidade de Gravação Máxima: DVD-R 24x, DVD+R 24x, DVD-RW 6x, dvd+RW 8x, DVD-R DL 12x, DVD+R9 12x, DVD-RAM 12x, CD-R 48x, CD-RW 32x, Cor Preto.	Unid.	13



	<p><b>PLACA DE REDE WIRELESS:</b> Suporte aos padrões 802.11 a/b/c/g/n/ac; Suporte a WPA/WPA-PSK, WPA2/WPA-PSK e WEP 64-bit e 128-bit; Operar na faixa de frequência: 2.400 a 2.483,5 e 5 Ghz; <b>DISCO DE ARMAZENAMENTO SSD:</b> Capacidade de 240 Gb mínima, o modelo deve ser padrão M2., <b>FONTE DE ENERGIA:</b> 500W Real que suporte o equipamento, Semi modular 41,6ª, Cooler 120mm, 80 Plus. Deve ser com selo padrão GOLD. <b>GABINETE:</b> Duto de ar lateral, cor predominante preta, Baías: 2 x 5.25 Externa / 2 x 3.5 Interna HDD / 3 x 2.5 Interna SSD, Placa mãe: ATX/microATX, USB Frontal; Mouse USB óptico, na cor do gabinete, resolução de movimento 1000 DPI, Cabo de 1,8 m, preto, Caixa de Som; Teclado USB, na cor do gabinete, teclas de acesso rápido multimídia e ABNT2. <b>SISTEMA OPERACIONAL:</b> Windows 10 PRO. Garantia de <u>36 MESES</u>, equipamento novo.</p>		
02	<p><b>SWITCH –</b> Interface 24x Portas RJ45 de 10/100/1000Mbps - 4x Slots SFP+ 10G - 1x Porta de Console RJ45 - 1x Porta de Console Micro-USB - <b>Capacidade de Comutação:</b> 128 Gbps - <b>Taxa de Encaminhamento de Pacotes:</b> 95.23 Mpps - <b>Tabela de Endereços MAC:</b> 16 K - <b>Jumbo Frame:</b> 9 KB – <b>QoS:</b> 8 filas de prioridade; Prioridade 802.1p CoS/DSCP; Agendamento de filas; SP (Strict Priority); WRR (Weighted Round Robin); SP+WRR; Controle de largura de banda; Limite de classificação com base na porta/fluxo; Desempenho mais suave; Ação para fluxos; Espelhar (para a interface suportada); Redirecionar (para a interface suportada); Limite de velocidade; Comentário de QoS - <b>Características L2 e L2+:</b> Agregação de links; agregação de links estáticos; LACP 802.3ad; Até 8 grupos de agregação, contendo 8 portas por grupo; Protocolo Spanning Tree; 802.1d STP; 802.1w RSTP; 802.1s MSTP; Segurança do STP: TC Protect, Filtro BPDU, Root Protect; Detecção de Loopback; Baseado em porta; Baseado em VLAN; Controle de fluxo; Controle de Fluxo 802.3x; Prevenção de bloqueios HOL; Espelhamento de portas; Espelhamento de CPU; Um para um; Muitos para um; Transmissão/Recepção/Ambos - <b>L2 Multicast:</b> IGMP Snooping; IGMP v1/v2/v3 Snooping; Fast Leave; IGMP Snooping Querier; Autenticação IGMP; Autenticação IGMP; MLD Snooping; MLD v1/v2 Snooping; Fast Leave; MLD Snooping Querier; Configuração de grupos estáticos; Multicast IP limitado; MVR; Filtragem Multicast: 256 perfis e 16 entradas por perfil - <b>VLAN: Grupo VLAN:</b> Máximo de 4.000 Grupos de VLAN; Tagged VLAN 802.1Q; VLAN MAC: 7 entradas; Protocolo VLAN: Modelo de protocolo 16, protocolo VLAN 16; VLAN privada; GVRP; VPN VLAN (QinQ); QinQ baseado na porta; QinQ seletivo; VLAN de Voz - <b>Lista de Controle de Acesso:</b> ACL baseada no tempo; MAC ACL; MAC de origem; MAC de destino; ID da VLAN; Prioridade do usuário; Tipo Ether; ACL IP; IP de origem; IP de destino; Fragmento; Protocolo IP; Marcação TCP; Porta TCP/UDP; DSCP/IP TOS; Prioridade do usuário; ACL combinado; ACL de conteúdo do pacote; IPv6 ACL; Política: Espelhamento; Redirecionar; Limite de velocidade; Comentário de QoS; O ACL aplica-se à porta/VLAN - <b>Segurança:</b> Ligação IP-MAC-Porta; 512 entradas; DHCP Snooping; Inspeção ARP; Proteção de IPv4 de origem 100 entradas; Ligação IPv6-MAC-Porta; 512 entradas; DHCPv6 Snooping; Detecção ND; Proteção de IPv6 de origem: 100 entradas; DoS Defend; Segurança de porta estática/dinâmica; Até 64 endereços MAC</p>	Unid.	10



	<p>por porta; Controle de Broadcast – Multicast - Unicast Storm; Modo de controle de kbps/taxa; 802.1X; Autenticação baseada na porta; Autenticação baseada em MAC; Atribuição de VLAN; MAB; Guest VLAN; Suporta autenticação e prestação de contas Radius; AAA (incluindo TACACS+); Isolamento de Portas; Gerenciamento seguro da web por meio de HTTPS com SSLv3/TLS 1.2; Gerenciamento seguro de Interface de Linha de Comando (CLI) com SSHv1/SSHv2; Controle de acesso baseado em IP/Porta/MAC - <b>IPv6:</b> IPv6 Dual IPv4/IPv6; Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping; IPv6 ACL; Interface IPv6; Roteamento IPv6 estático; Neighbor Discovery (ND) IPv6; Descoberta da unidade de transmissão máxima (MTU) do caminho; Versão 6 do Internet Control Message Protocol (ICMP); TCPv6/UDPv6; Aplicativos IPv6; Cliente DHCPv6; Ping6; Traceroute IPv6; Telnet (v6); SNMP IPv6; SSH IPv6; SSL IPv6; Http/Https; TFTP IPv6 - <b>Características L3:</b> 16 interfaces IPv4/IPv6; Roteamento estático; 48 rotas estáticas; ARP estático; 128 entradas estáticas; Proxy ARP; ARP gratuito; Servidor DHCP; DHCP Relay; Interface de DHCP Relay; DHCP VLAN Relay; DHCP L2 Relay - <b>Gerenciamento:</b> GUI baseada na Web; Interface de linha de comando (CLI) por meio da porta do console, telnet; SNMP v1/v2c/v3; Trap/Inform; RMON (1, 2, 3, 9 grupos); Modelo SDM; Cliente DHCP/BOOTP; 802.1ab LLDP/LLDP-MED; Autoinstalação DHCP; Imagem dupla, configuração dupla; Monitoramento da CPU; Diagnósticos de cabos; EEE; Recuperação de senha; SNTp; Log do sistema - <b>Características Avançadas:</b> Suporte ao Controlador de Hardware Omada (OC200/OC300), Controlador de Software, Controlador baseado na Nuvem; Descoberta automática de dispositivos; Configuração em lote; Atualização de firmware em lote; Monitoramento de rede inteligente; Avisos de eventos anormais; Configuração unificada; Agendamento da Reinicialização; ZTP (Zero-Touch Provisioning) - <b>MIBs:</b> MIB II (RFC1213); Interface MIB (RFC2233); MIB Interface Ethernet (RFC1643); MIB Bridge (RFC1493); MIB P/Q-Bridge (RFC2674); MIB RMON (RFC2819); MIB RMON2 (RFC2021); MIB Radius Accounting Client (RFC2620); MIB Radius Authentication Client (RFC2618); Ping Remoto, Traceroute MIB (RFC2925); Suporte MIB privado TP-Link; <b>Certificação:</b> CE, FCC, RoHS - <b>Conteúdo do Pacote:</b> Switch TL-SG3428X; Cabo de alimentação; Guia de Instalação Rápida; Kit para montagem em rack; Pés de borracha - <b>Ambiente:</b> Temperatura de Operação: 0–45°C (32–113°F); Temperatura de Armazenamento: -40–70°C (-40–158°F); Umidade de Operação: 10% a 90% de UR, sem condensação; Umidade de Armazenamento: 5% a 90% de UR, sem condensação - <b>Fonte de Alimentação:</b> 100-240 V AC~50/60 Hz - <b>Montagem:</b> Instalável em Rack - <b>Dissipação de calor máxima:</b> 80.353 BTU/h - <b>Consumo máximo de energia:</b> 23.6 W. <b><u>TER UMA ENTRADA PARA FIBRA ÓTICA VISANDO UMA POSSÍVEL CONEXÃO ENTRE DOIS PONTOS QUE PODE OCORRER NA RESTRUTURAÇÃO DA REDE.</u></b> Homologado pela ANATEL.</p>		
03	<p>NO BREAK (PARA COMPUTADOR) - <b>Potência mínima de:</b> 1200 VA; <b>Tensão entrada:</b> Bivolt 127/220V~; <b>Tensão saída:</b> 115V~; <b>Forma de Onda:</b> Senoidal por aproximação - retangular PWM; <b>Fator de potência de saída:</b> 0.5; <b>Conexão de entrada:</b> Plugue NBR 14136; <b>Conexão de saída:</b> 5 tomadas NBR 14136; <b>Tempo de autonomia (minimo):</b> 55 minutos para computador on</p>	Unid.	13



	board com monitor LED 15,6"; <b>Estabilizador Interno; Filtro de Linha; Formato:</b> Torre; <b>Fusível:</b> Porta fusível externo com unidade reserva; <b>Autodiagnóstico de bateria; Battery Saver; Microprocessador de alta velocidade com memória Flash; Função TRUE RMS; Autoteste; Recarregador Strong Charger; DC Start; Circuito desmagnetizador; Sinalizações:</b> Led bicolor; Alarme Audiovisual; <b>Botão liga/desliga:</b> Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários; <b>Função Mute; Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL); Proteções para a carga:</b> Queda de rede (Blackout), Ruído de rede elétrica, Sobretensão de rede elétrica, Subtensão de rede elétrica, Surto de tensão na rede, e Correção de variação da rede elétrica por degrau; <b>Proteções do nobreak:</b> Sobreaquecimento no transformador, Potência excedida, Descarga total da bateria, Curto-circuito no inversor; Tempo de garantia 12 meses		
04	ROTEADOR WIRELESS AC 1900. <b>PADRÕES</b> - IEEE 802.11ac / n / a 5 GHz, IEEE 802.11n / b / g 2,4 GHz; <b>Velocidade de WiFi</b> - 5 GHz: 1300 Mbps (802.11ac), 2,4 GHz: 600 Mbps (802.11n); <b>Alcance do sinal WiFi</b> - 4 x Antenas fixas de alto desempenho Antenas múltiplas formam uma matriz de aumento de sinal para cobrir mais direções e grandes áreas, Beamforming, concentrar a força do sinal wireless para clientes para expandir o alcance WiFi; <b>Capacidade WiFi</b> - Dual-Band, aloque dispositivos para bandas diferentes para um melhor desempenho, 3 x 3 MU-MIMO, Airtime Fairness; <b>Modos de Operação</b> - Modo Roteador, Modo Ponto de Acesso (AP); <b>HARDWARE: Processador</b> - CPU de 1.2 GHz; <b>Portas Ethernet</b> - 1 Porta WAN Gigabit, 4 Portas LAN Gigabit; <b>Botões</b> - Botão WPS/Wi-Fi, Botão Liga/Desliga, Botão de Reset; <b>Alimentação</b> - 12 V – 1.5 A; <b>SEGURANÇA:</b> Criptografia WiFi – WEP, WPA, WPA2, WPA / WPA2-Enterprise (802.1x); <b>Segurança de Rede</b> - SPI Firewall, Access Control, IP e MAC Binding, Application Layer Gateway; <b>Rede para Visitantes</b> - Rede de visitantes de 1 x 5 GHz, 1 x Rede de visitantes de 2,4 GHz; <b>PROGRAMAS:</b> Protocolos - IPv4, IPv6, Filtragem de URL, Controles de tempo; <b>Tipos de WAN</b> - IP dinâmico IP, estático, PPPoE, PPTP, L2TP ; <b>Qualidade de Serviço QoS</b> por dispositivo; <b>Serviço na nuvem</b> - Atualização de firmware, DDNS; <b>Encaminhamento de NAT</b> - Port Forwarding, Port Triggering, DMZ, UPnP; <b>DHCP</b> - Servidor de lista de clientes DHCP de reserva de endereço; <b>DDNS</b> - NO-IP, DynDNS; <b>Gerenciamento</b> - App Tether, Página web; <b>Conteúdo do Pacote</b> - Roteador Wi-Fi, Fonte de Energia, Cabo Ethernet RJ45, Guia de Instalação Rápido; <b>Certificações</b> - FCC, CE, RoHS e Anatel	Unid.	13
05	FREEZER HORIZONTAL 500 LTS. Capacidade de 500 L, 2 Portas. Caixa interna em aço zincado. Rodízios que facilitem a movimentação do produto. Puxadores ergonômicos. Dreno de degelo frontal. Dupla ação (congelamento & refrigeração). Tampa balanceada. Fechadura com chave. Não contém CFC. Dimensões aproximadas (AxLxP) 960 x 1473 x 780mm, Pintura epóxi, na cor branca, 220 V, com selo Procel A e garantia mínima de 12 meses.	Unid.	3
06	AR-CONDICIONADO – climatização quente e frio; tipo split, capacidade 12.000 BTUs; cor branca, 220 volts/bivolt. Instalação no ambiente – garantia mínima de 1 ano	Unid.	10



07	<b>LONGARINA</b> Longarina com 3 lugares, assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário. Estruturas em tubo de aço com acabamento cromado. Estruturas metálicas revestidas com pintura eletrostática epóxi-pó texturizada, de alta resistência com acabamento cromado, o revestidas por capa protetora de polipropileno. Suporte do Encosto em tubos paralelos e equidistantes oblongos de 16x30mm de parede 1,20mm. Acabamento com insertos plásticos de polipropileno injetado. Cor preta.	Unid.	10
08	<b>ARMÁRIO DE AÇO</b> Armário em aço com duas portas, altura entre 180 e 210 cm x largura entre 100 e 110 cm, com 4 prateleiras com capacidade de 40 kg- Cor cinza	Unid.	14
09	<b>MESA ESCRITÓRIO</b> material estrutura: aglomerado de alta resistência - mdf, material tampo: aglomerado de alta resistência - mdf, cor tampo: cinza claro, largura: 0,70 m, altura: 0,74 m, comprimento: 1,50 m, espessura tampo: 25 mm, características adicionais: com bordas arredondadas e sapatas niveladoras. C/03 gavetas.	Unid.	15
10	<b>CADEIRA</b> - Material de confecção: Aço/Ferro pintado; não possui rodízios, não possui braços; não possui regulagem de altura; assento/encosto: estofado na cor preta	Unid.	25
11	<b>ARQUIVO</b> - material de confecção: Aço - Arquivo com 04 gavetas para pasta suspensa - deslizamento de gaveta trilho telescópico. Na cor cinza	Unid.	14
12	<b>ESTANTE</b> - Estante de aço com 06 prateleiras reforçadas, confeccionadas em chapa de aço nº 24 e com coluna reforçada L3. Medidas aproximadas: Altura 1,98 mm x Largura 0,92 mm, capacidade mínimo de 100 kg	Unid.	10
13	<b>APARELHO MOVIMENTAÇÃO CONTÍNUA PASSIVA DE JOELHO</b> Material: Aço Carbono, Alumínio e Pvc; Características Adicionais: Elétrico, C/ Ajustes de Sentido; Componentes: Velocidade E Ângulo De Extensão E Flexão; Outros Componentes: Suporte P/ Coxa, Perna E Pé C/ Sistema De Fixação, Componentes Adicionais: Controle Remoto E Cabos	Unid.	1
14	<b>APARELHO P/ CARBOXITERAPIA, VIA SUBCUTÂNEA</b> Aplicação: Fisioterapia Dermato Funcional; Características Adicionais: Visor Cristal Líquido Alfanumérico; Componentes: Pedal, Cabo De Força; Outros Componentes: Mangueira, Gabinete C/ Rodízio; Voltagem: 110/220 V; Modelo: Vol. 5 A 200ml	Unid.	1
15	<b>APARELHO DE BONNET DUPLO</b> Material: Aço Inox, Pintura Eletrostática; Características Adicionais: Estofada Em Courvin; Componentes: Com Encosto E Apoio Lateral	Unid.	1
16	<b>APARELHO DE MICRO-ONDAS</b> características: gabinete metálico com painel em ângulo para melhor visualização; temporizador eletrônico regressivo de 1 a 59 segundos com alarme sonoro e desligamento automático; controles som funções independentes permite alterar qualquer função sem necessidade de reprogramação. 220w ou bivolt	Unid.	5
17	<b>APARELHO DE TENS, FES E BURST-4 CANAIS 220W/BIVOLT</b> Características: estimulador neuromuscular transcutâneo de dois canais com controles independentes para os tratamentos com estimulação elétrica transcutânea (tens) e estimulação elétrica funcional (fes)	Unid.	10



	muscular. a técnica consiste na aplicação de suave estimulação elétrica através de eletrodos colocados em áreas corporais afetadas pela dor (tens), ou ativar os músculos esqueléticos e produzir movimentos (fes).		
18	<b>APARELHO DE TENS, FES E CORRENTE RUSSA- 4 CANAIS</b> Características: 220w/bivolt equipamento para aplicação de corrente elétrica via eletrodos em contato direto com o paciente para terapia de disfunções neuromusculares com as correntes tens, fes e russa e conta com quatro canais com ajuste de intensidade independentes, possibilita a escolha de parâmetros, entretanto, oferece programas de terapias pré-determinados para facilitar os atendimentos.	Unid.	10
19	<b>APARELHO DE TREINAMENTO RESPIRATÓRIO-POWER BREATHE</b> Características: é um aparelho para treinamento muscular inspiratório, sendo utilizado tanto com terapia individual ou em conjunto com a reabilitação pulmonar. possui resistência leve com 10 níveis de cargas ajustáveis manualmente de 3 a 98 cmh2o.	Unid.	5
20	<b>APARELHO DE ULTRASSOM 1 E 3 MHZ –</b> Características: 220W/bivolt equipamento microcontrolado de ultrassom terapêutico nas frequências de 1 mhz ou 3 mhz desenvolvido para utilização em fisioterapia e estética. apresenta a era (área efetiva de radiação) de 7 cm*, possibilitando a Seleção da frequência de 1 mhz ou 3 mhz com a era de 7 cm*. a potência corrente com os efeitos térmicos e mecânicos do ultrassom	Unid.	10
21	<b>APARELHO DE VACUOTERAPIA –</b> Características: vacuômetro de 0 a -550mmHg (pressão negativa). Os modos de operação podem ser contínuos ou pulsado, com repetição de 10 a 50 pulsos por minuto e duração OFF de pulso de 1 segundo. Ao término do tempo é emitido um sinal sonoro e o vácuo é interrompido. Todas as funções são programáveis por teclado de toque e indicadas no display de cristal líquido.220W	Unid.	10
22	<b>APARELHO PARA EXERCÍCIOS – BARRA FIXA DE PAREDE PARALELA 2X 1 MULTIFUNCIONAL</b> especificação : equipamento que proporciona realizar vários exercícios, podendo ser usado em aulas de pilates, musculação, treinamento funcional e treinamento suspenso, medidas: 0,90 x 2,27 x 0,90(c x a x l); com barras paralelas, para apoio das mãos com diversos ajustes de altura e sistema de fixação de movimento, que impede o balanço da barra; olhal lateral que permite diversos movimentos combinados de braços e pernas; barra superior apropriada para treinamento suspenso; 2 pares de molas média forte.	Unid.	1
23	<b>BANCO DE WELLS –</b> Material: Madeira/Mdf Revestida(o); Aplicação: Teste Flexibilidade; Características Adicionais: Resolução Em Milímetro, Escala Móvel; Tamanho: Tamanho Específico	Unid.	1
24	<b>BANCO ESTOFADO</b> para treino de marcha com rodízio; material courvim na cor preta	Unid.	5



25	<b>BARRA PARALELA –</b> Característica: pintura epóxi, componentes: 6 barras verticais, regulagem de altura e largura, dimensões piso: 3,00 x 0,80 m	Unid.	5
26	<b>BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL</b> Características: Deverá possuir sistema de carga magnética que permite altas resistências e dispensa uso de energia elétrica, facilitando adaptação em diferentes espaços. Módulo multifuncional de velocidade, distância, calorias, cronômetro, monitoramento cardíaco	Unid.	10
27	<b>CARRINHO AUXILIAR COM 3 PRATELEIRAS PARA APARELHOS DE FISIOTERAPIA</b> Prateleiras com tampo de madeira- MDF; Dimensões aproximadas: 93 x 48 x 35cm (AxLxC); Pintura Eletrostática; com rodízios; na cor Branco.	Unid.	40
28	<b>CORRENTE INTERFERENCIAL</b> Característica: Aparelho bivolt faixa de frequência de tratamento (AMF) variável de 1 a 100 Hz Faixa de frequência de varredura variável de 1 a 100Hz On time de 1 a 60 segundos OFF time de 1 a 60 segundos, 4 eléctrodos de silicone 5cmx5cm; 4 eletrodos de 3cmx3cm; 1 cabo de duas vias e pino banana; 1 fusível sobressalente; gel	Unid.	10
29	<b>C.P.M., Movimento Passivo Contínuo Aplicação: Pós-Operatório Cirurgia Cotovelo, Leito Ou Sentado Características Adicionais: 135° Flexão, 0° Extensão, 90° Supinação Componentes: Controle Remoto Digital, Controle Velocidade Outros Componentes: 5 Suportes Para Braço E Antebraço Voltagem: 110 Ou 220 V</b>	Unid.	1
30	<b>DIVÃ CLÍNICO</b> característica: estrutura: madeira, comprimento: 1,80 m, largura: 1,30 m, altura: 0,50 m, material estofamento: com espuma d33, revestimento: revestido em courvin, característica adicional: tipo tablado com armário; Cor preta	Unid.	10
31	<b>ESCADA DE MADEIRA DE CANTO EM L</b> Característica: a escada em L 3 degraus rampa e corrimão pode ser utilizada tanto por crianças como para adultos e promove uma excelente recuperação e reabilitação para pacientes que sofreram algum tipo de acidente ou pacientes que possuem algum tipo de deficiência / dimensões: 216 x 136 x 135 cm".	Unid.	5
32	<b>ESPAIDAR BARRA DE LING SEM REGULAGEM</b> especificação: dimensões: altura: 2,39 m; largura: 0,87m; comprimento: 0,52m. aplicação: realização de exercícios de correção postural, alongamento do tronco, membros superiores e inferiores e para fortalecimento dos músculos superiores, sendo muito utilizado nos treinos de pilates e treino funcional.	Unid.	9
33	<b>ESPELHO DE POSTURA</b> Material: Moldura Em Madeira Aplicação: Chassis Em Aço Inoxidável Características Adicionais: Com Rodízios Giratórios Com Trava	Unid.	2
34	<b>ESTABILIZADOR VERTICAL REGULÁVEL</b> Material: Aço Inox, Pintura Eletrostática Aplicação: Tampo Em Madeira, Revestido Com Eva E Courvim Características Adicionais: Faixa De Quadril E Apoio Posterior C/ Regulagem Tamanho: Com Rodízios E Trava Componentes Adicionais: Mesa C/ Regulagem	Unid.	2
35	<b>ESTEIRA ELÉTRICA ERGOMÉTRICA COM BARRAS</b> especificação: esteira ergométrica eletrônica; altura: 130 cm; potência do motor: 1.6; velocidade máxima: 9 km, material: aço carbono, largura: 50 cm; profundidade: 125 cm; peso máximo suportado: 110 kg; peso: 24 kg;	Unid.	2



	área útil da lona (largura): 95 cm; área útil da lona (profundidade): 33 cm		
36	<b>EXERCITADOR DE MADEIRA PÉS E TORNOZELO</b> Especificação: Exercitador De Pé E Tornozelo, Construído Em Alumínio Fundido, Com Molas De Aço; Correias Para Fixação; Montado Sobre Base De Madeira; Peso: 1,8kg (Aproximadamente)	Unid.	20
37	<b>EXERCITADOR DE MUSCULATURA 2 BARRAS PARALELAS UNIDAS POR 1 MOLA DE PRESSÃO</b> , aplicação: para exercícios da mão, características adicionais: tipo de esforço: forte - em torno de 3,5 kg, tipo encaixe: em formato de "alicate", com encaixes para os dedos, material: em plástico de alta resistência	Unid.	5
38	<b>INFRAVERMELHO</b> especificação: infravermelho para fisioterapia com pedestal e rodízios, montado sobre base de polietileno injetado de alto impacto; medida da base: 56x56cm, dotado de 4 pés desmontáveis com rodízios giratórios; haste flexível, para melhor direcionamento do foco de luz; refletor de alumínio anodizado, altura regulável de 105 cm a 145 cm interruptor liga/desliga incorporado ao cabo de ligação; tensão: 220v./bivolt	Unid.	10
39	<b>JUMP</b> - especificação: cama elástica mini jump; 32 molas profissional; suporta usuários com peso de até 150 kg; estrutura cinza; lona cor preta, com 6 pés; com sapatas de borrachas 32 molas; dimensões mínimas do produto: diâmetro de 96 cm e altura de 17 cm	Unid.	10
40	<b>MACA HOSPITALAR</b> c/cabeceira regulável projetada com armação em tubos de aço redondos com pintura epóxi, cabeceira regulável (três posições), leito em madeira estofada com espuma de 3cm de altura revestida por courvim impermeável; Cor Preta.	Unid.	10
41	<b>MACA PARA OSTEOPATIA</b> – estrutura em aço carbono, pintura epóxi, apoio para braço com regulagem de altura, orifício para encaixe do rosto, revestida com couro, drop na região lombar (regulagem de inclinação) 200x66x60 (CXLXA)	Unid.	2
42	<b>MÁQUINA DE GELO</b> deve produzir no mínimo 15kg de gelo em 24 horas, sensor indicativo de falta de água e reservatório cheio, com acessórios, 220v/bivolt	Unid.	10
43	<b>MESA ORTOPOPÉDICA PARA POSTURAL RPG</b> – em aço carbono pintura epóxi, regulagem de altura, courvim nautico sintético preto, 4 manipulas para estabilização dos pés, hastes removíveis, regulagem de trav de braços com velcros para fixação e regulagem de altura 211,5x101,5x16,0(CXLXA)	Unid.	2
44	<b>MINI BIKE</b> Características: para pernas e braços ideal para a melhoria da condição física, pois fortalece e estimula a circulação sanguínea, além de auxiliar na recuperação de lesões musculares e prevenir o surgimento de varizes e câimbras. possui ajuste de intensidade manual. produzida em material super-resistente suporta até 100kg.	Unid.	15
45	<b>MINI STEPPER EXERCISE-PEDAL</b> , fitness simulador de caminhada multifuncional hidráulico c/ elástico tensão	Unid.	15
46	<b>NEURODIYN EVOLUTION- UROLOGIA</b> característica: eletroestimulação e biofeedback, equipamento destinado ao tratamento de distúrbios uroginecológicos e coloproctológicos através de técnicas de estimulação elétrica transcutânea - transanal e	Unid.	2



	transvaginal - com a aplicação de suave estimulação elétrica através de eletrodos de silicone condutivo ou de uma sonda de teflon vaginal ou anal		
47	ÓCULOS DE REALIDADE VIRTUAL ABS ajustáveis; com elásticos laterais e superior e lentes ajustáveis, compatível com as atuais smartfones	Unid.	5
48	PLATAFORMA DE EQUILÍBRIO Material: Portátil Características Adicionais: Análise De Equilíbrio, Marcha E Salto Componentes: Com Sensores, Sistema Geração De Dados E Vídeo Outros Componentes: Software, Hardware	Unid.	1
49	PLATAFORMA VIBRATÓRIO v109 220v ~ 5-15 Hz níveis de velocidade; Vibração oscilatória Carga máxima: 150KG	Unid.	5
50	PEDÍGRAFO - Material: Estrutura Em Acrílico Aplicação: Com Espelhos e Lâmpadas Fluorescente Componentes Adicionais: Capacidade de Até 120 Kg	Unid.	1
51	RODA DE OMBRO Material: estrutura Aço C/ Pintura Eletrostática e Madeira Características Adicionais: Ajuste de Altura Da Roda e do Raio da Manopla	Unid.	15
52	SIMETRÓGRAFO PORTÁTIL – material de alumínio, pintura eletrostática, dobrável, com plataforma com nivelamento dos pés, medindo 1mx1mx0,50m números e letras na lateral e na parte superior para melhor identificar os desvios posturais.	Unid.	5
53	TABLADO PARA FISIOTERAPIA Tablado em madeira, espuma e courvin. Com as seguintes dimensões aproximadas: 1,86 de comprimento, 1,35 de largura e 0,45 de altura. Capacidade de peso suportado de 200 kg. Na cor preta.	Unid.	4
54	TÁBUA DE EQUILÍBRIO Desenvolvida em madeira com piso antiderrapante medindo 50x400x10cm (CxLxA)	Unid.	10
55	TURBILHÃO COM CADEIRA especificações corpo em fibra de vidro; 5 jatos de hidromassagem acionados separadamente (3 ou 1) ou em conjunto, conforme a necessidade do tratamento 2 registros reguladores de pressão aquecedor de passagem de água (5.400 watts – 220v e 4.400 watts – 110v) moto bomba termostato timer – programa a duração de cada tratamento assento móvel fundo com piso antiderrapante rodízios dispositivo de entrada e saída de água dispositivo antitransbordante ideal para tratamento em membros superiores (mmss) e membros inferiores (mmii)	Unid.	2
56	BIOMBO Biombo em Aço Inoxidável – Dobrável. Construído em tubos redondos de 7/8", EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO na cor branca, pés com ponteiros de PVC, com rodízios, painéis em tecido de algodão cru reforçado, tamanho: Triplo dobrável	Unid.	10
57	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO- Material de confecção: Aço/ferro pintado; Estrutura dobrável em duplo X; Pintura eletrostática epóxi; estofamento em nylon acolchoado, almofada em espuma injetada; freios bilaterais reguláveis; apoios de pés fixos; apoios de braço fixo; possui elevação de pernas; possui suporte de soro. Capacidade 250 Kg. Garantia mínima 12 meses	Unid.	2

58	CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO Material de confecção: Aço/ferro pintado; Estrutura dobrável em duplo X; Pintura eletrostática epóxi; estofamento em nylon acolchoado, almofada em espuma injetada; freios bilaterais reguláveis; apoios de pés fixos; apoios de braço fixo; possui elevação de pernas; possui suporte de soro. Capacidade 130 Kg. Garantia mínima 12 meses	Unid.	2
59	ESCADA COM 2 DEGRAUS - Escada para uso hospitalar, material de confecção aço inoxidável; com 2 degraus, piso de borracha antiderrapante, cinta em aço inoxidável em torno do Es degraus, pés com ponteiros de borracha.	Unid.	10
<b>LOTE 01</b>			
60	APARELHO DE LASER – Características: o aparelho de laser é um equipamento microcontrolado, de baixa frequência. Possibilita programação via teclado, gera informações digitalizadas e confiabilidade de dados. Energia de 1 a 15 joules/cm sem precisar de cálculos. Caneta toposcópica localiza melhor pontos motores e pontos de acupuntura. Timer ajustável de 1 a 60 segundos, chave de segurança. Circuito topocópio, caneta laser .220w /bivolt; Características Adicionais: 655 E 830 Nm Componentes: Com 2 Canetas Com Emissor De Laser Outros Componentes: Com 2 Óculos De Proteção	Unid.	10
61	ÓCULOS DE PROTEÇÃO/SEGURANÇA INDIVIDUAL P/ LASER características adicionais: para emissão em laserterapia, aplicação: comprimento de ondas de 660 nm, 830 nm e 940 nm nm - <b>COMPATÍVEL COM O ITEM Nº 60- APARELHO DE LASER</b>	Unid.	10

2.2. O quantitativo solicitado foi determinado de acordo com a necessidade da Unidade Requisitante, conforme comprovado na documentação acostada nos autos.

2.3. A tensão elétrica dos aparelhos/equipamentos solicitados deverá ser de 220V ou bivolt automático.

### 3- DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

3.1. A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo realiza anualmente licitações para abastecimento das unidades de saúde, que compõem sua estrutura, com a devida previsão dos materiais nelas utilizados.

3.2. Segundo apontam dados do Ministério da Saúde, cerca de 40% dos pacientes recuperados pela COVID-19, ainda continuam com algum tipo de sintoma ou desenvolvem alguns problemas ligados à doença, podendo gerar algum grau de comprometimento funcional. Com o objetivo de garantir o

retorno completo destes pacientes, é que se torna fundamental o trabalho dos fisioterapeutas, principalmente no processo de reabilitação motora e respiratória.

3.3. A presente proposição para aquisição de móveis e equipamentos visa a implantação do Centro de Recuperação e Reabilitação com atendimento em fisioterapia motora e respiratória aos pacientes PÓS COVID. Com o trabalho da Fisioterapia, como os exercícios aeróbicos, exercícios para o fortalecimento aos pacientes que apresentam fraquezas, exercícios respiratórios, os benefícios aos pacientes podem ser variados, tais como a recuperação da força muscular, do condicionamento, da força muscular inspiratória e expiratória, a independência para realizar as atividades de rotina e a melhora da qualidade de vida.

#### 4- QUANTITATIVOS E LOCAIS DE ENTREGA

4.1. Os itens deverão ser entregues na Coordenação de Fisioterapia localizada na Rua Plínio Casado, S/Nº, Suspiro, Nova Friburgo/RJ, de seg. à sex. no horário de 9:00 às 17:00.

#### 5- PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

5.1. A Unidade Requisitante entrará em contato diretamente com a Contratada para que esta realize a entrega/montagem/instalação dos produtos, no prazo não superior a 30 dias, após emitida Nota de Empenho.

5.2. A entrega, montagem e instalação deverão ser realizados no horário e locais descritos no item 4 e seus subitens deste Termo de Referência.

5.3. Os itens constantes no subitem 2.1 deste Termo de Referência deverão ser entregues sem violação da embalagem, sem deterioração ou qualquer outro fator que possa comprometer seu uso ou qualidade.

5.4. Caso os itens apresentem embalagem violada ou qualquer tipo de comprometimento para seu uso, bem como marca trocada (em desacordo com a proposta apresentada pela licitante), caberá à Contratada efetuar a troca, no prazo máximo de 48 horas, se responsabilizando, ademais, por todas as despesas que por ventura venham a ocorrer.

5.5. Outrossim, deverão constar nos itens os dados de identificação e procedência, fabricação, validade, número de lote e número do Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), se aplicável.

5.6. A falta do produto não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento objeto deste Termo de Referência, e não eximirá a

fornecedora das sanções a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas.

5.7. Em hipótese alguma serão aceitos produtos em desacordo com as condições pactuadas, ficando sob responsabilidade da Contratada o controle de qualidade do fornecimento, bem como a repetição, às suas próprias custas, para correção de falhas, visando à apresentação da qualidade e resultados requisitados.

5.8. No momento da entrega, os itens deverão ser acompanhados dos seguintes documentos (quando aplicável):

- 5.8.1. Manual de operação;
- 5.8.2. Manual de serviços;
- 5.8.3. Esquemas eletrônicos;
- 5.8.4. Procedimentos de calibração;
- 5.8.5. Procedimentos de manutenção preventiva;
- 5.8.6. Certificado de garantia;

## 6- RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1. Os bens são recebidos:

6.1.1. Provisoriamente, no momento da entrega, para efeitos de verificação da conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência.

6.1.2. Definitivamente, após verificação da conformidade com as especificações constantes do edital e das propostas, bem como após a instalação/montagem e comprovação de funcionalidade do móvel/equipamento, em até 05 dias úteis.

6.2. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo.

## 7- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes da aquisição dos objetos previstos no presente Termo de Referência correrão por conta do elemento de despesa e fonte de recurso abaixo descritos:

- 7.1.1. Elemento de Despesa – 44.90.52.01
- 7.1.2. Elemento de Despesa – 44.90.52.02
- 7.1.3. Elemento de Despesa – 44.90.52.12
- 7.1.4. Elemento de Despesa – 44.90.52.14



7.1.5. Fonte de Recurso – 020

7.2. Quanto aos Programas de Trabalho, serão utilizados de acordo com as especificações a seguir:

7.2.1. Subsecretaria de Atenção Básica: 30001.1030100832.193

7.3. As notas fiscais deverão ser emitidas em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ: 11.399.442/0001-79, AVENIDA ALBERTO BRAUNE, 224, SALA 221, CENTRO, NOVA FRIBURGO/RJ, CEP 28613-001.

## 8 – DA LIQUIDAÇÃO

8.1. A liquidação será realizada pela Secretaria Municipal de Finanças. Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão, a partir do cumprimento das obrigações elencadas neste Termo de Referência.

## 9 – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado conforme estabelece o Decreto 258 de 27 de setembro de 2018 e suas modificações definidas no decreto 313 de 10 de outubro de 2019, desde que as certidões listadas abaixo estejam dentro da validade:

9.1.1. Negativa de Débitos Trabalhistas;

9.1.2. Fazenda Federal – abrange as contribuições sociais;

9.1.3. FGTS;

9.1.4. PGE- referente a Dívida Ativa;

9.1.5. Municipal – referente ao ISS e Dívida Ativa

9.1.6. Estadual CND – referente ao ICMS

9.2. A Nota Fiscal de Serviço deverá conter a identificação do Banco, número da Agência e da Conta-Corrente, para que a Contratante possa efetuar o pagamento do valor devido.

9.3. Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento passará a ser contado a partir da data de sua reapresentação.

## 10 – DA GARANTIA

10.1 Declarar, detalhadamente, a garantia dos itens fornecidos, cujo prazo não poderá ser inferior a 12 (doze) meses para os itens 02 à 61 e de 36 (trinta e seis) meses para o item 01, contados a partir do recebimento definitivo.

## 11- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

11.1. As condições de participação serão aquelas citadas no Edital correlato, independentemente de sua transcrição.

## 12- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1. Caberá à Contratante:

12.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

12.1.2. Receber provisoriamente o material, disponibilizado local, data e horário;

12.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos Provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

12.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

12.1.5. Efetuar o pagamento no prazo previsto;

12.1.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada.

12.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

## 13- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. Ter capacidade de atendimento da demanda com eficiência, presteza e zelo;

13.2. Efetuar a entrega, o transporte, a descarga, a instalação e a montagem dos itens, caso sejam entregues desmontados, em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela Contratante, em estrita observância das especificações do Termo de Referência e da proposta, acompanhada da respectiva Nota Fiscal Eletrônica COMPLETA constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia, quando for o caso, acompanha das certidões de regularidade fiscal citadas nos subitens 9.1.1 a 9.1.6;

13.3. Todo material, ferramentas e mão de obra utilizados para montagem ou instalação dos itens são de inteira responsabilidade da Contratada.

13.4. Será ainda responsável por vícios ou defeitos de fabricação, bem como desgastes anormais dos itens, suas partes e acessórios obrigando-se ressarcir os danos e substituir os elementos defeituosos, sem ônus a Contratante, dentro do prazo de 12 meses no mínimo para os itens 02 à 61 e de 36 meses para o item 01.

13.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12,13,18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº.8.078, de 1990);

13.6. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Contratante, substituir, reparar, corrigir remover, ou reconstruir, as suas expensas, no prazo máximo de 05 dias, o produto com avarias, defeitos ou em desacordo com o Termo de Referência;

13.7. Atender prontamente a quaisquer exigências da Contratante, inerentes ao objeto da presente contratação;

13.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta do contrato.

13.9. Responsabilizar-se, pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

13.10. Comunicar à Contratante, no prazo mínimo de 07 (sete) dias de antecedência, os motivos que eventualmente impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação, sob prévia autorização da contratante em relação a razoabilidade do prazo solicitado.

13.11. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

13.12. Arcar com ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do 1º parágrafo do art. 57 da Lei nº. 8.666, de 1993.

13.13. A Contratada, se necessário, deverá oferecer treinamento para a utilização do equipamento, no momento da entrega ou com prazo não superior a 05 dias úteis, sem custos à Contratante.

13.14. Prestar assessoria profissional para adequação dos pontos (elétricos, hidráulicos, de gás, vapor ou ar comprimido) necessários à correta operação dos equipamentos, conforme manual do fabricante.

13.15. A Contratada deverá fornecer à Contratante todas as informações técnicas necessárias e suficientes para a operação correta e segura dos equipamentos.

#### **14-MEDIDAS ACAUTELADORAS**

14.1. Consoante o artigo 45 da Lei 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

#### **15- DA SUBCONTRATAÇÃO**

15.1. Não será admitida a subcontratação do objeto.

#### **16-DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA**

16.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados por esta nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos, sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato, não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

#### **17-DO CONTROLE DA EXECUÇÃO**

17.1. O acompanhamento e a fiscalização da contratação serão exercidos por um representante da Contratante, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº. 8.666/93 e do artigo 6º do Decreto nº. 2.271, de 1997.

17.2. Para acompanhamento e fiscalização da execução do presente contrato, ficam designados os agentes públicos abaixo informados:

**Patricia Soares Carvalho – mat. 299.080 – Fiscal Titular**

**Sandra Helena Schuenck – mat. 299.513 – Fiscal Substituto**



17.3. O fiscal do contato anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhado os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

17.4. O fiscal designado pela Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

17.5. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

17.6. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.70 da Lei nº. 8.666, de 1993.

## 18-DAS RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA ELABORAÇÃO DO PRESENTE TERMO

18.1. O presente documento foi elaborado em conjunto com os responsáveis técnicos dos setores requisitantes, que se responsabilizam por todas as informações e exigências técnicas aqui apresentadas.

## 19-DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/02 a contratada que:

19.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

19.1.2. Apresentar documentação falsa;

19.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.1.5. Não mantiver a proposta;

19.1.6. Cometer fraude fiscal;

19.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;

19.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como Me/EPP, ou conluio, entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances;

19.3. Licitante/adjudicatário que cometer quaisquer infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções.

19.3.1. Advertência;

19.3.2. Multa compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, pela recusa em assiná-lo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas;

19.3.3. Multa compensatória no percentual de até 5% (cinco por cento) do valor da fatura correspondente ao mês em que foi constatada a falta; (quando for o caso)

19.3.4. Multa moratória no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), calculada sobre o valor total do contrato, por dia de inadimplência, até o limite máximo de 10% (dez por cento), ou seja, por 20 (vinte) dias, o que poderá ensejar a rescisão do contrato;

19.3.5. Multa moratória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo acima, o que poderá ensejar a rescisão do contrato;

19.3.6. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

19.3.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior;

19.3.8. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato da Administração, devidamente justificado;

19.3.9. As sanções de advertência, suspensão temporária de participação em licitação e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas juntamente com a sanção de multa, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis;

19.3.10. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei n.º 8.666/93.

## 20-DA RESCISÃO

20.1. O inadimplemento de cláusula estabelecida neste Termo de Referência, bem como na legislação vigente, por parte do fornecedor, assegurará a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo o direito de rescindi-la, mediante notificação, com prova de recebimento.

20.2. Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei nº. 8.666/1993 constituem motivos para a rescisão do contrato:

20.2.1. Atraso injustificado na prestação dos serviços, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação a Secretaria Municipal de Saúde.

20.2.2. O cometimento reiterado de falhas, comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante da Secretaria Municipal de Saúde.

20.3. Ao Município de Nova Friburgo é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº. 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e o segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.

## 21- DO FORO

21.1. Fica eleito o Foro Municipal da Comarca de Nova Friburgo/RJ com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas do certame, que não puderem ser solucionados administrativamente.

Nova Friburgo, 18 de Outubro de 2022

Érica Ribeiro de Freitas Borges

Secretaria de Saúde

Matrícula: 115.268

Nicole Ribeiro Lessa Cipriano



**NOVA  
FRIBURGO**  
P R E F E I T U R A

S E C R E T A R I A  
D E S A Ú D E

PROCESSO Nº: 18.288/2022

RUBRICA: \_\_\_\_\_ FOLHA: \_\_\_\_\_

Secretária de Saúde

Matrícula: 106.137