



Nova Friburgo Prefeitura &lt;pregaoeletronico.friburgo@gmail.com&gt;

**Fwd: ESCLARECIMENTO, PE 054/2023**

1 mensagem

**Captacao Recursos** <captacaoderecursos.nf@gmail.com>

24 de março de 2023 às 10:30

Para: Nova Friburgo Prefeitura &lt;pregaoeletronico.friburgo@gmail.com&gt;, Maternidade Nova Friburgo &lt;maternidadenf@gmail.com&gt;

Bom dia!

Estamos encaminhando a resposta da Subsecretaria de Atenção Hospitalar para o pedido de esclarecimento da empresa PROLIFE referente ao P.E. 054/2023.

Att,

Érica Ribeiro  
Captação de Recursos e  
Planejamento em Saúde

----- Forwarded message -----

De: **ATENÇÃO HOSPITALAR SMS** <smsnf.atencaohospitalar@gmail.com>

Date: sex., 24 de mar. de 2023 às 10:23

Subject: ESCLARECIMENTO, PE 054/2023

To: [captacaoderecursos.nf@gmail.com](mailto:captacaoderecursos.nf@gmail.com) <[captacaoderecursos.nf@gmail.com](mailto:captacaoderecursos.nf@gmail.com)>

Bom dia!!

Com relação ao questionamento da Empresa PROLIFE, informamos que os módulos adicionais podem ser do tipo pré-configurados, no tocante ao parâmetro de pressão invasiva, este já deve estar habilitado.

Atenciosamente,

**NOVA  
FRIBURGO**  
PREFEITURA**SECRETARIA  
DE SAÚDE****Leslie da C. Moura****Subsecretário de Atenção Hospitalar**

Secretaria Municipal de Saúde

E-mail: [smsnf.atencaohospitalar@gmail.com](mailto:smsnf.atencaohospitalar@gmail.com)