



De: Subsecretaria de Atenção Básica  
Lucimar Figueira Ribeiro  
Para: Comissão de Pregão II

Venho por meio deste encaminhar análise dos profissionais referente aos equipamentos ofertados pelas empresas referente ao processo nº 11.502/2020 -Pregão eletrônico nº 043/2023

**Item 5- LANTERNA CLÍNICA**

A proposta encaminhada da empresa PROMEDI atende a descrição do Termo de Referência, conforme análise da enfermeira - Subsecretária de Atenção Básica Lucimar Figueira Ribeiro.

**Item 17- CARRO DE CURATIVOS**

A proposta encaminhada da empresa 216 atende a descrição do Termo de Referência, conforme análise da enfermeira - Subsecretária de Atenção Básica Lucimar Figueira Ribeiro.

**Item - ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL**

A proposta encaminhada da empresa ASCLÉPIOS não atende a descrição do Termo de Referência, conforme análise da Coordenadora de Saúde Bucal Luciane Boechat, tendo em vista que no Termo de Referência foi solicitado vidro com capacidade de 6 a 10 litros e a empresa ofereceu capacidade inferior - 5 lts.

**Item 2- ESTUFA DE CULTURA**

A proposta encaminhada da empresa AMBARLAB atende a descrição do Termo de Referência, conforme análise da Bióloga - Fátima Cristina Fiuza Gomes de Andrade.

**Item 4- CAPELA DE FLUXO LAMINAR**

A proposta encaminhada da empresa LIFETEC atende a descrição do Termo de Referência, conforme análise da Bióloga - Fátima Cristina Fiuza Gomes de Andrade.

**Item 6 - DEA-DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO**

A proposta encaminhada da empresa CAEL atende a descrição do Termo de Referência, conforme análise do Profissional Médico Cardiologista Luis Alexandre R. dos Santos.

**Item 10- ESTADIÔMETRO**

A proposta encaminhada da empresa 216 não atende a descrição do Termo de Referência, "escala entre: 0 a 230c. conforme análise da Coordenação de Fisioterapia Sandra Helena Schuenck.

**Item 21- ANDADOR**

A proposta encaminhada da empresa 216 atende a descrição do Termo de Referência, conforme análise da Coordenação de Fisioterapia Sandra Helena Schuenck.

**Item 22 - BARRAS PARALELAS PARA FISIOTERAPIA**

A proposta encaminhada da empresa Comercial não atende a descrição do Termo de Referência, (no termo composição 2 metros) conforme análise da Coordenação de Fisioterapia Sandra Helena Schuenck

**Item 22 - BARRAS PARALELAS PARA FISIOTERAPIA**

A proposta encaminhada da empresa QUICKBUM não atende a descrição do Termo de Referência, (no termo composição 2 metros) conforme análise da Coordenação de Fisioterapia Sandra Helena Schuenck.


**Item 24- TENS E FES**

A proposta encaminhada da empresa PROMEDI não informa o número de canais conforme solicitação no Termo de Referência, conforme análise da Coordenação de Fisioterapia Sandra Helena Schuenck.


**Item 07- OTOSCÓPIO**

A proposta encaminhada da empresa ROYAL atende a descrição do Termo de Referência, conforme análise do Profissional Médico Otorrinolaringologista Carlos G. Tassara.

Nova Friburgo, 10 de maio de 2023.



Patricia Soares Carvalho  
Gerente de Unidades Básicas de Saúde  
Matrícula 299.080



Lucimar Figueira Ribeiro  
Subsecretária de Atenção Básica  
COREN-RJ 98084  
PMKF-MAT 207764

Lucimar Figueira Ribeiro  
Subsecretária de Atenção Básica  
Matrícula 207.764





De: Subsecretaria de Atenção Básica  
Lucimar Figueira Ribeiro  
Para: Comissão de Pregão II

Venho por meio deste encaminhar análise dos profissionais referente aos equipamentos ofertados pelas empresas referente ao processo nº 11.502/2020 -Pregão eletrônico nº 043/2023

**8**  
Item - ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL

A proposta encaminhada da empresa 216 material hospitalar atende a descrição do Termo de Referência, conforme análise da Coordenadora de Saúde Bucal Luciane Boechat, tendo em vista que no Termo de Referência foi solicitado vidro com capacidade de 6 a 10 litros e a empresa ofereceu capacidade de 6 a 10 litros.

A proposta encaminhada da empresa MRM Equipamentos e Serviços Hospitalares não atende a descrição do Termo de Referência, conforme análise da Coordenadora de Saúde Bucal Luciane Boechat, tendo em vista que no Termo de Referência foi solicitado vidro com capacidade de 6 a 10 litros e a empresa ofereceu capacidade 6 lts.

Item 22 - BARRAS PARALELAS PARA FISIOTERAPIA

A proposta encaminhada da empresa Comercial de Equipamentos Médico Hospitalares Serra das Araras Ltda-EPP atende conforme a proposta de preço encaminhada, a descrição do Termo de Referência, (no termo composição 2 metros), porém no folder de especificação técnica da empresa na foto a composição é de 2,5 metros. Caso ofereçam a da foto 2,5 metros não atende ao Termo de Referência, conforme análise da Coordenação de Fisioterapia Sandra Helena Schuenck. Porém

Nova Friburgo, 17 de maio de 2023.


Patricia Soares Carvalho  
Gerente de Unidades Básicas de Saúde  
Matrícula 299.080

Lucimar Figueira Ribeiro  
Subsecretária de Atenção Básica  
Matrícula 207.764

Lucimar Figueira Ribeiro  
Subsecretária de Atenção Básica  
COREN-RJ 39064  
PMNF-MAT 207764

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

A Figura 1 apresenta a Barra Paralela com as indicações de dimensões.



## CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura para transporte e armazenamento.....	5 a 50°C
Temperatura ambiente de trabalho.....	5 a 50°C
Umidade relativa.....	30 a 80%

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

## CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Não se aplica.

## CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Capacidade máxima suportada.....	140 Kg
Comprimento do produto.....	250 cm
Largura (Máxima).....	130 cm
Largura (Mínima).....	116 cm
Altura (Máxima).....	104 cm
Altura (Mínima).....	77cm
Peso do produto.....	21,7Kg
Comprimento da embalagem.....	177,5cm
Largura da embalagem.....	25cm
Altura da embalagem.....	10cm
Peso do produto embalado.....	23,5 Kg
Estrutura do produto.....	Aço carbono 1020
Revestimento da estrutura.....	Tinta epoxi

## CARACTERÍSTICAS CONFIGURÁVEIS DO PRODUTO

**Ajuste de altura das barras : Disponível 06 (seis) posições.**

**Ajuste da largura das barras:** Possibilitando a distância em até 18 Cm.

**Figura 1 - Medidas da Barra Paralela.**