



Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Fwd: Fwd: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO Pregão Eletrônico nº 90.146/2025

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>
Para: veronica@medicalsul.com.br

15 de dezembro de 2025 às 15:39

Prezados, boa tarde,

Segue a resposta da Secretaria Requisitante ao pedido de esclarecimento referente ao **Pregão Eletrônico nº 90.146/2025 - P.A. 11.519/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ.**

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Pregão II
Secretaria Municipal de Licitações e Planejamento
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo/RJ

----- Forwarded message -----

De: **Captacao Recursos** <captacaoderecursos.nf@gmail.com>
Date: seg., 15 de dez. de 2025 às 15:33
Subject: Fwd: Fwd: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO Pregão Eletrônico nº 90.146/2025
To: Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Boa tarde!

Segue resposta ao pedido de esclarecimento do fornecedor.

Att,

Érica Ribeiro
Captação de Recursos e
Planejamento em Saúde

----- Forwarded message -----

De: **Raul Sertã** <hmrs.direcao@gmail.com>
Date: seg., 15 de dez. de 2025 às 14:32
Subject: Fwd: Fwd: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO Pregão Eletrônico nº 90.146/2025
To: Captacao Recursos <captacaoderecursos.nf@gmail.com>

Boa tarde, segue avaliação da Bióloga - Coordenadora Geral de Laboratórios - HMRS em atendimento ao solicitado.

----- Forwarded message -----

De: **Amanda Guimaraes** <amanda.biologa@hotmail.com>
Date: seg., 15 de dez. de 2025 às 12:21
Subject: Re: Fwd: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO Pregão Eletrônico nº 90.146/2025
To: Raul Sertã <hmrs.direcao@gmail.com>

Boa tarde

Uma Cabine de Segurança Biológica Classe II Tipo A1 é um equipamento de laboratório que oferece proteção tripla (operador, produto e ambiente) para agentes biológicos de baixo/moderado risco (níveis 1, 2 e 3), filtrando o ar com filtros HEPA, recirculando 70% e exaurindo 30% filtrados para o ambiente, sem necessidade de dutos externos, sendo ideal para microbiologia, cultura celular e diagnósticos, mas não para substâncias tóxicas ou voláteis.

As cabines de segurança biológica (CSB) de Classe 2 são padronizadas, e os modelos "compactos" ou "slim" geralmente se enquadram nas seguintes faixas de medidas externas:

Largura: A partir de 600 mm (ou aproximadamente 2 pés) e 900 mm (ou aproximadamente 3 pés) são os tamanhos menores mais comuns.

Profundidade e Altura: Estas medidas variam mais, mas um modelo compacto pode ter dimensões externas próximas a 81 cm (L) x 59 cm (P) x 88 cm (A) ou 70 cm (L) x 65 cm (P) x 123 cm (A), dependendo do design e se possui base

de suporte integrada ou separada.

Para atender nossa unidade Hospitalar precisamos da menor cabide disponível do mercado uma vez que nosso espaço para o laboratório de microbiologia é muito pequeno.

O mais importante é que ela ofereça proteção tripla operador, produto e ambiente.

Não temos bancada é necessário o carrinho móvel compatível com o Tamanho da cabine.

Att

Amanda O. G. Quima

Bióloga CRBIO:057849/02

Coordenadora Geral de Laboratórios PMNF 063295

Hospital Municipal Raul Serã.

Rua General Osório nº324- Centro Nova Friburgo- RJ

Cep: 28625-630 (22025242-300 Ramal

(22)997995880

Em 15 de dez. de 2025 09:17, Raul Sertã <hmrs.direcao@gmail.com> escreveu:

Bom dia. poderia por favor avaliar a questão de esclarecimento a respeito da CABINE DE PROTEÇÃO BIOLÓGICA - precisamos da avaliação até as 11:00 horas do dia 15-12-2025.

----- Forwarded message -----

De: **Captacao Recursos** <captacaoderecursos.nf@gmail.com>

Date: sex., 12 de dez. de 2025 às 14:35

Subject: Fwd: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO Pregão Eletrônico nº 90.146/2025

To: Raul Sertã <hmrs.direcao@gmail.com>

Boa tarde!

Segue em anexo pedido de esclarecimento do fornecedor para análise e manifestação.

Segue em anexo Termo de Referência para consulta se necessário.

Solicito que a resposta seja encaminhada até 15/12/2025 às 12:00h devido à data de marcação do certame.

Att,

Érica Ribeiro

----- Forwarded message -----

De: **Nova Friburgo Prefeitura** <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Date: sex., 12 de dez. de 2025 às 11:52

Subject: Fwd: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO Pregão Eletrônico nº 90.146/2025

To: Captacao Recursos <captacaoderecursos.nf@gmail.com>

Prezados, bom dia,

Encaminhamos pedido de esclarecimento da empresa MEDICAL SUL referente ao **Pregão Eletrônico nº 90.146/2025 - P.A. 11.519/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ**, na forma que dispõe o Edital, por se tratar de questões inerentes ao setor técnico requisitante.

Informamos que a sessão da presente licitação está agendada para o dia **16/12/2025 (terça-feira)** às 10h.

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Pregão II

Secretaria Municipal de Licitações e Planejamento

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo/RJ

----- Forwarded message -----

De: **Veronica Carvalho** <veronica@medicalsul.com.br>

Date: sex., 12 de dez. de 2025 às 11:04

Subject: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO Pregão Eletrônico nº 90.146/2025

To: <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

Pregão Eletrônico nº 90.146/2025

Contratante (UASG): 985867 – Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Objeto: Aquisição de equipamentos e mobiliários para o Hospital Municipal Raul Sertã

Referência: Item 17 – Cabine de Segurança Biológica Classe II Tipo A

Senhores,

Após análise do edital, especialmente do **Item 17**, solicitamos esclarecimentos adicionais necessários para a adequada composição da proposta técnica.

O edital informa apenas as **medidas externas mínimas (CxLxA): 70 x 60 x 110 cm**, porém estas informações não permitem determinar com precisão:

- o **tamanho real do equipamento** (dimensões completas e definitivas do modelo a ser ofertado),
- o **volume útil interno**,
- e se é **obrigatória a entrega do equipamento com carrinho/base/suporte de transporte**.

Diante disso, solicitamos esclarecer:

1. Qual é o tamanho real do equipamento esperado pela Administração?

- As medidas mínimas de 70 x 60 x 110 cm representam o equipamento completo ou apenas o corpo da cabine?
- Existe tolerância para dimensões maiores?


2. É exigido volume interno ou área útil mínima de trabalho?

- Caso sim, favor informar os valores.

3. O item deve ser fornecido com carrinho, base ou suporte de transporte?

- O edital exige mobilidade ou apenas instalação fixa sobre bancada?
- Em caso de necessidade de carrinho, favor especificar o tipo, dimensões ou capacidade mínima.

O esclarecimento é fundamental para que possamos apresentar uma proposta tecnicamente adequada e em total conformidade com as expectativas do órgão.



Veronica Carvalho
veronica@medicalsgroup.com.br
CNPJ 03.749.855/0001-08

Comercial / Licitações

+55 24 99934-8449

+55 24 3512-3057

Estrada Barão do turvo, 33 - Dorândia - Barra do Piraí/RJ
www.medicalsgroup.com.br