

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.024/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15.695/2025

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO DE AGULHA, SERINGAS E CATETERES (ITENS FALTANTES) para suprir as necessidades da REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, pelo período de 01 (um) ano.

1º LAUDO DE ACEITABILIDADE DE CATÁLOGO, MANUAL OU FICHA TÉCNICA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ	MARCA	SITUAÇÃO	MOTIVO
1	CATETER PERIFÉRICO DE USO ÚNICO, confeccionado em polímero TFE (politetrafluoretileno), descartável radiopaco, indicado na terapia intravenosa periférica de curta duração, calibre 16G 1.88cm. Constituído de agulha siliconizada com bisel bi angulado e trifacetado, câmara de refluxo em plástico transparente e tampa da câmara de refluxo com micro estrias embalado individualmente. Com dispositivo de segurança.	MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	44.929.522/0001-48	MEDIX	APROVADA	
2	CATETER PERIFÉRICO DE USO ÚNICO, confeccionado em polímero TFE (politetrafluoretileno), descartável radiopaco, indicado na terapia intravenosa periférica de curta duração, calibre 18G 1.88cm. Constituído de agulha siliconizada com bisel bi angulado e trifacetado, câmara de refluxo em plástico transparente e tampa da câmara de refluxo com micro estrias embalado individualmente. Com	AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06.965.077/0001-82	LABOR	APROVADA	



	dispositivo de segurança.					
3	CATETER PERIFÉRICO DE USO ÚNICO, confeccionado em polímero TFE (politetrafluoretileno), descartável radiopaco, indicado na terapia intravenosa periférica de curta duração, calibre 20G 1.16cm. Constituído de agulha siliconizada com bisel bi angulado e trifacetado, câmara de refluxo em plástico transparente e tampa da câmara de refluxo com micro estrias embalado individualmente. Com dispositivo de segurança.	MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	44.929.522/0001-48	MEDIX	APROVADA	
4	CATETER PERIFÉRICO DE USO ÚNICO, confeccionado em polímero TFE (politetrafluoretileno), descartável radiopaco, indicado na terapia intravenosa periférica de curta duração, calibre 22G 1.00cm. Constituído de agulha siliconizada com bisel bi angulado e trifacetado, câmara de refluxo em plástico transparente e tampa da câmara de refluxo com micro estrias embalado individualmente. Com dispositivo de segurança.	MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	44.929.522/0001-48	MEDIX	APROVADA	
5	CATETER PERIFÉRICO DE USO ÚNICO, confeccionado em polímero TFE (politetrafluoretileno), descartável radiopaco, indicado na terapia intravenosa periférica de curta duração, calibre 24G 0.75cm. Constituído de agulha siliconizada com bisel bi angulado e trifacetado, câmara de refluxo em plástico transparente e tampa da câmara de refluxo com micro estrias embalado individualmente. Com dispositivo de segurança.	AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06.965.077/0001-82	LABOR	APROVADA	



6	KIT INTRODUTOR COMPLETO CATETER CENTRAL vias Duplo lúmen neonatal 3F - comprimento 15cm. Poliuretano radiopaco.	FRACASSADO				
7	CATETER UMBILICAL ESTÉRIL, em PVC transparente e radiopaco p/ uso por via venosa ou arterial, com marcação centimetrada de 5 a 25 cm. Comprimento total de 40cm de diâmetro de 2.5 Fr. Lúmem único.	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	17.771.867/0001-43	BLENTA	APROVADA	Em consonância com o HMMDC
8	CATETER UMBILICAL ESTÉRIL, em PVC transparente e radiopaco p/ uso por via venosa ou arterial, com marcação centimetrada de 5 a 25 cm. Comprimento total de 40cm de diâmetro de 3.5 Fr. Lúmem único.	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	17.771.867/0001-43	BLENTA	APROVADA	Em consonância com o HMMDC
9	CATETER UMBILICAL ESTÉRIL, em PVC transparente e radiopaco p/ uso por via venosa ou arterial, com marcação centimetrada de 5 a 25 cm. Comprimento total de 40cm de diâmetro de 4.0 Fr. Lúmem único.	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	17.771.867/0001-43	BLENTA	APROVADA	Em consonância com o HMMDC
10	CATETER UMBILICAL ESTÉRIL, em PVC transparente e radiopaco p/ uso por via venosa ou arterial, com marcação centimetrada de 5 a 25 cm. Comprimento total de 40cm de diâmetro de 5.0 Fr. Lúmem único.	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	17.771.867/0001-43	BLENTA	APROVADA	Em consonância com o HMMDC
11	CATETER DE ESTIMULAÇÃO BIPOLAR TEMPORÁRIO PARA MARCA PASSO PROVISÓRIO; com boa radiopacidade, flexível; estabilidade alta de toque com 2 polos na extremidade distal e pinos em aço inoxidável, graduado a cada	MSB MEDICAL SYSTEM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	06.167.295/0001-71	MSB MEDICAL	APROVADA	



	4CM - composta por cânula em aço inoxidável com limitador de profundidade, cabo anatômico com trava de segurança, estilete com ponta cortante, plug anti-refluxo, descartável, atóxica, apirogênica, estéril. Embalagem individual, registro na ANVISA.	EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
17	AGULHA PARA BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA 11G X 15CM - Agulha de biópsia, aplicação para medula óssea, material em aço inoxidável, ponta tipo piramidal, tipo Jamshidi, componente empunhadura: anatômica policarbonato, com componente extrator de amostra com trava, componente: mandril ajustado, característica adicional: aspiração e coleta de fragmento ósseo, conector luer lock, uso descartável, embalagem individual, registro na ANVISA.	ALPHARAD COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.062.455/0001-55	MEDAX	APROVADA	

OBS: Caso seja REPROVADO expor os motivos técnicos que ensejaram a reprovação do produto.

Os produtos apresentados foram avaliados pelo representante técnico designado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme legislação sanitária, regulamentos técnicos de qualidade e normas técnicas vigentes no país.

Nova Friburgo, 17 de ABRIL de 2026.


Ana Clara Iorio
FARMACEUTICA
CRF-RN 15451
Nome/Matrícula e Assinatura